

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 4

Položka č. 1 – Obturační jednotka

Počet kusů: 5

Minimální požadavky:

- Aktivační prstenec je v rozsahu 360°
- Digitální regulace teploty
- Motorizovaná extruze
- Jednorázové zásobníky s integrovanými úchytkami
- Aerogelová izolace kolem topného prvku
- Kondenzační jednotka je schopná se zahřát na teplotu minimálně 200°C pod 0,5 s
- Nastavitelný rozsah minimálně 100 – 400°C