

Příloha č. 1

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY

Parametr	MJ	Počet jednotek	Nabídková cena za jednotku bez DPH v Kč	Nabídková cena celkem bez DPH v Kč
New Tom GIANO HR OPG DC/CEPH DC/CBCT Professional (cena dle čl. III Kupní smlouvy; tožná cena se vyplní do řádku 10)	ks	1	1 850 528,00	1 850 528,00
Pozáruční servis po dobu 4 let po uplynutí záruční doby				
Cena 1 pozáruční BTK vč. údržby (vč. práce technika a náhradních dílů (ND), jejichž výměna je doporučena či předepsána výrobcem v rámci BTK)	ks	1	5 490,00	
Počet BTK za 4 roky (uvádí se počet BTK za 4 roky na jednom zařízení, jejich minimální počet je stanoven výrobcem či zákonem)	počet	4		21 960,00
Celkové náklady na dopravu (1 cesta tam i zpět. Předpokládaný počet cest, zvolený pro výpočet nabídkové ceny, je 3 cesty za rok.	cesta	12	1 420,00	17 040,00
Cena servisní hodiny (pro výpočet nabídkové ceny je uvažováno s 5 hodinami za rok nad rámec BTK, tj. např. na pozáruční opravy)	hod	20	1 290,00	25 800,00
Pořizovací cena zařízení (cena dle čl. III Kupní smlouvy)			1 850 528,00	
Náklady za pozáruční servis zařízení			64 800,00	
Celková nabídková cena v Kč bez DPH			1 915 328,00	
výše DPH			402 218,88	
CELKOVÁ CENA s DPH			2 317 546,88	

Pokyny pro vyplnění:

1. Účastník je povinen vyplnit k tomu určená pole tabulky.

2. Postup výpočtu nákladů na pozáruční servis: součet cen u pozáručního servisu ve sloupci F.

3. Vyplněnou Rekapitulaci včetně popisu technické specifikace dle bodu 14.2 odst. C) zadávací dokumentace účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy).

V Troubsku dne 18.10.

Dušan Novotný, jednatel

Příloha č. 2

TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
Cone Beam Computed Tomography (Výpočetní tomografie s kuželovým svazkem) New Tom GIANO HR OPG DC/CEPH DC/CBCT Professional			
Požadavky na jednotlivé části systému			
Požadavky na 2D zobrazení			
Quadrants, Bitewing, Maxillary sinuses (AP a LL), TMJ PA-LL	ANO	ANO	
Dětská expozice	ANO	ANO	
Maximální rozlišení min. 6,5 - 7,5 lp/mm (Pixel 70-80 µm)	ANO	ANO	6,3-7,5 lp/mm (Pixel 70-80 µm)
Kontrast 25 % (na 3 lpmm) / 45 % (na 3 lpmm)	ANO	ANO	23 % (na 3 lpmm) / 43 % (na 3 lpmm)
Maximální objem dat snímku 8 MB	ANO	ANO	
Faktor zvětšení PAN 1,25 (constant)	ANO	ANO	
ECO Scan čas expozice - Adult: 6 s - Child: 6 s	ANO	ANO	dospělý 6s, dítě 5,7s
Standard čas expozice - Adult: 12,5 s - Child: 11,5 s	ANO	ANO	dospělý 12,3s, dítě 11,2s
Zobrazení snímku Real-Time	ANO	ANO	
Pokročilé filtry ApT (Autoadaptivní úprava obrazu)	ANO	ANO	
Dotyková ovládací konzole	ANO	ANO	
Požadavky na CEPH zobrazení			
- Latero-Lateral - Antero-Posterior - Carpus	ANO	ANO	
Dětská expozice	ANO	ANO	
Maximální rozlišení min. 5,6 lp/mm (Pixel 90 µm)	ANO	ANO	
Kontrast 32 % (na 2,5 lpmm) / 82 % (na 2,5 lpmm)	ANO	ANO	
Maximální FOV - délka 29 - 30 mm - výška 22 - 23 mm	ANO	ANO	
Zmenšená FOV: - Adult: 21 - 23 x 22 - 23 cm - Child: 29 - 30 x 20 cm - Child: 21 - 22 x 20 cm	ANO	ANO	
Maximální objem dat snímku 14 MB	ANO	ANO	
Faktor zvětšení 1,13	ANO	ANO	
ECO Scan čas expozice - Low Adult: 4,5 s - Child: 3,2 - 3,3 s	ANO	ANO	
Standard čas expozice - Complete Adult: 7,5 - 9 s	ANO	ANO	
Zobrazení snímku Real-Time	ANO	ANO	
Pokročilé filtry ApT (Autoadaptivní úprava obrazu)	ANO	ANO	
Dotyková ovládací konzole	ANO	ANO	
Požadavky na 3D zobrazení			
Kompletní Dental-Maxillofaciální oblast, obě uši, krční páteř, panoramatické zobrazení obou temporomandibulárních kloubů	ANO	ANO	
Dětská expozice	ANO	ANO	
Maximální rozlišení Voxel 68 - 300 µm	ANO	ANO	
Maximální FOV min. 16x18 cm	ANO	ANO	

Dostupné další FOV - 16x18; 16x10; 15x6 cm - 13x16; 13x14; 13x10; 13x8, 10x10 cm - 10x8; 10x6; 8x8; 8x6; 6x6 cm	ANO	ANO	
Možnost speciálních FOV 9x16; 9x9; 7x6; 4x4 cm	ANO	ANO	
Maximální objem dat snímku 360 - 820 MB	ANO	ANO	
ECO scan - čas 3,6 - 26 s, expozice 0,9 - 4,8 s	ANO	ANO	
Standard scan - čas 14,5 - 28 s, expozice 3,6 - 7,2 s	ANO	ANO	
Vysoká kvalita scan - čas 17 - 33 s, expozice 5,5 - 10 s	ANO	ANO	
Zobrazení snímku min. 1 s	ANO	ANO	
Dotyková ovládací konzole	ANO	ANO	
Rentgenový generátor			
Typ frekvence 100 - 180 kHz	ANO	ANO	
Anodové napětí: - 2D 60 kV - 85 kV - 3D 90 kV (Pulsed mode)	ANO	ANO	
Anodový proud 2 mA - 16mA	ANO	ANO	
Ohnisko 0,5 mm (IEC 60336) - pevná anoda	ANO	ANO	
Max. trvalý anodový příkon 45 W (1:20 at 85 kV/10mA)	ANO	ANO	
Inherentní filtrace - 2D: >2,5 mm Al eq. (at 85 kV) - 3D: 6,5 mm Al eq. (at 90 kV)	ANO	ANO	
Požadavky na snímek			
Typ detektoru - 2D: Direct Conversion (DCIII technology) - 3D: high resolution Amorphous Silicon (Csl)	ANO	ANO	
Ergonomie			
Polohování pacienta - podporováno 4 laserovými naváděcími světly označujícími referenčními roviny a výšku FOV - 7 kontaktních bodů hlavy	ANO	ANO	
Nastavení expozice - PC stanice - virtuální klávesnice - přístroj - dotykový displej	ANO	ANO	
Snímkování sedícího pacienta i na invalidním vozíku	ANO	ANO	
Konektivita			
LAN/Ethernet	ANO	ANO	
Diagnostický software	ANO	ANO	NNT
Podporované formáty: DICOM 3.0, TWAIN, VDDS	ANO	ANO	
DICOM moduly: IHE compliant (Print; Storage Commitment; WorkList; MPPS; Query/Retrieve)	ANO	ANO	
Zdroj napájení			
Napětí 115 - 240Vac, +/- 10 %	ANO	ANO	
Frekvence 50/60 Hz +/- 2 Hz	ANO	ANO	
Max. absorbovaný rázový proud - 20 A at 115 V - 12 A at 240 V	ANO	ANO	
Výkon v pohotovostním režimu 20 Watt	ANO	ANO	
Automatické přizpůsobení napětí a frekvenci	ANO	ANO	
Obecné požadavky			

Garantovat kompatibilitu a následně možnost zajištění připojení přístroje k informačnímu systému používanému v KNTB, a. s. pro automatizovaný sběr dat nutných pro stanovení diagnostických referenčních úrovní a pro výpočty orgánových a efektivních dávek pacientů pro standardní výkony lékařského ozáření na nich prováděné v souladu s požadavky Národních radiologických standardů – radiologická fyzika, Věstník MZ ČR, částka 6/2015, str. 5 a 26. KNTB, a.s. používá pro tyto účely systém SED od výrobce UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 00 Praha – Zbraslav, IČO: 60193247, kontaktní telefon: +420 602 518 880)	ANO	ANO	
V PACSu dostupný dávkový strukturovaný report RDSR, který obsahuje údaje o všech fluoro sekvencích a akvizicích provedených v rámci diagnostického výkonu v souladu s Věstníkem.	ANO	ANO	
Součástí instalace přístroje je provedení přejímací zkoušky.	ANO	ANO	
Součástí dodávky je dodání odpovídajícího Fantomu pro provádění předepsaných zkoušek dlouhodobé stability.	ANO	ANO	
Volitelné, zvýhodňující vlastnosti/parametry – hodnotící kritérium v %			
hodnotící kritérium - 4 %			
Požadavky na 2D zobrazení - Multifokální OPG	ANO/NE	ANO 11 vrstev	Hodnota NE, není porušením zadávacích podmínek
hodnotící kritérium - 7 %			
Požadavky na 2D zobrazení - Samostatný 2D senzor DC s přímou konverzí	ANO/NE	ANO	Hodnota NE, není porušením zadávacích podmínek
hodnotící kritérium - 8 %			
Požadavky na CEPH zobrazení - Samostatný CEPH senzor DC s přímou konverzí	ANO/NE	ANO	Hodnota NE, není porušením zadávacích podmínek
hodnotící kritérium - 3 %			
Rentgenový generátor - Autoadaptivní kontrola expozice s modulací intenzity během rotace	ANO/NE	ANO	Hodnota NE, není porušením zadávacích podmínek
hodnotící kritérium - 6 %			
Požadavky na snímek - Dynamický rozsah obrazu - 2D DC: min. 16 bit (65 536 odstínů šedé) - 3D: min. 16 bit (65 536 odstínů šedé)	ANO/NE	ANO	Hodnota NE, není porušením zadávacích podmínek
POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.			
Pokyny pro vyplnění:			
1. Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"			
2. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)			
3. Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".			
4. Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)			
V Troubsku dne 18.10.2024			

NABÍDKA VYDANÁ NV20240155



CAMOSCI
imaging & innovation

CAMOSCI MORAVIA s.r.o.

Za Farou 791/49

66441 Troubsko

Česká republika

IČ : 08900426

DIČ : CZ089004

Tel.: +420 734 857 661

E-mail: info@camosci.cz

www.camosci.cz

Datum vystavení: 31.10.2024

Datum platnosti od: 31.10.2024

Datum platnosti do: 31.10.2024

Odběratel

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

Havlíčkovo nábřeží 600

760 01 Zlín

Česká republika

IČ : 27661989

DIČ : CZ27661989

Firma je registrována u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 116052.

Platební údaje

Způsob platby: Bankovním převodem

Požadovaná záloha: 0,00

Splatnost dní: 0

Měna: CZK

Obchodní údaje

Doba dodání (týdny): 0

Záruční lhůta (měsíce): 0

Krajská nemocnice T.Bati Zlín NewTom GiANO HR DC CEPH DC Professional

Č.	Popis/Katalog	Počet MJ	Cena za MJ	Cena bez DPH	DPH Sazba	Celkem s DPH
1.	Krajská nemocnice T.Bati Zlín NewTom GiANO HR DC CEPH DC Professional	1,0	2 073 499,56	1 713 636,00	359 863,56 21%	2 073 499,56 CZK
	• Samostatný senzor pro CBCT pro 3D sken celé hlavy (FOV 16x18 cm) – využití i v ortodoncii, MF chirurgii, ORL • Samostatný senzor s přímou konverzí pro OPG snímky • Kefalo rameno + samostatný senzor s přímou konverzí pro CEPH snímky • Ovládací konzole Full Touch • XF pack – umožňuje 3D skeny krční páteře, vnitřního ucha • Software NNT • PC stanice s monitorem, klávesnicí a myší					
2.	Krajská nemocnice T.Bati Zlín Moduly DICOM pro komunikaci s PACS	1,0	104 171,32	86 092,00	18 079,32 21%	104 171,32 CZK
	DICOM Print module licence DICOM Storage module licence + Commitment + SR Document Dose Report DICOM Worklist module licence + MPPS DICOM Query/Retrieve module licence					
3.	Krajská nemocnice T.Bati Zlín sw propojení se systémem SED	1,0	61 468,00	50 800,00	10 668,00 21%	61 468,00 CZK
Celkem (bez volitelného příslušenství)				1 850 528,00	388 610,88	2 239 138,88 CZK

Vystavil:

Vytiskl(a):



EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Název výrobce:	CEFLA s.c. Via Selice Provinciale, 23/A 40026 Imola (BO) Italy	Podnik:	CEFLA s.c. Via Bicocca, 14/C 40026 Imola (BO) Italy
Jediné Registrační číslo:	IT-MF-000009228		
Certifikace EU (Reg. EU 2017/745):	013/MDR	Třída rizika (Reg. EU 2017/745):	IIB
Kategorie produktu:	Panoramatické, cefalometrické a tomografické rentgenové zařízení		
Ochranná známka:	NEWTOM	Model:	NewTom GiANO HR
Sériové číslo:	70A32983	Základní UDI-DI:	803383793IMXRAYEXB001SY

Na vlastní výhradní odpovědnost tímto prohlašujeme, že produkty zde uvedené jsou v souladu: s obecnými požadavky na bezpečnost a účinnost (příloha I) nařízení (EU) č. 2017/745 o zdravotnických prostředcích; se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2011/65/EU ze dne 8. června 2011, směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 ze dne 31. března 2015 v platném znění.

Výše uvedený produkt zcela odpovídá normám:	EN 60601-1:2006 + A1:2013 (IEC 60601-1:2005 + A1:2012); EN 60601-1-2:2015 + A1:2021 (IEC 60601-1-2:2014 + A1:2020); EN 60601-1-3:2008 + A1:2013 + A11:2016 (IEC 60601-1-3:2008 + A1:2013); EN 60601-1-6:2010 + A1:2015 (IEC 60601-1-6:2010 + A1:2013); IEC 60601-2-63:2012 + A1:2017; EN 62304:2006 + A1:2015 (IEC 62304:2006 + A1:2015); EN 62366-1:2015 + A1:2020 (IEC 62366-1:2015 + A1:2020)
--	--

Postup posuzování shody:	podle nařízení (EU) 2017/745 – příloha IX, Kapitoly I, III
Oznámený subjekt:	IMQ S.p.A. (0051) - Via Quintiliano, 43 - I-20138 Milano (nařízení 2017/745)
Systém jakosti výrobce:	ISO 9001:2015 (cert. IMQ no. 9120.CEFL) ISO 13485:2016 (cert. IMQ no. 9124.CEF3)

Zamýšlený účel:	Extraorální rentgenové zařízení pro digitální panoramatická vyšetření, cefalometrická vyšetření a tomografie.
------------------------	---

Další informace:	--
-------------------------	----

Imola, 17/09/2024

Cefla s.c. Managing Director
Business Unit Medical Equipment