

Vážený pan
Ing. Milan Hřebík
Oddělení zdravotnické techniky
Podolské nábřeží 157
147 00 Praha 4 - Podolí

V Kutné Hoře, dne 4.1.2021

Věc: Výměna přístroje Hysteroma E.A.S.I.

Vážený pane inženýre,

Dne 24.11.2020 jsme obdrželi od výrobce KARL STORZ SE & Co. KG Naléhavou bezpečnostní informaci číslo 200829959 o Ukončení používání přístroje Hysteromat E.A.S.I, kat. číslo 26340020-1.

Toto zařízení Hysteromat E.A.S.I v.č. VQ 00643 byl dodán vaší nemocnici dne 7.11. 2019 v rámci dodávky projektu číslo CZ.06.2.56/0.0/15_006/0003056 s názvem „ÚPMD modernizace a obnova vybavení centra vysoce specializované intenzivní péče v onkogynekologii – dodávka zdrav. prostředků 004“.

Na základě této Naléhavé bezpečnostní informace a doporučení výrobce KARL STORZ SE & Co. KG navrhujeme bezplatnou výměnu přístroje Hysteromat E.A.S.I za dva kusy přístroje Endomat Select, typ UP 210, v. č. YP03361 a YOP03363, v hodnotě 376.408,- CZK bez DPH 21%. Toto řešení plně zaručuje zachování technických parametrů a splnění všech klinických požadavky na zařízení.

V příloze zasíláme dokumenty k Naléhavé bezpečnostní informaci výrobce a cenovou kalkulaci na dva přístroje Endomat Select.

S pozdravem

Ing. Robert Ludvík
jednatel