

Nabídková cena A + Tabulka plnění minimálních požadavků

Název VZ:	Instrumentárium pro Urgentní příjem Oblastní nemocnice Náchod				
Akce:	Oblastní nemocnice Náchod – realizace Urgentního příjmu				
Název firmy:	Grandyx s.r.o.	IČO: 24240494	DIČ: CZ24240494	Datum:	25.11.2024

Pokyny k vyplnění

1	V případě háků na rány je první rozměr pracovní části hloubkou a druhý rozměr šířkou, tolerance pracovní části nástrojů je ± 1 mm, tolerance délky nástroje je ± 5 mm. Šířka branží na proximálním a distálním konci bez tolerance odchylky.
---	--

Standard instrumentária

1	Nástroje musí být nové, nepoužité, nerepasované.
2	Chirurgické resterilizovatelné (určeny k opakovanému použití) nástroje, odolné vůči dezinfekci a sterilizaci.
3	Nerezová ocel standardu X20Cr13 nebo X52Cr13 (pokud není uvedeno jinak, např. standard č.1).
4	Nástroje musí mít ergonomický tvar a opracované hladké a zaoblené hrany.
5	K nástrojům, které jsou zdravotnickými prostředky, musí být vydáno a doloženo prohlášení o shodě, nástroje musí být opatřeny značkou CE a musí být v souladu se zákonem 268/2014 Sb.

Požadavky splněny? ANO/NE	Upřesnění splnění požadavku
Ano	
Požadavky splněny? ANO/NE	Upřesnění splnění požadavku
Ano	
Ano	
Ano	
Ano	
Ano	

Standard instrumentária č.1	
1	Splňující standard instrumenária
2	Nástroje vyrobené z medicínské nerezavějící oceli standard X20Cr13 nebo X52Cr13
3	Nástroje s tvrdokovem mající vsazený plát karbidu wolframu
4	V případě nůžek musí být na střižné hraně tvrdost min. 59 HRC
5	Nástroje barevně odlišeny pozlacením na úchopové části nástroje (prstencové nůžky a jehelce mají pozlacené ouška, ostatní nástroje konec úchopové části)
6	V případě nůžek super cut (SC) musí být barevně odlišené (změněné barevně minimálně jedno ouško) a musejí mít vroubkování

Standard instrumentária č.2	
1	Splňující standard instrumenária
2	Nástroje vyrobené z medicínské nerezavějící oceli standard X20Cr13 nebo X52Cr13
3	Nůžky musí být barevně odlišené (změněné barevně minimálně jedno ouško) a musejí mít vroubkování na jedné střižné části
4	Na střižné hraně musí mít tvrdost min. 52 HRC

Požadavky na značení nástrojů:	
1	U každé položky jsou uvedeny rovněž požadavky na značení nástrojů (požadavek značení ANO/NE), a to značení 2D kódem gravírovaném laserem, dle standardu GS1 UDI, který musí obsahovat min.: - informace o výrobci - číslo položky - sériové číslo, popř. unikátní číslo pro jednoznačnou identifikaci oběhu instrumentária na jednotlivých sítích
2	Účastník v nabídce uvede, jaké informace použitý čárový kód obsahuje.
3	V případě požadavku na značení kontejnerové vany nebo víka postačuje označení pouze jedné z těchto položek

Požadavky splněny? ANO/NE	Upřesnění splnění požadavku
Ano	
Ano	
Ano	
Ano	
Ano	
Ano	
Požadavky splněny? ANO/NE	Upřesnění splnění požadavku
Ano	
Ano	
Ano	
Ano	
Požadavky splněny? ANO/NE	Upřesnění splnění požadavku
Ano	
Ano	QR kód s info. o výrobci, číslo položky, sériové číslo
Ano	