

DODATEK č. 1 ke kupní smlouvě

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. 5. 2012
se sídlem: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČO: 00023001

DIČ: CZ00023001

zastoupená: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen "Kupující")

a

BIOTRONIK Praha, spol. s r. o.

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.: C 2104

se sídlem: Praha 4 - Nusle, Doudlebská 1699/5, PSČ 14000

zastoupená: Dr. Petrem Větrovským, jednatelem

IČO: 16191242, DIČ: CZ16191242

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Prodávající“)

Čl. I.
18-07-2017

1. Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne18-07-2017..... v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, kupní smlouvu (dále jen „smlouva“), a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávky kardioverterů-defibrilátorů včetně příslušenství – ICD přístroje třídy A“, ev. č. zadavatele PZ-2017-0000003.
2. V rámci výše citované veřejné zakázky se Prodávající zavázal dodávat Kupujícímu kardiovertery - defibrilátory s komerčním názvem IFORIA. Na základě sdělení Prodávajícího došlo k nahrazení některých typů těchto přístrojů modernějšími, s komerčním názvem odlišným od původního (INLEXA), které plnohodnotně nahrazují přístroje stávající a splňují všechna kritéria dle příslušného zadávacího řízení.

Čl. II.

1. Smluvní strany se proto dohodly na změně Přílohy č. 1 smlouvy. Dosavadní *Příloha č. 1 – Portfolio sortimentu* se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se novou *Přílohou č. 1 – Portfolio sortimentu* ze dne18-07-2017.....
2. Prodávající tímto prohlašuje, že nové kardiovertery - defibrilátory splňují všechna kritéria požadovaná v rámci zadávacího řízení a jsou plnohodnotnou náhradou za přístroje, které byly předmětem výše uvedené veřejné zakázky.
3. Ceny, které byly předmětem hodnocení předmětné nadlimitní veřejné zakázky, zůstávají nezměněny.

4. Prodávající současně s tímto dodatkem předává Kupujícímu Prohlášení o shodě CE k výrobkům nově uvedeným v nové *Příloze č. 1 – Portfolio sortimentu* ze dne~~18. 07. 2017~~ zároveň vyplněnou tabulku *Charakteristika nabízeného ZP (technická specifikace)*. Kupující podpisem tohoto dodatku prohlašuje, že veškerá požadovaná Prohlášení o shodě CE a technické specifikace převzal.

Čl. III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v celém rozsahu na tento dodatek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj dnem podpisu tohoto dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření, jde-li o dodatek ke smlouvě podléhající zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., pak nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 Portfolio sortimentu

Příloha č. 2 Charakteristika nabízeného zdravotnického prostředku (technická specifikace)

V Praze dne 18. 07. 2017

V Praze dne 13. 07. 2017

za
Institut klinické a experimentální medicíny

za
BIOTRONIK Praha, spol. s r. o.

.....
MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
ředitel

.....
Dr. Petr Vetrovský
jednatel

Příloha č. 1 Portfolio sortimentu

poř. číslo	VZP kod	Cena v Kč VZP max za 1 ks	Katalogové číslo	výrobce	EAN kod	Název materiálu (upřesnění rozměrů - Fr, průměr, délka)	jednotka	Nabídková cena v Kč za 1ks (bez DPH)	DPH %	Nabídková cena v Kč za 1ks (s DPH)	Třída nebezpečnost
1				Biotronik		ICD-SYST. INLEXA 3 VR-T DF-1	ks				AIMD
2				Biotronik		ICD-SYST. INTICA 7 VR-T DF1 PROMRI	ks				AIMD
3				Biotronik		ICD-SYST. INTICA 7 VR-T DF4 PROMRI	ks				AIMD
4				Biotronik		ICD-SYST. INTICA 7 VR-T DX DF1 PROMRI	ks				AIMD
5				Biotronik		ICD-SYST. INLEXA 3 DR-T DF-1	ks				AIMD
6				Biotronik		ICD-SYST. INTICA 7 DR-T DF1 PROMRI	ks				AIMD
7				Biotronik		ICD-SYST. INTICA 7 DR-T DF4 PROMRI	ks				AIMD
8				Biotronik		ICD-SYST. INLEXA 3 HF-T DF-1	ks				AIMD
9				Biotronik		ICD-SYST. INTICA 7 HF-T DF1 PROMRI	ks				AIMD
10				Biotronik		ICD-SYST. INTICA 7 HF-T DF4 PROMRI	ks				AIMD
11				Biotronik		ICD-SYST. INTICA 7 HF-T QP DF4 IS4 PROMRI	ks				AIMD
12				Biotronik		ICD-SYS. INTICA 7 HF-T QP DF-1 IS4 MRI	ks				AIMD
13				Biotronik		INLEXA 3 VR-T DF-1	ks				AIMD
14				Biotronik		INTICA 7 VR-T DF-1 PROMRI	ks				AIMD
15				Biotronik		INTICA 7 VR-T DF4 PROMRI	ks				AIMD
16				Biotronik		INTICA 7 VR-T DX DF-1 PROMRI	ks				AIMD
17				Biotronik		INLEXA 3 DR-T DF-1	ks				AIMD
18				Biotronik		INTICA 7 DR-T DF-1 PROMRI	ks				AIMD
19				Biotronik		INTICA 7 DR-T DF4 PROMRI	ks				AIMD
20				Biotronik		INLEXA 3 HF-T DF-1	ks				AIMD
21				Biotronik		INTICA 7 HF-T DF-1 IS-1 PROMRI	ks				AIMD
22				Biotronik		INTICA 7 HF-T DF4 IS-1 PROMRI	ks				AIMD

23		Biotronik	04035479142179	INTICA 7 HF-T QP DF4 IS4	PROMRI	ks		AIMD
24		Biotronik	04035479142162	INTICA 7 HF-T QP DF-1 IS4	PROMRI	ks		AIMD
25		Biotronik	04035479118266	SOLIA S 53		ks		AIMD
26		Biotronik	04035479151027	PLEXA PROMRI DF-1 S DX 65/15		ks		AIMD
27		Biotronik	04035479151034	PLEXA PROMRI DF-1 S DX 65/17		ks		AIMD
28		Biotronik	04035479150969	PLEXA PROMRI DF-1 S 65		ks		AIMD
29		Biotronik	04035479133146	PLEXA S 65		ks		AIMD
30		Biotronik	04035479135805	SENTUS PROMRI OTW BP L-85		ks		AIMD
31		Biotronik	04035479138448	SENTUS PROMRI OTW QP L-85		ks		AIMD
32		Biotronik	04035479145576	SENTUS OTW QP S-85/49		ks		AIMD
33		Biotronik	04035479122973	COROX PROMRI OTW-L 85-BP		ks		AIMD
34		Biotronik	04035479111595	LI 6-14 Plus		ks		AIMD
35		Biotronik	04035479116644	SELECTRA ACC Kit		ks		AIMD
36		Biotronik	04035479116736	SELECTRA HOOK-45		ks		AIMD



**CHARAKTERISTIKA ÚČASTNÍKEM NABÍZENÝCH
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ**

Příloha č. 4 ZP

Zadávací řízení

Otevřené řízení

podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Interní evidenční číslo zakázky: PZ-2017-0000003

Evidenční číslo zakázky přidělené VVZ: Z2017-002919

Veřejná zakázka

Dodávky kardioverterů-defibrilátorů včetně příslušenství – ICD přístroje třídy A

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel veřejné zakázky

Institut klinické a experimentální medicíny

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČO: 00023001

Účastník

BIOTRONIK Praha, spol. s r.o.

Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4

IČO: 16191242

ÚVOD

Tento dokument obsahuje

- a) technickou specifikaci účastníkem nabízených Zdravotnických prostředků (odpovídající požadavkům stanoveným zadavatelem v ZP a její Příloze č. 1 ZP s názvem „Technická specifikace poptávaných Zdravotnických prostředků“);
- b) výčet dokumentů (zejména Technická dokumentace) - tyto dokumenty budou označeny způsobem označeným v Příloze č. 1 ZP a do nabídky vloženy způsobem stanoveným zadavatelem v ZP.

Účastníci jsou oprávněni vyplnit v tomto dokumentu pouze údaje označené „[REDAKCE]“. Účastníci nejsou oprávněni jakkoliv jinak zasahovat do textu tohoto dokumentu.

Informace, které s ohledem na jejich rozsah není možné uvést v tomto dokumentu, uvedou účastníci na zvláštním listu, který bude tvořit přílohu tohoto dokumentu a bude pevně spojen se zbývajícím obsahem nabídky.

SEZNAM ZKRATEK

Veškeré pojmy používané v tomto dokumentu s velkými počátečními písmeny, jakož i veškeré použité zkratky, které nejsou níže definovány, mají stejný obsah, jaký je jim připisován v ZP, jejíž je tento dokument přílohou.

Technická dokumentace – prospekt, brožura či jiný dokument podrobně popisující zdravotnický prostředek. **Technická dokumentace předložená účastníkovi v jejich nabídkách musí být zpracována v takových detailech, aby na jejím základě bylo bez jakýchkoliv pochybností možné ověřit, že účastníkem nabízený zdravotnických prostředků v plném rozsahu vyhovuje všem požadavkům stanoveným zadavatelem v ZP a současně aby na jejím podkladě bylo možné provést hodnocení nabídek způsobem a dle parametrů stanovených v ZP a v její příloze č. 1 (Technická specifikace). Zadavatel předem upozorňuje, že pouhý návod k použití zdravotnického prostředku NENÍ DOSTAČUJÍCÍ.**

Zdravotnické prostředky– zdravotnické prostředky ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. **Pro účely této veřejné zakázky se Zdravotnickým prostředkem rozumí kardioverterů-defibrilátorů včetně příslušenství – přístroje třídy A s možností vzdálené kontroly.**

Specifikace nabízených Zdravotnických prostředků¹

Označení zdravotnického prostředku (obchodní název + obchodní firma výrobce)	Charakteristika nabízeného zdravotnického prostředku (technická specifikace)	Výčet a specifikace přikládané Technické dokumentace ²
BASIC s příslušenstvím		
INLEXA 3 VR-T, Plexa	monitor st. prahů RV, HomeMonitoring, Wireless, progr. shock path, 40J, životnost 10,14 let	Data Sheet
INLEXA 3 DR-T, Solia S 53, Plexa	monitor st. prahů RV, HomeMonitoring, Wireless, progr. shock path, 40J, životnost 8.52 let	Data Sheet
INLEXA 3 HF-T Solia S 53, Plexa, Sentus, Selectra Acc Kit/Hook	monitor st. prahů RV/LV, HomeMonitoring, Wireless, progr. shock path, 40J, IEGM On-line, životnost 6,59 let	Data Sheet
BASIC bez příslušenství		
INLEXA 3 VR-T	monitor st. prahů RV, HomeMonitoring, Wireless, progr. shock path, 40J, životnost 10,14 let	Data Sheet
INLEXA 3 DR-T	monitor st. prahů RV, HomeMonitoring, Wireless, progr. shock path, 40J, životnost 8.52 let	Data Sheet
INLEXA 3 HF-T	monitor st. prahů RV/LV, HomeMonitoring, Wireless, progr. shock path, 40J, IEGM On-line, životnost 6,59 let	Data Sheet

¹ Zadavatel připomíná, že účastník zadavateli nabídne vždy portfolio výrobků odpovídajících specifikaci stanovené zadavatelem v příloze č. 1 ZP (Technická specifikace), přičemž počet výrobků zahrnutých do tohoto portfolia není zadavatelem stanoven/omezen. Pro každý nabízený výrobek/Zdravotnický prostředek účastník v níže uvedené tabulce vyplní samostatný řádek.

² Technická dokumentace předkládaná účastníkem v nabídce k jednotlivým nabízeným Zdravotnickým prostředkům budou v tomto sloupci specifikovány natolik přesně, aby zadavatel mohl bez jakýchkoliv pochybností přiřadit ke každému z uváděných/popisovaných Zdravotnických prostředků příslušnou Technickou dokumentaci.

Označení zdravotnického prostředku (obchodní název + obchodní firma výrobce)	Charakteristika nabízeného zdravotnického prostředku (technická specifikace)	Výčet a specifikace příkládané Technické dokumentace ²
PREMIUM s příslušenstvím		
INTICA 7 VR-T Plexa	VVIR/VDDR, DF-1/DF4, CLS, ProMRI, HomeMonitoring, Capture control, Wireless, shock-path, Morphmatch, 40J, životnost 10,1 let	Data Sheet
INTICA 7 DR-T Solia S 53, Plexa	DDDR, DF-1/DF4, CLS, ProMRI, HomeMonitoring, Capture control, Wireless, shock-path, Morphmatch, 40J, životnost 8,5 let	Data Sheet
INTICA 7 HF-T Solia S 53, Plexa, Sentus, Selectra Acc Kit/Hook	DDDR, DF-1/DF4, LV IS 1/IS 4, CLS, ProMRI, HomeMonitoring, Capture control, Wireless, shock-path, Morphmatch, MPP pacing, 40J, životnost 7,6 let	Data Sheet
PREMIUM bez příslušenství		
INTICA 7 VR-T	VVIR/VDDR, DF-1/DF4, CLS, ProMRI, HomeMonitoring, Capture control, Wireless, shock-path, Morphmatch, 40J, životnost 10,1 let	Data Sheet
INTICA 7 DR-T	DDDR, DF-1/DF4, CLS, ProMRI, HomeMonitoring, Capture control, Wireless, shock-path, Morphmatch, 40J, životnost 8,5 let	Data Sheet
INTICA 7 HF-T	DDDR, DF-1/DF4, LV IS 1/IS 4, CLS, ProMRI, HomeMonitoring, Capture control, Wireless, shock-path, Morphmatch, MPP pacing, 40J, životnost 7,6 let	Data Sheet