

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice Praha

## KUPNÍ SMLOUVA

D3002/2024-ÚVN

### Electric Medical Service, s.r.o.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13525

se sídlem: Ledce 74, 664 62

IČO: 49970267

DIČ: CZ49970267

bankovní spojení: Citibank a.s.

číslo účtu: 2520450100/2600

zastoupená: Ing. Ondřejem Podlouckým, prokuristou

jako prodávající na straně jedné (dále jen „**prodávající**“)

a

### Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

bankovní spojení: Česká národní banka Praha

číslo účtu: 32123881/0710

ID datové schránky: b8mtp8k

zastoupená: plk. gšt. MUDr. Václavem Masopustem, Ph.D., MBA, LL.M., DBA, ředitelem

jako kupující na straně druhé (dále jen „**kupující**“)(prodávající a kupující společně dále jako „**smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**smluvní strana**“)uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále též jen „**smlouva**“):

### Článek I.

#### Úvodní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Přístroj ultrazvukový**“ (systémové číslo NEN N006/24/V00036270, č. j.: 25747/2024-ÚVN), zahájeného kupujícím jako veřejným zadavatelem, v souladu s ustanoveními § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.
2. Tato smlouva je uzavírána v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), a vychází ze zadávací dokumentace a z podané nabídky prodávajícího.
3. Není-li některá otázka řešena touto smlouvou, platí pro vztahy smluvních stran podmínky obsažené v zadávací dokumentaci a v občanském zákoníku.

## Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu **1 kus ultrazvukového přístroje, včetně požadovaného příslušenství (zejm. softwaru a sond)**, to vše dle bližší specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (vše dále společně jen „**přístroj**“), závazek prodávajícího umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k přístroji a závazek kupujícího přístroj převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve sjednané výši, to vše způsobem a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek prodávajícího poskytnout kupujícímu za podmínek stanovených touto smlouvou dále specifikovaná plnění související s koupí přístroje.
3. V případě, že je nedílnou součástí přístroje počítačový program (software), poskytuje prodávající kupujícímu k takovému softwaru nevýhradní a nevypověditelné oprávnění (licenci) jej užívat všemi způsoby nezbytnými pro jeho řádné užívání dle jeho účelového určení, dle této smlouvy a zadávací dokumentace a to, na celém území České republiky, bez omezení počtu užití, jakýchkoli úkonů, pacientů, vyšetření, uživatelů registrovaných nebo současně přihlášených a na dobu trvání majetkových práv autorských (dále jen „**licence**“). Licence se vztahuje rovněž na veškeré nové verze (update i upgrade) takového softwaru. Kupující není povinen licenci využít. Není-li prodávající oprávněn poskytnout některou licenci sám, je povinen ve lhůtě sjednané pro splnění dodávky zařízení kupujícímu zprostředkovat uzavření licenční smlouvy o poskytnutí práv užití (licence) k takovému softwaru, a to ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, jaké jsou v této smlouvě sjednány pro licenci.
4. Prodávající se zavazuje zajistit plnění předmětu smlouvy využitím vlastních kapacit, případně pomocí třetích osob (poddodavatelů). V případě, že prodávající bude využívat poddodavatele, bude seznam poddodavatelů, s uvedením částí, jimiž se jednotliví poddodavatelé budou na plnění předmětu smlouvy podílet, přílohou č. 2 smlouvy. Seznam poddodavatelů je pro prodávajícího závazný. Prodávající je oprávněn změnit poddodavatele jen s předchozím písemným souhlasem kupujícího, přičemž nový poddodavatel dosazený za původního musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady jako původní poddodavatel. Prodávající prohlašuje, že plnění předmětu smlouvy bude zajišťovat výhradně prostřednictvím osob kvalifikovaných pro činnosti odpovídající předmětu této smlouvy. Prodávající v rámci předmětu plnění odpovídá v plném rozsahu za poddodavatele a dále odpovídá za to, že poddodavatelé budou disponovat veškerými oprávněními požadovanými platnými právními předpisy.

## Článek III. Dodací podmínky přístroje

1. Dodávka přístroje je řádně splněna tehdy, jestliže přístroj byl v místě plnění předán kupujícímu bez vad a se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací, byl uveden do provozu (tj. byla provedena jeho instalace, napojení na veškeré potřebné sítě apod.) a byla předvedena jeho funkčnost, to vše v souladu se smlouvou, zadávací dokumentací a nabídkou prodávajícího. Spolu s přístrojem je prodávající povinen dodat rovněž kompletní sestavu příslušenství a spotřebního materiálu pro okamžité použití dodávaného přístroje, pro umožnění plnohodnotné instruktáže a k provedení kompletní instalace, včetně softwarového vybavení nezbytného pro jeho používání a řádný provoz.
2. Dodaný přístroj včetně jeho součástí a příslušenství musí být nový, nerepasovaný, nepoužitý a nesmí být staršího data výroby než 12 měsíců před jeho dodáním a musí splňovat technické požadavky uvedené v příloze č. 1 smlouvy a veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a technickými či jinými normami, které se na přístroj přímo či nepřímo vztahují.
3. Spolu s přístrojem musí být kupujícímu předána následující dokumentace: návod k obsluze přístroje v českém jazyce a prohlášení o shodě, obojí v listinné podobě a současně v elektronické podobě na technickém nosiči dat, a veškeré další dokumenty, revize, prohlášení, záruční listy a jiné doklady, které jsou potřebné pro provoz přístroje v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění (dále jen „**zákon o zdravotnických prostředcích**“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745, o zdravotnických prostředcích (dále jen „**Nařízení 2017/745**“).

4. Prodávající se zavazuje splnit dodávku přístroje nejpozději do **6 týdnů** od účinnosti této smlouvy.
5. Prodávající je povinen předat (zaslat) pracovníkům Oddělení informatiky kupujícího:
  - a) seznam komunikačních portů přístroje (TCP/UDP komunikace) pro povolení přístupů na interním firewallu,
  - b) je-li nutná komunikace mimo síť Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha do internetu:
    - specifikaci důvodů (např. aktualizace firmware, vzdálený dohled) a
    - seznam komunikačních portů přístroje (TCP/UDP komunikace) pro povolení přístupů na perimetrovém firewallu,
  - c) počet vyžadovaných síťových připojení a IP adres.

Vše shora uvedené v tomto odstavci je prodávající povinen nejpozději 2 týdny před dodáním přístroje zaslat na e-mail [REDAKCE] a v kopii na e-mail [REDAKCE]

6. Místem plnění je Interní klinika 1. LF UK a ÚVN (dialyzační pracoviště) v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha, U vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6.
7. Osobou pověřenou prodávajícím k předání přístroje je [REDAKCE]
8. Osobou pověřenou kupujícím k převzetí přístroje je [REDAKCE]
9. Smluvní strany potvrdí řádné splnění dodávky přístroje podpisem předávacího protokolu svými zástupci pověřenými k předání a převzetí přístroje. Vlastnické právo k přístroji a nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem splnění dodávky přístroje, potvrzeným podpisem předávacího protokolu.
10. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí přístroje, jestliže přístroj byl dodán vadný nebo nebyl dodán se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací. Prodávající je v takovém případě povinen dodat bezvadný a kompletní přístroj bez zbytečného odkladu po odmítnutí převzetí přístroje kupujícím, nejpozději však ve lhůtě pro splnění dodávky dle této smlouvy. Kupující není povinen potvrdit řádné splnění dodávky přístroje na předávacím protokolu dříve, než jsou splněny všechny podmínky dle této smlouvy, za nichž se dodávka považuje za řádně splněnou.
11. Prodávající se zavazuje při instalaci přístroje postupovat s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo k újmě na zdraví a majetku kupujícího a třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv však pouze:
  - a) zajistit veškeré pracovní síly, zařízení a materiál potřebný k provedení instalace přístroje řádným způsobem,
  - b) chránit kupujícího před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody nahradit,
  - c) na své náklady po instalaci přístroje a po každé provedené servisní činnosti provést úklid v místě plnění, tj. odstranit vzniklé nečistoty, zajistit likvidaci vzniklých odpadů a odklidit z místa plnění své zařízení a nářadí. Prodávající je povinen zajistit na své náklady ekologickou likvidaci použitých dílů zařízení měněných při servisní činnosti, a to v souladu s právními předpisy včetně přepravy do místa likvidace.
12. Zjistí-li prodávající při provádění dodávky přístroje překážky bránící nebo ovlivňující řádné splnění dodávky, je povinen o tom kupujícího neprodleně informovat a dohodnout s ním podmínky, za kterých lze v dodávce pokračovat.

#### **Článek IV. Kupní cena**

1. Sjednaná celková kupní cena přístroje je cena maximální a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním dodávky, a všech dalších závazků prodávajícího v rámci předmětu plnění bez ohledu na to, zda je ve smlouvě uvedeno, že prodávající splní ten který závazek na vlastní

náklady či nikoliv, včetně nákladů na dopravu přístroje do místa plnění, poskytnutí licence dle ust. čl. II. odst. 3 smlouvy, pojištění, balného, cla či jiných poplatků atd. Celková kupní cena je ujednána v následující výši:

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Celková kupní cena bez DPH</b>    | <b>1.047.000,- Kč</b> |
| DPH 21%                              | 219.870,- Kč          |
| <b>Celková kupní cena včetně DPH</b> | <b>1.266.870,- Kč</b> |

2. V případě, že do dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. do dne splnění dodávky, dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude odpovídajícím způsobem zvýšena či snížena DPH a celková kupní cena včetně DPH uvedené v této smlouvě, přičemž taková změna nebude považována za změnu smlouvy.
3. Sjednaná celková kupní cena přístroje zahrnuje rovněž záruční servis přístroje včetně ceny náhradních dílů dodaných v souvislosti s provedením záručního servisu za podmínek dle čl. VIII. smlouvy.

#### **Článek V. Fakturační a platební podmínky**

1. Prodávající vystaví a doručí kupujícímu daňový doklad – fakturu do 10 kalendářních dnů od splnění dodávky přístroje.
2. Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „**zákon o DPH**“) a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona o DPH, včetně náležitostí požadovaných v odst. 5. tohoto článku.
3. Splatnost faktury se sjednává v délce 60 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury kupujícímu.
4. Kupující neposkytne prodávajícímu k úhradě kupní ceny zálohu.
5. Faktura musí kromě povinných náležitostí stanovených platnými právními předpisy vždy obsahovat:
  - a) systémové číslo NEN uvedené v čl. I odst. 1. smlouvy,
  - b) důvod účtování s odkazem na tuto smlouvu a
  - c) jako přílohu kopii předávacího protokolu.
6. V případě, že faktura prodávajícího nebude mít náležitosti a přílohy stanovené platnými právními předpisy nebo touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatnosti se tím přerušuje. Lhůta splatnosti faktury počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu.
7. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti. Dnem úhrady je den připsání částky na účet prodávajícího.
8. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.
9. Prodávající je povinen uvést na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Kupující provede kontrolu, zda prodávající je či není evidován jako nespolehlivý plátec DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, a že číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené na daňovém dokladu je jako povinné registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH.
10. Kupující je oprávněn provést úhradu daňového dokladu ve výši kupní ceny bez DPH a částku rovnající se DPH poukázat přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH v případě, že



- a) ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně prodávající uveden jako nespolehlivý plátce, nebo
  - b) číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené na daňovém dokladu není zveřejněno správcem daně jako povinně registrovaný údaj.
11. Prodávající je povinen strpět, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení DPH a úhradu závazku kupujícím jen ve výši kupní ceny bez DPH, nastane-li některá z uvedených skutečností a dále je povinen nahradit kupujícímu případnou škodu, která by mu v důsledku takové skutečnosti vznikla.

## **Článek VI. Zaškolení**

1. Prodávající se zavazuje provést zaškolení určených pracovníků kupujícího v obsluze přístroje v souladu s požadavky zákona o zdravotnických prostředcích pro instruktáž k zdravotnickému prostředku, včetně seznámení s riziky spojenými s používáním tohoto přístroje (dále jen „**zaškolení obsluhy přístroje**“), a to bezplatně nejpozději do 2 dnů od podpisu předávacího protokolu k přístroji.
2. Prodávající se dále zavazuje provádět pravidelné zaškolení obsluhy přístroje alespoň jedenkrát ročně na základě písemného požadavku kupujícího, a to bezplatně po celou záruční dobu dle této smlouvy.
3. Zaškolení obsluhy přístroje se uskuteční v místě sídla kupujícího s tím, že konkrétní místo a čas školení bude určen po dohodě obou smluvních stran.
4. Prodávající se zavazuje bezplatně zaškolit určené pracovníky kupujícího v rozsahu stanoveném výrobcem přístroje pro provádění instruktáže dalších pracovníků kupujícího k obsluze přístroje, a to alespoň jedenkrát ročně po celou záruční dobu dle této smlouvy na základě písemného požadavku kupujícího. Platnost tohoto zaškolení nebude časově omezena, ale bude vázána pouze na trvání pracovněprávního či obdobného vztahu zaškolенého pracovníka ke kupujícímu. Konkrétní místo a čas školení podle tohoto odstavce určí prodávající.
5. Prodávající je povinen před konáním školení předložit kupujícímu kopii dokladu o tom, že osoba provádějící zaškolení dle tohoto článku smlouvy je k této činnosti oprávněna v souladu s požadavky dle zákona o zdravotnických prostředcích.
6. O provedených zaškoleních podle tohoto článku smlouvy učiní prodávající, ihned po skončení školení, písemný zápis, který potvrdí pověřený pracovník kupujícího a jehož jedno vyhotovení předá prodávající kupujícímu.

## **Článek VII. Odpovědnost za vady a záruka za jakost**

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodaný přístroj je prostý jakýchkoliv faktických či právních vad, je v souladu s touto smlouvou, splňuje všechny požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie (tj. zejména v případě zdravotnického prostředku zákonem o zdravotnických prostředcích a Nařízením 2017/745), má vlastnosti deklarované jeho výrobcem a je způsobilý k použití pro účel, k němuž je výrobcem určen. Prodávající dále deklaruje, že přístroj je opatřen označením CE. Přístroj nesplňující tyto podmínky se považuje za vadný.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu na přístroj včetně jeho příslušenství a softwarového vybavení záruku za jakost v délce min. 24 měsíců, popř. záruku delší, a to v době trvání stanovené pro konkrétní příslušenství v příloze č. 4 smlouvy (dále jen „**záruční doba**“), s tím, že tato záruční doba počíná běžet dnem splnění dodávky přístroje.
3. Reklamací jakékoliv vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do konce záruční doby. Doba od uplatnění reklamace vady do jejího odstranění se do záruční doby nezapočítává.

4. Reklamací může kupující uplatnit písemně, zejm. prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na adrese [REDAKCE] anebo prostřednictvím služby pro vyřizování reklamací na internetových stránkách prodávajícího, jestliže prodávající takovou službu provozuje. Pro dodržení záruční doby je rozhodující datum podacího razítka u doporučeného dopisu nebo datum odeslání elektronické pošty, již byla reklamacie uplatněna, nebo datum odeslání reklamace prostřednictvím služby pro vyřizování reklamací.
5. Kupující má právo na odstranění reklamované vady opravou přístroje či výměnou jeho vadné části. V případě, že vada je neopravitelná nebo prodávající nezajistí kupujícímu bezplatné zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy za podmínek stanovených touto smlouvou, je kupující oprávněn požadovat dodání nového přístroje nebo od smlouvy odstoupit. Volba práva náleží kupujícímu.

## **Článek VIII. Záruční servis**

1. Prodávající se zavazuje zajistit po celou záruční dobu bezplatný záruční servis přístroje, kterým se rozumí provádění oprav přístroje, bezpečnostně technických kontrol a případných dalších výrobce přístroje předepsaných kontrol, revizí, validací apod., to vše v souladu s pokyny výrobce, zákonem o zdravotnických prostředcích a jinými právními předpisy. V rámci záručního servisu musí být prováděna též revize přístroje v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích a jinými právními předpisy, je-li přístroj pevně připojen ke zdroji elektrické energie nebo jeho součástí je tlakové, plynové nebo zdvihací zařízení. Je-li přístroj vybaven ovládacím či jiným softwarem, zahrnuje provádění záručního servisu i jeho pravidelný bezplatný update/upgrade.
2. Prodávající je povinen zajistit v rámci záručního servisu opravu přístroje v následujících lhůtách, které počínají běžet okamžikem nahlášení závady (uplatnění reklamace) přístroje:

|                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| • reakce na požadavek a nástup servisního technika na opravu (reakční doba) | 24 hodin |
| • odstranění závady bez použití náhradních dílů                             | 48 hodin |
| • odstranění závady s použitím náhradních dílů                              | 72 hodin |

Soboty, neděle a svátky se do shora uvedených lhůt nezapočítávají a již započaté lhůty v těchto dnech neběží a v běhu pokračují až od 07:00 hodin nejbližšího pracovního dne.
3. Oprava vadného přístroje v rámci záručního servisu zahrnuje též bezplatné dodání náhradních dílů a spotřebního materiálu, pokud je jich k provedení opravy zapotřebí. Veškeré dodané náhradní díly musí být nové, nerepasované, nepoužité a bez vad, musí být originální a schválené výrobcem přístroje a nesmí být staršího data výroby než 12 měsíců před jejich dodáním, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Je-li k provedení opravy nutné přístroj nebo jeho část dopravit do místa určeného prodávajícím, zajišťuje přepravu prodávající na své náklady a nebezpečí.
5. Povinnost prodávajícího zajistit bezplatně opravu přístroje v rámci záručního servisu se neuplatní v případě závad, na které se nevztahuje záruka za jakost, zejména závad způsobených nesprávným nebo neodborným zacházením se přístrojem v rozporu s pokyny jeho výrobce. Pro provedení oprav těchto závad se analogicky uplatní podmínky pro poskytování pozáručního servisu stanovené v servisní smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami v rámci veřejné zakázky uvedené v čl. I. odst. 1. této smlouvy s tím, že z uvedené servisní smlouvy budou i čerpány finanční prostředky vynaložené na provedení takových oprav.
6. Prodávající je povinen zajistit kupujícímu po dobu opravy přístroje bezplatné zapůjčení náhradního přístroje, který lze použít ke stejnému účelu jako vadný přístroj, za podmínky, že
  - a) závada byla nahlášena (reklamována) v záruční době,
  - b) jde o závadu, na kterou se vztahuje záruka za jakost, a
  - c) doba opravy přístroje překročí 72 hodin od nahlášení závady.

7. Prodávající je povinen zajistit provádění bezpečnostně technických kontrol a případných dalších výrobcem předepsaných kontrol/revizí/validací přístroje včetně všech povinných i doporučených úkonů alespoň v rozsahu a v minimální četnosti stanovené platnými právními předpisy, resp. výrobcem přístroje; provedení bezpečnostně technické kontroly včetně uvedených úkonů dále prodávající vždy zajistí v období jednoho měsíce před skončením záruční doby.
8. Provádění platnými právními předpisy nebo výrobcem přístroje předepsaných či doporučených úkonů v rámci bezpečnostně technické kontroly přístroje nebo v rámci dalších výrobcem předepsaných kontrol/revizí/validací v záruční době zahrnuje i bezplatné dodání spotřebního materiálu, pokud je ho k provedení těchto úkonů zapotřebí.
9. Po řádném provedení servisní činnosti je prodávající povinen provést na své nebezpečí přezkoušení přístroje a jeho uvedení zpět do provozu a předat výsledek servisní činnosti kupujícímu. Za účelem potvrzení předání a převzetí výsledku servisní činnosti vystaví prodávající kupujícímu servisní výkaz, který podepíše pověřený zástupci obou smluvních stran.
10. Prodávající je povinen nejpozději před zahájením poskytování záručního servisu předložit kupujícímu kopii autorizace či obdobného dokladu o oprávnění k provádění servisu přístroje, uděleného v souladu s požadavky dle zákona o zdravotnických prostředcích. Prodávající je dále povinen předložit kupujícímu kopii dokladu o tom, že osoba provádějící servis přístroje je k této činnosti oprávněna v souladu s požadavky dle zákona o zdravotnických prostředcích.

#### **Článek IX. Sankce**

1. V případě prodlení prodávajícího se splněním dodávky přístroje ve lhůtě stanovené touto smlouvou je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z celkové kupní ceny přístroje bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním závady přístroje v rámci záručního servisu ve lhůtách stanovených touto smlouvou je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění závady, dodání nového přístroje namísto přístroje vadného nebo odstoupení od smlouvy kupujícím. Pro účely stanovení smluvní pokuty se do doby prodlení prodávajícího nezapočítává doba, po kterou prodávající zajistil kupujícímu bezplatné zapůjčení náhradního přístroje namísto přístroje vadného, který lze použít ke stejnému účelu.
3. V případě prodlení prodávajícího se zajištěním bezpečnostně technické kontroly přístroje nebo další výrobcem předepsané kontroly/revize/validace přístroje v rámci záručního servisu nejpozději v termínech vyplývajících z minimální četnosti provádění jednotlivých povinných či doporučených úkonů, stanovených platnými právními předpisy, resp. výrobcem přístroje, nebo v termínu stanoveném touto smlouvou je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 600,- Kč, a to za každý započatý den prodlení až do řádného splnění závazku.
4. V případě prodlení prodávajícího s provedením zaškolení určených pracovníků kupujícího dle ust. čl. VI. smlouvy ve lhůtách či termínech stanovených touto smlouvou nebo v souladu s ní je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 400,- Kč, a to za každý započatý den prodlení až do řádného splnění závazku.
5. V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené v ust. čl. II. odst. 4. smlouvy ze strany prodávajícího, je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti.
6. V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené v ust. čl. X. odst. 6. smlouvy ze strany prodávajícího, je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny přístroje bez DPH.
7. V případě prodlení prodávajícího se splněním povinnosti stanovené v čl. XII. odst. 2. smlouvy je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení až do řádného splnění závazku nebo odstoupení od smlouvy kupujícím.

8. V případě porušení jakékoliv povinnosti dle ust. čl. XII. odst. 3. smlouvy ze strany prodávajícího, je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti.
9. Kupující je oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení povinností stanovených v příloze č. 4 smlouvy.
10. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury za kupní cenu má prodávající právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.
11. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně prohlašují, že do doby prodlení prodávajícího se nezapočítává doba, po kterou byl kupující v prodlení se splněním své povinnosti poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.
12. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich uplatnění u druhé smluvní strany.
13. Právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, není ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

## **Článek X.**

### **Ukončení smlouvy**

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy některou ze smluvních stran za podmínek níže uvedených.
2. Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od smlouvy, jestliže druhá smluvní strana porušila podstatným způsobem svou povinnost z této smlouvy a nezjedнала nápravu ani ve lhůtě 5 pracovních dnů poté, co byla na porušení povinnosti odstupující smluvní stranou písemně upozorněna.
3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů a dále v případě, že
  - a) prodávající je v prodlení se splněním dodávky delším než 15 dnů,
  - b) prodávající kupujícímu sdělí, že není schopen plnit smlouvu v termínu uvedeném v čl. III. odst. 4. smlouvy a/nebo že není schopen dodávku splnit za sjednanou kupní cenu,
  - c) vůči prodávajícímu bylo zahájeno insolvenční řízení a insolvenční soud rozhodl o úpadku prodávajícího,
  - d) prodávající vstoupil do likvidace,
  - e) orgán státního dohledu rozhodl o stažení přístroje z trhu nebo z oběhu nebo o dočasném stažení přístroje z trhu,
  - f) činností nebo nečinností prodávajícího vznikla kupujícímu škoda nebo její vznik hrozí nebo bylo poškozeno dobré jméno kupujícího,
  - g) tak stanoví jiná ustanovení této smlouvy.

Právo odstoupit od smlouvy podle tohoto odstavce lze uplatnit nejpozději do skončení záruční doby přístroje; po tomto okamžiku pouze v případě, že toto právo vzniklo na základě reklamace vady přístroje, která byla uplatněna kupujícím v záruční době.

4. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny delším než 60 dnů po splatnosti faktury.
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
6. V případě, že v průběhu plnění smlouvy pozbyde prodávající oprávnění ke splnění části svých závazků ze smlouvy (např. oprávnění k provádění servisu přístroje, instruktáže atp.), je povinen o tom kupujícího neprodleně informovat s tím, že v takovém případě je povinen použít ke splnění těchto svých závazků třetí osobu – poddodavatele, a to postupem dle ust. čl. II. odst. 4. smlouvy. Prodávající však vždy odpovídá



tak, jako by tato plnění poskytoval sám. V případě porušení povinností prodávajícího uvedených v tomto odstavci je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy a dále je oprávněn po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty dle ust. čl. IX. odst. 6. smlouvy.

## **Článek XI.**

### **Uveřejnění smlouvy v registru smluv**

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, splní kupující, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.
2. Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že kupující, v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv, znečitelní ve smlouvě zaslané správci registru smluv k uveřejnění ty informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (např. osobní údaje, obchodní tajemství nebo informace chráněné právem k nehmotným statkům), případně též za podmínek § 5 odst. 6 zákona o registru smluv vyloučí z uveřejnění metadata smlouvy, která jsou obchodním tajemstvím smluvní strany splňující stanovená kritéria. Kupující však není povinen znečitelnit, resp. vyloučit z uveřejnění údaje, které již byly oprávněně zveřejněny, např. ve veřejných rejstřících apod.
3. Kupující v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv vylučuje z uveřejnění přílohu č. 4 této smlouvy, a to vzhledem k charakteru informací v ní obsažených.
4. S vědomím, že obchodní tajemství mohou tvořit pouze skutečnosti splňující znaky definované v § 504 občanského zákoníku, a s ohledem na omezení použití obchodního tajemství jako důvodu neposkytnutí informace podle § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, označují smluvní strany za své obchodní tajemství:
  - a) prodávající: katalogové listy nabízeného zdravotnického prostředku
  - b) kupující: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství kupujícího.

Smluvní strany prohlašují, že uvedený výčet částí smlouvy obsahujících obchodní tajemství je úplný.

5. Bude-li třeba smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění v registru smluv opravit uveřejněním částí smlouvy nebo metadat, které byly původně z uveřejnění vyloučeny z důvodu ochrany obchodního tajemství, odpovídá za provedení takové opravy smluvní strana, která danou část smlouvy nebo metadata označila za své obchodní tajemství. Ke splnění této povinnosti, jakož i k provedení jakýchkoliv jiných nutných oprav uveřejněné smlouvy nebo metadat postupem dle zákona o registru smluv se smluvní strany zavazují poskytnout si navzájem nezbytnou součinnost.

## **Článek XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Prodávající prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti nejméně do výše 500.000,- Kč na jednu pojistnou událost, které se vztahuje na případnou škodu způsobenou kupujícímu nebo třetí osobě při plnění závazků z této smlouvy. Kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Pojištění odpovědnosti podle odst. 1. tohoto článku je prodávající povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy a tuto skutečnost kupujícímu kdykoliv na jeho výzvu prokázat předložením originálu anebo úředně ověřené kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, a to ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od doručení této výzvy. Nesplnění těchto povinností je považováno za podstatné porušení této smlouvy.
3. Prodávající se při plnění předmětu této smlouvy zavazuje dodržovat veškeré povinnosti stanovené předpisy upravující kybernetickou bezpečnost a ochranu osobních údajů, zejména zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a změně souvisejících zákonů, vyhláškou č. 82/2018 Sb., o

bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR). Vyplývá-li smluvním stranám ze jmenovaných předpisů povinnost uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů anebo učinit jiný úkon, zavazují se smluvní strany poskytnout si veškerou potřebnou součinnost ke splnění takové povinnosti.

4. Smluvní strany neodpovídají za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění smluvních povinností, pokud nastaly po uzavření smlouvy nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se nepovažují překážky, které nastaly v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s plněním svých povinností, či překážky vzniklé z hospodářských poměrů dané strany.
5. Je-li doručována písemnost na základě této smlouvy doporučeným dopisem na poslední známou adresu smluvní strany prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a smluvní strana písemnost nepřevzme, má se za to, že písemnost byla doručena třetím pracovním dnem po předání zásilky provozovateli poštovních služeb, i kdyby se o ní smluvní strana nedozvěděla. Za poslední známou adresu smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy, případně nová adresa, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámila.
6. Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
7. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Ve vztazích mezi smluvními stranami vyplývajících z této smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
8. Při plnění této smlouvy smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku; ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije.
9. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení, která lze od neplatného či neúčinného ustanovení oddělit, ani platnost a účinnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením novým, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení původního. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, dokud smluvní strany dotčené ustanovení nenahradí postupem podle věty druhé.
10. V případě sporu se smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem. Jestliže smírného řešení nebude dosaženo, budou spory rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
11. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami a číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou.
12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
13. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou. Toto ustanovení se nepoužije v případě, kdy smluvní strany podepisují smlouvu elektronickými podpisy.

14. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
15. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění
  - Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů – čestné prohlášení prodávajícího o poddodavatelích s uvedením částí, jimiž se jednotliví poddodavatelé budou na předmětu plnění podílet a specifikace jimi prováděných činností, případně čestné prohlášení prodávajícího, že splní předmět smlouvy bez poddodavatelů
  - Příloha č. 3: Kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu
  - Příloha č. 4: Technické a bezpečnostní požadavky na provoz přístroje v síti ÚVN

V Brně dne

V Praze dne:

za prodávajícího:

za kupujícího:

**Ing. Ondřej Podloucký**  
Digitálně podepsal  
Ing. Ondřej Podloucký  
Datum: 2024.12.11  
12:48:17 +01'00'

.....

Ing. Ondřej Podloucký  
Prokurista  
Electric Medical Service, s.r.o.

  
Digitálně podepsal  
Datum: 2024.12.23  
09:31:53 +01'00'

.....

plk. gšt. MUDr. Václav Masopust, Ph.D.,  
MBA, LL.M., DBA, ředitel  
Ústřední vojenské nemocnice –  
Vojenské fakultní nemocnice Praha

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE – Přístroj ultrazvukový**

| <b><u>MINIMÁLNÍ ZADAVATELEM POŽADOVANÉ TECHNICKÉ<br/>PARAMETRY</u></b>                                                                                                                                                                                                            | <b><u>ÚČASTNÍKEM<br/>NABÍZENÁ HODNOTA</u></b><br>**<br>— |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b><u>Název přístroje:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |
| Ultrazvukový přístroj Logiq P9, výrobce GE Healthcare, Ev. Č. ZP: 00096292                                                                                                                                                                                                        |                                                          |
| <b><u>Medicínský účel, použití, indikace:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |
| Přístroj ultrazvukový slouží u nefrologických a dialyzovaných pacientů k vyšetření orgánů dutiny břišní vč. ledvin a močového měchýře. U dialyzovaných pacientů slouží k vyšetření cévního přístupu vč. měření průtoku cévním přístupem a diagnostice komplikací s tím spojených. | ANO                                                      |
| <b><u>Přístroj ultrazvukový– 1ks</u></b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |
| Mobilní ultrazvukový přístroj                                                                                                                                                                                                                                                     | ANO                                                      |
| Výškově a stranově nastavitelný ovládací panel                                                                                                                                                                                                                                    | ANO                                                      |
| Monitor min 23" – stavitelný nezávisle na přístroji                                                                                                                                                                                                                               | ANO – 23,8"                                              |
| Interní úložiště min. 500 GB                                                                                                                                                                                                                                                      | ANO – 500 GB                                             |
| Ovládání pomocí trackballu                                                                                                                                                                                                                                                        | ANO                                                      |
| Pomocná dotyková obrazovka min. 10"                                                                                                                                                                                                                                               | ANO – 10,4"                                              |
| Virtuální klávesnice na dotykovém displeji                                                                                                                                                                                                                                        | ANO                                                      |
| Min. 3 aktivní porty pro připojení vyšetřovacích sond                                                                                                                                                                                                                             | ANO – 4 porty                                            |
| Přístroj nebo vozík opatřen držáky pro všechny požadované sondy pro bezpečný transport UZV zařízení                                                                                                                                                                               | ANO                                                      |
| Integrovaná výsuvná mechanická alfanumerická klávesnice                                                                                                                                                                                                                           | ANO                                                      |
| Volba vyšetřovací sondy a presetu jedním dotykem                                                                                                                                                                                                                                  | ANO                                                      |
| Rozhraní pro export dat do PC – min. 2x USB, 1x HDMI                                                                                                                                                                                                                              | ANO – 5x USB, 1x HDMI                                    |
| Archivace dat v běžných PC formátech - min. JPEG, AVI                                                                                                                                                                                                                             | ANO                                                      |
| SW a HW pro přenos dat ve formátu DICOM do PACS                                                                                                                                                                                                                                   | ANO                                                      |
| Mobilní systém – alespoň 4 kolečka pro snadný převoz vč. brzdícího systému (brzděná kolečka nebo centrální brzda)                                                                                                                                                                 | ANO – 4 brzděná kolečka                                  |
| Doba provozu na akumulátor: min. 15 min.                                                                                                                                                                                                                                          | ANO – 15 minut                                           |
| Provoz na síť 230V / 50Hz i na interní akumulátor                                                                                                                                                                                                                                 | ANO                                                      |
| Včetně zařízení bude dodáno kompletní příslušenství a spotřební materiál pro okamžité použití zařízení, pro umožnění plnohodnotné instruktáže a k provedení kompletní instalace                                                                                                   | ANO                                                      |

| Zobrazovací módy Měření, software a vyhodnocení                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| B-mode v základních frekvencích                                                                                                                                                                                                                                     | ANO                                                                           |
| Harmonické zobrazení na všech sondách                                                                                                                                                                                                                               | ANO                                                                           |
| Spektrální doppler – PW                                                                                                                                                                                                                                             | ANO                                                                           |
| Barevné dopplerovské zobrazení (CFM)                                                                                                                                                                                                                                | ANO                                                                           |
| Výkonový a směrový výkonový doppler (direkcionální power doppler - PDI),                                                                                                                                                                                            | ANO                                                                           |
| Barevné mapování toku se zvýšenou citlivostí – např: HD-flow, Dynamic flow                                                                                                                                                                                          | ANO                                                                           |
| Zobrazení krevního toku (prokrvení) na bázi substrakce obrazu bez použití dopplerovských metod a kontrastních látek                                                                                                                                                 | ANO                                                                           |
| Automatické měření parametrů dopplerovského spektra                                                                                                                                                                                                                 | ANO                                                                           |
| Automatické optimalizace 2D, TGC a dopplera                                                                                                                                                                                                                         | ANO                                                                           |
| Zoom                                                                                                                                                                                                                                                                | ANO                                                                           |
| SW Nastavení TGC v min. osmi stupních                                                                                                                                                                                                                               | ANO- 8 stupňů                                                                 |
| Modul pro odrušení ultrazvukových speklí s nastavení úrovně v min. 5-ti krocích v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem                                                                                                                                        | ANO – 5 kroků                                                                 |
| Modul pro compaundní (úhlové) zobrazení s nastavením v min. 4 úrovních v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem                                                                                                                                                 | ANO – 4 kroky                                                                 |
| Ultrazvukový obraz lze duplikovat na pomocný displej                                                                                                                                                                                                                | ANO                                                                           |
| Přístroj umožňuje rozšíření o software pro analýzu průtoku ve tkáních pro dopplerovské módy, analýza ve formě TIC křivek, nutná funkcionality i na archivovaných datech                                                                                             | ANO                                                                           |
| Přístroj umožňuje rozšíření o software pro volumovou navigaci s dalšími zobrazovacími modalitami (CT, MR, UZ) na monitoru přístroje - porovnání nálezů z USG s nálezy načtenými do přístroje ve formátu DICOM z dalších zobrazovacích modalit (např.: CT, MRI, ...) | ANO                                                                           |
| Sondy                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
| Lineární tlačítková multifrekvenční sonda s frekvenčním rozsah min. 4 – 12 MHz, minimálně 4 programovatelná tlačítka s přiřazením funkcí jednotlivým tlačítkům (změna hloubky, zmrazení obrazu, aktivace módů CF, PDI, uložení obrazu apod.)                        | ANO – Lineární sonda L4-12t-RS, rozsah 3 – 12 MHz, 4 programovatelná tlačítka |
| Konvexní multifrekvenční sonda s frekvenčním rozsahem min. 1 – 5 MHz, úhel zobrazení min. 70°                                                                                                                                                                       | ANO – konvexní sonda C1-6-D, rozsah 1 – 6 MHz, úhel zobrazení 70°             |
| Přístroj umožňuje rozšíření o jícnovou sondu a sondu typu matrix                                                                                                                                                                                                    | ANO                                                                           |

*\*(účastník do nabídky uvede přesné obchodní označení, model výrobce, Evidenční číslo ZP (v Informačním systému zdravotnických prostředků – ISZP))*


*\*\* (účastník vyplní všechny řádky následujícím způsobem:*


- 1. u číselných údajů uvede účastník konkrétní hodnoty s odkazem na stránku technického dokumentu/návodů k použití vydaného výrobcem;*
- 2. u ostatních odkazem na stránku technického dokumentu/ návodu k použití vydaného výrobcem, z něhož je patrné splnění daného parametru, popř. i označení konkrétní technologie.)*

**Účastník čestně prohlašuje, že předmět jeho dodávky splňuje veškeré zadavatelem výše stanovené parametry.**

**Jako přílohu účastník dokládá originální technické listy výrobce (originální datový list výrobce, katalog apod.), ve kterých jsou uvedeny a budou z nich patrné veškeré výrobcem deklarované parametry.**







**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH**

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Dodavatel:             | Electric Medical Service, s.r.o. |
| Sídlo:                 | Ledce 74, 664 62                 |
| IČO:                   | 49970267                         |
| Název veřejné zakázky: | <b>Přístroj ultrazvukový</b>     |

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného dodavatele prohlašuji, že zakázka **nebude realizována za pomoci poddodavatelů.**

**KOPIE POJISTNÉ SMLOUVY NEBO POJISTNÉHO CERTIFIKÁTU**



**POJISTNÝ CERTIFIKÁT**

k pojistné smlouvě č. **8603366468**

**Pojištěný:** **Electric Medical Service, s.r.o.**  
se sídlem Ledce 74, PSČ 664 62, Česká republika  
IČ 499 70 267

**Pojistitel:** **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**  
se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00  
IČ 47 11 66 17  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, sp. zn. B 1897

**Pojistná smlouva č.:** **8603366468**

**Rozsah pojištění:** **Pojištění odpovědnosti za újmu**

**Limit pojistného plnění:** **40 000 000,-Kč**

**Spoluúčast:** **20 000,- Kč**

**Územní rozsah pojištění :** **Česká republika**

**Účinnost pojistné smlouvy:** **18.7..2017 – 28.5.2027**

V Brně 17.7.2017

Za pojistitele:

  
  
Generální reprezentant






**ÚVN**


ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice Praha


Příloha č. 4 Kupní smlouvy


**Technické a bezpečnostní požadavky na provoz přístroje v síti ÚVN**

















\* nehodící škrtněte

