

Příloha č. 1 Kupní smlouvy – Technická specifikace předmětu plnění

Obchodní název nabízeného plnění:	Systém ohřevu pacienta Warm6200, výrobce Beijing Eternal Medical Technology Co., Ltd.	
Specifikace:	Splňuje:	Dodavatel nabízí:
Ohřívačka pacientů		
- řídicí jednotka s minimálně 2 nezávislými okruhy ohřevu	ANO ☒ / NE ☐	Ano, s 2 nezávislými okruhy
- 2 ks opakovaně použitelných ohřívacích matrací o rozměrech 50-59 x 120-127 cm včetně propojovacího kabelu	ANO ☒ / NE ☐	Ano, 2 ks 52 cm x 120 cm
- 1 ks opakovaně použitelná ohřívací přikrývka o rozměrech 40-50 x 150-180 cm včetně propojovacího kabelu nebo 2 ks opakovaně použitelných ohřívacích přikrývek na jednoho pacienta o rozměrech 43 x 76 cm včetně propojovacích kabelů, kdy v případě varianty 2 ohřívacích přikrývek o rozměrech 43 x 76 cm je nutné dodat řídicí jednotku s minimálně 3 nezávislými okruhy ohřevu	ANO ☒ / NE ☐	Ano, 1 ks 40 cm x 180 cm
- vyhřívání pomocí polymeru, uhlíkových vláken, ne systém vhánění teplého vzduchu, ne ohřev pomocí vodního systému	ANO ☒ / NE ☐	Ano, uhlíková vrstva
- nastavitelná teplota	ANO ☒ / NE ☐	Ano
- teplota ohřevu až 39°C nebo více	ANO ☒ / NE ☐	Ano, až 39°C
- alarm	ANO ☒ / NE ☐	Ano, více alarmů
- ohřev bezpečným napětím	ANO ☒ / NE ☐	Ano, 24 V
- automatický režim ohřevu	ANO ☒ / NE ☐	Ano
- matrace s obsahem pěny nebo antidekubitního materiálu pro zmírnění tlaku	ANO ☒ / NE ☐	Ano
- matrace a přikrývky omyvatelné	ANO ☒ / NE ☐	Ano, IPX4
- matrace a přikrývky s vodotěsným systémem	ANO ☒ / NE ☐	Ano
- matrace a přikrývky radiotransparentní	ANO ☒ / NE ☐	Ano
- stojan na kolečkách pro přesun s připevněním ohřívací jednotky	ANO ☒ / NE ☐	Ano, součástí dodávky

V Praze dne: 5.12.2024

.....
(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
Ing. Aleš Závorka