


Příloha č. 1 - Rozpis kupní ceny

 Datum: 10.7.2017
 Č. nabídky: 111_17

Rozpis kupní ceny
 Společnost:

 Jméno: JUDr. Věra Palečková
 Název společnosti: Nemocnice Nové Město n.M.
 Ulice: Žďarská 610
 PSČ, Město, Stát: 592 31 Nové Město na Moravě
 Tel.: 566 801 581
 E-mail: sekretariat@nmm.cz
Novorozenecký inkubátor Shelly SI-610-1

Popis produktu	Počet	Cena za ks	Celková cena
Standardní vybavení			
<ul style="list-style-type: none"> ✓ mikroprocesorově řízený inkubátor ✓ měření a regulace teploty prostředí nebo teploty těla pacienta ✓ měření a regulace koncentrace kyslíku (21 - 75%) ✓ měření a regulace relativní vlhkosti (40 - 90%) ✓ elektrické polohování lůžka (Trendelenburg a anti-Trendelenburg) ✓ zobrazení aktuálních a nastavených hodnot a časový záznam trendů teplot, relativní vlhkosti a koncentrace kyslíku ✓ ukládání dat do patientské karty ✓ 5 vstupních otvorů pro ruce, 10 vstupů pro kabely a hadice, dvoje vstupní dveře odklopné o 180° ✓ vzduchová clona při otevřených dveřích ✓ oboustranné výsuvná postel pacienta s možností natočení o 45° ✓ možnost vložení RTG kazety bez otevírání dveří patientského prostoru ✓ hlučnost v prostoru novorozence (bez dávkování O₂) max. 38dB ✓ 1ks sondy teploty těla pacienta ✓ noha podvozku s pevně nastavenou výškou 	 1	159 990,00 Kč	159 990,00 Kč
Volitelné a doplňkové příslušenství			
✓ spodní díl s výškově nastavitelnou nohou	1	10 990,00 Kč	10 990,00 Kč
✓ monitoring životních funkcí - SpO ₂ a puls, NIBP, RR	0	30 990,00 Kč	0,00 Kč
✓ integrovaná váha	0	13 990,00 Kč	0,00 Kč
✓ dvojitý plexisklový kryt	1	1 490,00 Kč	1 490,00 Kč
✓ držák hadic pro ventilaci, odsávání a výživu	1	1 490,00 Kč	1 490,00 Kč
✓ vyšetřovací světlo	0	16 390,00 Kč	0,00 Kč
✓ IRIS vstup pro ruce - 1ks	0	4 990,00 Kč	0,00 Kč
✓ háček na infuzi	1	50,00 Kč	50,00 Kč
✓ doplňková police	1	2 090,00 Kč	2 090,00 Kč
✓ doplňková police pro eurolištu	1	290,00 Kč	290,00 Kč
✓ dva uzavřené úložné boxy na spodním dílu	0	5 590,00 Kč	0,00 Kč
		Mezisosčet	176 390,00 Kč
		Balení	0,00 Kč
		Zaškolení	0,00 Kč
		Doprava	0,00 Kč
		Celková cena bez DPH	176 390,00 Kč

 PLATEBNÍ PODMÍNKY: 30 denní splatnost faktury
 ZPŮSOB DODÁNÍ: EXW Č. Budějovice
 TERMÍN DODÁNÍ: 6-8 týdnů od podepsání kupní smlouvy nebo objednávky
 ZÁRUČNÍ DOBA: 2 roky
 PLATNOST NABÍDKY: do konce roku 2017

 S pozdravem
 Ing. Jiří Krubner
 Jednatel společnosti
 Tel.: +420 38 67 21 117
 Fax.: +420 38 67 21 102
 Mob.: +420 603 828 498
 E-mail: jiri.krubner@tse.cz

TSE spol. s r.o.
 Mánesova 74 7
 371 52 České Budějovice



Příloha č. 2 ZD

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Inkubátor
druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení
ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2017-009973
ev. č. VZ u zadavatele:	10/17/VZ

- 1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického přístroje – 1 ks inkubátoru s vybavením pro využití na dětském oddělení zadavatele včetně dopravy do sídla zadavatele, montáže a uvedení do provozu, instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den a záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců.**
- 1.2 Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.**
- 1.3 Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v článku 1.6. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.
- 1.4 Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:
- se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;
 - se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;
 - se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků,
 - s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.
- 1.5 Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah, připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů



1.6 Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

	Parametr	Status	Druh technického parametru	Reálná hodnota (vyplní uchazeč)	Kde uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce)
INKUBÁTOR					
1.	1 ks nový inkubátor pro základní a intermediární péči o novorozence	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Katalogový list
2.	obdélníkový půdorys	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Návod na obsluhu str. 6, 4. Technické parametry
3.	displej se zobrazením a ovládáním aktuálních hodnot a hodnot nastavených (min. teplota, koncentrace kyslíku a vlhkosti)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Návod na obsluhu str. 30, 8. Popis řídicího panelu inkubátoru
4.	měření a regulace teploty podle teploty vzduchu a podle teploty pokožky (vč. dodání teplotní sondy)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Návod na obsluhu str. 36-37, 9.4 Zapnutí režimu a nastavení teploty vzduchu a 9.5 Režim teplota těla.
5.	měření a regulace koncentrace kyslíku (v rozmezí min. 22-65%)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano od 22 do 75 %	Návod na obsluhu str. 41 9.7 Režim koncentrace O2
6.	měření a regulace relativní vlhkosti vzduchu uvnitř inkubátoru (v rozmezí min. 41-90%)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano od 40 do 90%	Návod na obsluhu str. 40, 9.6 Režim relativní vlhkost RH
7.	prostorový kryt s dvojitou stěnou pro zajištění teplotní stability	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Návod na obsluhu str. 26 Příslušenství inkubátoru
8.	odklopné přední i zadní dveře pro rychlý a snadný přístup k pacientovi (také pro čištění)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Návod na obsluhu str. 19, 7. Popis konstrukce
9.	systém zabraňující úniku tepla při otevření dvířek (tzv. vzduchová clona)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Katalogový list str.2 Tepelný komfort
10.	min. 6 otvorů pro ruce a min. 4 otvory pro kabely a příslušenství	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Návod na obsluhu str. 19 7. Popis konstrukce
11.	RTG zásuvka pro RTG kazetu (přístupná bez nutnosti otevření inkubátoru)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Návod na obsluhu str. 25 7. Popis konstrukce



12.	náklon ložné plochy	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Návod na obsluhu str. 23 7. Popis konstrukce
13.	ovládání náklonu ložné plochy	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Návod na obsluhu str. 23 7. Popis konstrukce
14.	hlučnost inkubátoru max. 50dB	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano 38 dB	Návod na obsluhu str. 6, 4. Technické parametry
15.	akusticko-optické alarmy pro teplotu vzduchu a těla, koncentraci kyslíku a relativní vlhkosti	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Návod na obsluhu str. 35 9. Uvedení inkubátoru do provozu
16.	funkce vypnutí (umlčení/ztišení) akustického alarmu	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Návod na obsluhu str. 60 9.12 Umlčení zvukového alarmu
17.	úplná viditelnost do inkubátoru ze všech úhlů pohledu, bez stěn s omezenou viditelností	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Návod na obsluhu str. 19 7. Popis konstrukce
18.	zvlhčovací systém včetně všech interních částí kompletně dezinfikovatelný	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Návod na obsluhu str. 84 12. Pokyny pro údržbu, čištění a dezinfekci
19.	uživatelská výměna znečištěného filtru	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Návod na obsluhu str. 96 Údržba mechanickýc h částí
20.	pojízdný, výškově stavitelný podvozek s úložným prostorem, kolečka s brzdou	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Návod na obsluhu str. 18 7. Popis konstrukce
21.	přídavný držák s policí pro doplňkové přístroje	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Návod na obsluhu str. 26 7. Popis konstrukce
22.	držák hadic v prostoru pro novorozence	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Návod na obsluhu str. 27 7. Popis konstrukce
23.	kompletní příslušenství pro napojení inkubátoru na centrální rozvod kyslíku	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Návod na obsluhu str. 28 7. Popis konstrukce
24.	univerzální úchyt (eurolišta) pro příslušenství	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Návod na obsluhu str. 26 7. Popis konstrukce



25.	integrováná ověřitelná váha	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano—ne
-----	------------------------------------	------------	---	---------------	-------

1.5 OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:
Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.
- Ostatní požadavky:
 - účastník zadávacího řízení v nabídce doloží produktový list s technickou specifikací nabízeného zařízení k možnosti kontroly uváděných technických parametrů /viz požadavek v článku 11. 1 písm. b) ZD/

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH výše uvedených údajů.

V Českých Budějovicích dne 19.5.2017

**Ing. Jiří Krubner
jednatel společnosti**

TSE spol. s r.o.
Mánesova 74 7
371 52 České Budějovice

Technická specifikace (technické podmínky)

Popis nabízeného přístroje – novorozenecký inkubátor SI-610-1 Shelly

- mikroprocesorově řízený inkubátor, zobrazení aktuálních a nastavených hodnot na displeji, včetně automatických testů (po zapnutí a během provozu)
- ovládací panel s displejem se zobrazením aktuálních a nastavených hodnot
- měření a regulace teploty podle teploty prostředí nebo podle teploty těla pacienta
- měření a regulace koncentrace kyslíku (FiO2) (21 - 75%)
- měření a regulace relativní vlhkosti (40 – 90 %)
- řada alarmů (akustických i optických) zajišťuje bezpečný chod inkubátoru:
 - výpadek sítě
 - chyba elektronického systému
 - porucha sondy teploty vzduchu, těla, O2, relativní vlhkosti
 - pokles nebo nárůst teploty těla/vzduchu mimo nastavené meze
 - nárůst teploty na havarijní teplotu
 - porucha ventilátoru
 - odpojení topení
 - pokles nebo nárůst koncentrace O2 mimo nastavenou mez
 - pokles nebo nárůst RH mimo nastavenou mez
 - porucha zvlhčovačla
- určení priorit alarmu, analýza stupně závažnosti zobrazovaných alarmů
- zobrazení aktuálních a nastavených hodnot a časový záznam trendů teplot, relativní vlhkosti a koncentrace kyslíku
- ukládání dat do patientské karty
- mechanická konstrukce umožňující dobrý přístup k novorozenci, 6 vstupních otvorů pro ruce, 10 vstupů pro kabely a hadice, odklopné přední i zadní dveře a možnost sundání horního plexi krytu pro snadné čištění
- dvojité stěny inkubátoru
- konstrukce přístroje minimalizuje tepelné ztráty, vzduchová clona při otevřených dveřích, ochrana před konvekčními tepelnými ztrátami pacienta,
- postel s hygienickou matrací lze plynule oboustranně naklápět do úhlu 12 ° z vně inkubátoru, lze ji oboustranně vysunout a vytočit o 45°
- možnost vložení kazety pro rentgenové snímkování bez otevření předních dveří
- nízká hlučnost (min. 38 dB)
- noha podvozku s výškově nastavitelnou nohou (rozsah 20 cm)
- 4 pojízdné - otočná kolečka s brzdou
- vysouvací dva šuplíky pro odkládání příslušenství
- doplňková police pro monitor životních funkcí
- doplňková police pro eurolištu
- hygienická matrace
- filtr na přívodu čerstvého vzduchu
- systém pro upevnění přídavných přístrojů tzv. eurolišta
- elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
- napájení 230V / 50Hz

Inkubátory splňují normy uvedené v prohlášení o shodě, třída zdravotnického prostředku IIb



Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů

<i>Zadavatel:</i>	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
<i>sídlo zadavatele:</i>	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
<i>zastoupený:</i>	JUDr. Věrou Palečkovou
<i>IČO:</i>	00842001
<i>název VZ:</i>	INKUBÁTOR
<i>druh zadávacího řízení:</i>	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení
<i>ev.č. VZ ve VVZ:</i>	Z2017-009973
<i>ev. č. VZ u zadavatele:</i>	10/17/VZ

PODDODAVATEL		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavatelé	% podíl na plnění VZ	Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele [Ano/Ne]
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČ: Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: Tel. /fax: E-mail:			
2.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: IČ: Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: Tel. /fax: E-mail:			



Příloha č. 5 smlouvy

Předávací protokol

Dodavatel IČ DIČ Adresa tel: email:	Odběratel Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. IČ: 00842001 DIČ: CZ00842001 Adresa: Nové Město na Moravě, Žďárská 610, PSČ: 592 31 tel: +420 566 801 111 email: sekretariat@nmm.cz
Smlouva/objednávka č.: Datum vystavení předávacího protokolu:	Místo určení: Adresa (vč. uvedení pavilonu/budovy)

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže bylo dodáno a nainstalováno v souladu s Kupní smlouvou č. ~~XXXXXXXXXX~~

Zboží č. 1 "název" (označení stejné jako v rozpočtu projektu):

Označení zboží v rozpočtu projektu (kód + název)	Označení zboží v kupní smlouvě a na faktuře	Typ přístroje, výrobce

Dodané výrobky a příslušenství:

Příslušenství - obecný název	Příslušenství - typ	Výrobní číslo	Výrobce	Počet	Cena/kus s DPH

Servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 268/2014 Sb. je garantován po dobu 24 měsíců, firmou ~~XXXXXXXXXX~~.

Zaškolení personálu se zacházením se zdravotnickými prostředky a instruktáž proběhly dle zákona č. 268/2014Sb. BEZPLATNĚ.

Zboží předal:

datum:

podpis:

Zboží převzal:

datum:

podpis:

