

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB

Dodavatel : CHEIRÓN a.s.

Ulrychova 2260/13
162 00 Praha
IČ : 27094987
DIČ : CZ27094987

CHEIRÓN a.s. zapsán Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8964

Cheirón® 
...dýcháme za Vás.



EN ISO 13485

Telefon : 377 590 411

Fax : 377 590 435

E-mail : obchod@cheiron.eu

Datum pořízení : 26.2.2017**Datum dodání :****Termín dodání :****Řada dokladu :** 001**Číslo dokladu :** 700969**Popis dodávky :** Monitorovací systém**Místo určení :**

**Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková
organizace**

Žďárská 610

592 31 Nové Město na Moravě

Odběratel :

**Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková
organizace**

Žďárská 610

592 31 Nové Město na Moravě

IČ : 00842001

DIČ : CZ00842001

Vážení,

na základě veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení "Monitorovací systém" ev.č. Z2017-004314 Vám předkládáme tuto cenovou nabídku. Cena zahrnuje předání na místo určení, provedení instruktáže.

Obchodní podmínky:

- dopravné nebude účtováno
- platnost nabídky 3 měsíce od data vytvoření nabídky
- termín dodání 6 - 8 týdnů od uzavření kupní smlouvy
- platební podmínky dle kupní smlouvy
- záruční podmínky 24 měsíců od předání zboží
- záruční a pozáruční servis provádí CHEIRÓN a.s.

Obchodní podmínky jsou uvedeny na: www.cheiron.cz.

Na případnou objednávku uveďte, prosím, číslo nabídky a zašlete na adresu: CHEIRÓN a.s., Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň.

Doufáme, že nabídka odpovídá Vaším představám a těšíme se na další spolupráci.

Ing. Petr Tampier

Regionální manager společnosti Cheirón a.s.

řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Částka DPH	Celkem s DPH po slevě
-------------	----------------------	---------------------	-----------------	-----------------	---------	----------------------------	-------	---------------	--------------------------

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB

Dodavatel : CHEIRÓN a.s.

Ulrychova 2260/13
162 00 Praha

Řada dokladu : 001

Číslo dokladu : 700969

Popis dodávky : Monitorovací systém

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky			Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Částka DPH	Celkem s DPH po slevě	
			MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH					Sleva %
1	100 PM-6802-30-66760_A		Monitor BeneView T5, bezdotyková obrazovka vč. baterie							
		8,00	ks	78 600,00	628 800,00	628 800,00	21	132 048,00	760 848,00	
2	100 PM-M51A-30-80900		MPM7 modul (SpO2 Mindray, 3/5 EKG, NIBP) BeneView T5/T8							
		8,00	ks	24 995,00	199 960,00	199 960,00	21	41 991,60	241 951,60	
3	100 PM-0010-30-42719		Kabel EKG propojovací 3/5 svodový BeneView T5/T8, iMEC, iPM							
		8,00	ks	916,00	7 328,00	100,00	0,00	21	0,00	0,00
4	100 PM-0010-30-42728		Kabel EKG 5 svodový, barevné dráty BeneView T5/T8, iMEC, iPM							
		8,00	ks	916,00	7 328,00	100,00	0,00	21	0,00	0,00
5	100 PM-6200-30-09688		Hadice prodlužovací NIBP BeneView T5/T8, iMEC, iPM, D6							
		8,00	ks	557,00	4 456,00	100,00	0,00	21	0,00	0,00
6	100 PM-0010-20-42710		Kabel prodlužovací SpO2 Mindray BeneView T5/T8, iMEC, iPM							
		8,00	ks	737,00	5 896,00	100,00	0,00	21	0,00	0,00
7	100 PM-512F-30-28263		Snímač SpO2 dosp.Mindray							
		8,00	ks	1 473,00	11 784,00	100,00	0,00	21	0,00	0,00
8	100 PM-6800-30-50485		IBP modul 2 kanály k monitoru BeneView T5/T8							
		4,00	ks	7 367,00	29 468,00	100,00	0,00	21	0,00	0,00
9	100 PM-0010-21-12179		Kabel pro měření IBP Mindray (Edwards) BeneView T8/5							
		8,00	ks	3 683,00	29 464,00	100,00	0,00	21	0,00	0,00
10	100 PM-115-020918-00		EtCO2 Sidestream modul M02C k BeneView T1/T5/T8/T9 - nový							
		6,00	ks	18 540,00	111 240,00	111 240,00	21	23 360,40	134 600,40	
11	100 PM-115-021054-00		Příslušenství CO2 Sidestream M02C sada BeneView T8/T5/T1							
		6,00	ks	3 683,00	22 098,00	100,00	0,00	21	0,00	0,00
12	100 ZVCC4201HP		Manžeta NIBP dospělá jednoradičková, 27-35 cm s konektorem							
		8,00	ks	635,00	5 080,00	100,00	0,00	21	0,00	0,00
13	100 W212-7		Snímač krevního tlaku arteriální jednoduchý (červená), E							
		20,00	ks	329,00	6 580,00	100,00	0,00	21	0,00	0,00
14	100 W222-7		Snímač krevního tlaku venózní jednoduchý (modrá), E							
		20,00	ks	329,00	6 580,00	100,00	0,00	21	0,00	0,00
15	100 PM-9999-41		Patch kabel Cat5E, UTP - 2m							
		10,00	ks	45,00	450,00	100,00	0,00	21	0,00	0,00
16	100 PM-300BB-CTO-S-S01		Watchdog (software) k centr.stanici HYPERVISOR VI							
		1,00	ks	49 890,00	49 890,00	100,00	0,00	21	0,00	0,00
17	100 PM-9999/2		Centrála k monitorům Mindray Hypervisor VI - PC							
		1,00	ks	19 900,00	19 900,00	100,00	0,00	21	0,00	0,00
18	100 PM-9999-02		Tiskárna Laser							
		1,00	ks	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	21	0,00	0,00
19	100 PM-9999-04		Zdroj záložní UPS							
		1,00	ks	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	21	0,00	0,00
20	100 PM-9999-17		Monitor LCD 19" k centrále Mindray							
		2,00	ks	3 250,00	6 500,00	100,00	0,00	21	0,00	0,00
21	100 PM-9999-27		Switch D-Link DES-1016D,16-port 10/100 DEs							
		1,00	ks	999,00	999,00	100,00	0,00	21	0,00	0,00
				1 158 801,00		940 000,00		197 400,00	1 137 400,00	

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB

Dodavatel : CHEIRÓN a.s.

Ulrychova 2260/13
162 00 Praha

Řada dokladu : 001

Číslo dokladu : 700969

Popis dodávky : Monitorovací systém

Celkem Kč bez DPH **940 000,00**

Částka DPH **197 400,00**

Celkem Kč včetně DPH **1 137 400,00**



Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

<i>Zadavatel:</i>	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
<i>sídlo zadavatele:</i>	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
<i>zastoupený:</i>	JUDr. Věrou Palečkovou
<i>IČO:</i>	00842001
<i>název VZ:</i>	Monitorovací systém
<i>druh zadávacího řízení:</i>	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení
<i>ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:</i>	Z2017-004314
<i>ev. č. VZ u zadavatele:</i>	02/17/VZ

- 1.1 **Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů – monitorovací systém pro využití na jednotce následné intenzivní péče zadavatele včetně dopravy do sídla zadavatele, montáže a uvedení do provozu, instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den a záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců.**
- 1.2 **Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.**
- 1.3 Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v článku 1.6. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.
- 1.4 Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:
 - se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;
 - se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;
 - se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků,
 - s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.
- 1.5 Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah, připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů



1.6 Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

	Parametr	Status	Druh technického parametru	Reálná hodnota (vyplní účastník)	kde uvedeno v nabídce (strana v nabídce)
CENTRÁLNÍ MONITOR					
1.	centrální monitor – <u>1 ks</u>	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
2.	monitoring a zobrazení min. 8 pacientů (s funkcí plnohodnotné monitorace jednoho pacienta)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
3.	<u>2 ks</u> barevný LCD monitor - nezávislé zobrazení (tj. 1 monitor = zobrazení 4 pacientů)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
4.	velikost každého LCD monitoru min. 19"	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano vel.: 19"	33
5.	české menu včetně nápovědy	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
6.	rychlý a jednoduchý přístup k ovládání	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
7.	zobrazení graficky i číselně - EKG+HR, SpO2, NIBP, IBP art i ven, EtCO2, tělesná teplota	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
8.	individuální nastavení alarmů pro každého pacienta	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
9.	akusticky a opticky signalizované alarmy	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
10.	analýza arytmií a ST úseku	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
11.	archivace záznamů a alarmových mezí - min. 24 hodinový přehled křivek a trendů	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano 240 hod.	33
12.	tiskárna– 1ks	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
13.	záložní zdroj	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
14.	možnost prohlížení min. 72 hodin trendových dat od každého připojeného pacienta	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano 240 hod	33



15.	možnost prohlížení až 72 hodin alarmových událostí od každého pacienta	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano 240 hod nebo 720 položek	33
16.	měření vzdálenosti na uložených křivkách EKG, tzv. pravítko	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
17.	obousměrná komunikace mezi centrální stanicí a monitorem	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
LŮŽKOVÝ MONITOR					
18.	8 ks lůžkových modulárních monitorů	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	počet ks 8	33
19.	Napojení na centrální monitor	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
20.	barevný LCD displej	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
21.	velikost LCD displeje min. 12"	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano velikost 12,1"	33
22.	české menu včetně nápovědy	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
23.	rychlý a jednoduchý přístup k ovládání (možnost nastavení předem volitelných profilů)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
24.	multiparametrový modul pro EKG, Teplotu, SpO2, HR, Respirace, přenositelný	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
25.	EKG min. 3-5 svodů (analýza arytmií a ST úseku)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
26.	paměť záznamů a alarmů	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
27.	HR, teplota	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
28.	RESPIRACE	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
29.	NIBP – paměť měření	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
30.	4 ks - IBP – art a ven na libovolném monitoru (min. u 4 monitorů)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
31.	SpO2	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
32.	funkce venepunkce	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
33.	EtCO2 – min. u 6 monitorů	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
34.	moduly IBP, EtCO2 přenositelné mezi jednotlivými monitory	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33



	(pokud není součástí základního modulu)				
35.	možnost použití dalších modulů, např. EEG, RM, ICG, PICCO	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
36.	režim zobrazení minitrendů, funkce view-other-patient	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
37.	volba nastavení 3 úrovně alarmů, rozlišení fyziologický a technický alarm, funkce alarmové autolimity	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	33
38.	záložní zdroj (baterie) minimálně na 90 min provozu	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano 120 min	33

1.5 OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

- Ostatní požadavky:

- účastník zadávacího řízení v nabídce doloží produktový list s technickou specifikací nabízeného zařízení k možnosti kontroly uváděných technických parametrů /viz požadavek v článku 11. 1 písm. b) ZD/

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH výše uvedených údajů.

V Praze dne 30 -06- 2017.....

.....
Ing. Jindřich Petřík, MBA
předseda představenstva

Cheirón® 
...dýcháme za Vás.

CHEIRÓN a.s., Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6
Provozovna: Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň
Telefon: 377 590 411 Fax: 377 590 435
IČ: 27094987 DIČ: CZ27094987

věcně správně 

Technická specifikace Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení Monitorovací systém ev.č. Z2017-004314 Nemocnice Nové Město na Moravě

Centrální monitor

Centrální monitor MINDRAY Hypervisor VI

Hlavní charakteristika centrální stanice Mindray Hypervisor VI: 1 kus

- možnost připojení 32 patientských monitorů
- 2x barevný LCD display 19", nezávislé zobrazení monitorů
- jeden displej může zobrazit informace o max. 16 monitorech
- zobrazení křivek a numerických hodnot dle výběru lékaře
- možnost zobrazení 4 křivek z každého monitoru a 6 numerických hodnot – a nadefinovaných parametrů uživatelem
- režim pro kompletní zobrazení vybraného monitoru zapojeného do centrální stanice
- 72 hodin kompletního záznamu o všech křivkách včetně tisku
- 240 hodin záznamu trendů o každém monitoru včetně tisku
- 720 hodin záznamu alarmových situací, NIBP a CO dat včetně tisku
- 20 000 hodin záznamu numerických patientských dat
- zobrazení, vyhodnocení a záznam všech trendů (grafických a numerických), následný tisk
- lékové a hemodynamické kalkulace
- možnost zobrazení několika svodů EKG najednou, možnost tisku EKG z jednotlivých monitorů
- možnost měření vzdáleností na uložených křivkách EKG, tzv. pravítka
- možnost zmrazení křivek
- optické a akustické alarmy ze všech připojených monitorů, vyhodnocení, záznam, tisk alarmových událostí
- tisk křivek a parametrů na laserovou tiskárnu
- ovládání pomocí klávesnice a myši, možnost upgrade SW
- **ovládání monitorů z centrály – obousměrná komunikace se všemi monitory**
- napájení 230V, záložní zdroj energie UPS
- standardní komunikační výstupy
- rychlý a jednoduchý přístup k ovládání
- individuální nastavení alarmových událostí pro každého pacienta
- analýza arytmií a ST úseku
- komunikace v českém jazyce
- možnost připojení telemetrie, dalšího monitoru a připojení dalšího PC
- zobrazení graficky i číselně hodnot EKG+HR, SpO2, NIBP, IBP, EtCO2, teploty
- analýza arytmií a ST úseku
- ukládání záznamů ve formátu pdf
- ovládací software v ČJ včetně nápovědy

Podrobné informace k nabízené centrální stanici naleznete v přiložených prospektech.

Lůžkový monitor

Monitor vitálních funkcí MINDRAY BeneView T5

Monitory jsou zajímavé velmi jednoduchou obsluhou, komunikací v **českém** jazyce a kvalitním barevným displejem nové generace a modulární koncepcí.

Hlavní charakteristika monitoru Mindray BeneView T5: 8 kusů

- velký barevný **displej o úhlopříčce 12,1"** typu TFT (LCD) bezdotyková obrazovka
- záznam 120 hodin grafických a tabulárních trendů
- paměť záznamů NIBP 1000 měření
- možnost pravidelného prohlížení alarmů
- monitorace pacientů všech věkových kategorií
- komunikace v českém jazyce

- režim zobrazení velkých čísel na displeji
- detekce stimulačního impulsu
- modulace výšky tónu SpO2
- hodnocení ST segmentu, analýza arytmií
- funkce venepunkce
- světelné a zvukové alarmy, rozlišené technické alarmy
- možnost volby nastavení priority alarmů (nízká, střední, vysoká)
- možnost nastavení alarmových autolimitů
- napájení 230 V
- záložní zdroj (baterie) na min.2h provozu
- monitor s madlem
- obousměrná datová komunikace s centrální stanicí
- datový přenos kabelovou datovou sítí nebo bezdrátovou technologií na centrální monitor
- noční a privátní režim nastavení obrazovky
- možnost systému přivolání sestry
- rychlý a jednoduchý přístup k ovládání
- multiparametrový modul MPM s parametry: 3/5 svodové EKG, analýza EKG křivky, analýza arytmií a ST úseku, respirace, NIBP, SpO2, 2x Teplota, HR, přenositelný mezi jednotlivými monitory – 8 kusů
- IBP modul 2 kanálový pro měření art a ven přenositelný mezi jednotlivými monitory – 4 kusy
- EtCO2 modul přenositelný mezi jednotlivými monitory – 6 kusů
- Možnost použití dalších modulů např. EEG 4 kanálové, RM, ICG, PICCO, NMT
- možnost připojení na laserovou tiskárnu nebo tisk přes centrální monitorovací systém

Standardní příslušenství monitoru:

- SpO2 senzor prstový pro opakované použití včetně prodlužovacího kabelu pro dospělé pacienty
- manžeta NIBP pro dospělé s prodlužovací hadičkou
- kabel EKG, kompletní
- akumulátor

Podrobné informace k nabízenému monitoru vitálních funkcí naleznete v příložených prospektech.



Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů

<i>Zadavatel:</i>	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
<i>sídlo zadavatele:</i>	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
<i>zastoupený:</i>	JUDr. Věrou Palečkovou
<i>IČO:</i>	00842001
<i>název VZ:</i>	MONITOROVACÍ SYSTÉM
<i>druh zadávacího řízení:</i>	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení
<i>ev.č. VZ ve VVZ:</i>	Z2017-004314
<i>ev. č. VZ u zadavatele:</i>	02/17/VZ

PODDODAVATEL		Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli	% podíl na plnění VZ	Prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele [Ano/Ne]
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: _____ Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: _____ IČ: _____ Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: _____ Tel./fax: _____ E-mail: _____	_____	_____	_____
2.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: _____ Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: _____ IČ: _____ Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele: _____ Tel./fax: _____ E-mail: _____	_____	_____	_____



3. Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:				
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:				
IČ:				
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:				
Tel./fax:				
E-mail:				



Příloha č. 5 smlouvy

Předávací protokol

Dodavatel IČ DIČ Adresa tel: email:	Odběratel Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o. IČ: 00842001 DIČ: CZ00842001 Adresa: Nové Město na Moravě, Žďárská 610, PSČ: 592 31 tel: +420 566 801 111 email: sekretariat@nnm.cz
Smlouva/objednávka č.: Datum vystavení předávacího protokolu:	Místo určení: Adresa (vč. uvedení pavilonu/budovy)

Dodavatel potvrzuje, že zboží, tak jak je uvedeno níže bylo dodáno a nainstalováno v souladu s Kupní smlouvou č. **XXXXXXXXXX**

Zboží č. 1 "**název**" (označení stejné jako v rozpočtu projektu):

Označení zboží v rozpočtu projektu (kód + název)	Označení zboží v kupní smlouvě a na faktuře	Typ přístroje, výrobce

Dodané výrobky a příslušenství:

Příslušenství - obecný název	Příslušenství - typ	Výrobní číslo	Výrobce	Počet	Cena/kus s DPH

Servis zdravotnického prostředku dle zákona č. 268/2014 Sb. je garantován po dobu 24 měsíců, firmou **XXXXXXXXXX**.

Zaškolení personálu se zacházením se zdravotnickými prostředky a instruktáž proběhly dle zákona č. 268/2014Sb. **BEZPLATNĚ**.

Zboží předal:

datum:

podpis:

Zboží převzal:

datum:

podpis: