

040-ZT-2024	Přístroj pro interaktivní rehabilitaci horní končetiny 1 ks
-------------	--

1. Technické požadavky:

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky**. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Medicínský účel: Podpora rehabilitační péče o pacienty po kritických stavech ve FTN

3. Kompatibilita: není požadována.

4. Specifikace:

*Předmětem nabídky je (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce): **Gloreha Professional 2 vč. Gloreha Active Package, Idrogenet Srl, Itálie***

5. Nesplnění kterékoliv kritéria povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Splnění požadavku Ano/Ne	Uchazečem nabízená hodnota (uchazeč vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvede hodnoty parametru, zároveň uvede odkaz na příložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola)
Přístroj pro interaktivní rehabilitaci horní končetiny		
1.1. Zařízení pro neuro-motorickou rehabilitaci horních končetin	ANO	Návod str. 5 Popis zdr. přístroje
1.2. Pro dospělé i dětské pacienty	ANO	Návod str. 13, kap. 2.2 Aplikace
1.3. Pro pacienty s parézou nebo plegií ruky	ANO	Návod str. 13, kap. 2.2 Aplikace
1.4. Možnost použití vsedě na židli, vsedě na vozíku, vestoje	ANO	Návod str. 13, kap. 2.2 Aplikace
1.5. Hmotnost zařízení max. 30kg	ANO	25 kg, Návod str. 124 Tech. specifikace
1.6. Součást přístroje		
1.6.1. PC s dotykovou obrazovkou včetně klávesnice a myši	ANO	Produktový list str. 2, bod 1
1.6.2. Výškově nastavitelný stůl s možností ukotvení podpor paží	ANO	Produktový list str. 2, bod 2
1.6.3. Dvě dynamické podpory paží pro odlehčení horních končetin s možností nastavení min. 12 stupňů odlehčení paže	ANO	Produktový list str. 2, bod 4
1.6.4. Táhla – kompatibilní se všemi velikostmi rukavic	ANO	Produktový list str. 2, bod 17
1.6.5. 10 párů rukavic o velikosti – 1x vel.XS, 2x vel.S, 3x vel.M, 3x vel.L, 1x vel.XL	ANO	Produktový list str. 2, bod 18
1.7. Součástí zařízení je i pohybový sensor, který umožňuje cvičení pomocí her pro celou horní končetinu, zápěstí i prsty bez nutnosti použití rukavic.	ANO	Produktový list str. 2, bod 21
1.8. Terapeutické metody		
1.8.1. Pasivní mobilizace	ANO	Návod str. 36, kap. 11 A
1.8.2. Aktivní mód	ANO	Návod str. 13, kap. 2.1 Indikace – 2. odstavec „aktivní cvičení“
1.8.3. Propojení rukavic s pohybovým senzorem	ANO	Produktový list str. 2, bod 23
1.9. Simulovaná 3D animace ruky	ANO	Návod str. 45, kap. 11 A.5
1.10. Pacientská databáze umožňuje		
1.10.1. Nastavení individuálních terapeutických plánů	ANO	Návod str. 40, kap. 11 A.2
1.10.2. Úpravu pacientských dat	ANO	Návod str. 23, kap. 9.3. pacientská data lze upravovat

Příloha č. 1: Technická specifikace

1.10.3. Sledování výsledků cvičení v čase	ANO	Produktový list str. 2, bod 21
1.10.4. Import a export dat	ANO	Návod str. 98 nahoře