

## Faktura (daňový doklad)

Městská nemocnice Ostrava,  
příspěvková organizace  
Nemocniční 898 / 20a  
Moravská Ostrava  
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz  
Česká republika

Kancelář Miele, spol. s r.o. - Servis  
E-Mail  
Telefon

Referenční číslo 1936300173

Při platbě uveďte jako variabilní symbol číslo dokladu.

Číslo odběratele	Číslo dokladu	Datum vystavení
11720496	3160208575	17.12.2024

## Umístění přístroje

Budova A  
Podlaží 1  
Oddělení Centrální Sterilizace

Naše číslo objednávky 1009715767  
Datum splatnosti 15.02.2025  
DUZP 02.12.2024  
DIČ CZ00635162  
IČO 00635162

## Údaje o přístroji

Typ přístroje PRO Steelco Business LMD  
Model G 7826 EL AV TA BO Oxi elektro  
400 V D  
Výrobní číslo 74326937  
Evidenční číslo DM803687  
Datum zakoupení 27.09.2007  
Uvedeno do provozu 27.09.2007  
Počet hodin/šarží/  
nápojů 34547 H  
Bankovní spojení:  
UNICREDIT BRNO 2025987031/2700  
ČSOB BRNO 3239033/0300

## Adresa dodání 11720529

Městská nemocnice Ostrava  
Centrální sterilizace  
Nemocniční 20  
Moravská Ostrava  
702 00 Ostrava  
Česká republika

## Datum návštěvy

V1: 11.11.2024

V2: 02.12.2024

Materiál	Popis	Množství	Jedn.	Cena za jednotku	Sleva	Cena celkem b. DPH	DPH
<b>Placeno</b>							
94500242	Roční revalidace	1	KS	42.000,00	10 %	42.000,00	21 %
94500440	Paušál FOC	1	KS	0,01		0,00	21 %

Cena celkem 42.000,00  
Sleva -4.200,00  
Základ DPH 37.800,00  
DPH 21 % 7.938,00  
Celková částka s DPH CZK 45.738,00

Platební podmínky: splatnost 60 dní

Strana 1 z 2

**Faktura (daňový doklad)**

Kancelář Miele s. o. l. s. r. o. - Servis  
E-Mail  
Telefon

Referenční číslo 1936300173

Městská nemocnice Ostrava,  
příspěvková organizace  
Nemocniční 898 / 20a  
Moravská Ostrava  
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz  
Česká republika

Při platbě uveďte jako variabilní symbol číslo dokladu.

Číslo odběratele	Číslo dokladu	Datum vystavení
11720496	3160208575	17.12.2024

Na veškeré přístroje bylo vydáno prohlášení o shodě dle § 12, (4) a) zákona č. 22/1997 Sb. Dodáváme v souladu s Obchodními podmínkami.

Práci provedl

Vypracování revalidační zprávy.

11/11/2024

Provedení roční revalidace přístroje. Dokumentace bude předána po vyhodnocení testů z reálných nástrojů v akreditované laboratoři.

Přístroj schopen dalšího použití bez omezení.

Podepsala:.....