

Kategorie 2 - lůžka pro zvýšenou ošetrovatelkou péči s příslušenstvím, matrací a nočním stolem

Pořadí	Název	Jednotka	Množství předpoklad 3 roky	Cena v Kč za jednotku bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Popis nabízeného výrobku
1	Lůžka pro zvýšenou péči	1ks	217	53 179,20 Kč	11 539 886 Kč	Essenza 300
2	Matrace pasivní k lůžku pro zvýšenouí péči	1ks	217	4 929,75 Kč	1 069 756 Kč	MediMatt 30
3	Noční stolek s deskou	1ks	291	13 388,35 Kč	3 896 010 Kč	Eleganza Mano
4	Noční stolek bez desky	1ks	84	10 264,60 Kč	862 226 Kč	Eleganza Mano
Cena celkem				81 761,90 Kč		

Cena celkem za část II bude shodně uvedena v krycím listu pro část II

Uchazeč vyplní pouze žlutě označené buňky

17 367 878 Kč

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky:
Kategorie 2 - lůžka pro zvýšenou ošetrovatelkou péči

Oddělení zvýšené ošetrovatelské péče – jedná se převážně o oddělení gerontopsychiatrie, LDN a interny, kde je poskytována specializovaná péče pacientům, které jejich zdravotní stav nebo léčebný proces výrazně omezuje v běžných aktivitách denního života, je u nich riziko narušení základních životních funkcí. Zároveň jsou zde hospitalizováni pacienti s patologickými změnami psychického i fyzického stavu, jež nevyžadují stálý dozor nebo primární použití omezujících prostředků z důvodu ohrožení života nebo zdraví. Velký důraz je také kladen na zvýšenou ošetrovatelskou péči o pacienty v terminálním stavu chronického onemocnění.

Lůžka: Essenza 300

- Nová lůžka, nesmí se jednat o lůžka repasovaná a skládací - **ANO**
- Bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění nebo srovnatelné či lepší řešení. - **ANO**
- Lůžka musí být určena pro lůžkovou oddělení nemocnic - **ANO**
- Kovová pevná stabilní konstrukce lůžka, zamezující poškození matrace a také zranění pacienta nebo zranění personálu při manipulaci - **ANO**
- Lůžko musí být vyrobeno z materiálu odolnému mechanickému poškození a umožňující údržbu dezinfekčními prostředky dle platných norem - **ANO**
- Elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha - **ANO**
- Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně 30 – 70 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta - **ANO, 28 - 78,4 cm**
- Odpojitelný patientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěné aktivaci - **ANO**
- Ložná plocha 4dílná (rozměr 90x200cm), vyrobená z pevných lamel - **ANO, 90x200 cm**
- Prodloužení ložné plochy o min. 10 cm - **ANO, 30 cm**
- Vnější šířka lůžka v rozmezí 98-102 cm včetně postranic - **ANO, 99,5 cm**
- Čtyři centrálně brzděná kolečka o průměru max. 125 mm - **ANO, 150 mm (dle vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 30.7.2024 mělo být uvedeno min. 125 mm)**
- Odnímatelná kompaktní plastová čela s aretací proti samovolnému vytažení, snadno čistitelná, - **ANO**
- Pravá a levá dělená sklopná postranice po celé délce lůžka - **ANO**
- Držáky na ochranné kurty u hlavy i nohou – minimálně v počtu 6 - **ANO**
- Držák na hrazdu i samostatnou hrazdičku, - **ANO**
- Držák na infuzní stojan i infuzní stojan - **ANO**
- Oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství – láhev na moč, sáček na moč - **ANO**
- Držák na hole - **ANO**
- Ochranná kolečka v rozích lůžka s protinárazy - **ANO**
- Minimální hmotnost pacienta 130 kg - **ANO, 235 nebo 265 kg, dle aplikačního prostředí, ve kterém bude využíváno**
- Bezpečná provozní zátěž minimálně 300 kg. - **ANO, 300 kg**
- Barevné řešení konstrukce - bílá - **ANO**
- Povrchová úprava: lakováno práškovými barvami - **ANO**
- Záruka: min. 24 měsíců - **ANO, 24 měsíců**
- Záložní baterie - **ANO**

Součástí dodávky je

- Instalace lůžek na jednotlivých odděleních PNB, - **ANO**
- Proškolení personálu PNB s obsluhou zdravotnického zařízení, včetně vydání osvědčení o proškolení - **ANO**
- Návod k obsluze v českém jazyce - **ANO**
- Platná prohlášení o shodě nebo jejich kopie, vydaná oprávněnou osobou dle legislativy - **ANO**
- Technické listy (datasheet) - **ANO**
- Osvědčení, certifikáty a atesty, pokud jsou pro některé specifické druhy výrobků vydávány k tomu oprávněnými osobami dle zvláštních předpisů - **ANO**
- Protokol o provedené BTK - **ANO**

Matrace: MediMatt 30

- pasivní zónová matrace vhodná pro pacienty s rizikem až IV. Stupně vzniku dekubitů dle EPUA - **ANO**
- minimální hmotnost pacienta 130 kg - **ANO, 150 kg**
- výška matrace min. 14 cm, max. 15 cm, - **ANO, 14 cm**
- šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodávaných lůžek, - **ANO**
- vícevrstvá matrace, objemová hmotnost pěn min. 50 kg/m³, - **ANO, 50 kg/m³**
- zpevněné okraje po celé délce - **ANO**

Potah:

- voděodolný - **ANO**
- omyvatelný - **ANO**
- paropropustný - **ANO**
- antialergický + antibakteriální - **ANO**
- samozhášivý - **ANO**
- snímatelný (krytý zip) - **ANO**
- vhodný pro inkontinentní pacienty - **ANO**
- pružný ve všech čtyřech směrech - **ANO**

Noční stolek s deskou - Eleganza Mano

- Nové noční stolky, nesmí se jednat o noční stolky repasované - **ANO**
- Dvojitá plastová centrálně brzděná kolečka o průměru 65mm - **ANO, 75 mm**
- Stolek bez uzamykání - **ANO**
- Hladký povrch, který se snadno čistí a dekontaminuje. - **ANO**
- Záruka: min. 24 měsíců - **ANO, 24 měsíců**

Noční stolek bez desky - Eleganza Mano

- Nové noční stolky, nesmí se jednat o noční stolky repasované - **ANO**
- Dvojitá plastová centrálně brzděná kolečka o průměru 65mm - **ANO, 75 mm**
- Stolek bez uzamykání - **ANO**
- Hladký povrch, který se snadno čistí a dekontaminuje. - **ANO**
- Záruka: min. 24 měsíců - **ANO, 24 měsíců**

Součástí dodávky je

- Instalace nočních stolků na jednotlivé oddělení PNB, - ANO
- Proškolení personálu PNB s obsluhou zdravotnického zařízení, včetně vydání osvědčení o proškolení - ANO
- Návod k obsluze v českém jazyce - ANO
- Platná prohlášení o shodě, vydaná oprávněnou osobou dle legislativy - ANO
- Technické listy (datasheet) - ANO
- Osvědčení, certifikáty a atesty, pokud jsou pro některé specifické druhy výrobků vydávány k tomu oprávněnými osobami dle zvláštních předpisů - ANO
- Protokol o provedené BTK - ANO

Předpokládané množství - část II.

pavilon č.	Kategorie 2	stolek s deskou	stolek bez desky
1	X	X	X
2	X	X	X
3	X	X	X
5	X	X	X
7	X	X	X
8	X	X	X
9	30	30	X
10	X	62	X
11	X	X	X
12	2	2	X
13	6	6	X
14	3	3	X
15	X	X	X
16	X	X	X
17	X	X	X
18	X	X	X
20	X	X	X
21	X	X	X
22	X	45	45
23	1	1	X
24 př.	X	X	X
24 patro	X	X	X
25	64	64	X
26	2	2	X
27 př.	X	X	X
27 patro	X	X	X
28	X	X	X
29	63	28	35
30	X	X	X
31	X	X	X
32	X	X	X
33	X	X	X
34	46	46	X
35	X	X	X
36 př.	X	X	4
36 patro		2	X
36 ECT	X	X	X

Předpokládané množství	217	291	84
-------------------------------	------------	------------	-----------