

Kategorie 3 - lůžka pro akutní ošetrovatelskou péči

Pořadí	Název	Jednotka	Množství předpoklad 3 roky	Cena v Kč za jednotku bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Popis nabízeného výrobku
1	Lůžka pro akutní ošetrovatelskou péči	1ks	263	24 972,75 Kč	6 567 833 Kč	Praktika 2
2	Matrace pasivní k lůžku pro akutní péči	1ks	263	4 929,75 Kč	1 296 524 Kč	MediMatt 30
3	Noční stolek s deskou	1ks	24	13 388,35 Kč	321 320 Kč	Eleganza Mano
4	Noční stolek bez desky	1ks	235	10 264,60 Kč	2 412 181 Kč	Eleganza Mano
Cena celkem				53 555,45 Kč		

Cena celkem za část III bude shodně uvedena v krycím listu pro část III

Uchazeč vyplní pouze žlutě označené buňky

10 597 859 Kč

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky:

Kategorie 3 - lůžka pro akutní ošetrovatelskou péči

Oddělení akutní ošetrovatelské péče - jedná se převážně o příjmová, akutní psychiatrická oddělení, kde se poskytuje základní ošetrovatelská péče somatického charakteru pacientům, kteří po psychické stránce jsou v akutním stavu. Ještě nebývají ani základně stabilizováni, mají slabší kontakt s realitou, může zde častěji docházet ke konfliktům, k nešetrnému chování vůči vybavení oddělení. To by mělo být odolnější vůči poškození, zároveň snáz omyvatelné a dezinfikovatelné. Vzhledem k charakteru poskytované základní somatické péče není nutné zvláštní specializované vybavení (elektrické polohování postelí apod.). Důraz klademe na to, aby lůžko bylo bezpečné – nerozebíratelné, aby pacient samovolně nemohl odmontovat čela lůžka nebo jiné díly a ty použít jako zbraň nebo nástroj.

Lůžka: **Praktika 2**

- Nová lůžka, nesmí se jednat o lůžka repasovaná a skládací - **ANO**
 - Bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění nebo srovnatelné či lepší řešení. - **ANO**
 - Lůžko nesmí být rozebíratelné, nebo s volnými částmi.** - **ANO**
 - Kovová pevná stabilní konstrukce lůžka, zamezující poškození matrace a také zranění pacienta nebo zranění personálu při manipulaci. Konstrukce se nesmí pohybovat či kroutit ani při maximálním provozním zatížení. - **ANO**
 - Lůžko musí být vyrobeno z materiálu odolnému mechanickému poškození a umožňující jednoduchou údržbu dezinfekčními prostředky dle platných norem. - **ANO**
 - Bezpečná provozní zátěž minimálně 200 kg.** - **ANO, 200 kg**
 - Ložná plocha 3-4dílná (rozměr 90x200cm), zesílená, vyrobená z pevných lamel napevno spojených s rámem ložné plochy. Nesmí být použita varianta drátěná síť. - **ANO, 4dílná, rozměr 90x200 cm**
 - Volný prostor pro nohu a špičku nohy mezi pohyblivými částmi a podlahou nesmí být v žádné pozici menší než 120 mm. - **ANO**
 - Minimálně zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný nezávisle hydraulicky nebo mechanicky. - **ANO, mechanicky**
 - Zdvih ložné plochy hydraulicky nebo mechanicky plynule minimálně v rozsahu 45–75 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta. - **ANO, 44,5 - 78,5 cm s kolečky o průměru 150 mm**
 - Ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) zádového i stehenního dílu při polohování pro eliminaci tlaku a střížných sil působících na tělo pacienta. - **ANO**
 - Ložná plocha musí být vybavena úchyty pro ochranné kurtovací pásy – minimálně 6 ks, u hlavy, břicha a nohou. - **ANO**
 - Vnější šířka lůžka v rozmezí 98-102 cm včetně postranic. - **ANO, 99,5 cm**
 - Učtí centrálně otočená kolečka o průměru max. 120 mm, ovládací páky ovládané (veskere ovládané) tlačidly, nikoli nártem) dobře dostupné z čela i boků. - **ANO, 150 mm (dle vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 30.7.2024 mělo být uvedeno min. 125 mm)**
 - Odnímatelná pevná plná plastová čela s aretací proti samovolnému vytažení, odolná proti vykopnutí, snadno čistitelná, s dekorem dle vzorníku pro kategorii 3. - **ANO**
 - Pravá a levá sklopná postranice. - **ANO**
 - Madla - **ANO**
 - Ochranná kolečka v rozích lůžka. - **ANO**
- Součástí konstrukce lůžka musí být otvory pro umístění hrazdy nebo infuzního stojanu. - **ANO**
- Oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství – láhev na moč, sáček na moč. - **ANO**
 - Barevné řešení konstrukce – bílé provedení. - **ANO**
 - Povrchová úprava: lakováno práškovými barvami. - **ANO**
 - Moderní design nemocničního lůžka. - **ANO**

Součástí dodávky je

- Instalace lůžek na jednotlivých odděleních PNB, - **ANO**
- Proškolení personálu PNB s obsluhou zdravotnického zařízení, včetně vydání osvědčení o proškolení - **ANO**
- Návod k obsluze v českém jazyce - **ANO**
- Platná prohlášení o shodě nebo jejich kopie, vydaná oprávněnou osobou dle legislativy - **ANO**
- Technické listy (datasheet) - **ANO**
- Osvědčení, certifikáty a atesty, pokud jsou pro některé specifické druhy výroby vyžadovány k tomu oprávněnými osobami dle zvláštních předpisů. - **ANO**
- Protokol o provedené BTK - **ANO**

Matrace: **MediMatt 30**

Musí být registrovaným zdravotnickým prostředkem. - **ANO**

- pasivní zónová matrace vhodná pro pacienty s rizikem IV. stupně vzniku dekubitů dle EPUAP, - **ANO**
- nosnost 140-200kg, - **ANO, 150 kg**
- výška matrace min. 14 cm, max. 15 cm, - **ANO, 14 cm**
- šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodávaných lůžek, - **ANO**
- vícevrstvá matrace, objemová hmotnost pěn min. 50 kg/m³, se sníženou hořlavostí (CRIB 5), - **ANO, 50 kg/m³, CRIB 5**
- zpevněné okraje po celé délce, - **ANO**
- potah matrace voděodolný, paropropustný, antibakteriální, snadno snímatelný (např. velmi odolný krytý zip s ochrannou chlopní proti znečištění na 2 stranách), obousměrně pružný, opatřený madly, odolnost vůči dezinfekčním prostředkům, krvi, moči, mastím, olejům a tukům, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) - **ANO, CRIB 5**
- tvarové a funkčně plně kompatibilní s lůžkem - **ANO**

Noční stolek s deskou - **Eleganza Mano**

Nové noční stolky, nesmí se jednat o noční stolky repasované - **ANO**

Dvojitá plastová centrálně bržděná kolečka o průměru 65mm - **ANO, 75 mm**

- Stolek bez uzamykání - **ANO**
- Hladký povrch, který se snadno čistí a dekontaminuje. - **ANO**
- Záruka: min. 24 měsíců - **ANO, 24 měsíců**

Noční stolek bez desky - Eleganza Mano

- Nové noční stolky, nesmí se jednat o noční stolky repasované - **ANO**
- Dvojitá plastová centrálně bržděná kolečka o průměru 65mm - **ANO, 75 mm**
- Stolek bez uzamykání - **ANO**
- Hladký povrch, který se snadno čistí a dekontaminuje. - **ANO**
- Záruka: min. 24 měsíců - **ANO, 24 měsíců**

Součástí dodávky je

- Instalace nočních stolků na jednotlivé oddělení PNB, - **ANO**
- Proškolení personálu PNB s obsluhou zdravotnického zařízení, včetně vydání osvědčení o proškolení - **ANO**
- Návod k obsluze v českém jazyce - **ANO**
- Platná prohlášení o shodě, vydaná oprávněnou osobou dle legislativy - **ANO**
- Technické listy (datasheet) - **ANO**

Osvědčení, certifikáty technické specifikace výrobku využívaný upravenými zvláštnostmi

- Protokol o provedené BTK - **ANO**

Předpokládané množství - část III.

pavilon č.	Kategorie 3	stolek s deskou	stolek bez desky
1	40	X	40
2	X	X	X
3	X	X	X
5	X	X	X
7	X	X	X
8	9	9	X
9	X	X	X
10	X	X	X
11	X	X	X
12	X	X	X
13	X	X	X
14	4	3	1
15	X	X	X
16	X	X	X
17	1	X	1
18	X	X	X
20	17	X	17
21	40	X	40
22	X	X	X
23	39	2	37
24 př.	X	X	X
24 patro	X	X	X
25	X	X	X
26	20	X	20
27 př.	18	X	20
27 patro	X	X	X
28	8	X	8
29	X	X	X
30	X	X	X
31	10	10	X
32	X	X	X
33	19	X	19
34	X	X	X
35	X	X	X
36 př.	28	X	32
36 patro	X	X	X
36 ECT	10	X	X

Předpokládané množství	263	24	235
-------------------------------	------------	-----------	------------