



Cenová nabídka

Servis

Číslo: **NSV-997/2024**
Datum vystavení: 30.12.2024
Platnost do: 30.01.2025
Číslo objednávky: DIS2406786

Dodavatel:

A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Letohradská 3/369
170 00 Praha 7

IČO: 63983524
DIČ: CZ63983524

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou 40068 ze dne 28.09.1995 u Městského soudu v Praze.

Odběratel:

Fakultní nemocnice Olomouc

Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc
Česká republika

Kontakt: Monika Filipová, tel: +420 588 446 326
Email: monika.filipova@fnol.cz
Email2: monika.filipova@fnol.cz

Popis nabídky

Typ přístroje: plicní ventilátor
Model: HAMILTON-G5
Sériové číslo: 16629

Po startu se objevují chyby 5510 a 5511. Nelze zkaližovat čidlo průtoku. Porucha desky senzorů. Odvoz do servisu, výměna desky. Kalibrace, testovací provoz.

Ř.	Kód	Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v CZK)	Cena celkem (v CZK s DPH)
1	AA0014	Hodinová sazba servisního technika	2,00 ks	0,00	0,00	21 %	0,00	0,00
2	AA0015	Dopravné - km	158,00 km	13,90	2 196,20	21 %	461,20	2 657,40
3	10089445	MSP SENSOR BOARD 2	1,00 ks	57 957,59	57 957,59	21 %	12 171,10	70 128,69
4	AA1001	Kontrola bezpečnosti a funkčnosti po opravě - L	1,00 ks	2 950,00	2 950,00	21 %	619,50	3 569,50
5	AA0015	Dopravné - km	158,00 km	13,90	2 196,20	21 %	461,20	2 657,40

07/36
FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC
Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc, tel.: 588 441 111
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Pověřená přednostka: MUDr. Olga Klementová, Ph.D.

Mgr. Daniela Chocholková
vrchní sestra
Klinika anesteziologie,
resuscitace a intenzivní medicíny

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	65 299,99	13 713,00	79 012,99
Celkem	65 299,99	13 713,00	79 012,99
Zaokrouhlení nezahrnuté do základu daně			0,00

Částka k úhradě v CZK

79 012,99

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

Razítko a podpis odběratele:

Vystavil: Senkova Simona Tel.: +420 602 144 459 E-mail: kellner@amimedical.cz Web: www.amimedical.cz