

Provozní řád umývárny laboratorního nádobí

Příloha Smlouva o poskytnutí součinnosti v oblasti mytí laboratorního nádobí a dodávkách kapalného dusíku mezi VÚV TGM, v. v. i. a ÚOCHB AV ČR, v. v. i.

1. Umývárna laboratorního nádobí je umístěna v budově D v místnosti č. 434.
2. Pro umývání nádobí Objednatele se využívá výhradně zařízení (zařízení na výrobu deionizované vody a myčka laboratorního nádobí), které je uvedeno ve smlouvě.
3. Myčku obsluhuje pouze zaměstnanec VÚV TGM, v. v. i.
4. Myčka laboratorního nádobí je určena pro mytí nádobí ze skla, plastu nebo keramiky.
5. Do umývárny se přijímá pouze nádobí:
 - nepoškozené (laboratorní sklo nesmí být prasklé nebo s oštipanými a ostrými okraji),
 - neobsahující zbytky zdravotně závadných látek (např. infekční agens, jedy, radioaktivní látky...), aby nebylo ohroženo zdraví obsluhy,
 - důkladně zbavené reziduí látek (např. pomocí vypláchnutí vodovodní vodou), aby nedocházelo ke křížové kontaminaci ostatního laboratorního nádobí v umýárně.
6. Nádobí musí být uloženo ve vhodné přepravce, která je čitelně a nesmazatelně označena. Po umytí se sklo vloží zpět do přepravky, aby nedošlo k záměně.
7. Údržbu, servis a opravy zařízení (zařízení na výrobu deionizované vody a myčka laboratorního nádobí) provádí odborná firma, kterou objednávají pověření pracovníci VÚV TGM, v. v. i.
8. Pokud Objednatel zjistí závadu na zařízení (zařízení na výrobu deionizované vody a myčka laboratorního nádobí), nahlásí ji pověřenému pracovníkovi VÚV TGM, v. v. i., který bez zbytečného prodlení zajistí opravu u specializované firmy.