

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**Fakultní nemocnice Olomouc**

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze

dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: 36334811/0710

na straně jedné jako „kupující“

a

**BTL zdravotnická technika, a.s.**

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno

IČ: 26884143

DIČ: CZ26884143

zastoupená: Ing. Radovanem Sedlářem, prokuristou

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3889

bankovní spojení: 478546723/0300

na straně druhé jako „prodávající“

(uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.)

tuto

**KUPNÍ SMLOUVU**

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Zúčastněné smluvní strany si navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené zákonem a touto smlouvou.
2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, zahájeného kupujícím jako veřejným zadavatelem s názvem **„Kombinovaný přístroj elektroléčba a ultrazvuk II.“, evidenční číslo VZ-2024-000739**. V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce. Smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v této smlouvě, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž zadávací dokumentace a nabídka, kterou prodávající předložil do zadávacího řízení.

## II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu: **1 ks přístrojové sestavy kombinovaného přístroje BTL-4825S Premium a vakuové jednotky BTL-VAC II vč. příslušenství**, splňující technické podmínky stanovené kupujícím, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy (dále „předmět plnění“ nebo „zboží“), závazek prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto předmětu plnění a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Předmět plnění musí být nový, nepoužitý, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem předmětu plnění a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím.
2. Součástí předmětu plnění je dále:
  - i. uvedení do provozu, včetně všech potřebných zkoušek potřebných pro řádné užívání předmětu plnění (např. výchozí elektrická revize, přijímací zkouška, validace atd.),
  - ii. bezplatné zaškolení obsluhy (instruktáž v případě ZP) obsluhy v souladu s návodem k použití a protokol o tomto školení (instruktáži v případě ZP) – ke každému přístroji,
  - iii. dodávka návodů k obsluze v českém jazyce v tištěné i datové podobě (ve 2 vyhotoveních ke každému přístroji),
  - iv. dodávka příslušných atestů a certifikátů (ve 2 vyhotoveních),
  - v. prohlášení o shodě, s možným uvedením rizikové třídy zdravotnického prostředku (ve 2 vyhotoveních),
  - vi. dodací list / předávací protokol (ve 2 vyhotoveních),
  - vii. certifikát osoby provádějící školení (instruktáž v případě ZP) a servisního technika (ve 2 vyhotoveních) pokud je vyžadovaný výrobcem či platnou legislativou),
  - viii. vyplněný interní formulář kupujícího (identifikační kartu přístroje), kdy prodávajícímu bude interní formulář zaslán emailem poté, co oznámí kupujícímu termín pro dodání.

## III.

### Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen předmět plnění dodat, předat, uvést do provozu, předat veškeré doklady k předmětu plnění vč. doložení dodacího listu/ předávacího protokolu, na kterém musí být uvedeno interní evidenční číslo **VZ-2024-000739**, a dále provést zaškolení, resp. instruktáž k předmětu plnění, a to do **60** dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, **nejpozději však do 30. 6. 2025**; rozhodný je okamžik, který nastane dříve. Termín plnění může být posunut pouze ze strany kupujícího, a to z provozních důvodů. Posunutí termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci formou písemného chronologicky číslovaného dodatku ke smlouvě.
2. Místem dodání předmětu plnění je: **Oddělení rehabilitace, Fakultní nemocnice Olomouc**.
3. Kontaktní email pro převzetí předmětu plnění je [dodavkaZT@fnol.cz](mailto:dodavkaZT@fnol.cz), tel. 588 44 2269. Prodávající je povinen kupujícímu na výše uvedený email **10 dnů** před dodávkou předmětu plnění oznámit konkrétní termín dodání.
4. K převzetí předmětu plnění jsou oprávněni pracovníci Útvaru hospodářsko-technické správy Ing. Nela Skulová, email: [nela.skulova@fnol.cz](mailto:nela.skulova@fnol.cz), tel: 588 445 138, Ing. Radim Zemánek, email: [radim.zemanek@fnol.cz](mailto:radim.zemanek@fnol.cz), tel. 588 442 269, případně další osoby, které k převzetí byly jimi pověřeny.
5. Náklady na dodání předmětu plnění do místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané kupní ceně. Prodávající bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy kupujícího nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.
6. K dodání předmětu plnění dochází okamžikem potvrzení dodacího listu/ předávacího protokolu oprávněným zaměstnancem kupujícího. Prodávající je dále povinen, na každém jednotlivém dodacím listě/ předávacím protokolu vystaveném v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou, uvést interní evidenční číslo **VZ-2024-000739**. Neučiní-li tak, nebude takový dodací list ze strany kupujícího akceptován a nebude tudíž způsobilým podkladem pro fakturaci.
7. Okamžikem protokolárního převzetí předmětu plnění přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží. Kupující není povinen převzít zboží či jeho část, která je poškozená či která jinak nesplňuje podmínky této smlouvy, zejména pak jakost zboží.
8. V případě prodlení prodávajícího s dodávkou zboží, předáním zboží, uvedením do provozu, předáním veškerých dokladů a provedením zaškolení, resp. instruktáže je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané kupní ceny (včetně DPH) nedodaného předmětu plnění za každý započatý den prodlení.
9. Prodávající si je vědom, že dodržení termínu dodání zboží musí být v souladu s příslušnými rozhodnutími o poskytnutí dotace na realizaci projektu. Prodávající si je vědom, že porušení jeho povinnosti z této smlouvy může mít za následek vznik škody kupujícímu spočívající v neuznání veškerých výdajů prodávajícího a následném postihu ze strany poskytovatele dotace. Poruší-li prodávající povinnosti dané touto smlouvou, v důsledku čehož dojde k rozporu podmínek stanovených poskytovatelem dotace, a bude-li kupující jakkoli sankcionován, je prodávající kupujícímu povinen nahradit takto vzniklou škodu.

#### IV.

##### Kupní cena

1. Kupní cena za předmět plnění činí:

230 000,00 Kč bez DPH,

48 300,00 Kč DPH,

278 300,00 Kč včetně DPH

2. Kupní cena bez DPH je sjednána jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady, jejichž vynaložení je nutné na řádné a včasné splnění předmětu smlouvy, zejména náklady na dopravu, kompletaci, uvedení do provozu, předání a veškeré náklady související (náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, přepravních nákladů apod.).
3. Kupní cena bez DPH je maximální. Ke kupní ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

#### V.

##### Platební podmínky

1. Kupující neposkytuje a prodávající není oprávněn požadovat zálohy. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím a doručené kupujícím. Proávající je povinen fakturu vystavit do tří dnů po protokolárním předání a převzetí předmětu plnění kupujícím. Faktura musí obsahovat název projektu „Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech ve FN Olomouc“.
2. Proávající je povinen vystavit fakturu s náležitostmi daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a splatností 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícím prostřednictvím elektronické pošty na adresu [fin@fnol.cz](mailto:fin@fnol.cz), a to každou fakturu samostatným emailem ve formátu PDF včetně standardu ISDOC (Information System Document - standard pro elektronickou fakturaci v České republice), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Faktura ve standardu ISDOC může být přiložena i samostatně mimo PDF. Použitá verze ISDOC musí být ve verzi 6.0.1. a vyšší. Nezbytnou přílohou faktury bude kopie dodacího listu / předávacího protokolu potvrzeného kupujícím v souladu s příslušným ustanovením smlouvy.
3. Proávající je dále povinen, na každé jednotlivé faktuře, vystavené v rámci kupního vztahu založeného touto smlouvou, uvést interní evidenční číslo **VZ-2024-000739**.
4. V případě, že faktura nebude splňovat veškeré náležitosti, je kupující oprávněn fakturu prodávajícímu ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž lhůta splatnosti kupní ceny začíná běžet znovu ode dne doručení řádně vystavené faktury kupujícím.
5. Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za den úhrady se rozumí den odeslání celé fakturované částky z účtu kupujícího na účet prodávajícího.

6. Prodávající se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, s kterými spolupracuje v rámci plnění předmětu smlouvy, bez prodlení. Kupující si vyhrazuje právo požadovat po prodávajícím prokázání splnění této jeho povinnosti. Poruší-li prodávající svůj závazek dle první věty tohoto odstavce, tzn. dostane-li se prodávající do prodlení se splněním některého svého finančního závazku vůči některému ze svých poddodavatelů, vznikne kupujícímu právo uspokojit pohledávku konkrétního poddodavatele prodávajícího přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude ponížena cena dle této smlouvy.

## VI.

### Záruka za jakost

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy, bez právních či faktických vad. Prodávající poskytuje záruku za jakost předmětu plnění po dobu **24 měsíců** ode dne uvedení předmětu plnění do provozu. V této době odpovídá prodávající za to, že předmět plnění si zachová vlastnosti sjednané touto smlouvou a nejsou-li uvedeny pak obvyklé vlastnosti.
2. Po dobu záruky provede prodávající záruční opravy předmětu plnění včetně dodávek náhradních dílů.
3. Záruční servis na zboží provádí prodávající a tento je zahrnut v kupní ceně včetně veškerých s tím souvisejících nákladů.
4. Kupující je povinen uplatnit zjištěné vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. Kupující uplatní zjištěné vady písemně na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví této smlouvy, e-mailem na adrese servis@btl.cz, faxem na faxovém čísle ..... či telefonicky na telefonním čísle: 775 873 020. Dnem nahlášení vady je den, kdy prodávající obdržel oznámení zjištěných vad nebo den, ve kterém byly zjištěné vady oznámeny kupujícím telefonicky. Kupující je oprávněn vybrat si způsob uplatnění vad nebo uplatnit zjištěné vady více způsoby, v tom případě je dnem nahlášení vady den, který podle výše uvedeného určení dne nahlášení vady nastane jako první.
5. Kupujícímu náleží právo volby mezi nároky z vad dodaného plnění, přičemž je oprávněn po prodávajícím:
  - i. nárokovat dodání chybějícího plnění;
  - ii. nárokovat odstranění vad opravou plnění;
  - iii. nárokovat dodání náhradního zboží za vadné plnění;
  - iv. nárokovat slevu z kupní ceny v rozsahu ceny vadného či nedodaného plnění; nebo
  - v. odstoupit od této smlouvy, bude-li se jednat o podstatnou vadu plnění.
6. Prodávající je povinen nastoupit k odstranění nahlášené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **2 dnů** od okamžiku nahlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na lhůtě delší. Tato dohoda může být provedena formou písemného zápisu či formou emailového potvrzení odpovědnými zaměstnanci obou smluvních stran.
7. Prodávající je povinen odstranit nahlášené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **5 dnů** ode dne nahlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na lhůtě delší. Tato dohoda může být provedena formou písemného zápisu či formou emailového potvrzení odpovědnými zaměstnanci obou smluvních stran.

V případě opravy trvající déle než **5 dnů** je prodávající povinen po dobu opravy bezplatně zapůjčit náhradní přístroj s odpovídajícími technickými parametry jako vadný přístroj, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na jiných technických parametrech.

8. V případě, že prodávající nenastoupí k odstranění nahlášené vady ve lhůtě podle odstavce 6. tohoto článku, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny vadného předmětu plnění (včetně DPH), a to za každý i započatý den prodlení. Nárok kupujícího na náhradu škody tím není dotčen.
9. V případě, že prodávající neodstraní vadu nahlášenou ve lhůtě podle odstavce 7. tohoto článku nebo v případě opravy trvající déle než 5 dnů nezapůjčí náhradní přístroj s odpovídajícími technickými parametry, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny vadného předmětu plnění (včetně DPH), a to za každý i započatý den prodlení. Nárok kupujícího na náhradu škody tím není dotčen.
10. Neodstraní-li prodávající vady předmětu plnění v souladu s touto smlouvou řádně a včas, a to ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu kupujícím, je kupující oprávněn nechat odstranit vady předmětu třetí osobou. Proávající se pak zavazuje nahradit kupujícímu veškeré účelně vynaložené a prokázané náklady na odstranění vad předmětu plnění třetí osobou. Tímto není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody, jakož ani nárok na zaplacení smluvní pokuty dle odstavce 8. a 9. tohoto článku.
11. Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči kupujícímu jakékoli nároky z titulu svého průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví včetně práva autorského ke zboží, je prodávající vlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady vypořádat včetně případného soudního sporu. Uvedený závazek prodávajícího trvá i po ukončení záruky.

## VII.

### Údržba a servis zboží

1. Prodávající se po dobu záruky za jakost zavazuje poskytovat kupujícímu kompletní údržbu a servis zboží ve smyslu poskytování všech pravidelných prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav, validace a zkoušek zboží, které jsou vyžadovány výrobcem nebo příslušnými právními předpisy.
2. Prodávající je povinen sledovat dobu, termíny a lhůty všech výše uvedených prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek a nejméně 5 pracovních dní předem písemně nahlásit jejich konání kupujícímu, přitom musí respektovat provozní potřeby kupujícího a vyhovět mu v případě, že bude požádán o jejich přesunutí. Mělo-li by přesunutím činností dle věty první dojít k nedodržení termínů a lhůt stanovených právními předpisy, či pokud by v tomto důsledku mohlo dojít k pozbytí práv kupujícího, je povinen prodávající na tuto skutečnost písemně kupujícího upozornit. Neučiní-li tak prodávající, je povinen nést veškeré nepříznivé důsledky z toho vyplývající pro kupujícího.
3. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu k provádění výše uvedených prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek zboží nezbytnou součinnost, zejména umožnit prodávajícímu přístup ke zboží, umožňuje-li to jeho provoz.
4. Úhrada za poskytování všech výše uvedených prohlídek, ošetřování, seřizování, oprav a zkoušek dle tohoto

článku je obsažena v kupní ceně.

5. Kupující je v případě prodlení prodávajícího s plněním povinností vyplývajících z tohoto článku oprávněn zajistit plnění těchto povinností způsobem dle vlastního uvážení, a to na náklady prodávajícího. Nárok kupujícího na náhradu škody tím není dotčen. V tomto případě se prodávající nemůže ani dovolávat neoprávněnosti zásahu do předmětu plnění a nemůže toto ani vést k pozbytí práv kupujícího.

## **VIII.**

### **Software**

1. Pokud je součástí předmětu plnění dodávka softwarových produktů, pak se kupujícímu vyhrazuje časově neomezené, nikoliv výhradní a přenosné právo užívat tyto softwarové produkty na zboží, se kterým byly dodány, a to v nezměněné formě.
2. Úplata za užívání softwarových produktů poskytnutých k předmětu plnění je obsažena v kupní ceně a prodávající prohlašuje, že užívání softwaru kupujícím nebrání jakákoliv překážka faktická či právní, vyplývající zejména z předpisů o právu autorském. Ukáže-li se toto prohlášení nepravdivým, nese veškerou odpovědnost a náklady z toho vyplývající prodávající, včetně povinnosti k uspokojení nároků oprávněných osob.

## **IX.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany prodávajícího bude považováno zejména prodlení s dodáním předmětu plnění po dobu delší než 15 dnů, pokud toto prodlení bude způsobeno důvody na straně prodávajícího.
2. Pro účely této smlouvy se dále za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít.
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.
4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení smluvních pokut, či jiných sankcí z této smlouvy vyplývajících, jakož ani nároku na náhradu škody, újmy, ušlého zisku vzniknuvších před okamžikem odstoupení od smlouvy.

## X.

### Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti obou smluvních stran příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, zvláštních právních předpisů, kterými se provádí občanský zákoník a zvláštních právních předpisů souvisejících. Smluvní strany berou na vědomí a zároveň souhlasí, že k projednání a rozhodování případných sporů, které nebudou vyřešeny smírem, budou příslušné soudy České republiky.
2. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající, nedohodnou-li smluvní strany jinak. Kvittance za částečné plnění a vracení dlužních úpisů s účinky kvittance se vylučují. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, §1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe prodávající převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.
3. Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručený druhé smluvní straně této smlouvy, bude-li doručen na adresu uvedenou u dané smluvní strany v záhlaví této smlouvy. V případě pochybností se má za to, že písemnost zaslaná doporučenou poštovní přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání písemnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné, pravé a vážné vůle a tuto lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě, podepsaném statutárními zástupci obou smluvních stran. Změna musí být výslovně označena jako "Dodatek ke Smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. Veškeré dohody, učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předjednání učinily. Tato smlouva tak představuje celkovou dohodu smluvních stran na jejím předmětu a nahrazuje všechna předchozí ujednání a dohody dosažené ohledně jejího předmětu. Prodávající je povinen archivovat a uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu „Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech ve FN Olomouc“ včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci (včetně účetních dokladů) související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům, Úřad evropského veřejného žalobce, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Ministerstva zdravotnictví ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalším příslušnými vnitrostátními orgány) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Pořízení a dodávka přístroje jsou financovány z projektu „Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech ve FN Olomouc“, který je financován Evropskou unií z Nástroje pro oživení a odolnost prostřednictvím Národního plánu obnovy ČR.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle § 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, s celým jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho, že se jedná o projev jejich svobodné a vážné vůle, připojují své podpisy.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 – Položkový seznam včetně cen a technická specifikace
- Příloha č. 2 – Tabulka splnění technických podmínek

V Olomouci dne

V Praze dne

.....

.....

Fakultní nemocnice Olomouc  
kupující

BTL zdravotnická technika, a.s.  
prodávající

**Příloha č. 1 – Položkový seznam včetně cen a technická specifikace**

| Položka nabídky / Přístroj                | Cena/ks bez DPH (Kč) | ks | Cena celkem bez DPH (Kč) | Sazba DPH | DPH samostatně (Kč) | Cena celkem vč. DPH (Kč) |
|-------------------------------------------|----------------------|----|--------------------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| <b>BTL-4825S Combi Premium</b>            | 92 300,00            | 1  | 92 300,00                | 21%       | 19 383,00           | 111 683,00               |
| <b>BTL-VAC II</b>                         | 62 500,00            | 1  | 62 500,00                | 21%       | 13 125,00           | 75 625,00                |
| <b>Elektroda 12 x 8 cm</b>                | 580,00               | 4  | 2 320,00                 | 21%       | 487,20              | 2 807,20                 |
| <b>Vakuová elektroda ø90 mm</b>           | 1 200,00             | 4  | 4 800,00                 | 21%       | 1 008,00            | 5 808,00                 |
| <b>Bodová elektroda vč. držáku</b>        | 910,00               | 1  | 910,00                   | 21%       | 191,10              | 1 101,10                 |
| <b>Držák bodových a HVT elektrod</b>      | 960,00               | 1  | 960,00                   | 21%       | 201,60              | 1 161,60                 |
| <b>HandsFree sono 6 krystalů</b>          | 35 990,00            | 1  | 35 990,00                | 21%       | 7 557,90            | 43 547,90                |
| <b>Houbička pod vak.elektrodu ø60mm</b>   | 130,00               | 12 | 1 560,00                 | 21%       | 327,60              | 1 887,60                 |
| <b>Houbička pod vak.elektrodu ø90mm</b>   | 150,00               | 8  | 1 200,00                 | 21%       | 252,00              | 1 452,00                 |
| <b>Pěnový návlak pro elektrodu 7x5 cm</b> | 70,00                | 8  | 560,00                   | 21%       | 117,60              | 677,60                   |
| <b>Hlavice 1 cm<sup>2</sup></b>           | 13 200,00            | 1  | 13 200,00                | 21%       | 2 772,00            | 15 972,00                |
| <b>Stolek pro BTL-4000 a VAC II</b>       | 13 700,00            | 1  | 13 700,00                | 21%       | 2 877,00            | 16 577,00                |
| <b>Celkem</b>                             |                      |    | <b>230 000,00</b>        |           | <b>48 300,00</b>    | <b>278 300,00</b>        |

**BTL-4825S COMBI PREMIUM**

- Kombinovaný terapeutický přístroj (2-kanálová elektroléčba s rozšířeným spektrem proudů, ultrazvuk)
- Velký barevný dotykový displej 7"
- QUICK protokoly (8 pozic) a anatomická navigace
- Vestavěná terapeutická encyklopedie, databáze pacientů
- Identifikace a kontrola funkčnosti připojeného příslušenství
- Test kvality elektrod a patientských kabelů
- Nejširší nabídka typů proudů ve svém oboru
- Proudová výbava: Galvanický proud, Diadynamické proudy, Träbert, Exponenciální pulzy, Pravoúhlé pulzy, Ruská stimulace, Stimulační pulzy, Šikmé pulzy, Kombinované pulzy, TENS, NPHV, Sekvence, 2 – pólová interference, 4 – pólová interference, Izoplanární a vektorové pole, přerušované pulzy, H – vlny, Mikroproudy, Středofrekvenční vlny, HVT (vysokonapěťová terapie), IG pulzy, Modulovaný pulzní proud, VMS proud, Koltzův proud, EPIR.
- Dvouokružová antispastická stimulace dle Hufschmidta a Jantsche s nastavením synchronizace kanálů (tzv. spřažené impulzy)
- Elektrodiagnostika: měření I/t křivky, reobáze, chronaxie a akomodačního koeficientu, detekce motorického bodu.
- Možnost připojení BTL-VAC (vakuové jednotky) - volitelně
- Současné připojení dvou ultrazvukových hlavice, nebo HandsFree sono aplikátoru

- Kontinuální a pulzní režim
- Předehřívané a vodotěsné ultrazvukové hlavice
- Dvojitý indikátor kontaktu hlavice (na displeji, akustická signalizace a vizuální signalizace na hlavici)
- Napájení 230V / 50Hz

#### BTL-VAC II SE STOLKEM

- Vakuová jednotka pro BTL elektroléčbu
- 2 nezávislé kanály
- Sedm šetrných úrovní intenzity přisátí
- Kontinuální a pulzní režim
- Pulzní frekvence: 5, 10, 15 a 20 pulzů za minutu
- Retenční nádobka na kondenzát s výpustním ventilem
- Tichý chod, snadná obsluha, údržba a čištění vakuové jednotky
- Možnost volby dalších rozměrů vakuových elektrod a houbiček (65mm - standard, 30mm a 95mm - volitelně)
- Přístrojový stolek s brzděnými kolečky určený pro BTL přístroje a integraci vakuové jednotku s 6ti zásuvkami
- Napájení 230V / 50Hz

#### HANDSFREE SONO 6 KRYSTALŮ

- 18 cm<sup>2</sup> se šesti krystaly
- Alternující frekvence 1 a 3 MHz
- Rovnoměrné dávkování ultrazvukové energie v ošetřované oblasti
- Úspora času a úsilí obsluhy
- Účinnější léčba s eliminací případné terapeutické chyby
- Maximální bezpečnost díky jedinečné Technologii rotujícího pole
- Pracovní frekvence aplikátoru: 1MHz, 3MHz a alternující 1/3MHz

#### MULTIFREKVENČNÍ HLAVICE 1CM<sup>2</sup>

- 1 cm<sup>2</sup> předehřívaná multifrekvenční hlavice
- Pracovní frekvence hlavice: 1MHz, 3MHz a alternující 1/3MHz
- Ergonomicky tvarovaná a lehká
- Vizuální kontrola kontaktu hlavice
- Vodotěsná - vhodné pro subakvální terapie
- BNR (Beam Nonuniformity Ratio - nehomogenita paprsku) < 5

1 ks nabízené přístrojové sestavy obsahuje:

Kombinovaný přístroj BTL-4825S Premium (1 ks), Vakuovou jednotku BTL-VAC II (1 ks), Elektroda - 70x50mm (4 ks), návlek na elektrodu 7x5cm (12 ks), Elektroda - 12x8cm (4 ks), Pacientský kabel (2 ks), Sada fixačních pásů pro připevnění elektrod (1 ks), Vakuové elektrody Ø60 mm (4 ks), Houbička pro vakuovou elektrodu 60

mm (16 ks), Vakuové elektrody Ø90 mm (4 ks), Houbička pro vakuovou elektrodu 90 mm (8 ks), Propojovací kabel pro elektroterapii (2 ks), Kabel pro připojení elektrod (2 ks), Kabel pro připojení vakuových elektrod (4 ks), Bodová elektroda 6 mm vč. držáku (1 ks), Ultrazvuková multifrekvenční hlavice 5cm<sup>2</sup> (1 ks), Ultrazvuková multifrekvenční hlavice 1 cm<sup>2</sup> (1 ks), Ultrazvukový gel 300ml (1 ks), Bezobslužný multifrekvenční ultrazvukový aplikátor - 6 krystalů (1 ks), Přístrojový stolek (1 ks) vhodný pro integraci vakuové jednotky s 6ti zásuvkami, Síťový kabel (1ks), Tužka pro dotykový displej (1ks)

## Příloha č. 2 – Tabulka splnění technických podmínek

| Tabulka splnění minimálních technických podmínek                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VZ-2024-000739 - Kombinovaný přístroj elektroléčba a ultrazvuk II.</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Uveďte typ, výrobce, vč. evidenčního čísla nabízeného prostředku, pod kterým je ZP v registru SÚKLu veden (komplet nabídnutého): BTL-4825S Premium (Basic UDI-DI: ++B108058POBEUXQ), BTL-VAC II (Basic UDI-DI: ++B108042POVACEU5L), BTL Industries Ltd., ohlášeno v systému ISZP</b>                                               |                |                                                                                                                                                                                                         |
| Předmět veřejné zakázky                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                         |
| Dodávka, instalace a uvedení do provozu kombinovaného přístroje elektroléčby a ultrazvuku pro fyzikální terapii na Oddělení rehabilitace včetně provedení zaškolení personálu.                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                         |
| Technická specifikace kombinovaného přístroje (elektroléčba a uzv)                                                                                                                                                                                                                                                                    | SPLNĚNO ANO/NE | *poznámky/skutečné parametry/odkazy                                                                                                                                                                     |
| kombinovaný terapeutický přístroj (minimálně 2-kanálová elektroléčba s rozšířeným spektrem proudů, ultrazvuk)                                                                                                                                                                                                                         | ANO            | Tech-Spec_Produktový-List_EL-UZ_VAC.pdf, str. 2                                                                                                                                                         |
| Barevný dotykový displej minimálně 5"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANO            | 7"; Tech-Spec_Produktový-List_EL-UZ_VAC.pdf, str. 2                                                                                                                                                     |
| Systém rychlého výběru nejčastějších programů - min. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANO            | QUICK protokoly (8 pozic) ; Tech-Spec_Produktový-List_EL-UZ_VAC.pdf, str. 2                                                                                                                             |
| Identifikace a kontrola funkčnosti připojeného příslušenství, test kvality elektrod a patientských kabelů                                                                                                                                                                                                                             | ANO            | Tech-Spec_Produktový-List_EL-UZ_VAC.pdf, str. 2                                                                                                                                                         |
| Proudová výbava (minimálně): Galvanický proud, Diadynamické proudy, Träbert, Pravoúhlé pulzy, Ruská stimulace, Stimulační pulzy, Šikmé pulzy, TENS, Sekvence, 2 – pólová interference, 4 – pólová interference, Izoplanární a vektorové pole, Mikroproudu, Středofrekvenční vlny, Modulovaný pulzní proud                             | ANO            | Tech-Spec_Produktový-List_EL-UZ_VAC.pdf, str. 2                                                                                                                                                         |
| Dvouokruhová antispastická stimulace s nastavením synchronizace kanálů                                                                                                                                                                                                                                                                | ANO            | Tech-Spec_Produktový-List_EL-UZ_VAC.pdf, str. 2                                                                                                                                                         |
| HVT (vysokonapěťová terapie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANO            | Tech-Spec_Produktový-List_EL-UZ_VAC.pdf, str. 2                                                                                                                                                         |
| Elektrodiagnostika (minimálně): měření I/t křivky, reobáze, chronaxie                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANO            | Tech-Spec_Produktový-List_EL-UZ_VAC.pdf, str. 2                                                                                                                                                         |
| Současné připojení min. dvou ultrazvukových hlavice                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANO            | Tech-Spec_Produktový-List_EL-UZ_VAC.pdf, str. 2                                                                                                                                                         |
| Kontinuální a pulzní režim                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANO            | Tech-Spec_Produktový-List_EL-UZ_VAC.pdf, str. 2                                                                                                                                                         |
| Vodotěsné ultrazvukové hlavice                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANO            | Tech-Spec_Produktový-List_EL-UZ_VAC.pdf, str. 2                                                                                                                                                         |
| Dvojité indikátor kontaktu hlavice (na displeji a akustická signalizace)                                                                                                                                                                                                                                                              | ANO            | Tech-Spec_Produktový-List_EL-UZ_VAC.pdf, str. 2                                                                                                                                                         |
| Napájení 230V/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANO            | Tech-Spec_Produktový-List_EL-UZ_VAC.pdf, str. 2                                                                                                                                                         |
| Přístroj propojitelný s vakuovou jednotkou                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANO            | Tech-Spec_Produktový-List_EL-UZ_VAC.pdf, str. 2                                                                                                                                                         |
| Specifikace vakuové jednotky                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SPLNĚNO ANO/NE | *poznámky/skutečné parametry/odkazy                                                                                                                                                                     |
| 1ks vakuové jednotky pro elektroléčbu (umístěna na pojízdném stolku nebo integrovaná do stolku s kolečky a brzdami)                                                                                                                                                                                                                   | ANO            | Tech-Spec_Produktový-List_EL-UZ_VAC.pdf, str. 2                                                                                                                                                         |
| Minimálně dva nezávislé kanály                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANO            | Tech-Spec_Produktový-List_EL-UZ_VAC.pdf, str. 2                                                                                                                                                         |
| Nastavitelná intenzita sání                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANO            | Tech-Spec_Produktový-List_EL-UZ_VAC.pdf, str. 2                                                                                                                                                         |
| Kontinuální a pulzní režim                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ANO            | Tech-Spec_Produktový-List_EL-UZ_VAC.pdf, str. 2                                                                                                                                                         |
| Nastavitelná pulzní frekvence                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANO            | Tech-Spec_Produktový-List_EL-UZ_VAC.pdf, str. 2                                                                                                                                                         |
| Nádobka na kondenzát s integrovaným výpustným ventilem (pokud se kondenzát nevytlívá přímo z přístroje)                                                                                                                                                                                                                               | ANO            | Tech-Spec_Produktový-List_EL-UZ_VAC.pdf, str. 2                                                                                                                                                         |
| Možnost volby dalších rozměrů vakuových elektrod a houbiček (60mm - standard, 30mm nebo 90mm)                                                                                                                                                                                                                                         | ANO            | Tech-Spec_Produktový-List_EL-UZ_VAC.pdf, str. 2                                                                                                                                                         |
| Napájení 230V/50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANO            | Tech-Spec_Produktový-List_EL-UZ_VAC.pdf, str. 2                                                                                                                                                         |
| Součást dodávky - další požadavky a příslušenství                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SPLNĚNO ANO/NE | *poznámky/skutečné parametry/odkazy                                                                                                                                                                     |
| Příslušenství (minimální počty a přibližné rozměry dle nabídky): Elektroda - 70x50mm nebo 80x60mm (4ks), Elektroda - 120x80mm (4ks), Patientský kabel (2ks), Sada fixačních pásů pro připevnění elektrod (1ks), Síťový kabel (1ks), Tužka pro dotykový displej (1ks), gel uzv (min. 200ml)                                            | ANO            | Elektroda - 70x50mm (4ks), Elektroda - 120x80mm (4ks), Patientský kabel (2ks), Sada fixačních pásů pro připevnění elektrod (1ks), Síťový kabel (1ks), Tužka pro dotykový displej (1ks), gel uzv (300ml) |
| 4 ks vakuové elektrody Ø90 mm, 4 ks vakuové elektrody Ø60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANO            | vakuové elektrody Ø90 mm (4 ks) ,vakuové elektrody Ø60 mm (4 ks)                                                                                                                                        |
| 1ks bodová elektroda pro selektivní elektrostimulaci včetně držáku                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANO            | bodová elektroda 6mm pro selektivní elektrostimulaci včetně držáku (1 ks)                                                                                                                               |
| 1ks ultrazvuková hlavice 5cm <sup>2</sup> (multifrekvenční 1 a 3 MHz)                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANO            | Ultrazvuková multifrekvenční ( 1 a 3 MHz) hlavice 5cm2 (1 ks)                                                                                                                                           |
| 1ks bezobslužného UZV aplikátoru ke každému přístroji - minimálně 5 cm2, alternující frekvence 1 a 3 MHz, rovnoměrné dávkování ultrazvukové energie v ošetřované oblasti                                                                                                                                                              | ANO            | Bezobslužný multifrekvenční ultrazvukový aplikátor - 6 krystalů, ERA 18 cm2 (1 ks)<br>Tech-Spec_Produktový-List_EL-UZ_VAC.pdf, str. 3                                                                   |
| Příslušenství pro elektroléčbu - ochrana elektrod (minimální počty a přibližné rozměry dle nabídky): Houbička pro vakuovou elektrodu 60 mm (16ks), houbička pro vakuovou elektrodu 90 mm (8ks), Návlek na elektrodu 8x6 cm nebo 7x5cm (12ks)                                                                                          | ANO            | Houbička pro vakuovou elektrodu 60 mm (16ks), houbička pro vakuovou elektrodu 90 mm (8ks), Návlek na elektrodu 7x5cm (12ks)                                                                             |
| 1ks multifrekvenční hlavice - minimálně 1 cm2 předehřívané multifrekvenční hlavice, pracující na frekvenci 1MHz, 3MHz a alternující 1/3MHz, ergonomicky tvarované, Vizualní kontrola kontaktu hlavice, Vodotěsné (vhodné pro subakvální terapie)                                                                                      | ANO            | Multifrekvenční hlavice - ERA 1 cm2<br>Tech-Spec_Produktový-List_EL-UZ_VAC.pdf, str. 3                                                                                                                  |
| 1 přístrojový stůl pro integraci vakuové jednotky, 2x propojovací kabel pro elektroterapii, 2x kabel pro připojení elektrod, 4x kabel pro připojení vakuových elektrod                                                                                                                                                                | ANO            | přístrojový stůl pro integraci vakuové jednotky (1 ks), propojovací kabel pro elektroterapii (2 ks), kabel pro připojení elektrod (2 ks), kabel pro připojení vakuových elektrod (4 ks)                 |
| Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                         |
| Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek - po dobu záruky zdarma | ANO            |                                                                                                                                                                                                         |
| Instruktáž personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu s aktuálním znění zákona č.375/2022 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) a jejich prováděcích vyhlášek                                                                      | ANO            |                                                                                                                                                                                                         |
| Zajištění servisní podpory a náhradních dílů autorizovanou společností po celou dobu předpokládané životnosti přístroje                                                                                                                                                                                                               | ANO            |                                                                                                                                                                                                         |
| Obecné požadavky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                         |
| Délka záruky minimálně 24 měsíců, případně uveďte jinou delší                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANO            |                                                                                                                                                                                                         |
| Životnost přístroje minimálně 8 let                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ANO            |                                                                                                                                                                                                         |