



Poptávka č.: DIS2500115

DIS2500115

VYŘIZUJE Svozilová Radmila

☎ 588 444 311
FAX 588 442 529
E-MAIL Radmila.Svozilova@fnol.cz

DATUM 09.01.2025

PHILIPS ČR s.r.o.

Rohanské nábřeží 678/23
18600 Praha 8

ZT - oprava

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
I0029602-000	722078850	SYSTÉM KARDIOANGIOGRAFICKÝ S C/G RAMEN	Azurion 7 C12
Nefunkční- oprava provedena z důvodu havarijního stavu 7.1.2025.			

Středisko: I. Interní klinika: REACT EU - A2 Rozvoj diagnostických pracovišť
Kontakt: Mgr. Dagmar Hetcllová, MHA, tel. 588 443 202

NS: 0192

* Při částce nad 10 000,- Kč s DPH zašlete předem ke schválení podrobnou CN. Prověřujeme vysoké částky za cestovné. Ve výkaze uvádějte příčinu závady, zda byla porucha způsobena uživatelem nebo opotřebením přístroje. Potvrzením objednávky nebo zahájením servisních prací, souhlasíte s podmínkami v této objednávce. „Zhotovitel je povinen dodržovat požadavky na ochranu osobních údajů vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.“ * Po provedení práce zasílejte kompletní faktury do 3 dnů elektronicky na email fin.účetárny: fin@fnol.cz. Tzn.: faktura + podepsaný serv. výkaz + CN+ objednávka. Nekompletní faktury vám vrátíme zpět. FNOL hradí faktury 60 dní od prokazatelného doručení daňového dokladu. Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Upravte toto datum ve faktuře. Nemůžeme zadávat do evidence faktury s nižší nebo vyšší splatností, pokud není ve smlouvě uvedena jiná doba. * Faktury zašlete v elektronickém formátu PDF včetně standardu ISDOC, pokud jej Váš systém podporuje. Každou fakturu zasílejte samostatným e-mailem na adresu: fin@fnol.cz. Děkujeme za pochopení.

VYSTAVIL: Svozilová Radmila

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC®
I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 588 444 311
Útvar hospodářsko-technické správy
Oddělení servisu a bezpečnostně-technických kontrol

Svozilová
Radmila

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC®
I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 588 442 269
Útvar hospodářsko-technické správy
Oddělení servisu a bezpečnostně-technických kontrol
Ing. R. ZEMANEK