

## DNS na přístroje -10-2017

Kód	Položka	Minimální požadované specifikace zboží	Počet ks	Výrobce a typ nabízeného zboží	Specifikace nabízeného zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková cena za položku bez DPH	Maximální celková cena položky bez DPH	Žadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Místo doručení; kontaktní osoba	
1	Centrifuga nechlazená	Nechlazená centrifuga RCF 4226xg, max RPM 6000 ot/min, kapacita výkyvný rotor alespoň 12x100ml a úhlový rotor 6x85ml, časovač, dodání vč. výkyvného rotoru 12-místného, úhel 55/60/80° a adaptéru pro 5ml a 15ml zkumavky	1	Typ Rotofix 32, ref 1206, 1628, 1127-A, 1621 výrobce Hettich	Sestava obsahuje: Nechlazená centrifuga RCF 4226xg, max RPM 6000 ot/min, včetně 12ti pozičního výkyvného rotoru s úhlem 55/60/80° sady adaptorů pro 5 ml a sady adaptorů pro 15 ml zkumavky, elektronické ovládání, časovač 1-99 min a trvale, možnost doplnění dalších typů rotorů vč. úhlového rotoru 6 x 85 ml,	45 900,00 Kč	45 900,00 Kč	50 000,00 Kč				katedra biologie PFF UHK (4470)	budova S, Katedra biologie Přírodovědecké fakulty UHK;	
2	Ochranný přestýlací box	Ochranný přestýlací box a stavitelný stojan ochranný box pro manipulaci s laboratorními zvířaty, vzduchová ochranná bariéra (tř.II, typ A/B3) HEPA filtry H14 a H13, hrubý a jemný předfiltr proti zanášení HEPA filtrů, třída čistoty ve vnitřním prostoru minimálně ISO 5 (třída A) dle ISO EN14644-1 indikace laminarity proudění nad pracovní plochou (ochrana produktu) a ve vzduchové bariéře (ochrana obsluhy), elektronická regulace rychlosti proudění osvětlení pracovní plochy, el. zásuvka, odpad pod pracovní plochou, manuálně výškově stavitelný hydraulický stojan, bočnice s fixní výškou, kolečka, hlučnost do 60dBa, výška pracovního okna alespoň 650 mm, otevřený prostor 340 mm, 230V/50Hz. Dodání včetně systému pro dekontaminaci rukou - aerosolový automatický rozprašovač pro chemickou nekontaktní dekontaminaci rukou spínáný senzorem po vsunutí rukou do prostoru generátoru aerosolu, vhodný pro běžné desinfekční prostředky umístění na boku boxu, pohyblivý držák umožňuje nastavení pracovní pozice.	1	Typ CS48, ref 9CS481, 9CAC5SESHHS, výrobce Tecniplast	Sestava obsahuje: Ochranný přestýlací box a stavitelný stojan ochranný box pro manipulaci s laboratorními zvířaty, vzduchová ochranná bariéra (tř.II, typ A/B3) HEPA filtry H14 a H13, hrubý a jemný předfiltr (G4) proti zanášení HEPA filtrů, třída čistoty ve vnitřním prostoru ISO 5 (třída A) dle ISO EN14644-1, indikace laminarity proudění nad pracovní plochou (ochrana produktu) a ve vzduchové bariéře (ochrana obsluhy), elektronická regulace rychlosti proudění osvětlení pracovní plochy, el. zásuvka, odpad pod pracovní plochou s vypouštěcím ventilem, manuálně výškově stavitelný hydraulický stojan, bočnice s fixní výškou, kolečka, hlučnost do 56dBa, výška pracovního okna 650 mm, otevřený prostor 340 mm, 230V/50Hz. Dodávka obsahuje systém pro dekontaminaci rukou - aerosolový automatický rozprašovač pro chemickou nekontaktní dekontaminaci rukou spínáný senzorem po vsunutí rukou do prostoru rozprašovače aerosolu, vhodný pro běžné desinfekční prostředky umístění na boku boxu pomocí pohyblivého držáku umožňuje nastavení pracovní pozice, umístění na levé nebo pravé straně.	224 000,00 Kč	224 000,00 Kč	230 000,00 Kč				katedra biologie PFF UHK (4470)	budova S, Katedra biologie Přírodovědecké fakulty UHK;	
3	Mycí linka pro mytí chovných nádob a lahví	Mycí stůl s dřezem min. 1000 mm, nerez min 300 l, Nerezový mycí stůl s jedním vevařeným lisovaným dřezem a odkládací deskou svařované podnoží s uzavřených profilů, ukončené seřiditelnými patkami, provedení nerez, Dřez min. 500 x 500 x 250 mm, oplachovací sprcha s ramínkem 1 myčka pro láhve. Dále vč 1x Myčka pro mytí napáječek a drobného materiálu Integrované dávkovače mycího a oplachového prostředku. Mycí cyklus 12 sec, spotřeba vody < 3 l na cyklus, automatický ohřev, nerezové provedení, kompatibilní se zakladači max 500x500 mm, alespoň 1x230 V. Dodání dále vč. koše pro mytí a plnění láhví, 1 integrované posuvné víko, autoklávovatelné plastové rohy pro snadný posun, adjustovatelné pozice víka pro láhve různých dílek.	1	Sestava-typy: stůl ref 9006001, oplachové rameno ref. D0C6, myčka S050T ref.9991156T, Koš na láhve ref 9LBCBM18263, výrobce Trigon Plus/Silanos/Trigon Plus	Sestava obsahuje: 1x Mycí stůl šířky 1000 mm, nerez AISI 304l, s vevařeným lisovaným dřezem a odkládací deskou, svařované podnoží s uzavřených profilů, ukončené seřiditelnými patkami, provedení nerez, rozměry dřez 500 x 500 x 250 mm, 1 x oplachovací sprcha s ramínkem, 1 x myčka pro láhve, napáječky a drobný materiál, integrované dávkovače mycího a oplachového prostředku, jeden mycí cyklus od 12 sec, kompletní mycí cyklus (mytí, oplach, manipulace) cca 2 min, spotřeba vody < 3 l na 1 cyklus, automatický ohřev, nerezové provedení, kompatibilní se zakladači 500x500 mm, napájení 1x230 V. 1 x Koš (zakladač) pro mytí a plnění láhví, 1 integrované posuvné víko, autoklávovatelné plastové rohy pro snadný posun, adjustovatelné pozice víka pro láhve různých dílek.	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	82 000,00 Kč				katedra biologie PFF UHK (4470)	budova S, Katedra biologie Přírodovědecké fakulty UHK;	
4	Sušárna	Sušárna, objem alespoň 400 l, přirozená cirkulace, přirozená cirkulace vzduchu, teplotní rozsah + 50°C až 250°C, přesnost ±0,5°C, homogenita ±3°C, časovač (1min. až 99h59min.), nerezová komora se zaoblenými rohy, řízení mikroprocesorem, velký displej, alarm překročení teploty, výstup RS232 pro připojení PC nebo tiskárny přístupový port, aretovatelná kolečka pro snadnou manipulaci, napájení 230 V, příkon 2400 W.	1	Typ OGS400,ref 51029328, výrobce ThermoScientific	Sestava obsahuje: Sušárna, objem 419 l, přirozená cirkulace, teplotní rozsah + 50°C až 250°C, přesnost ±0,5°C, homogenita ±3°C, časovač (1min. až 99h59min.), nerezová komora se zaoblenými rohy, řízení mikroprocesorem, velký displej, alarm překročení teploty, výstup RS232 pro připojení PC nebo tiskárny, přístupový port, aretovatelná kolečka pro snadnou manipulaci, napájení 230 V, příkon max 2400 W.	77 000,00 Kč	77 000,00 Kč	95 000,00 Kč				katedra biologie PFF UHK (4470)	budova S, Katedra biologie Přírodovědecké fakulty UHK;	
								Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH					457 000,00 Kč	
								<b>Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH</b>						<b>416 900,00 Kč</b>