

**Objednávka č.: DIS2500028*****DIS2500028***

VYŘIZUJE Svozilová Radmila

☎ 588 444 311
FAX 588 442 529
E-MAIL Radmila.Svozilova@fnol.cz

DATUM 02.01.2025

ZP-TECH s.r.o.**Riegrova 342
552 03 Česká Skalice**

Druh faktury FNOL:

* Objednáváme u Vás odborný servis: Zahájením objednané práce a přijetím této objednávky, firma potvrzuje, že splňuje všechny podmínky týkající se servisu ZP stanovené zákonem 375/2022 Sb. v platném znění a i další platnou legislativu upravující tuto činnost. Zašlete nám potvrzení výrobce či dokladu k uvedenému přístroji, že toto oprávnění k servisu máte. "Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající".

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
D121229-000	131358_3_1_1-40/22	Lůžko standardní polohovací el	PLEX - EXCELLENT
Rok výroby: 2013 Cena pořizovací: 33823,7500 Cena zůstatková: 0,0000			
špatně jede - nezatačí kola			
D121232-000	131358_3_1_1-40/5	Lůžko standardní polohovací el	PLEX - EXCELLENT
Rok výroby: 2013 Cena pořizovací: 33823,7500 Cena zůstatková: 0,0000			
špatně zatačí - přední kola u hlavy špatně zatačí			
D121234-000	131358_3_1_1-40/31	Lůžko standardní polohovací el	PLEX - EXCELLENT
Rok výroby: 2013 Cena pořizovací: 33823,7500 Cena zůstatková: 0,0000			
špatně zatačí přední kola - špatně zatačí u hlavy			
D121243-000	131358_3_1_1-40/19	Lůžko standardní polohovací el	PLEX - EXCELLENT
Rok výroby: 2013 Cena pořizovací: 33823,7500 Cena zůstatková: 0,0000			
bliká baterie - na hl. ovladači bliká zeleně kontrolka BAT - patrně vadná, navíc při polohování hlavové části jde o trhaný pohyb - nutné promazání nebo výměna			
D121244-000	131358_3_1_1-40/15	Lůžko standardní polohovací el	PLEX - EXCELLENT
Rok výroby: 2013 Cena pořizovací: 33823,7500 Cena zůstatková: 0,0000			
baterie bliká - na hl. ovladači bliká zeleně kontrolka BAT - patrně vadná			
D121246-000	131358_3_1_1-40/20	Lůžko standardní polohovací el	PLEX - EXCELLENT
Rok výroby: 2013 Cena pořizovací: 33823,7500 Cena zůstatková: 0,0000			
bliká baterie - na hl. ovladači bliká žlutě kontrolka BAT - patrně vadná			
D121247-000	131358_3_1_1-40/13	Lůžko standardní polohovací el	PLEX - EXCELLENT
Rok výroby: 2013 Cena pořizovací: 33823,7500 Cena zůstatková: 0,0000			
špatně zatačí - přední kola - hlava			
D121248-000	131358_3_1_1-40/32	Lůžko standardní polohovací el	PLEX - EXCELLENT
Rok výroby: 2013 Cena pořizovací: 33823,7500 Cena zůstatková: 0,0000			
špatně zatačí - přední kola - hlava			
D121252-000	131358_3_1_1-40/6	Lůžko standardní polohovací el	PLEX - EXCELLENT
Rok výroby: 2013 Cena pořizovací: 33823,7500 Cena zůstatková: 0,0000			
bliká baterie na hl. ovladači bliká žlutě! kontrolka BAT - patrně vadná			

Středisko: II. Chirurgická klinika: lůžkové oddělení 37

NS: 0511

Kontakt: Petra Neumannová, tel.



Objednávka č. DIS2500028

* Při částce nad 10 000,- Kč s DPH zašlete předem ke schválení podrobnou CN. Prověřujeme vysoké částky za cestovné. Ve výkaze uvádějte příčinu závady, zda byla porucha způsobena uživatelem nebo opotřebením přístroje. Potvrzením objednávky nebo zahájením servisních prací, souhlasíte s podmínkami v této objednávce. „Zhotovitel je povinen dodržovat požadavky na ochranu osobních údajů vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.“ * Po provedení práce zasílejte kompletní faktury do 3 dnů elektronicky na email fin.účetny: fin@fnol.cz. Tzn.: faktura + podepsaný serv. výkaz + CN+ objednávka. Nekompletní faktury vám vrátíme zpět. FNOL hradí faktury 60 dní od prokazatelného doručení daňového dokladu. Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Upravte toto datum ve faktuře. Nemůžeme zadávat do evidence faktury s nižší nebo vyšší splatností, pokud není ve smlouvě uvedena jiná doba. * Faktury zašlete v elektronickém formátu PDF včetně standardu ISDOC, pokud jej Váš systém podporuje. Každou fakturu zasílejte samostatným e-mailem na adresu: fin@fnol.cz. Děkujeme za pochopení.

VYSTAVIL:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®
I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 588 444 311
Útvar hospodářsko-technické správy
Oddělení servisu a bezpečnostně-technických kontrol

Souhlasím

Zemánek 2

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ®
I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, tel. 588 442 269
Útvar hospodářsko-technické správy
Oddělení servisu a bezpečnostně-technických kontrol
Ing. R. ZEMÁNEK