



Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5
Tel.: +420 257 271 111
IČO: 00023884

ÚČASTNÍCI SMLOUVY

Obchodní společnost: **Fresenius Kabi s.r.o.**
IČO: 25135228
DIČ: CZ25135228
Sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha
Zastoupena: Evou Vencovskou, MBA, jednatelkou
Bankovní spojení: Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag
Číslo účtu: 312300007/7910
Spisová značka: C 52618, Obchodní rejstřík vedený MěS v Praze,
Datová schránka: 32p67ze

Kontaktní osoba ve věcech technických: tel:
e-mail:
Kontaktní osoba ve věcech smlouvy: tel. e-mail:

(dále jen „půjčitel“)

a

Název: **Nemocnice Na Homolce**
IČO: 00023884
DIČ: CZ00023884
Se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5
Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 17734051/0710
Datová schránka ID: jb4gp8f

Kontaktní osoba ve věcech technických: tel: e-mail:
Kontaktní osoba ve věcech smlouvy: , tel: e-mail:

dále jen „vypůjčitel“ na straně druhé
společně též jako „smluvní strany“ nebo „strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝPŮJČCE ENTERÁLNÍCH PUMP Část 1

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2024, na základě výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Enterální výživa - sondová“, uveřejněného dne 21. 3. 2024 v el. nástroji TENDER ARENA pod ID: VZ0185706, interní ev. č. zakázky 93/VZ/2024-OVZ, systémové číslo zakázky Smlouvu o výpůjčce enterálních pump (dále jen „smlouva“).

Z důvodu ukončení výroby enterálních pump řady *Applix Smart* a *Vision*, nahradil půjčitel tyto položky produkty *AMIKA*, kód produktu: *Z044146* a *sety Amika Pump Set VarioLine*, *ENFit univ.*, kód produktu *7751909*; v této

souvislosti přistoupily smluvní strany, v souladu s čl. IV., odst. 2. Všeobecných obchodních podmínek Nemocnice Na Homolce, k uzavření tohoto dodatku a dohodly se na níže uvedeném.

Čl. 1

Změny smlouvy

1. Příloha č. 1 smlouvy Specifikace předmětu výpůjčky a příp. vlastní dokumentace půjčitele, která obsahuje veškeré technické údaje, parametry zboží předmětu výpůjčky se ruší a nahrazuje aktuálním zněním Přílohy č. 1 – Specifikace předmětu výpůjčky a příp. vlastní dokumentace půjčitele, která obsahuje veškeré technické údaje, parametry zboží předmětu výpůjčky, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a uplatní se v plném rozsahu.

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu posledního z účastníků smlouvy, nemá-li nabýt účinnosti, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, později. Podléhá-li tento dodatek uveřejnění v registru smluv, uveřejní jej v souladu se smlouvou vypůjčitel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Vypůjčitel obdrží dva (2) stejnopisy a půjčitel obdrží jeden (1) stejnopis tohoto dodatku, bude-li dodatek uzavřen v listinné podobě. V případě, že je dodatek vyhotoven v elektronické podobě, jedná se o jedno vyhotovení s elektronickými podpisy obou účastníků v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu výpůjčky a příp. vlastní dokumentace půjčitele, která obsahuje veškeré technické údaje, parametry zboží předmětu výpůjčky
5. Účastníci prohlašují, že si tento dodatek přečetli, porozuměli jeho obsahu a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Praze, dne

V Praze, dne

Datum: 2025.01.08

16:47:06 +01'00'

.....
Fresenius Kabi s.r.o.
Eva Vencovská, MBA
jednatelka

půjčitel

**Mgr. Antonín
Borovka**

Digitálně podepsal
Mgr. Antonín Borovka
Datum: 2025.01.07
13:22:29 +01'00'

Datum: 2025.01.31

13:18:57 +01'00'

.....
Nemocnice Na Homolce

náměstek léčebné a preventivní péče

vypůjčitel

AMIKA

PODÁVÁNÍ VÝŽIVY	
Rozsah rychlosti podávání výživy	Od 1 mL/h do 600 mL/h (výchozí nastavení: 50 mL/h)
Přesnost podávání výživy	$\pm 7\%$ při 50 ml/h, $\pm 10\%$ pro celý rozsah rychlostí průtoku
Rozsah podávání výživy	Od 1 ml do 5 000 mL (výchozí nastavení 500 mL)
Příprava / plnění podávacího setu	Automatické a poloautomatické plnění plní podávací set rychlostí 600 mL/h a zastaví se při $17,6 \pm 10\%$ mL (tovární nastavení), popř. ruční plnění
Režimy podávání výživy	nastavení cílového objemu (mL) / kontinuální režim nebo bolusový režim
ALARMY / PŘADBĚŽNÉ ALARMY / BEZPEČNOSTNÍ PRVKY	
Vizuální a akustické alarmy	Nesprávné zavedení setu, nesprokluze mezi pumpou a vakem, okluze mezi pumpou a pacientem, ávný set, kontaminovaná oblast svorky, otevřená dvířka pumpy, dosažení cílového objemu, nízký stav baterie, prázdná láhev/vak, vzduch v podávacím setu, nečistoty v oblasti detektoru, nesprávné připojení k vaku, nepotvrzené naprogramování, zablokovaný mechanismus pumpy, technická porucha
Zámek klávesnice	Uzamčení aktuálního programu podávání výživy heslem
TECHNICKÉ SPECIFIKACE	
Systém pumpy	Lineární peristaltický systém
Displej	Monochrome LCD 40 x 59 mm (160 x 240 pixels) • trvale zobrazované údaje: přívodní rychlost, stav probíhajícího přívodu, naprogramovaný limit objemu, indikace zdroje napájení • údaje zobrazované na vyžádání: již podaný objem
Rotační svorka	180° univerzální svorka
Shoda s předpisy a normami	Soulad s požadavky zdravotnické směrnice 93/42/EEC , CE 0123. Splňuje požadavky norem EN 60601-1-8, EN 60601-1-11.
Napájení	100 až 240 V, 50-60 Hz, 110 mA - 205 mA
Baterie	NiMH (nikl-metal-hydridová) 4,8 V, 1,8–2,2 Ah, Ni-MH
Rozměry (v/š/h) / hmotnost pumpy	138 x 128 x 48 mm / 610 g
PODÁVACÍ SETY	
Ochrana před volným tokem	Všechny podávací sety jsou vybaveny patentovanou svorkou, která hadičku setu automaticky sevře, čímž je zabráněno riziku volného toku při otevření dvířek pumpy.
Materiály	Žádný z podávacích setů Amika Pump Set VarioLine, ENFit univ. neobsahuje DEHP ani latex.





