

Minimální technické požadavky

Vybavení gynekologie - Křeslo vyšetřovací s digitálním kolposkopem a příslušenstvím

Popis parametru	Zadavatelem požadovaná hodnota	Účastníkem nabízená hodnota	Závaznost
Dodavatel	x	L I N E T spol. s r.o.	x
Výrobce	x	L I N E T spol. s r.o.	x
Typ/model	x	Gracie/1GKB-941	x
Gynekologické křeslo s integrovaným digitálním kolposkopem			
Možnost Trendelenburgovy polohy	Ano	ANO	Podmínka
Úhel polohování zádové části v rozsahu -7° až +50°	Ano Uveďte rozsah	ANO, -7°/+50°	Podmínka
Úhel nastavení výška opěrky nohou v rozsahu -18° až +19°	Ano Uveďte rozsah	ANO, -18°/+19°	Podmínka
Úhel polohování sedací části v rozsahu +5° až +10°	Ano Uveďte rozsah	ANO, +5°/+10°	Podmínka
Maximální nosnost křesla min. 200 kg	Ano Uveďte maximální nosnost (min. 200 kg)	ANO, 210 kg	Podmínka
Maximální možná váha pacienta min. 180 kg	Ano Uveďte maximální možnou váhu (min. 180 kg)	ANO, 180 kg	Podmínka
Paměťová funkce křesla min. pro 3 lékaře	Ano, uveďte	ANO, 3 funkce	Podmínka
Nástupní výška sedáku maximálně 525 mm	Ano Uveďte maximální nástupní výšku	ANO, 520 mm	Podmínka
Maximální výška sedáku min. 1 000 mm	Ano Uveďte maximální výšku	ANO, 1150 mm	Podmínka
Indikace nesprávného usazení křesla	Ano	ANO	Podmínka
Bezdrátový nožní ovladač	Ano	ANO	Podmínka
Integrovaný ruční ovladač	Ano	ANO	Podmínka
Povrch křesla z odolného, umývatelného a dezinfikovatelného materiálu	Ano	ANO	Podmínka
Podpěra nohou a stehen pacientky	Ano	ANO	Podmínka
Držák na roli papírového ručníku	Ano	ANO	Podmínka
Držák misky pod křeslem a nerezová miska	Ano	ANO	Podmínka
Možnost uvedení do polohy lehátka (rovná ložná plocha, příslušenství součástí dodávky)	Ano	ANO	Podmínka
Barva křesla volitelná dle katalogu	Ano, přiložte vzorník barev	ANO, přiložen	Podmínka
Integrovaný digitální kolposkop			
Integrovaný FULL HD videokolposkop	Ano	ANO	Podmínka
Možný až 20ti násobný optický zoom	Ano	ANO	Podmínka
Bezdrátový přenos fotografií a videí	Ano	ANO	Podmínka
Automatické nebo manuální ostření	Ano	ANO	Podmínka
LED osvětlení videokolposkopu	Ano	ANO	Podmínka
Propojení videokolposkopu s LCD monitorem	Ano	ANO	Podmínka
Bezpečnostní senzor bránící kolizi křesla	Ano	ANO	Podmínka

s videokolposkopem			
Min. 21" obrazovka LCD FULL HD	Ano	ANO	Podmínka
Export snímků z kolposkopu do PC v ambulanci přes WLAN/LAN	Ano	ANO	Podmínka
Možnost zobrazení dat z UZV přístroje (zrcadlení obrazovky UZV) na monitoru kolposkopu (propojení přes HDMI)	Ano	ANO	Podmínka
Nástrojový stůl s ohřevem nástrojů			
Šířka stolu minimálně 500 mm	Ano	ANO	Ano
Šířka stolu maximálně 550 mm	Ano	ANO	Ano
Hloubka stolu minimálně 600 mm	Ano	ANO	Ano
Hloubka stolu maximálně 650 mm	Ano	ANO	Ano
Výška stolu minimálně 1000 mm	Ano	ANO	Ano
Výška stolu maximálně 1200 mm	Ano	ANO	Ano
Prostor pro ohřev nástrojů	Ano	ANO	Podmínka
Koše na odpad a použítá zrcátka	Ano	ANO	Podmínka
Vozík bude lehce přemístitelný - na kolečkách		ANO	
Přední kolečka s brzdou	Ano	ANO	Podmínka
Lékařská židlička bez opěradla, na kolečkách			
Nastavitelná výška	Ano	ANO	Podmínka
Ruční aretace	Ano	ANO	Podmínka
<u>Další požadavky</u>			
Napětí 100-230 V	Ano	ANO	Podmínka
Veškeré příslušenství a díly potřebné pro instalaci a provoz součástí dodání	Ano	ANO	Podmínka
Riziková třída zdravotnického prostředku a příslušenství	Uveďte: (I, IIa, IIb, III)	ANO, třída I.	Informativní
Uveďte frekvenci odborné údržby danou výrobcem (např. počet PBTk/rok), pokud je výrobcem stanovena v návodu	Uveďte frekvenci PBTk/rok, popř. poznámku „není nutná“ Uveďte, zda je PBTk výrobcem doporučena (D) nebo je nařízena (N) v návodu	ANO, 1x/rok	Podmínka

Datum:

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné za dodavatele jednat:

vedoucí podpory obchodu pro ČR, v plné moci

Podpis osoby oprávněné za dodavatele jednat:

.....



Zakázka: 10004366
Objednávka zákazníka: P24V00291439

Dodavatel:

L I N E T spol. s r.o.
Želevčice 5
274 01 SLANÝ | CZ
IČ: 00507814 | DIČ: CZ00507814

Zákazník:

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 664/53
656 91 Brno | CZ
IČ: 00159816 | DIČ: CZ00159816

Příjemce / cílová adresa:

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 664/53
656 91 Brno | CZ

Platební podmínky:

Datum vystavení: 4.10.2024
Způsob platby: bankovním převodem
Platební podmínka: Do 30 dní
Platnost nabídky do: 31.12.2024

Dodací podmínky:

Incoterms 2010: CPT
Způsob odběru: Brno

Kontakt:

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
10	1GKB-941	Gracie	1 KS	491 959,00	21%	103 311,39	491 959,00 CZK
							595 270,39 CZK

RU:CZ Regionální provedení: Česko
MO:BG Základní model: Gynekologické křeslo Gracie
SK:P7 Odstíny matrace: Oranžová F2/7515
PI:B6 Polštáře a podhlavníky: Plochý podhlavník
ACC[3]:00 PVC povlak podhlavníku: Bez výbavy
CM:01 Barva lakovaných částí lůžka: RAL9002 EA6542
SU[1]:05 Opěra nohou pacienta: Dělitelné podpěry nohou a stehen
EC[1]:B2 LCD monitor: LCD monitor na pravé straně 21" 1920x1080px; 16:9
EC[3]:00 Vyhřívání sedáku: Bez výbavy
ACC[5]:E1 PVC povlak sedáku: PVC povlak sedáku
VO:01 Jmenovité napětí: 230 V 50/60 Hz
PL:01 Zástrčka: EU zástrčka (typ E/F)
PL[1]:SK Provedení vodiče: Spirálový vodič
PL[2]:GR Barva vodiče: Šedý vodič
PLx:00 Zástrčky přídatné - outlet: Elektrický panel bez zásuvek
HO[2]:B0 Držák role papírového ručníku: Držák role papírového ručníku
EC[2]:B5 Kolposkop: FULL HD videokolposkop integrovaný do křesla
AHB[2]:00 Lišty na příslušenství na stranách křesla: Bez lišt
AHB[1]:00 Lišty na příslušenství na stranách zádového dílu: Bez lišt
SU[2]:0L Opěra nohou lékaře: Podpěra nohou lékaře
AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka
HO[1]:C7 Držák misky: Držák nerezové misky + miska
HO[4]:00 Držák podnosu: Bez výbavy
LA:02 Jazyk návodu k použití: Čeština
PG:B1 Balení: Kartonová krabice na paletě
HO[3]:00 Držák externího optického kolposkopu: Bez výbavy

20	1IT-183	Nástrojový stolek Gracie	1 KS	58 787,00	21%	12 345,27	58 787,00 CZK
							71 132,27 CZK

RU:CZ Regionální provedení: Česko
MO:BH Základní model: Stolek s vyhříváním
SK:P7 Odstíny matrace: Oranžová F2/7515
ACC:D4 Skluz: Plastový skluz
PL:01 Síť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F)
PL[1]:SK Provedení vodiče: Spirálový vodič
PL[2]:OR Barva vodiče: Oranžový vodič
VO:20 Jmenovité napětí: 100 - 230 V 50/60 Hz
LA:02 Jazyk návodu k použití: Čeština

Zakázka: 10004366
Objednávka zákazníka: P24V00291439

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín				Celkem brutto
	HO:00	Držák podnosu: Bez výbavy					
	AW:00	Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka					
	PG:B1	Balení: Kartonová krabice na paletě					
30	110GKB005P00	Lékařská židlička, nastavitelná výška, aretace ručně, ORANŽOVÁ	1 KS	9 907,00	21%	2 080,47	9 907,00 CZK
							11 987,47 CZK
		Lékařská židlička					
		- nastavitelná výška, aretace ručně, ORANŽOVÁ					
		- kompatibilní s Porodní postel Ave 2, Gynekologické křeslo Gracie, Gynekologické křeslo Graciella					
50	NS123	Dopravné prodej tuzemsko	1 KS	3 975,00	21%	834,75	3 975,00 CZK
							4 809,75 CZK
60	VS045	Služby servisu instalace	1 KS	1 718,00	21%	360,78	1 718,00 CZK
							2 078,78 CZK
70	VS037	Uživatelské / servisní školení	1 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
							0,00 CZK
		Uživatelské / servisní školení					
80	VP020	Provádění Bezpečnostně technických kontrol výrobků	2 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
							0,00 CZK
		BTK po dobu záruky zdarma.					

SOUHRN

Celkem netto		566 346,00
Výstupní DPH	21,000 %	118 932,66
Celkem brutto		685 278,66

OSTATNÍ PODMÍNKY:

- Termín "brutto cena" znamená cenu s DPH, termín "netto cena" cenu bez DPH.
- Firma Linet je zapsána 3.9.1990 v OR u MS Praha oddíl C, vložka 163.
- Záruční doba: 24 měsíců od data dodání (záruka se nevztahuje na akumulátory).