



AQUAL s.r.o.  
Česká 384  
664 31 pošta Lelekovice  
DIČ: CZ25538365

Odpovědná osoba:

www.aqual.cz

[servis@aqual.cz](mailto:servis@aqual.cz)

## POPIS A CENA SERVISU pro rok 2025

### K servisní smlouvě číslo SOD-0014-05-21.

Každé zařízení vyžaduje odpovídající péči. Vzhledem k tomu, že kvalita zdroje vody a intenzita využívání zařízení je rozdílná, je zapotřebí při každé servisní návštěvě aktualizovat termíny výměn spotřebních materiálů.

Uživatel : Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.  
Místo instalace : Vídeňská 1083, 142 20 Praha  
Odpovědná osoba :  
Telefon :  
Typ zařízení : **AQUAL® 215 XL s K-MW 064, DK 618-07, ZN 100, ZW011, PČ Aquatec, PF 20-PA-5, Svíčky 20“, TS Aquatec + EN Plasteel**  
Základní servis : každé 4 měsíce **v.č. 0509-01215**

Název	Množství ks	Cena jednotková	Cena celkem
Svíčka 20-CAPA-1	1		
Svíčka PX 01-20“	1		
Svíčka 20-PA-5	1		
Servisní práce u zákazníka	1		
Smluvní náhrada za dopravu	66 km		
<b>Za 4 měsíční servis celkem</b>			<b>3 252,-- Kč</b>
<i>Výměna ionexu MIX v DK-618-07)*</i>	<i>1</i>		

) \* mění se jen v případě vyčerpání náplně – životnost: cca 4-5 000 litrů

Název	Množství ks	Cena jednotková	Cena celkem
RO modul – životnost 1-3 roky	1		
Výměna modulu, přeměření stanice	1		
<b>Za výměnu RO modulu celkem</b>			<b>4 750,-- Kč</b>

Odhadovaný počet servisů za 1 rok	Cena za 1 servis
3	
<b>Odhadované roční náklady celkem bez výměny RO modulu a náplně v DK</b>	<b>9 756,-- Kč</b>

**\*VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH\***

**Při podpisu je poskytnuta sleva na materiál ve výši 7%**

Interval výměn spotřebních materiálů se může zkrátit úměrně kvalitě zdroje vody a stavu RO modulů.

V České, dne 4.2.2025

IČ : 255 38 365  
DIČ: CZ25538365

Bankovní spojení: KB Brno-město  
č.ú. 19-5189860217/0100



AQUAL s.r.o.  
Česká 384  
664 31 pošta Lelekovice  
DIČ: CZ25538365

Odpovědná osoba:

www.aqual.cz

[servis@aqual.cz](mailto:servis@aqual.cz)

## POPIS A CENA SERVISU pro rok 2025

### K servisní smlouvě číslo SOD-0014-05-21.

Každé zařízení vyžaduje odpovídající péči. Vzhledem k tomu, že kvalita zdroje vody a intenzita využívání zařízení je rozdílná, je zapotřebí při každé servisní návštěvě aktualizovat termíny výměn spotřebních materiálů.

Uživatel : Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.  
Místo instalace : Vídeňská 1083, 142 20 Praha  
Odpovědná osoba :  
Telefon :  
Typ zařízení : **AQUAL® 29 XL MR**, K-MW 064, PF 20-PA-5, DK 618-07, ZN 200+sprcha, TS C205+PPC22, DK 735-20, PF PX 01-9 7/8“, spín. hodiny ZSD-16, vzduchový mikrob. filtr 10“, ZZ AC-K-30  
Základní servis : každé 4 měsíce **v.č. 1087-1729**

Název	Množství ks	Cena jednotková	Cena celkem
Svíčka 9-CAPA-1	1		
Svíčka PX 01-9 7/8“	1		
Svíčka 20-PA-5	1		
Servisní práce u zákazníka	1		
Smluvní náhrada za dopravu	66 km		
<b>Za 4 měsíční servis celkem</b>			<b>2 752,-- Kč</b>
<i>Výměna ionexu MIX v DK-618-07)*</i>	1		
<i>Výměna ionexu MIX v DK 735-20)*</i>	1		
<i>Mikrobiální filtr 0,2 µm – 10“)*</i>	1		

) \* mění se jen v případě vyčerpání náplně – životnost: cca 4-5 000 litrů

Název	Množství ks	Cena jednotková	Cena celkem
RO modul – životnost 1-3 roky	1		
Výměna modulu, přeměření stanice	1		
<b>Za výměnu RO modulu celkem</b>			<b>4 250,-- Kč</b>

Odhadovaný počet servisů za 1 rok	Cena za 1 servis
3	
Odhadované roční náklady celkem bez výměny RO modulu a náplně v DK	

**\*VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH\***

**Při podpisu je poskytnuta sleva na materiál ve výši 7%**

Interval výměn spotřebních materiálů se může zkrátit úměrně kvalitě zdroje vody a stavu RO modulů.

V České, dne 4.2.2025

IČ : 255 38 365  
DIČ: CZ25538365

Bankovní spojení: KB Brno-město  
č.ú. 19-5189860217/0100



AQUAL s.r.o.  
Česká 384  
664 31 pošta Lelekovice  
DIČ: CZ25538365

Odpovědná osoba:

[servis@aqual.cz](mailto:servis@aqual.cz)

## POPIS A CENA SERVISU pro rok 2025

### K servisní smlouvě číslo SOD-0014-05-21.

Každé zařízení vyžaduje odpovídající péči. Vzhledem k tomu, že kvalita zdroje vody a intenzita využívání zařízení je rozdílná, je zapotřebí při každé servisní návštěvě aktualizovat termíny výměn spotřebních materiálů.

Uživatel : Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.  
Místo instalace : Vídeňská 1083, 142 20 Praha  
Odpovědná osoba :  
Telefon :  
Typ zařízení : **AQUAL® 29 XL** s K-MW 064, DK 618-07, ZN 200, ZW011, TS C205+PPC22  
mikrob. filtr AF10- 0,2, DK 735-20, PF 20-PA-5, poj. filtr PX 01-9 7/8“, sp. hodiny  
Základní servis : každé 4 měsíce **v.č. 1108-1729**

Název	Množství ks	Cena jednotková	Cena celkem
Svíčka 9-CAPA-1	1		
Svíčka PX 01-9 7/8“	1		
Svíčka 20-PA-5	1		
Servisní práce u zákazníka	1		
Smluvní náhrada za dopravu	66 km		
<b>Za 4 měsíční servis celkem</b>			<b>2 752,-- Kč</b>
<i>Výměna ionexu MIX v DK-618-07)*</i>	<i>1</i>		
<i>Výměna ionexu MIX v DK 735-20)*</i>	<i>1</i>		
<i>Mikrobiální filtr 0,2 µm – 10“</i>	<i>1</i>		

) \* mění se jen v případě vyčerpání náplně – životnost: cca 4-5 000 litrů

Název	Množství ks	Cena jednotková	Cena celkem
RO modul – životnost 1-3 roky	1		
Výměna modulu, přeměření stanice	1		
<b>Za výměnu RO modulu celkem</b>			<b>4 200,-- Kč</b>

Odhadovaný počet servisů za 1 rok	Cena za 1 servis
3	2 752,--Kč
<b>Odhadované roční náklady celkem bez výměny RO modulu a náplně v DK</b>	<b>8 256,-- Kč</b>

**\*VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH\***

**Při podpisu je poskytnuta sleva na materiál ve výši 7%**

Interval výměn spotřebních materiálů se může zkrátit úměrně kvalitě zdroje vody a stavu RO modulů.

V České, dne 4.2.2025

IČ : 255 38 365  
DIČ: CZ25538365

Bankovní spojení: KB Brno-město  
č.ú. 19-5189860217/0100