

Příloha č. 1 - příloha č. 1 obsahuje tyto části - oddíly:

(oddíl Technické podmínky – technická specifikace stanovená zadavatelem)

(oddíl Technická specifikace nabízeného plnění – technická specifikace nabízená uchazečem)

Součástí přílohy č. 1 příslušného návrhu smlouvy je i oficiální technická a obrazová dokumentace zboží tj. oficiální technický list výrobce, pokud nebylo možné oficiální technický list výrobce z objektivních důvodů zajistit, je doložena podrobná kompletní technická specifikaci nabízeného přístroje.

Stomatologické operační mikroskopy pro LF MU
část č. 1 VZ Stomatologický operační mikroskop

TECHNICKÉ PODMÍNKY technická specifikace stanovená zadavatelem		TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO PLNĚNÍ technická specifikace nabízená účastníkem	
Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.)	Zadavatelem požadovaná hodnota	<p>Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje)</p> <p>Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží</p> <p>Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. uvedením konkrétních hodnot, případně konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)</p>	
Stomatologický operační mikroskop		Model - typové/výrobní označení	Výrobce
		Leica M320	Leica Microsystems AG
Počet kusů: 1 ks		Účastníkem nabízená hodnota	
Stomatologický operační mikroskop mobilní na pojízdném stojanu	ANO	Ano	
Volitelné zvětšení: Ruční APO chromatické	ANO, možnost výběru alespoň z pěti úrovní zvětšení	Ano - 6,4/10/16/25/40x	
Binokulár: Plně flexibilní s širokým rozsahem pohybu	ANO	Ano	
Objektiv			
Pevná ohnisková vzdálenost f=100mm a f=400mm	ANO	Ano od f=100mm do f=400mm	
s možností jemného doostření	minimálně v rozsahu 200 - 300 mm	Jemné zaostřování s f= 200, 250, 300 mm	
Krytka proti oděru	ANO	Ano	
Osvětlení			
LED diodové osvětlení, bez UV a IR, regulovatelné,	ANO	Ano	
umístěné v hlavici mikroskopu	ANO	Ano	
intenzita osvětlení	minimálně 80 000 luxu	100 000 Lux	
režim práce s kompozity	ANO	Ano	
průměrná životnost	minimálně 60 000 hodin	60 000 hodin	
dvójitý paprsek osvětlení -systém křížového osvětlení (zamezení zastínění zorného pole nástrojem)	ANO	Ano - 2x LED dioda	
regulace osvětlení na hlavě mikroskopu	ANO	Ano	
Kamera a fotoaparát			
integrovaná full HD kamera	ANO, min. rozlišení 1080x720p	Rozlišení 1080i, 720p	
rozlišení fotoaparátu	min. 10 megapixelů	10 Megapixel	
Dálkové ovládání	ANO	Ano	
úložiště na SD kartu	ANO	Ano	
USB připojení (výstup)	ANO	Ano	
Další požadavky			
Hlavice se sterilizovatelnými rukojeťmi	ANO	Ano	
Stojan: Pojízdný, Podlahový	ANO	Ano	