

Technická specifikace – základní minimální požadavky:

- Laboratorní digestoř, odolná robustní konstrukce, povrchová úprava odolná vůči korozi
- Rozměry digestoře: šířka v rozsahu 2050 – 2150 mm, hloubka v rozsahu 850 – 950 mm (uvedený rozsah šířky a hloubky je limitován prostorem v laboratoři v návaznosti na eliminaci stavebních úprav rozsáhlejšího charakteru zásadnějším způsobem omezujících nutný provoz oddělení), výška pracovní desky 900 mm
- Vnitřní prostor digestoře a zejména pracovní deska budou opatřeny povrchovou úpravou dlouhodobě odolnou vůči agresivním a korozivním chemikáliím i proti mechanickému poškození (například keramika)
- Digestoř bez vlastního ventilátoru, bude připojena na aktivní vzduchotechniku (vzduchotechniku zajistí zadavatel)
- Připojení digestoře na studenou vodu (2x), odpad (2x), elektřinu (230 V) (celkem 8 zásuvek) a plyn (2x) – umístění uvnitř digestoře na zadní nebo bočních stěnách (přípojky zajistí zadavatel, připojení provede dodavatel při instalaci digestoře)
- Posuvné přední okno opatřené bezpečnostním sklem, rozdělené nejméně na dva samostatné oddíly (umístěné vedle sebe), v oddělených oddílech posuvné sklo
- Elektronické ovládání posuvu předního skla, v případě překážky automatické zastavení posuvu okna zejména z důvodu nutnosti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Možnost i manuálního posuvu předního okna v případě nutnosti
- Plynulé nastavení polohy předních dveří v libovolné výšce mezi minimální a maximální výškou
- Monitorování účinnosti ventilace (průtoku vzduchu), signalizace průtoku vzduchu mimo limitní hodnoty
- Monitorování teploty vnitřního prostoru digestoře s možností nastavení limitní teploty dle používaných chemikálií nebo rozpouštědel (případně přímé zadání chemikálií nebo rozpouštědel), signalizace překročení limitní hodnoty
- Dostatečné a rovnoměrné osvětlení celého prostoru digestoře
- Zaznamenávání a archivace chybových hlášení

Další požadavky:

- v nabídkové ceně je dále zahrnuto: doprava do místa plnění a instalace, zaškolení obsluhy vyškoleným servisním technikem v místě plnění, proškolení bezpečnosti provozu a běžné údržby, předání kvalifikační a technické dokumentace
- zajištění servisu česky mluvícím technikem na území České republiky, včetně zajištění náhradních dílů
- záruka min. 24 měsíců
- v případě poruchy technik reaguje do 48 hodin (oznámení času příjezdu, dodání náhradních dílů, apod.)

Ve Stříbrné Skalici
dne 6.2.2025

Ing. Patrik Joannidis
Product Specialist Manager
na základě plné moci