



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

KUPNÍ SMLOUVA

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Zadavatel: **Rehabilitační ústav Kladruby**, státní příspěvková organizace založená
Zřizovací listinou Ministerstva zdravotnictví ČR, č.j. 17268-VII/2012
Se sídlem: Kladruby 30, 257 62 Kladruby
IČO: 00068705
DIČ: CZ00068705
Zastoupený: Ing. Josefem Hendrychem, MBA, ředitelem

jako „objednatel“ a „zadavatel“ na straně jedné

a

Dodavatel: **L I N E T spol. s r.o.**
Se sídlem: Želečnice 5, 274 01 Slaný
IČ: 00507814
DIČ: CZ00507814
Zastoupený: Petrem Smetanou, Customer Service managerem – na základě plné moci
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 58242141/0100
Telefon: 312 576 400 nebo 500
E-mail: obchod@linet.cz
Osoby oprávněné jednat za dodavatele ve věcech
Smluvních: Ing. Filip Těšitel, tel.: 724 050 701, email: filip.tesitel@linet.cz
Technických: Ing. Filip Těšitel, tel.: 724 050 701, email: filip.tesitel@linet.cz

jako „dodavatel“ na straně druhé

I.

Úvodní ustanovení

1.1. Tato kupní smlouva je uzavírána na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Polohovací nemocniční lůžka - Přístavba jižního křídla budovy D**“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1.2. Dodávka dle této smlouvy se týká akce „Přístavba jižního křídla budovy D – Rehabilitační ústav Kladruby“. Cena dodávky bude hrazena z investičních prostředků poskytovatele dotace Ministerstvo zdravotnictví ČR, program „Národní plán obnovy“. Registrační číslo projektu: CZ.31.7.0/0.0/0.0/22_060/0007752

II.

Předmět smlouvy



2.1. Dodavatel se zavazuje dodat zadavateli nová, nepoužitá, nepoškozená a plně funkční elektricky polohovací nemocniční lůžka s příslušenstvím, matrace a pojízdné stolky k lůžku s jídelní deskou, včetně servisu lůžek, do objektu „Přístavba jižního křídla budovy D – Rehabilitační ústav Kladruby“, v rozsahu této kupní smlouvy, zadávací dokumentace k veřejné zakázce a jejích příloh, zejména technické specifikace jednotlivých lůžek a matrací, a příslušných norem ČSN, včetně těch doporučující povahy. Lůžka, matrace i stolky musí být v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem daného zboží. Lůžka, matrace i stolky musí být možné užít v České republice.

Předmětem této veřejné zakázky je rovněž doprava lůžek, matrací a stolků na místo dodávky, jejich montáž a uvedení do plně funkčního stavu a rozmístění v místnostech „Přístavby jižního křídla budovy D – Rehabilitační ústav Kladruby“ po jednotlivých patrech dle pokynů zadavatele, jejich zprovoznění a zaškolení personálu zadavatele jak pro užívání lůžek, tak pro jejich čištění, údržbu a základní servis. Konány budou minimálně dva termíny zaškolení ke každému typu lůžek. Zaškolení budou provádět osoby k této činnosti pověřené dodavatelem na základě certifikátu od výrobce, kterým bude prokázána oprávněnost příslušných osob k provádění servisu a instruktáži a zaškolení obsluhy.

Předmětem plnění jsou následující lůžka, matrace a stolky včetně uvedení počtu kusů, které jsou předmětem plnění:

Položka	ks
Elektrické polohovací nemocniční lůžko s laterálním náklonem + příslušenství	6
Lůžko elektrické pro rehabilitační péči + příslušenství	48
Matrace pasivní - antidekubitní matrace – stupeň rizika dekubitů III nebo vyšší	49
Matrace pasivní - antidekubitní matrace – antidekubitní matrace – stupeň rizika dekubitů IV	7
Pojízdný stolek k lůžku s jídelní deskou	54
Prodlužovací klín k matraci	10

Zadavatel připouští, aby namísto „Matrace pasivní - antidekubitní matrace – stupeň rizika dekubitů III“, byly dodány matrace vyššího stupně, je tak možno dodat pro všechna lůžka „Matrace pasivní - antidekubitní matrace – antidekubitní matrace – stupeň rizika dekubitů IV“.

Příslušenstvím lůžek je hrazda se samonavíjecí rukojetí a držák na „bažanta“ k zavěšení na postranice.

U stolku k lůžku se jedná o stolek oboustranný a pojízdný se dvěma zásuvkami (malá a velká), součástí nabídky musí být technická specifikace stolku. Barevná kombinace musí být vhodná k lůžkům.



Zadavatel požaduje doložit rovněž technickou specifikaci matrací. Prodlužovací klín k nabídnutým matracím musí být o stejných parametrech a vhodný k prodloužení dodávaného lůžka.

Přílohou této smlouvy jsou technické parametry lůžek, matrací, stolků, ty byly již přílohou zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Tyto parametry jsou závazné a není přípustné se od požadovaných parametrů odchýlit.

Ke každé z položek, jejichž dodání je předmětem veřejné zakázky, je dodavatel povinen uchazeči předložit technickou specifikaci minimálně v rozsahu prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce.

Je požadováno, aby jednotlivá lůžka disponovala příslušnými certifikáty. Dodavatel je povinen předložit platné certifikáty vydané oznámeným subjektem, tzv. CE certifikát.

Musí být dodrženy normy pro lůžka a systém kvality výrobce: EN 60601-2-52, EN 60601-1, ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001.

Součástí předmětu plnění je i zaškolení zdravotnického personálu zadavatele pro správné používání polohovacích nemocničních lůžek v souladu s návodem k obsluze.

Cena záručního servisu je součástí ceny za jednotlivé položky předmětu plnění s tím, že dodavatel nemá nárok na účtování dopravy nad rámec sjednané ceny.

Předmětem plnění je rovněž provádění bezpečnostně technické kontroly (BTK) v příslušných pravidelných intervalech dle výrobce a dle platné právní úpravy dodaných elektrických polohovacích nemocničních lůžek po dobu záruky dodavatelem. Záruční servis a bezpečnostně technické kontroly musí být realizovány kvalifikovaným servisním pracovníkem (odborně způsobilou osobou), a buď přímo výrobcem polohovacích nemocničních lůžek nebo autorizovaným poskytovatelem takových služeb, který byl k jeho výkonu zmocněn/potvrzen výrobcem nemocničních lůžek. Příslušný technik je povinen vždy předložit platný certifikát. Místo provádění servisu je sídlo zadavatele, resp. pavilon, v němž budou předmětná lůžka umístěna.

Dodavatel se zavazuje, že bude v případě zájmu zadavatele poskytovat i pozáruční servis včetně provádění BTK dodaného předmětu plnění, a to v úrovni ceny obvyklé. Tento pozáruční servis však není předmětem této kupní smlouvy a jeho cena není součástí kupní ceny.

2.2. Součástí veřejné zakázky je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou a zprovozněním lůžek, jejichž provedení je nezbytné pro úplné dokončení tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo svému účelu, a to včetně likvidace odpadů.

2.3. Pro navážku lůžek do jednotlivých pater budovy bude možno použít výtahy. Dodavatel je však povinen zajistit, aby nedošlo k poškození výtahů, zejména jejich interiéru. Dodání lůžek musí být s ohledem na to, že umístění bude probíhat v novostavbě, zvýšenou měrou dbáno o



to, aby nedošlo k poškození interiérů novostavby. Součástí díla je i úklid a odvoz veškerého zbytkového materiálu, polepů, obalového materiálu. Veškeré případně způsobené škody je dodavatel povinen zadavateli nahlásit a zadokumentovat.

2.5. Neschválené materiály, výrobky, zařízení a povrchové úpravy nebo materiály a výrobky, které neobsahují prohlášení o shodě, není objednatel povinen převzít ani zaplatit, a to ani práci vynaloženou na jejich zabudování.

2.6. Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, je schopen provést dodávku řádně a včas, a disponuje příslušnými oprávněními a je dostatečně personálně a technicky vybaven.

III.

Cena, platební podmínky

3.1. Za dodání předmětu plnění dle této smlouvy a poskytnutí služeb dle této smlouvy se zadavatel zavazuje zaplatit dodavateli celkem cenu ve výši 4 869 625,35 Kč a DPH v zákonné výši, celkem tedy částku ve výši 5 524 927,72 Kč. Tato cena je konečná a jsou v ní zahrnuty všechny dodávky a služby, které patří k úplnému splnění závazku dodavatele z této smlouvy.

3.2. Cenu dle článku 3.1. této smlouvy je dodavatel oprávněn vyúčtovat, a zadavatel dodavateli uhradí po dodání všech lůžek, matrací a stolků a klínů, včetně příslušenství a po odstranění případně vytknutých vad.

3.3. Kupní cena bude účtována fakturou. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení do sídla zadavatele.

3.4. Faktura musí obsahovat tyto údaje: Označení zadavatele a dodavatele a jejich adresy, IČ, DIČ, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, datum zdanitelného plnění, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který mají být finanční prostředky poukázány, fakturovanou částku s vyčíslením DPH, razítko a podpis dodavatele.

3.5. Pokud nebude faktura v souladu s platnými účetními standardy a nebude obsahovat veškeré požadované náležitosti, vyhrazuje si zadavatel právo vrátit fakturu k doplnění či přepracování; v tomto případě není zadavatel v prodlení s placením.

3.6. Platba se považuje za včas provedenou v případě, že byla nejpozději poslední den splatnosti odepsána z účtu zadavatele.

3.7. Pro případ prodlení dodavatele s dodáním předmětu plnění této smlouvy řádně a včas, je dodavatel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti dodat předmět plnění řádně a včas a bez vad.

3.8. Pro případ prodlení zadavatele s úhradou kupní ceny či její části řádně a včas, je zadavatel povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení v zákonné výši.



IV.

Termíny dodání, Odpovědnost za vady, Odstoupení

4.1. Zahájení plnění smlouvy se předpokládá bezprostředně po uzavření kupní smlouvy. Lhůta pro dodávku předmětu plnění - lůžka, matrace, stolky, činí dva kalendářní měsíce od uzavření kupní smlouvy.

4.2. Termín konkrétního návozu lůžek, matrací a stolků bude stranami odsouhlasen předem z důvodu nutné koordinace ostatních činností probíhajících v objektu přístavby jižního křídla budovy D a s ohledem na stav připravenosti lůžkových pokojů. Zadavatel si vyhrazuje oprávnění posunout termín pro dodání lůžek, matrací a stolků s tím, že případný posun termínu z důvodů na straně zadavatele není prodloužením dodavatele. Současně v případě takového posunu nevznikají dodavateli nároky vůči zadavateli, a to ani za uskladnění lůžek, matrací a stolků.

4.3. Nejpozději při předání lůžek, matrací a stolků zadavateli je dodavatel povinen předat zadavateli veškeré záruční listy, atesty, návody, prohlášení o shodě, návody k obsluze, návody k použití, potvrzení o kvalitě a další dokumentaci vztahující se k předmětu plnění, která je potřeba k jeho užívání, a to v českém jazyce.

4.4. Zadavatel není povinen převzít předmět plnění, pokud ten nebude kompletní nebo bude mít vady. Vadou je i nedodržení počtů kusů vzhledu či vlastností materiálu u jednotlivých prvků. Pokud zadavatel předmět plnění nepřevzme, dojde k následujícímu předávacímu řízení po splnění celého předmětu plnění. Takto může být postupováno i opakovaně. Pokud zadavatel předmět plnění převezme s vadami, bude zadavatelem dodavateli stanovena lhůta pro odstranění vad.

4.5. Dodavatel poskytuje zadavateli záruku na lůžka, matrace a stolky v délce 36 měsíců ode dne převzetí předmětu plnění dle této smlouvy zadavatelem. Dodavatel zadavateli odpovídá za to, že předmět plnění bude po dobu záruky plně funkční a způsobilý k účelu, k němuž je určen, a jeho kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným této smlouvě. Dodavatel odpovídá za vady, které bude mít předmět plnění v době předání, i ty vady, které se vyskytnou v záruční době. Součástí záruky je i bezplatný servis, včetně výměny vadných či poškozených dílů, a bezplatné zajištění BTK po dobu záruky.

4.6. V případě výskytu záruční vady je dodavatel povinen do dvou dnů po doručení reklamace zahájit odstranění záruční vady a sdělit zadavateli písemně termín odstranění záruční vady, který nesmí být delší než 10 dnů. Pokud dodavatel poruší tuto svoji povinnost, nebo se smluvní strany nedohodnou jinak, je zadavatel oprávněn provést opravu záruční vady třetí osobou na náklady dodavatele. Provedení opravy třetí osobou nemá vliv na další běh záruky a tato kryje v celém rozsahu i opravované prvky. V tomto případě je dodavatel povinen náklady této opravy zaplatit zadavateli do 15-ti dnů poté, kdy mu bude doručeno vyúčtování provedení této opravy. Nároky zadavatele z titulu záručních práv tímto nejsou dotčeny.

4.7. V případě, že v důsledku odstraňování vad dodavatelem v rámci přejímacího řízení vzniknou další vady, je dodavatel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich oznámení dodavateli, nebude-li dojednáno jinak. I pro odstranění dalších vad platí postup vyplývající z této smlouvy a dohoda o smluvní pokutě v případě prodlení s jejich



odstraněním. Případné vady na budově je dodavatel povinen oznámit a platí pro ně ustanovení o odpovědnosti dodavatele za vady.

4.8. Zadavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních předpisů, pokud dodavatel bude v prodlení s dodáním předmětu plnění o více než 21 dnů, nebo pokud dodané plnění nebude v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací veřejné zakázky, včetně jejich příloh, platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny zadavatele a nezjedná nápravu, ačkoliv byl dodavatel na toto své chování nebo porušování povinností zadavatelem písemně upozorněn.

V.

5.1. Předmět plnění je dodán řádně, pokud je dodán zcela a v kvalitě dohodnuté v této smlouvě a vyplývající z právních předpisů a je bez jakýchkoliv vad a nedodělků, a pokud je dodán včas.

5.2. O převzetí a předání předmětu plnění bude pořízen písemný předávací protokol. Vykazuje-li dodávané zboží jakékoliv vady a nedodělky nebo dodavatel nepředá objednateli stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je zadavatel oprávněn předmět plnění, či jeho část, nepřevzít. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí dodávaného zboží je dodavatel povinen odstranit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí předmětu plnění.

5.3. Dodavatel se zavazuje při dodání a instalaci předmětu plnění postupovat tak, aby na majetku zadavatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Dodavatel odpovídá rovněž za případné poškození stavby, do níž bude předmět plnění dodáván, a jejího vybavení, pokud jej způsobí on, jeho zaměstnanci nebo smluvní partneři. Opravy budou provedeny dodavatelem stavby, případně 3. osobou a dodavatel je povinen zaplatit zadavateli náklady na tyto opravy, na základě výzvy zadavatele.

5.4. Před zahájením výroby/objednáním zboží u výrobce, předloží dodavatel zadavateli k odsouhlasení vzorky materiálů, které mají vliv na výsledný vzhled dodávaných lůžek a stolků. Zahájení výroby/objednání zboží je dodavatel oprávněn až po jejich odsouhlasení zadavatelem.

5.5. Po dodání předmětu plnění je dodavatel povinen provést po sobě úklid a odstranit zbytky materiálů včetně obalů.

5.6. Zadavatel má zájem dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání a environmentálně odpovědného zadávání ve smyslu ZZVZ, přičemž dodavatel je povinen tyto zásady dodržovat. Sociálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od dodavatele vyžaduje při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit zejména legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet. Dodavatel je povinen zajistit tento požadavek zadavatele i u svých poddodavatelů.



5.7. Dodavatel a jeho poddodavatele jsou povinni provádět předmět plnění v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou. Dodavatel je povinen dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:

- Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
- Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
- Úmluva č. 29 o nucené práci
- Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
- Úmluva č. 138 o minimálním věku
- Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
- Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
- Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
- Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí.

K tomuto je dodavatel povinen zavázat rovněž své poddodavatele.

5.8. Dodavatel a jeho poddodavatele jsou povinni zajistit, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnávání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel a jeho poddodavatele jsou povinni zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je zakázána.

5.9. S ohledem na způsob financování ceny díla je dodavatel povinen poskytovat požadované informace a dokumentace související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OLAF, Úřad evropského veřejného žalobce, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Ministerstva zdravotnictví ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, a dalším příslušným vnitrostátním orgánům) a dodržovat podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a k poskytnutí součinnosti v rámci této kontroly, a to minimálně do 31.12.2036.

5.10. Dodavatel je povinen před podpisem této smlouvy předložit zadavateli smlouvu o pojištění jeho odpovědnosti (nebo pojistku) za škodu na zdraví a majetku třetích osob, včetně zadavatele, která může vzniknout při provozování jeho podnikatelské činnosti, s limitem pojistného plnění pojišťovny nejméně 2.000.000,- Kč korun českých. Dodavatel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění.

VI.

Závěrečná ustanovení

6.1. Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

6.2. Bude-li některé ustanovení této smlouvy z jakéhokoli důvodu prohlášeno či označeno za neplatné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení této smlouvy zůstanou touto neplatností či nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany nahradí takto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, na němž by se dohodly, pokud by si této neplatnosti nebo nevymahatelnosti byly vědomy.



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

6.3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze formou číslovaných písemných dodatků nebo změnovými listy odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami.

6.4. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u věcně příslušného soudu v České republice. Místně příslušným soudem je obecný soud objednatele (§ 89a OSŘ).

6.5. Veškerá komunikace mezi zadavatelem (písemná i osobní) a dodavatelem bude probíhat výlučně v české jazyce. Veškerá dokumentace předaná dodavatelem objednateli musí být rovněž v českém jazyce. Pokud by byla od výrobce či dodavatele v jiném než českém jazyce, je dodavatel povinen zajistit na své náklady její úředně ověřený překlad do českého jazyka.

6.6. Dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v rozporu s právními předpisy upravující zadávání veřejných zakázek či je obcházel.

6.7. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy určené k rukám níže uvedeného zástupce příslušné smluvní strany nebo datovou schránkou. Doručované zásilky se považují za doručené i v případě, že druhá strana je odmítla převzít. Zásilky se považují za doručené nejpozději sedmým dnem po jejich odeslání, a to i v případě, že si je druhá strana nepřevzala. To platí i v případě doručování prostřednictvím datové schránky.

6.8. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetli, se smlouvou souhlasí, neboť odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a tomu na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy.

V Kladruzech dne2025

V Želevčicích dne2025

.....
Rehabilitační ústav Kladruby

.....
L I N E T spol. s r.o.

Technické parametry (minimum)

Lůžko nemocniční elektrické pro rehabilitační péči	Essenza 300
bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění nebo srovnatelné či lepší řešení	ANO
stabilní a čistitelná kovová lakovaná konstrukce lůžka, není přípustné, aby se v horní poloze lůžko kývalo (zadavatel vychází z vlastních zkušeností)	ANO
bezpečná provozní zátěž minimálně 300kg	ANO, 300 kg
celková šířka postele max. 106 cm včetně dorazových koleček, kvůli průjezdnosti	ANO, 99,5 cm
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu 30-80 cm (+/-10%) pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta	ANO, 30,8 - 81,2 cm
elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha minimálně 200x90cm - zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, lýtkový díl může být polohovatelný i mechanicky	ANO, 200 x 90 cm
zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů)	ANO
možnost prodloužení lůžka minimálně o 30 cm s integrovanou podporou pro matraci, snadno a rychle ovladatelné jednou rukou nebo elektricky	ANO, 30 cm
náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru	ANO, 14°
oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi	ANO
odnímatelná čela - pevná lehká kovová konstrukce (elox hliník) s HPL výpni, možnost výběru dekorů	ANO
dělené teleskopické postranice - pevná lehká kovová konstrukce (elox hliník), aretovatelné minimálně ve 3 výškách - v žádné pozici nepřesahující vnější obrys lůžka (teleskopické), a to z důvodu, že relativně velká část pacientů zadavatele se pohybuje na invalidních vozících, z nichž se přesouvají sami, či jsou přesouváni, a proto zadavatel požaduje řešení, které zajistí nejmenší vzdálenost mezi invalidním vozíkem a lůžkem. Zadavatel požaduje řešení bez středového vodícího sloupku, pro snadnou mobilizaci pacientů a nepřekážející při vstávání pacienta	ANO
výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému - minimálně 40cm, automatická blokáce spuštění při zatížení pacientem zevnitř	ANO, 43 cm
centrální sesterský ovládací panel pro ovládání lůžka, musí být opatřen ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokáce (zámky) jednotlivých funkcí a programovatelnými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, kardiacké křeslo)	ANO
oboustranně integrované nožní ovladače pro nastavení výšky lůžka	ANO
ruční patientský ovladač s LED podsvícením klávesnice a možností odpojení/připojení pomocí konektoru na obou stranách lůžka	ANO
kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 130 mm, ovládací páka ze všech 4 stran dobře dostupná v jakékoli poloze lůžka, postranic, atd.	ANO, 150 mm
oboustranně integrované výsuvné/sklonné mobilizační madlo	ANO
oboustranně lišty v hlavové části s háčky na močové aj. sáčky	ANO
oboustranně držáky na příslušenství, u hlavového čela s možností fixního umístění při polohování lůžka	ANO
integrovaná výsuvná/sklonná polička na lůžkoviny v čele lůžka	ANO
ochranná kolečka v rozích lůžka	ANO
systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení - jakýkoli systém na bázi destrukce jeho komponent není přípustný	ANO
přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V	ANO
svorka pro vyrovnání el. potenciálu	ANO
Požadované příslušenství:	
hrazda se samonavíjecí rukojetí	ANO
držák na bažanta k zavěšení na postranice	ANO

Technické parametry (minimum)

Lůžko nemocniční elektrické s laterálním náklonem	Essenza 300 LT
bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění nebo srovnatelné či lepší řešení	ANO
stabilní a čistitelná kovová lakovaná konstrukce lůžka, není přípustné, aby se v horní poloze lůžko kývalo (zadavatel vychází z vlastních zkušeností)	ANO
bezpečná provozní zátěž minimálně 270kg	ANO, 270 kg
barva výplně čel volitelná dle vzorníku dodavatele – finální řešení bude zvoleno zhotovitelem	ANO
celková šířka postele max. 106 cm včetně dorazových koleček, kvůli průjezdnosti	ANO, 99,5 cm
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu 45-90 cm (+/-10%) pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta	ANO, 44,7 - 95,1 cm
elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha minimálně 200x90cm - zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, lýtkový díl může být polohovatelný i mechanicky	ANO, 200 x 90 cm
zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů)	ANO
možnost prodloužení lůžka minimálně o 30 cm s integrovanou podporou pro matraci, snadno a rychle ovladatelné jednou rukou nebo elektricky	ANO, 30 cm
náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru	ANO, 14°
oboustranný laterální náklon minimálně 15° pomocí elektromotoru	ANO, 15°
oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi	ANO
odnímatelná čela - pevná lehká kovová konstrukce (elox hliník) s HPL výpni, možnost výběru dekorů	ANO
dělené teleskopické postranice - pevná lehká kovová konstrukce (elox hliník), aretovatelné minimálně ve 3 výškách - v žádné pozici nepřesahující vnější obrys lůžka (teleskopické), a to z důvodu, že relativně velká část pacientů zadavatele se pohybuje na invalidních vozících, z nichž se přesouvají sami, či jsou přesouváni, a proto zadavatel požaduje řešení, které zajistí nejmenší vzdálenost mezi invalidním vozíkem a lůžkem. Zadavatel požaduje řešení bez středového vodícího sloupku, pro snadnou mobilizaci pacientů a nepřekážející při vstávání pacienta.	ANO
výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému - minimálně 40cm, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř	ANO, 43 cm
centrální sesterský ovládací panel pro ovládání lůžka, musí být opatřen ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a programovatelnými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, kardiacké křeslo)	ANO
oboustranně integrované nožní ovladače pro laterální náklon lůžka	ANO
ruční patientský ovladač s LED podsvícením klávesnice a možností odpojení/připojení pomocí konektoru na obou stranách lůžka	ANO
kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 130 mm, ovládací páka ze všech 4 stran dobře dostupná v jakékoli poloze lůžka, postranic, atd.	ANO, 150 mm
oboustranně integrované výsuvné/sklonné mobilizační madlo	ANO
oboustranně lišty v hlavové části s háčky na močové aj. sáčky	ANO
oboustranně držáky na příslušenství, u hlavového čela s možností fixního umístění při polohování lůžka	ANO
integrovaná výsuvná/sklonná polička na lůžkoviny v čele lůžka	ANO
ochranná kolečka v rozích lůžka	ANO
systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení - jakýkoli systém na bázi destrukce jeho komponent není přípustný	ANO
přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V	ANO
svorka pro vyrovnání el. potenciálu	ANO
Požadované příslušenství:	
hrazda se samonavíjecí rukojetí	ANO
držák na bažanta k zavěšení na postranice	ANO

Technické parametry (minimum)

Pasivní antidekubitní matrace s rizikem vzniku antidekubitů 3 střední :	MediMatt 30
musí být registrovaným zdravotnickým prostředkem	ANO
jádro matrace kombinované z PUR pěn, nosná část jádra z PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%), na povrchu jádra vrstva min. 5cm PUR pěny o hustotě min. 50kg/m3 a odporem proti stlačení cca 3,6kPa (+/- 10%), vyztužené boky jádra z PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%), všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), jádro matrace s prořezy a spoje jednotlivých vrstev bez lepení pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení jádra při polohování lůžka	ANO, nosná část hustota 41kg/m3, odpor proti stlačení 3,9kPa, na povrchu vrstva 5 cm, hustota 50kg/m3, odpor proti stlačení 3,6kPa, boky hustota 41kg/m3, odpor proti stlačení 3,9kPa, CRIB 5
na celém povrchu jádra odolná separační tkanina o gramáži min 140g/m2 pro ochranu jádra, eliminaci smykových sil a snazší snímání/nasazování potahu matrace	ANO, 140g/m2
snadno snímatelný PES/PUR potah o gramáži min. 230g/m2, velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný	ANO, 230g/m2
materiál potahu antimikrobiální s ionty stříbra/zinku apod., desinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)	ANO, CRIB 5
nosnost min. 150kg	ANO, 150 kg
tvárově a funkčně plně kompatibilní s lůžkem, výška min. 14cm	ANO, 14 cm
potah s integrovanými fixačními a transportními popruhy a povrchovou úpravou umožňující bezpečnou evakuaci pacienta na matraci bez lůžka	ANO
Požadované příslušenství:	
Prodlužovací klín k nabídnutým matracím vhodný k prodloužení dodávaného lůžka.	ANO

Technické parametry (minimum)

Pasivní antidekubitní matrace:	ViskoMatt 30
musí být registrovaným zdravotnickým prostředkem	ANO
jádro matrace kombinované z PUR pěn, nosná část jádra z PUR pěny o hustotě min. 50kg/m ³ a odporem proti stlačení cca 3,6kPa (+/- 10%), na povrchu jádra vrstva min. 5cm PUR pěny o hustotě min. 85kg/m ³ a odporem proti stlačení cca 3kPa (+/- 10%), vyztužené boky jádra z PUR pěny o hustotě min. 40kg/m ³ a odporem proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%), všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), jádro matrace s prořezy a spoje jednotlivých vrstev bez lepení pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení jádra při polohování lůžka	ANO, nosná část hustota 50kg/m ³ , odpor proti stlačení 3,6kPa, na povrchu vrstva 5 cm, hustota 85kg/m ³ , odpor proti stlačení 3kPa, boky hustota 41kg/m ³ , odpor proti stlačení 3,9kPa, CRIB 5
na celém povrchu jádra odolná separační tkanina o gramáži min 140g/m ² pro ochranu jádra, eliminaci smykových sil a snazší snímání/nasazování potahu matrace	ANO, 140g/m ²
snadno snímatelný PES/PUR potah o gramáži min. 230g/m ² , velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný	ANO, 230g/m ²
materiál potahu antimikrobiální s ionty stříbra/zinku apod., desinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)	ANO, CRIB 5
nosnost min. 165kg	ANO, 165 kg
tvarově a funkčně plně kompatibilní s lůžkem, výška min. 14cm	ANO, 14 cm
Potah s integrovanými fixačními a transportními popruhy a povrchovou úpravou umožňující bezpečnou evakuaci pacienta na matraci bez lůžka	ANO
Požadované příslušenství:	
Prodlužovací klín k nabídnutým matracím vhodný k prodloužení dodávaného lůžka.	ANO

Technické parametry (minimum)

Pacientský samoobslužný stolek k lůžku s jídelní deskou		Eleganza Mano
pojízdný, oboustranný stolek k lůžku		ANO
stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD)		ANO
odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů		ANO
integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska v rozsahu minimálně 75-105cm, s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry vhodné pro táč s jídlem min. 580x330mm, nosnost min. 8kg		ANO, rozsah 72 - 109 cm, rozměry 600x335 mm, nosnost 9 kg ve středu desky
kolečka o průměru minimálně 75mm, s centrálním ručním ovládáním brzd koleček pro snadnou obsluhu pacientem z lůžka		ANO, 75 mm
provedení stolku – nahoře malá a dole velká zásuvka s kvalitními výsuvy na ložiskách, uprostřed nika		ANO
stolek dobře čistitelný, vyjímatelné vložky zásuvek		ANO
držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku		ANO
design odpovídající lůžkům		ANO



Specifikace předmětu plnění

k VZ – Polohovací nemocniční lůžka – Přístavba jižního křídla budovy D

Součástí nabídky musí být akceptace následujících požadavků:

- bezplatný servis všech lůžek během záruční doby – **ANO**
- oboustranné odsouhlasení termínu návozu lůžek v předstihu pro koordinaci ostatních činností prováděných v budově popř. dílčích dodávek – **ANO**
- doprava a montáž všech nabízených položek na místo používání – pětipodlažní nová budova v místě zadavatele – **ANO**
- doprava do lůžkových pokojů nové přístavby tzn. v podlaží 1PP, 1NP a 2NP – **ANO**
- likvidace odpadů dle platné legislativy vzniklých při montáži dodaného zboží. – **ANO**

Lůžko nemocniční elektrické pro rehabilitační péči – 48ks – **Essenza 300**

- minimální technické parametry v samostatné příloze č.7. – **ANO**

Další požadavky

- délka záruky min. 3roky – **ANO, 3 roky**
- součástí nabídky musí být technická specifikace zdravotnického prostředku – **ANO**
- součástí dodávky musí být technická dokumentace k daným lůžkům v listinné a elektronické formě což jsou minimálně prohlášení o shodě, návod k obsluze v českém jazyce, – **ANO**
- při předání zaškolení zdravotnického personálu zadavatele pro správné používání produktu v souladu s návodem k obsluze – **ANO**

Certifikace:

- CE certifikováno – **ANO**
- EN 60601-2-52 – **ANO**
- EN 60601-1 – **ANO**
- ISO 9001 – **ANO**
- ISO 13485 – **ANO**
- ISO 14001 – **ANO**

Elektrická polohovací nemocniční lůžka s laterálním náklonem – 6ks – **Essenza 300 LT**

- minimální technické parametry v samostatném dokumentu v příloze č.7. – **ANO**

Další požadavky

- délka záruky min. 3roky – **ANO, 3 roky**
- součástí nabídky musí být technická specifikace zdravotnického prostředku – **ANO**
- součástí dodávky musí být technická dokumentace k daným lůžkům v listinné a elektronické formě – prohlášení o shodě, návod k obsluze v českém jazyce, atd... – **ANO**
- při předání zaškolení zdravotnického personálu zadavatele pro správné používání produktu v souladu s návodem k obsluze – **ANO**

Certifikace:

- CE certifikováno – **ANO**
- EN 60601-2-52 – **ANO**
- EN 60601-1 – **ANO**
- ISO 9001 – **ANO**
- ISO 13485 – **ANO**
- ISO 14001 – **ANO**



REHABILITAČNÍ ÚSTAV KLADRUBY
KLADRUBY 30
257 62 KLADRUBY U VLAŠIMI

Specifikace pasivních matrací riziko dekubitů 3 střední (48ks + 1ks náhradní) = celkem 49ks:

MediMatt 30

- antidekubitní matrace – stupeň rizika dekubitů III nebo vyšší – **ANO**
- minimální technické parametry v samostatném dokumentu v příloze č.7. – **ANO**
- součástí nabídky musí být technická specifikace produktu – **ANO**

Specifikace pasivních matrací riziko dekubitů 4 vysoké (6ks + 1ks náhradní) = celkem 7ks:

ViskoMatt 30

- antidekubitní matrace – stupeň rizika dekubitů IV – **ANO**
- minimální technické parametry v samostatném dokumentu v příloze č.7. – **ANO**
- potah s integrovanými fixačními a transportními popruhy a povrchovou úpravou umožňující bezpečnou evakuaci pacienta na matraci bez lůžka – **ANO**
- součástí nabídky musí být technická specifikace produktu – **ANO**

Prodlužovací klín k matraci s rizikem dekubitů 3 a 4 v počtu 8+2ks:

- prodlužovací klín k nabídnutým matracím o stejných parametrech a vhodný k prodloužení nabízeného lůžka – **ANO**

Stolek k lůžku s jídelní deskou 54ks: Eleganza Mano

- pojízdný a oboustranný – **ANO**
- 2x zásuvky – malá a velká – **ANO**
- barevná kombinace vhodná k nabízeným lůžkům – **ANO**
- součástí nabídky musí být technická specifikace produktu – **ANO**