

příloha č. 2.4

TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
Nemocniční lůžka pro onkologii východ 2 ks 2 ks lůžek Essenza 300, 2 ks matrací ViskoMatt 10			
Požadavky na jednotlivé části systému			
Technické požadavky			
Bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 (nebo rovnocenné řešení)	ANO	ANO	
Stabilní a jednoduše čistitelná kovová konstrukce lůžka (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD!)	ANO	ANO	
Díly ložné plochy plastové kompaktní, odnímatelné pro jednoduchou čistitelnost	ANO	ANO	
Bezpečná pracovní zátěž minimálně 270 kg	ANO	ANO	
Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 30-75 cm pro bezpečnou péči a mobilizaci rizikového pacienta, bezpečnou práci personálu	ANO	ANO	
Laterální náklon +/- 15° pomocí elektromotoru	ANO	ANO	
Maximální vnější rozměr lůžka 99,5 x 221 cm	ANO	ANO	
Elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200 x 90 cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů	ANO	ANO	
Zádový a stehenní díl s automatickým odsunem v horizontálním směru při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta	ANO	ANO	
Integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 30 cm	ANO	ANO	
Náklon do TR/ATR polohy minimálně 14° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci a mobilizaci pacienta	ANO	ANO	
Mechanické rychlospuštění zádového dílu při KPR	ANO	ANO	
Hliníková čela (nebo z jiného lehkého kovu např. dural), výplň HPL s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů	ANO	ANO	
Hliníkové (nebo z jiného lehkého kovu např. dural) dělené spustitelné postranice aretovatelné minimálně ve 3 výškách, v žádné pozici nepřesahující vnější obrys lůžka, postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním po celé délce ložné plochy, tj. mezery mezi postranicemi, čely a postranicemi navzájem musí být dle norem maximálně 60 mm	ANO	ANO	
Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci, s možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha KPR, kardiacké křeslo, mobilizační poloha, vyšetřovací poloha, případně další)	ANO	ANO	
Nožní ovládání výšky zdvihu + vyšetřovací poloha (lůžko vyjede do horní úvratí a srovná ložnou plochu do vodorovné polohy)	ANO	ANO	
Podsvětlený patientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěné aktivaci s konektorem pro rychlé připojení a dopojení z obou stran lůžka, s integrovanou LED svítílnou	ANO	ANO	
Kolečka s centrálním ovládáním brzd pro zabrzdění z každé strany lůžka, průměr minimálně 150 mm	ANO	ANO	
Noční podsvícení lůžka	ANO	ANO	
Alarm nezabrzděného lůžka	ANO	ANO	
Univerzální lišty a držáky na příslušenství	ANO	ANO	
Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti	ANO	ANO	
Výsuvná polička na lůžkoviny pod nožním čelem s úložným prostorem pro sesterský ovladač	ANO	ANO	
Svislá ochranná kolečka umístěné v hlavové části	ANO	ANO	
Ochranná vodorovná kolečka v rozích lůžka	ANO	ANO	
Svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel s háčkem pro uchycení na rám čela lůžka	ANO	ANO	
Příslušenství			
Hrazda + madlo navíjecí ke každému lůžku	ANO	ANO	
Držák láhve na moč pro každé lůžko	ANO	ANO	
Matrace 2 ks			

Preventivní matrace určená pro použití ve zdravotnictví	ANO	ANO	
Matrace musí být vhodná pro pacienty do třetího stupně rizika vzniku dekubitů	ANO	ANO	
Matrace musí být vyrobena min. ze dvou typů pěn o různých vlastnostech	ANO	ANO	
Horní vrstva musí být vyrobena ze studené polyuretanové pěny hustoty min. 50 kg/m ³ tloušťky min 5 cm	ANO	ANO	
Spodní vrstva musí být vyrobena z polyuretanové pěny hustoty min. 40 kg/m ³ tloušťky min. 9 cm	ANO	ANO	
Nehořlavost pěn min. CRIB 5	ANO	ANO	
S pratelným, voděodolným potahem (výška vodního sloupce min. 200 cm)	ANO	ANO	
Potah ze svařovaných nebo podlepených spojů, použitá textilie je čtyřsměrně pružná (vrchní potah a boky), paropropustná a obsahuje antibakteriální přísadu	ANO	ANO	
Nehořlavost potahu min. CRIB 5	ANO	ANO	
Zip je umístěn minimálně na dvou sousedních stranách	ANO	ANO	
Výška matrace min. 14 cm	ANO	ANO	
Nosnost matrace min. 150 kg	ANO	ANO	

POZNÁMKA: Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

- Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
- Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
- Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)

V Želevčicích dne

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí podpory obchodu pro ČR, v plné moci