

příloha č. 2.8

TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
Nemocniční lůžka pro INT 8 ks			
8 ks lůžek Essenza 300, 8 ks matrací ViskoMatt 50			
Požadavky na jednotlivé části systému			
Technické požadavky			
Bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 (nebo rovnocenné řešení)	ANO	ANO	
Stabilní a jednoduše čistitelná kovová konstrukce lůžka (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD!)	ANO	ANO	
Díly ložné plochy plastové kompaktní, odnímatelné pro jednoduchou čistitelnost	ANO	ANO	
Bezpečná pracovní zátěž minimálně 270 kg	ANO	ANO	
Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-75 cm pro bezpečnou péči a mobilizaci rizikového pacienta, bezpečnou práci personálu	ANO	ANO	
Laterální náklon +/- 15° pomocí elektromotoru	ANO	ANO	
Maximální vnější rozměr lůžka 99,5 x 222 cm	ANO	ANO	
Elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200 x 90 cm - minimálně zářadový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů	ANO	ANO	
Zářadový a stehenní díl s automatickým odsunem v horizontálním směru při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta	ANO	ANO	
Integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 25 cm snadno dostupné jedním krokem z čela lůžka	ANO	ANO	
Náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci a mobilizaci pacienta	ANO	ANO	
Mechanické rychlospuštění zářadového dílu při KPR	ANO	ANO	
Celoplastová čela s aretací proti samovolnému vytažení při transportu	ANO	ANO	
Dělené plastové postranice s funkcí bezpečného tlumeného spuštění (softdrop)	ANO	ANO	
Pacientské ovladače integrované v postranicích s možností nastavení výšky ložné plochy a polohování zářadového a nožního dílu	ANO	ANO	
V postranicích integrované (z obou stran lůžka) centrální sesterský ovládací panel s přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha KPR, kardiacké křeslo, mobilizační poloha, autokontura, TR/ATR)	ANO	ANO	
Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci, s možností blokáce (zámký) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha KPR, kardiacké křeslo, mobilizační poloha, vyšetřovací poloha, případně další)	ANO	ANO	
Integrované nožní ovladače pro nastavení laterálního náklonu a výšky ložné plochy	ANO	ANO	
Podsvětlený pacientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěné aktivaci s konektorem pro rychlé připojení a dopojení z obou stran lůžka, s integrovanou LED svítlinou, s horizontálním držákem na postranici	ANO	ANO	
Integrované mobilizační sklopné madlo v nožní části	ANO	ANO	
Kolečka s centrálním ovládáním brzd pro zabrždění z každé strany lůžka, průměr minimálně 150 mm, 5. kolečka	ANO	ANO	
Motorizovaný pohon lůžka	ANO	ANO	
Indikátor bezpečné polohy	ANO	ANO	
Noční podsvícení lůžka	ANO	ANO	
Univerzální lišty a držáky na příslušenství	ANO	ANO	
Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti	ANO	ANO	
Výsuvná polička na lůžkoviny pod nožním čelem s úložným prostorem pro sesterský ovladač	ANO	ANO	
Svislá ochranná kolečka umístěné v hlavové části	ANO	ANO	
Ochranná vodorovná kolečka v rozích lůžka	ANO	ANO	
Svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel	ANO	ANO	
Příslušenství			
Hrazda + madlo navíjecí ke každému lůžku	ANO	ANO	

Držák berlí pro každé lůžko	ANO	ANO	
Držák láhve na moč pro pět lůžek	ANO	ANO	
Matrace 8 ks			
Preventivní matrace určená pro použití ve zdravotnictví	ANO	ANO	
Matrace musí být vhodná pro pacienty s vysokým rizikem vzniku dekubitů	ANO	ANO	
Matrace musí být vyrobena min. ze dvou typů pěn o různých vlastnostech	ANO	ANO	
Horní vrstva musí být vyrobena z antimikrobiální viskoelastické pěny hustoty min. 85 kg/m ³ tloušťky min. 7 cm	ANO	ANO	
Spodní vrstva musí být vyrobena ze studené pěny hustoty min. 80 kg/m ³ pro pánevní oblast a 33 kg/m ³ pro oblast hlavy a nohou, tloušťky min. 9 cm	ANO	ANO	
Zesílené okraje šířky min. 10 cm	ANO	ANO	
Nehořlavost pěn min. CRIB 5	ANO	ANO	
S pratelným, voděodolným potahem (výška vodního sloupce min. 200 cm)	ANO	ANO	
Potah ze svařovaných nebo podlepených spojů, použitá textilie je čtyřsměrně pružná (vrchní potah a boky), paropropustná a obsahuje antibakteriální přísadu, s individuálními úchyty, s vložkou mezi potahem a jádrem pro snížení tření při výměně.	ANO	ANO	
Nehořlavost potahu min. CRIB 5	ANO	ANO	
Stabilní spirálový zip je umístěn minimálně na dvou sousedních stranách	ANO	ANO	
Výška matrace min. 16 cm	ANO	ANO	
Nosnost matrace min. 190 kg	ANO	ANO	

POZNÁMKA: Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

- Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
- Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
- Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)

V Želevčicích dne

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

.....
i, vedoucí podpory obchodu pro ČR, v plné moci