



**ZDRAVOTNICKÁ
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
STŘEDOČESKÉHO KRAJE,**
příspěvková organizace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU VĚTŠÍ NÁKUP S NÁZVEM

„ALKOHOLTESTERY 2025“

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. ÚČEL TECHNICKÉ SPECIFIKACE A JEJÍ VYPLNĚNÍ VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Tato technická specifikace stanoví závazné požadavky na dodávaný předmět plnění. Následky jejich nedodržení stanoví smlouva, již je tato technická specifikace součástí.

Dodavatel ve výběrovém řízení vyplní technickou specifikaci pouze v barevně označených částech (typicky v částech vymezujících naplnění závazných požadavků nabízeného plnění). Dodavatel není oprávněn upravovat jiné než barevně označené části technické specifikace, zejména pak není oprávněn upravovat konkrétní závazné požadavky.

U číselně vyjádřených technických parametrů je při vyplnění dodavatelem připuštěn toleranční rozsah +/- ■ % od hodnot požadovaných, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce dodávaného plnění a pokud v této technické specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platné právní předpisy, technické normy apod. Pokud dodavatel nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek se všemi z toho vyplývajícími dopady.

Pokud tato technická specifikace nebo jiná část zadávacích podmínek obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění.

2. ZÁVAZNÉ POŽADAVKY

Předmět plnění musí splňovat následující požadavky:

Tester	
intuitivní ovládání	ANO
mobilní použití	ANO
způsob měření s náústkem	ANO
rozsah měření 0 až 3,0 mg/l	ANO
vyhřívaný elektrochemický senzor	ANO
možnost tisku s mobilní tiskárnou	ANO
transflexivní LCD displej	ANO
použití v teplotách v rozmezí -10 °C - + 50 °C	ANO

Certifikáty	
OIML R126	ANO
shoda CE Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě	ANO



směrnice o nízkém napětí – směrnice RoHS	ANO
certifikované měřidlo ČMI	ANO

Tiskárna	
dokumentace výsledků	ANO
mobilitní tiskárna kompatibilní s požadovaným typem zařízení	ANO
bezdrátový přenos dat pomocí infračerveného rozhraní	ANO
snadné ovládání, snadná výměna papíru	ANO
technologie termotisku	ANO
dlouhodobě stabilní tiskové výstupy	ANO
volitelný napájecí zdroj	ANO
tiskárna může pracovat na alkalické baterie nebo baterie NiMH	ANO
ukládání dat	ANO
k ukládání dat lze zařízení připojit k počítači a klávesnici	ANO

Příslušenství	
náhradní papír min. ■ ks	ANO
propojovací kabel	ANO
kompatibilní kufřík pro uložení požadovaného typu testeru, tiskárny a příslušenství	ANO

Požadovaný odběr	
■ ks	ANO

Součástí dodávaného předmětu plnění musí dále být:

platná osvědčení, certifikáty a atesty, pokud jsou pro některé specifické druhy výrobků vydávány k tomu oprávněnými osobami dle zvláštních předpisů	ANO
prohlášení o shodě (posouzení shody dle směrnice rady EHS č. 93/42/EHS) a dokumenty vyžadované zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů	ANO
návod k použití v českém jazyce	ANO
provedení instruktáže až ■ zaměstnanců zadavatele	ANO