

Příloha č. 1 smlouvy – Specifikace předmětu plnění - podrobný rozpis nabídkové ceny

Položka č.	Název léčivého přípravku	Předpokládané množství MJ (balení po 100ks) za 24 měsíců	Cena za 1 MJ (balení po 100ks) v Kč bez DPH	Celková cena za předpokl. množství v Kč bez DPH	Celková cena za předpokl. množství v Kč s DPH
1	Nitrilové vyšetřovací rukavice, vel.S (balení po 100ks)	4000	45,00 Kč	180 000,00 Kč	201 600,00 Kč
2	Nitrilové vyšetřovací rukavice, vel.M (balení po 100ks)	16000	45,00 Kč	720 000,00 Kč	806 400,00 Kč
3	Nitrilové vyšetřovací rukavice, vel.L (balení po 100ks)	4600	45,00 Kč	207 000,00 Kč	231 840,00 Kč
4	Nitrilové vyšetřovací rukavice, vel.XL (balení po 100ks)	2000	45,00 Kč	90 000,00 Kč	100 800,00 Kč

Cena celkem	1 197 000,00 Kč	1 340 640,00 Kč
--------------------	------------------------	------------------------

- nitrilové jednorázové pravolevé nesterilní bez pudru
- neobsahují latex (vhodné pro pacienty trpící alergií typu I)
- barva libovolná vyjma černé
- min. délka rukavice 240mm
- nízký obsah zbytkových chemikálií
- flexibilní materiál, snadná manipulace při nasazování a sundávání, jednoduše vytažitelné jednou rukou z primárního obalu, rukavice nesmí být slepené
- AQL max.1,5
- odolnost proti oděru, odolnost proti protržení min.6N po celou dobu skladovatelnosti
- tloušťka v oblasti manžety min. 0,07
- tloušťka v oblasti dlaně min. 0,08
- tloušťka v oblasti prstu min. 0,10
- zesílená manžeta s rovnoměrně rolovaným okrajem
- velikost balení: min. po 100 ks - max. po 200 ks (v případě, že bude uchazeč nabízet jinou velikost balení než po doporučených 100 ks, musí si předpokládanou spotřebu přepočítat dle velikosti jím nabízeného balení)
- skladovací životnost: min. 3 roky
- splnění normy EN 455 a ASTM F1671, EN 420, EN ISO 10993, Nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích, EC1935/2004 pro styk s potravinami, EU 2016/425, 89/686/EHS, EN 374-1, 374-2, 374-4, 374-5, EN 16523-1
- na balení musí být uvedeny piktogramy v souladu s uvedenými normami (MDR, PPE, AQL a navazující normy), označení výrobce, materiál, velikost, značka CE prohlášení o shodě s číslem notifikované osoby, která prohlášení o shodě udělila

Veškeré užívané prostředky musejí splňovat všechny zdravotní a bezpečnostní předpisy a požadavky stanovené právními předpisy (příp. relevantními technickými normami) České republiky.

Uvedená množství u jednotlivých položek představují předpokládanou spotřebu, stanovenou zadavatelem dle spotřeby jednotlivých položek za posledních 12 měsíců. Zadavatel však negarantuje dosažení odběru uváděných množství. Zadavatel nepřipouští podmínku sjednání minimálního počtu odběru předmětu plnění.

