

Příloha č. 2.3 – specifikace plnění část II – Nádoby na kontaminovaný odpad

VŘ : Dodávka dezinfekce, odpadních pytlů s potiskem a nádob na kontaminovaný odpad pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice

Nádoby na kontaminovaný odpad:

Nepoužité ostré předměty se zařazují pod katalogové číslo 18 01 03 O

Použité ostré předměty jako 18 01 03 01* Ostré předměty, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce, kategorie N.

Uzavíratelné nádoby na ostré prostředky (jehly, skalpely, lancety, předplněné injekční stříkačky s jehlou depotní injekce apod.), pevné, nepropíchnutelné, nepropustné a musí umožnit průběžné uzavírání nádoby a po naplnění pevné uzavření

Musí odpovídat normě ČSN EN ISO 23907 (854002).

Ochrana před poraněním ostrými předměty. Ochrana proti jednoduchému vyjmutí odpadu z klinik boxu, aby se omezilo riziko vysypání odpadů.

Co se týká tvaru klinik boxů s 0,375 l klinik boxy jsou problémy se zavíráním a dochází k opětovnému otevírání těchto klinik boxů.

Doporučuji je ze seznamu vyřadit a nahradit toto množství 0,5 l klinik boxy.

