

Položkový rozpočet

S:	250090	KNTB Zlín
O:	01	budova 25 - angiolinka
R:	01	rozvody medicinálních plynů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 804		Rozvody medicinálních plynů				653 053,90
1		D+M Trubka Cu průměr 8x1	m	20,00	481,00	9 620,00
2		D+M Trubka Cu průměr 12x1	m	70,00	641,00	44 870,00
3		D+M Trubka Cu průměr 18x1	m	40,00	891,00	35 640,00
4		D+M Trubka Cu průměr 22x1	m	30,00	963,90	28 917,00
5		D+M Tvarovky Cu do pr. 22	ks	68,00	115,20	7 833,60
6		D+M Pájka Ag 45 + pasta	kg	1,20	13 232,70	15 879,24
7		D+M Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m)	ks	45,00	343,80	15 471,00
8		D+M Ocelový chránič 22x2,3- tr. svař. 1/2", pr.12	m	1,00	238,50	238,50
9		D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař. 3/4", pr.18	m	2,00	285,30	570,60
10		D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař. 1", pr.22	m	0,50	351,90	175,95
11		Napojení na stávající rozvody	kpl	3,00	872,10	2 616,30
12		D+M Ventilová skříň pro 3 plyny - pod omítku	ks	1,00	24 076,80	24 076,80
13		D+M Terminální jednotka-panel odběrný pod omítku	ks	3,00	2 616,30	7 848,90
14		D+M Signalizace klinická pro max. 6 plynů	ks	1,00	24 068,70	24 068,70
15		D+M Stropní stativ jednoramenný, zdvižný, rameno 1000mm	ks	1,00	217 954,80	217 954,80
Modulová hlava se stolkem, R= 800mm, 2xO2, 2xAir, 2xVac, 2xN2O, 1xAGSS, 12x zás 230V (3 obvody), 6x2PA, 2x						
16		D+M Lůžková rampa pro jedno lůžko	ks	1,00	55 580,40	55 580,40
17		Vypracování projektové dokumentace	kpl	1,00	29 716,20	29 716,20
18		Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)	m	160,00	46,80	7 488,00
19		Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	160,00	18,90	3 024,00
20		Ochranný plyn pro pájení Cu dle ČSN EN ISO 7396 (na bm potrubí)	m	160,00	9,00	1 440,00
21		Tlaková zkouška úseková	kpl	6,00	928,80	5 572,80
22		Tlaková zkouška závěrečná	kpl	3,00	1 071,00	3 213,00
23		Vedení montážních prací	kpl	1,00	18 399,60	18 399,60
24		Zkoušky rozvodů medicinálních plynů dle ČSN EN ISO 7396-1	ks	1,00	23 593,50	23 593,50
25		Dopravné	kpl	1,00	69 245,01	69 245,01
26		POLOŽKOVÝ ROZPOČET NEOBSAHUJE DODÁVKY A MONTÁŽE SPOJENÉ S PŘÍPADNÝMI POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ		0,00	0,00	0,00