



NEMOCNICE NA FRANTIŠKU

Praha 1, Na Františku 847/8, PSČ 110 00

OBJEDNÁVKA č.: OZT157/2017

Značka: OZT157/2017
Vyřizuje: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Z Technik s.r.o.
Bohdalecká 1490/25
Praha 10 - Michle
101 00

Datum: 25.07.2017

UPOZORNĚNÍ:

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ FAKTURY JE KOPIE ZASLANÉ OBJEDNÁVKY A POTVREZNÝ SERVISNÍ VÝKAZ!

• Servisní výkaz, či dodací list je oprávněn potvrdit vedoucí OZT, event. personál oddělení.

• Protokoly o BTK budou akceptovány pouze v elektronické podobě / na adrese: [REDACTED]

• U opravy přesahující 5.000,-Kč bez DPH je nutné zaslat cenový návrh!

Očekáváme emailové potvrzení převzetí objednávky, pokud nebude objednávka potvrzena včetně termínu nástupu technika na opravu do 24 hodin (od odeslání objednávky), předpokládáme, že nemáte zájem a objednávku rušíme.

Č. Objednávaný úkon Údaje o zařízení

1. Objednávka přístroje	Název zařízení: Motodlaha 2 ks + deska operačního stolu Typ zařízení: dle technické specifikace Středisko: RHB + operační sál Kontaktní telefon: [REDACTED] Odpovědná osoba: [REDACTED]
-------------------------	---

Dobrý den,


Na základě vyhodnocení nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka přístrojového vybavení pro NNF I“ tímto závazně objednávám:

Polohovatelné desky pro operační stůl a dvě motodlahy kolenního a kyčelního kloubu dle zadané technické specifikace.

Celková cena objednávky: 2 344 980,- vč. DPH.

Děkuji předem za kladné vyřízení mé objednávky.

IČO : 00879444 / Bankovní spojení: [REDACTED] / Splatnost faktur: ³⁰60 dnů



From: [REDACTED]
Sent: Tuesday, July 25, 2017 12:42 PM
To: [REDACTED]
Subject: Re: FW: Obj.č.OZT157-2017 - nemocnice Na Františku (FW: Ztechnik)

Dobrý den,
potvrzujeme tímto přijetí vaší objednávky na dodávku desky operačního stolu a 2 ks motodlah. Potvrzenou objednávku Vám zašlu zítra.

S pozdravem

[REDACTED]
[REDACTED]

Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]



Z TECHNIK s. r. o.
Bohdalecká 1490/25, 101 00 Praha 10 - Michle
tel: +420 234 710 390 e-mail: ztechnik@ztechnik.cz
www.ztechnik.cz

[REDACTED] 2017-07-25 10:57 >>>

Dobrý den,
Prosím o zaslání potvrzené objednávky.
Děkuji.

Přejí Vám pěkný den.

S pozdravem

[REDACTED]

Odd.zdravotnické techniky
Nemocnice Na Františku
Na Františku 847/8 Praha 1, 110 00
Mobil: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]



NEMOCNICE NA FRANTIŠKU

Praha 1, Na Františku 847/8 110 00

Vyhodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

s názvem

„Dodávka přístrojového vybavení pro NNF I“

1) Seznam doručených nabídek dle pořadí doručení:

Pořadí	Název uchazeče	Termín doručení	IČ	Celková cena bez DPH	Splnil podmínky dle § 74 ZZVZ
1.	Z TECHNIK s.r.o.	7.6.2017 8:20	04115490	1 938 000	ANO

2) Seznam posuzovaných a hodnocených nabídek:

Pořadí	Název uchazeče	Termín doručení	IČ	Celková cena s DPH	Splnil podmínky dle § 74 ZZVZ
1.	Z TECHNIK s.r.o.	7.6.2017 8:20	04115490	1 938 000	ANO

3) Popis způsobu posouzení a hodnocení nabídek včetně odůvodnění:

Posouzení a hodnocení nabídek provedla komise v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci k podání nabídek dle kritéria hodnocení nejnižší nabídkové ceny za celý rozsah plnění bez DPH. Komise hodnotila nabídky dle kritéria ekonomické výhodnosti.

Nabídka splnila podmínky kvalifikace a dalších náležitostí posuzovaných zadavatelem v souladu se zadávací dokumentací.

Výsledné pořadí nabídek dle nejnižší nabídkové ceny bez DPH:

Výsledné pořadí dle nejnižší nabídkové ceny	Název uchazeče	Celková cena bez DPH
1.	Z TECHNIK s.r.o.	1 938 000 Kč

V Praze dne 7.6.2017

██████████
██████████

Příloha č. 7 – Specifikace Dodávek přístrojů pro NNF I

Níže uvedené technické parametry představují minimální požadované parametry. Nabízený přístroj musí dosahovat minimálně níže uvedených hodnot a vlastností. Uchazeči mohou zadavateli nabídnout i lepší technické řešení přístroje.

Dodávky přístrojového vybavení NNF I

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro operační sály ortopedie NNF. V rámci dodávek zadavatel požaduje dodání 1ks výměnné desky s pevně zabudovaným extenčním zařízením kompatibilní se základnou Maquet 1150 a 1ks transportéru pro operační desky kompatibilní s operační deskou a základnou Maquet 1150, výškově nastavitelnou. Materiál základny i operační desky požaduje zadavatel z CrNi nerez oceli. Dále zadavatel požaduje dodání 2ks moderní programovatelné motodlahy kolenního a kyčelního kloubu pro CPM terapii řízenou dálkovým ovladačem.

Požadované technické parametry:

Deska pro operační stůl

- Šířka desky maximálně 585 mm, včetně eurolišť,
- Laterální náklon minimálně 25° v obou směrech,
- Podélný náklon (Trendelenburg, antitrendelenburg) 40° obousměrně,
- Podélný posuv 170 mm,
- Povolené minimální zatížení je 350 kg + 20 kg standardního příslušenství je zachováno i při podélném posunu operační desky a včetně všeho nabízeného příslušenství,
- Základní deska stavebnicová sedmi segmentová
- Elektricky polohovatelná zádová sekce – vzhůru minimálně 70°, dolů minimálně 0°,
- Napojování jednotlivých sekcí desky s jednoduchými západkami – bez nutnosti dotahování šrouby (s výjimkou podložek hlavy),
- Polstery jsou vyrobeny z PUR pěny,
- Systém vybaven rozpoznáváním konkrétního napojeného příslušenství – aktivní antikolizní systém, příslušenství vybaveno mikročipy, čipy jsou vyžadovány minimálně u podložek nohou a zádové podložky,
- Výškově stavitelný transportní vozík se snadnou manipulací (snadné udržení přímého směru výsuvným pátým kolečkem),
- Navážení desek na nohu obousměrně (hlava – nohy) s automatickým rozpoznáním pozice, bez nutnosti nastavení verzního režimu,
- Operační deska je vybavena zabudovaným extenčním zařízením včetně jedné externční boty,

- Operační deska je vybavena trojdílnou podložkou zad pro operace ramene a helmou pro uchycení hlavy, systém desky a transportéru musí být kompatibilní se stávajícím operačním stolem Maquet 1150.

Motodlaha kolenního kloubu:

Moderní programovatelná motodlaha kolenního a kyčelního kloubu pro CPM terapii řízena dálkovým ovladačem.

- Programovatelný přístroj je řízen dálkovým ovladačem,
- Jednoduchý displej s obrázky,
- Zaručený anatomický správný pohyb končetiny,
- Velice snadné nastavení na anatomické rozměry pacienta,
- Není nutná přestavba pravá/levá končetina,
- Zpětný chod – bezpečnostní prvek fungující při zvýšeném odporu pacienta proti motodlaze,
- Podpěry stehna, lýtka a botička z lehce omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu
- Snadná manipulace – hmotnost 1 1 kg,
- Protiskluzová podložka,
- Moderní design,
- Výška pacientů od 120 do 200 cm,
- Možnost objednání transportního vozíku,
- Max. hmotnost jedno končetiny 30 kg,
- Rozsah pohybů:
 - o Extenze/flexe koleno – 10° - 120°
 - o Extenze/flexe kyčel 0° - 7° - 115°
- Rychlost
 - o 20°/min – 200°/min
- Speciální funkce:
 - o Zahřívací program – postupné rozšiřování rozsahu pohybu,
 - o Plynulé nastavení rozsahu pohybu podle citlivosti pacienta,
 - o Zpětný chod – bezpečnostní prvek,
 - o Regulace rychlosti od 20° do 200°/ min
 - o Doba trvání terapie – nastavení času cvičení
 - o Pauzy – prodlevy v extenzi a ve flexi
- Maximální zatížení dlahy: 20kg
- Šířka nastavení (min./max.):
 - o Femurální rozsah nastavení: cca. 31 – 49 cm
 - o Rozsah nastavení bérce: cca. 25 – 57 cm