

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o zřízení a provozu konsignačního skladu a rámcové kupní smlouvě

uzavřený dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Dodatek“),

který uzavřeli:

Prodávající:	Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s. r. o.
Sídlem:	Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha 4
Zastoupená:	Artem Mamian, jednatel
IČO:	26427389
DIČ:	CZ26427389
Bankovní spojení:	
Zápis v OR:	Městský soud v Praze, odd. C, vložka 81433
(dále jen “prodávající”)	

a

Kupující:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlem:	Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
zastoupená:	MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel
IČ:	00226912
DIČ:	CZ00226912
Bank.spojení:	
Zápis v OR:	Krajský soud v Brně, odd. Pr, vložka 1230
(dale jen “kupující”)	

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 10. 5. 2023 smlouvu o zřízení a provozu konsignačního skladu a rámcovou kupní smlouvu, na základě výsledků výběrového řízení na nadlimitní veřejnou zakázku v otevřeném řízení na dodávky **Čočky – implantáty (část B1)** (dále jen „Smlouva“) která upravuje vztahy mezi prodávajícím a kupujícím ohledně dodávek zdravotnických prostředků – nitroočních čoček.

Tento Dodatek smluvní strany uzavírají za účelem aktualizace přílohy č. 1 smlouvy tak, aby byl zajištěn soulad se současnými požadavky Kupujícího na dodávky zdravotnických prostředků – nitroočních čoček.

Změna závazku ze Smlouvy, ke které dochází změnou přílohy č. 1, nepředstavuje podstatnou změnu závazku a je v souladu s uzavřenou Smlouvou.

I.
Změna Smlouvy

V souladu s ustanovením čl. IV. odst. 27 Smlouvy se smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně přílohy č. 1 ke smlouvě, která stanovuje seznam dodávaných nitroočních čoček.

Nová příloha č. 1 nahrazuje původní smlouvu č. 1 v plném rozsahu a je nedílnou součástí této Smlouvy.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

II.
Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Kyjově dne



MUDr. Jiří Vyhnal
ředitel

V Praze dne



Artem Mamian
jednatel

Příloha č. 1

Název položky	Kritérium	Technické parametry	Splňuje	Odkaz
Monofokální, asférická, žlutá, torická	Rovnovážný obsah vody	≤1,5%	ANO	1,5% Aufarth_Water content equilibrium_2022
	Refrakční index	≥1,55	ANO	900438724-0322 Clareon Toric DFU
	Materiál	hydrofóbní akrylát	ANO	900438724-0322 Clareon Toric DFU
	Design	Asférická, single piece, glistening-free	ANO	900438724-0322 Clareon Toric DFU
	Tvar hrany optiky	zaoblený okraj (precision edge) snižující glare	ANO	Cataract Refract Surg. 2019
	Efektivní průměr optiky pro celý dpt rozsah	6 mm	ANO	900438724-0322 Clareon Toric DFU
	Rozsah Dpt, rozsah cyl	+6 až +30 D (po 0,5) , 1 – 6 cyl (po 0,75)	ANO	900438724-0322 Clareon Toric DFU
	UV filtr rozsah	Plnohodnotný filtr UVA záření (pro vlnové délky ≤ 400nm) a rozšířený filtr modrého světla (< 430nm)	ANO	300035601_DFU_Clareon AutonoMe_rev1019_01- 2020_valid
	Počet přípravných kroků před implantací	max 3	ANO	Monarch IV loading instructions
	Rotační stabilita	95% rotací v intervalu max ± 5° (24 hod po operaci), max 2° rotace (6 měsíců po operaci)	ANO	900438724-0322 Clareon Toric DFU
	incidence Nd:YAG po 1 roce	≤1,5%	ANO	Clareon IOL Directions for Use