

Číslo dokladu: NA25032813

Velkokapacitní chlazená centrifuga na krevní vaky Cryofuge 16

Katalog. číslo	Název - popis	Ks
----------------	---------------	----

Velkokapacitní chlazená centrifuga na krevní vaky Cryofuge 16		1
---	--	---

v konfiguraci:

75007674	Velkoobjemová chlazená centrifuga Cryofuge 16, 400V max RCF 7 187 x g, max rychlost 4 700 ot./min, automatický přepočet rychlosti na odstředivou sílu Lid Lock automatické zavírání víka centrifugy s víkem krytovaného rotoru mikroprocesorové řízení, korekce rozdílné akcelerace, Centri Touch dotykový barevný ovládací panel v českém jazyce, možnost ovládání v rukavicích současné zobrazení aktuálních a naprogramovaných hodnot počet akceleračních/brzdících stupňů 11/12, ACE integrátor Tracking Log - záznam servisních stavů na displej časovač 1min-99h 59 minut, kontinuální běh paměť: 120 uživatelských programů, volné kombinování brzdících a akceleračních křivek, heslo proti neautorizovanému přístupu, autotest program po spuštění centrifugy akustický a optický alarm přehřátí centrifugy teplotní rozsah -20° až +40°C, trvale +4°C i při maximálním výkonu teplotní kompenzace podle typu materiálu pevná, robustní konstrukce, vnitřní nerezové provedení, kolečka pro transport, výškově stavitelné nožky rozměry (vxšxh) mm: 1 015 x 816 x 900, hmotnost: 495 kg, 400 V/3fáze 50Hz, doporučený jistič 25A, charakteristika C Příkon max 5kW CFC-FREE chladivo MRD 2017/745 ZP třída IIa	1
75003862	HAEMAFlex 12, výkyvný rotor 12 vaků	1
75003846	bucket dvojitý pro krevní vaky, sada 2 ks kyvety se kovovou středovou přepážkou,	3
75003851	celkem 6 kyvet (3 sady) pro rotor HAEMAFlex 12 adaptor XXL pro dva maximálně pětivakové sety a sety s filtrem, 110 x 88mm, sada 2 ks	6
LS2208-USB	Bar code reader CoolSpy a Centri-Log Plus LS2208 výstup USB, barva černá, stojánek	1
75007740T	držák čtečky	1
Centrifugu lze připojit ke stávajícímu zadavateli vlastněnému softwaru CentriLog Plus		1
Součástí dodávky je připojení k IS TIS Brno		1
Při instalaci:		
S5200133	Validace velkoobjemové centrifugy, vysokootáčkové centrifugy, ultracentrifugy, vystavení protokolu	1
S5200550	elektrická revize, elektrická zkouška dle ČSN EN331600 ed.2	1
V záruce:		
S5200133	Validace velkoobjemové centrifugy, vysokootáčkové centrifugy, ultracentrifugy, vystavení protokolu	2
S5200209	rozšíření validace o měření el. parametrů (BTK)	2



Ilustrační foto

