

Nemocnice Břeclav
příspěvková organizace
U nemocnice 3066/1
690 02 Břeclav

IČO: 00390780
DIČ: CZ 00390780

OBJEDNÁVKA č.: 661/2025-6

Značka: 661/2025-6
Vyřizuje:
Tel.:
Fax:
E-mail:

Suppmed, s.r.o.
U nákladového nádraží 1949/2
Praha 3
130 00

Datum: 03.04.2025

Objednáváme u Vás:

Opravu podle § 46 zákona č.375/2022 sb o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů.

Č.	Objednávaný úkon	Údaje o zařízení												
1.	Oprava	<table><tr><td>Název zařízení:</td><td>Videokolonoskop</td></tr><tr><td>Typ zařízení:</td><td>Fujifilm EC-760R-V/L</td></tr><tr><td>Výr.číslo:</td><td></td></tr><tr><td>Inv.číslo:</td><td></td></tr><tr><td>Nákl.středisko:</td><td>01440201</td></tr><tr><td>Umístění:</td><td>Gastroenterologická ambulance</td></tr></table>	Název zařízení:	Videokolonoskop	Typ zařízení:	Fujifilm EC-760R-V/L	Výr.číslo:		Inv.číslo:		Nákl.středisko:	01440201	Umístění:	Gastroenterologická ambulance
Název zařízení:	Videokolonoskop													
Typ zařízení:	Fujifilm EC-760R-V/L													
Výr.číslo:														
Inv.číslo:														
Nákl.středisko:	01440201													
Umístění:	Gastroenterologická ambulance													

Závada: opakovaně neprošel zkouškou těsnosti

Prosim o zaslání cenového návrhu před opravou.

027

NABÍDKA č. 252670163

Dodavatel:

Suppméd services s.r.o.

U nákladového nádraží 1949/2

130 00 Praha

Česká republika

IČ: 08882681

DIČ: CZ08882681

Odběratel:

IČ: 00390780

DIČ: CZ00390780

Nemocnice Břeclav, p.o.

U Nemocnice 3066/1

690 74 Břeclav

Účel nabídky:

Oprava EC-760R-V/L SN

Datum vystavení: 10.04.2025

Nabídka platí do: 24.04.2025

Závady: Plášť zaváděcí části - únik, perforace - výměna s kanályPoznámka:

Z důvodu zjištění všech nových náhradních dílů potřebných k opravě bude přístroj rozebrán. V případě odmítnutí opravy zákazník souhlasí, že přístroj mu bude vrácen v rozebraném stavu a bude mu fakturována částka 3500,- Kč bez DPH za detekci závad + náklady na dopravné. Cena návrhu je odhadní, konečná cena opravy se může lišit o max. +/- 15% bez DPH.

Název	Cena/MJ	Počet MJ	Sleva %	Celkem DPH %	s DPH
1. Servisní práce Fujifilm/Suppméd					
2. Spotřební materiál S					
3. TRYSKA					
4. KRYTKA					
5. BUSH (RoHS)					
6. METAL. KROUŽEK PRAC. KANÁLU (RoHS)					
7. PRACOVNÍ KANÁL					
8. HADIČKA VODAVZDUCH					
9. OPLACHOVÁ HADIČKA					
10. GUMA OHÝBACÍ ČÁSTI (RoHS)					
11. FLEXIBLE SECTION ASSY (RoHS)					
12. HANGING SLEEVE (RoHS)					
13. TĚSNĚNÍ KRYTU KONEKTORU S (RoHS)					
14. TĚSNĚNÍ KRYTU KONEKTORU L (RoHS)					
15. KRYT L (RoHS)					
16. KRYT S (RoHS)					
17. TĚSNÍCÍ KROUŽEK (RoHS)					
18. TĚSNÍCÍ KROUŽEK (RoHS)					
19. TĚSNĚNÍ (RoHS)					
20. KRYTKA PRACOVNÍHO KANÁLU					

Základ: 136 265,00 Kč

DPH: 28 615,65 Kč

Celkem za nabídku: 164 880,65 Kč

[REDACTED]

Sent: Tuesday, April 15, 2025 11:10 AM

[REDACTED]

Subject: [EXTERNÍ ZPRÁVA] RE: cenový návrh 661/2025-6

Dobrý den paní [REDACTED]
Děkuji za schválení a potvrzují příjem objednávky.

Přeji pěkný den

[REDACTED]

Service manager



[REDACTED]

SuppMed s.r.o., U nákladového nádraží 1949/2, 130 00, Praha 3 - Žižkov, Česká republika

[REDACTED]

Sent: Tuesday, April 15, 2025 9:59 AM

[REDACTED]

Subject: cenový návrh 661/2025-6

Dobrý den,

V příloze Vám posílám schválený cenový návrh na opravu videokolonoskopu.

Prosím o potvrzení přijetí.

S pozdravem

[REDACTED]

Sekretářka
Oddělení zdravotnické techniky

NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace
U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

15.4.2025



Nemocnice
Břeclav

jihomoravský kraj