

Odběratel:

Datum: 16.4.2025

Strana: 1 z 1

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 235/36
682 01 Vyškov
IČ: 00839205 DIČ: CZ00839205

Objednávka: 812-2025/068

IČO: 48029360

Tel:

51 Fax:

medisap,s.r.o.
Na rovnosti 2244/5
130 00 Praha 3

vyřizuje: Telefon: Mobil: Fax: email:

ředmět: závada plynového modulu
seznam zakázek k realizaci:

akázka:	ZP29103	závada plynového modulu	Útvar:	2081	ARO - anestezie konziliární
Zařízení:	Narkotizační přístroj AVANCE CS2	Inv.č:	96156	Výr.č:	APKV00544
Objednáváme u Vás opravu - kontrolu plynového modulu na narkotizačním přístroji Avance na urologickém sálku. Popis závady: při startování stláče píše závadu. Předpokládaná cena dle CN: 146.627,80 Kč vč. DPH. Splatnost fa: 30 dní. Prosím o zaslání akceptace objednávky, uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.					

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
obchodní oddělení
IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205
264

vedoucí obchodního oddělení

Číslo objednávky musí být uvedeno v dodacím listu, nákladním listu, faktuře.

Na faktuře musí být rozepsány částky podle jednotlivých zakázkových čísel.

Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, nebude faktura[y] uhrazeny.

Podle § 1881/1 z. č. 89/2012 Sb., v platném znění si věřitel a dlužník sjednávají zákaz postoupení pohledávky.

Nemocnice Vyškov, p. o. je zapsána 16. srpna 2003 do Obchod. rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr,ložka 1258.

Re: Oprava plynového modulu

Od: [redacted]@medisap.cz>

17/04/2025 08:33

Příjemce: [redacted]@nemvy.cz>

Značky:


Dobrý den paní [redacted]

Děkuji za expresní objednávku. Modul jsem objednal. Až se ke mě dostane, přivezu jej k Vám a rovnou udělám PBTk na přístroje na urologickém sále.

S pozdravem,

[redacted]
Servisní technik

Mobil: [redacted] **medisap, s.r.o.**
Office: [redacted] Na Rovnosti 2244/5
[redacted]@medisap.cz 130 00 Praha 3
www.medisap.cz



Od: [redacted]

Odesláno: Středa, 16. duben 2025 15:24

Komu: [redacted]

Předmět: Re: Oprava plynového modulu

Dobrý den,
v příloze zasílám objednávku.
Prosím o zaslání akceptace, zveřejnění v registru zajistíme.

Děkuji za spolupráci a přeji hezký den.

[redacted]
Obchodní oddělení
Nemocnice Vyškov

Od: [redacted]@medisap.cz)

Datum: 15/04/2025 11:19

Příjemce: [redacted]@nemvy.cz)

Předmět: **Oprava plynového modulu**

Dobrý den paní [redacted]

Před nějakým časem jsem dostal od paní [redacted] k opravě plynový modul z urologického sálu, SGV16043020HA. Modul vykazoval neustále chybu, která bránila provedení úvodního testu přístroje. Vzhledem k tomu, že se přístroj choval velmi nestandardně jsem modul odeslal k hlubší diagnostice výrobci. Správa od výrobce je - oprava modulu je možná pouze výměnou.

Proto zasílám v příloze CN na opravu v rámci programu Exchange. Za zvýhodněnou cenu dostanete modul nový (v.č. zůstává stejný), který má zkrácenou záruku na 12 měsíců.