







♦ PROJEKTY  
♦ DODAVKY  
♦ VÝROBA  
♦ MĚŘENÍ

♦ VZDUCHOTECHNIKA  
♦ ČISTÉ PROSTORY  
♦ LAMINÁRNÍ BOXY  
♦ FILTRACE



**LABOX spol. s r.o., Brandýská 8, 250 90 Jirny**

*Výpis z obchodního rejstříku vydán Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 22918 dne 8. září 1993*

**Nabídka  
N417/2017/MoM  
19.7.2017**

Objednatel	Zhotovitel
<b>Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv</b> [REDACTED] Hudcova 56a 621 00 Brno Tel.: +420 541 518 269 E-mail: [REDACTED]@uskvbl.cz www.uskvbl.cz	<b>LABOX spol. s r.o.</b> Brandýská 8 250 90 Jirny tel.: +420 281 012 550 fax: +420 281 012 552 e-mail: info@labox.eu http://www.labox.eu IČO: 49707833, DIČ: CZ49707833 Bank account: UniCredit Bank Bank.: 2104178857/2700
<b>Poptávka:</b> e-mail. ze dne 18.7.2017	<b>Vyřizuje:</b> Martina Mojžišová 281 012 557, 737 242 231

Počet stran: 4

**Věc: Nabídka na kvalifikační měření parních a horkovzdušných sterilizátorů**

**1 Předmět nabídky**

Předmětem nabídky je kvalifikační měření níže uvedených parních a horkovzdušných sterilizátorů:

- Parní sterilizátor Systec V-150, oddělení virologie (PQ)
- parní sterilizátor Systec V-150, v.č. 1525 (PQ)
- parní sterilizátor Unister HP IL, v.č. 5150777
- parní sterilizátor Systec V-75,

Měření bude provedeno podle standardních operačních postupů akreditované laboratoře. Měření bude provádět akreditovaná laboratoř LABOX spol. s r.o. číslo 1313 akreditovaná ČIA.

## 2 Rozsah měření

### 2.1 Kvalifikační měření parních sterilizátorů v rozsahu Procesní kvalifikace (PQ)

*Měření parních sterilizátorů bude provedeno v rozsahu procesní kvalifikace.*

- 1) distribuce teploty v komoře s náplní a sledování průniku tepla do sterilizovaného materiálu a určení ekvivalentní doby sterilizace  $F_0$
- 2) mikrobiologická kontrola sterilizace
- 3) vytvoření „MTR“
- 4) test těsnosti komory (disponuje-li zařízení tímto programem)
- 5) Bowie-Dick test (provádí se pouze v případě porézních náplní – prádlo apod.)
- 6) kontrola registrace teploty
- 7) kontrola teplotního čidla v pracovním bodě
- 8) informativní kontrola přesnosti programových hodin zařízení
- 9) kontrola tiskárny

## 3 Akreditace

### 3.1 Akreditovaná zkušební laboratoř

Kvalifikační měření provádí „Akreditovaná zkušební laboratoř L1313“



Akreditovaná zkušební laboratoř firmy Labox je akreditovaná k měření prostorů a zařízení s řízenou čistotou vzduchu, vzduchotechnických systémů a komponent, mikroklimatu, pracovního prostředí, tepelných procesů a filtračních zařízení pro filtraci vzduchu.

#### 4 Cena

počet	typ	jednotková cena	cel. Cena bez DPH
1	kvalifikační měření parního sterilizátoru Systemec V-150 v rozsahu procesní kvalifikace (PQ) - roztoky 121°C/20 min - odpad 121°C/20 min	████████	████████
1	kvalifikační měření parního sterilizátoru Systemec V-150 v rozsahu procesní kvalifikace (PQ) - roztoky 121°C/20 min - nástroje 121°C/20 min	████████	████████
1	kvalifikační měření parního sterilizátoru Systemec Unisteri v rozsahu procesní kvalifikace (PQ) - dekontaminace 121°C/20 min	████████	████████
1	kvalifikační měření parního sterilizátoru Systemec V-75 v rozsahu procesní kvalifikace (PQ) - dekontaminace 121°C/20 min	████████	████████
1	cestovní náklady (Jirny - Brno - Jirny)	████████	████████
1	náklady na ubytování	████████	████████
<b>celkem</b>			████████

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21 %).

Ceny zahrnují provedení měření, vypracování protokolu a zprávy z měření. Zpráva bude vydána ve dvou provedeních (originálu a jedné kopie).

#### 5 Termín

Měření bude provedeno v termínu dle dohody a bude trvat 5 pracovních dní.

#### 6 Platební podmínky

Platba fakturou se splatností 14 dní. Alternativně lze dohodnout jiný postup.

## 7 Platnost nabídky

Platnost nabídky je šest měsíců od data vystavení.

Nabídku zpracovala:

.....  
[Redacted]

Nabídku schválil:

.....  
[Redacted]