

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Prodávající: **LINE T spol. s r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 163
se sídlem:
IČO: 00507814
DIČ: CZ00507814
bankovní spojení/č. účtu: [REDACTED]
zastoupena: Petrem Smetanou, Customer Service managerem – na základě plné moci
kontaktní osoba: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen „prodávající“)

a

Kupující: **Městská nemocnice Čáslav**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu Pr,
vložce číslo 1640
se sídlem: Jeníkovská 348/17, 286 01 Čáslav – Nové Město
IČO: 00873764
DIČ: CZ00873764
bankovní spojení/č. účtu: [REDACTED]
zastoupená: MUDr. Ctiborem Provazníkem, ředitelem nemocnice
(dále jen „kupující“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu prodávajícího je prodávající povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Prodávající prohlašuje, že je odborně a právně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III.


Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží: **5 ks antidekubitních matrací Air2Care 6, 1 ks multifunkčního křesla Pura, 2 ks transportních lůžek Sprint 100, 5 ks stolků nočních Eleganza Mano a 7 ks vyšetřovacích lehátek Jordan F**, jehož podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (dále také „zboží“), a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje prodávajícímu za poskytnuté plnění zaplatit za podmínek uvedených v této smlouvě kupní cenu dle čl. V této smlouvy.
2. Součástí předmětu plnění je doprava zboží do místa plnění, jeho instalace a instruktáž zaměstnanců uživatele s jeho obsluhou tak, aby byli schopni zboží řádně užívat dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb. Instruktáž zaměstnanců uživatele s obsluhou zboží je prodávající povinen realizovat v rozsahu uvedeném v čl. VII odst. 2 této smlouvy.

3. Dodávané zboží musí být nové a nepoužívané.
4. Součástí dodávky je uživatelský manuál a dokumentace ke zboží v českém jazyce (tištěná i digitální podoba) a prohlášení o shodě s vyznačením klasifikační třídy ZP. Prodávající je povinen předat kupujícímu:
 - uživatelskou dokumentaci, návod k použití a údržbě v českém jazyce 1 x v tištěné a 1 x v elektronické podobě (na DVD nebo CD ROM ve formátu MS Office verze 2003 nebo vyšší, .pdf, .jpg),
 - technickou dokumentaci,
 - uvedení výrobce a země původu zdravotnického prostředku,
 - záruční list,
 - prohlášení o shodě. Prodávající dále vydá samostatné prohlášení o třídě zboží (I, IIa, IIb a nebo III), je-li relevantní, toto prohlášení bude opatřeno razítkem a podpisem zástupce prodávajícího. V případě, že prodávající dodá zboží zařazené do třídy IIb nebo III, musí k tomuto vypracovat provozní deník, tedy seznam úkonů doporučených návodem k obsluze (úkony, které by měla provádět obsluha zboží jako například provozní testy, čištění, dezinfekce atp.). Tento provozní deník musí opatřit razítkem a podpisem zástupce prodávajícího.
5. Součástí předmětu plnění je také provádění všech zákonem stanovených prohlídek, zejména pak pravidelné odborné údržby dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 375/2022 Sb.“), po dobu záruky.
6. Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou žádné právní vady ve smyslu ustanovení § 2113 občanského zákoníku.

IV.

Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do místa plnění, kterým je sídlo kupujícího.
2. Strany si výslovně sjednávají, že dodavatel dodá předmět plnění, včetně instalace a předání všech relevantních dokladů do 8 týdnů od podpisu smlouvy.
3. Prodávající bude informovat kupujícího o přesném termínu dodávky zboží, a to nejpozději 72 hodin před realizací dodávky. Kontaktní osoba: 

V.

Kupní cena

1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH (v Kč): **840 004,90 Kč**

DPH (v Kč): **166 013,99 Kč**

DPH (v %): **12% a 21%**

Cena včetně DPH (v Kč): **1 006 018,89 Kč**

2. Kupní cena je za celý předmět plnění (*je-li kupováno více přístrojů či položek, rozdělí dodavatel v příloze smlouvy kupní cenu dle jednotlivých přístrojů či položek*) a je stanovena jako nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu této smlouvy včetně nákladů na dopravu zboží do místa plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, prohlídky dle čl. III odst. 6 této smlouvy, veškeré poplatky, instalace zboží, záruční servis a seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou.
3. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

VI.

Platební podmínky

1. Kupní cena bude prodávajícímu uhrazena jednorázově po dodání zboží kupujícímu. Právo fakturovat dohodnutou cenu má prodávající po protokolárním předání zboží kupujícímu, provedení jeho instalace a uvedení do trvalého provozu a seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou (proškolení zaměstnanců).
2. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.). Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
3. Faktura prodávajícího musí obsahovat pouze správné údaje a musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku.
4. Faktura bude mít zejména tyto náležitosti:
 - označení a číslo;
 - označení smluvních stran;
 - důvod fakturace, popis práce, přesné označení předmětu plnění;
 - označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno;
 - den odeslání faktury a lhůta splatnosti;
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - částka k úhradě
 - VZ/2/2025-„Vybavení pro akutní lůžkovou péči Městské nemocnice Čáslav-antidekubitární matrace-5ks,multifunkční křeslo-1ks,transportní lůžka-2ks,stolek noční-5ks,vyšetřovací lehátko-7ks “
5. V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, je kupující oprávněn fakturu prodávajícímu vrátit k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení; lhůta splatnosti faktury přestává běžet jejím odesláním zpět prodávajícímu. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu.
6. Veřejná zakázka bude financována s finančním příspěvím Středočeského kraje a z vlastních zdrojů zadavatele.

VII.

Dodání předmětu smlouvy

1. Předmět smlouvy je dodán jeho protokolárním předáním v místě plnění ze strany prodávajícího a převzetím osobami pověřenými jeho převzetím ze strany kupujícího. Při předání předmětu této smlouvy je prodávající povinen předat kupujícímu doklady dle čl. III odst. 5 této smlouvy. Protokolární převzetí předmětu plnění bude provedeno až po dodání zboží, jeho instalaci a seznámení zaměstnanců uživatele s jeho obsluhou.
2. Seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou zboží bude realizováno v prostorách poskytnutých uživatelem v délce nutné pro správné pochopení funkcí zboží.
3. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího okamžikem jeho předání a převzetí dle odst. 1 tohoto článku.

VIII.

Záruka za jakost, záruční servis

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce min. 24 měsíců, plynoucí od data jeho protokolárního převzetí ze strany kupujícího (po instalaci a uvedení do provozu). Prodávající bude kupujícímu po dobu uvedenou v první větě tohoto odstavce bezplatně poskytovat záruční servis v rozsahu, uvedeném v tomto článku smlouvy.
2. Záruční servis podle této smlouvy zahrnuje:

- a) preventivní kontroly (BTK) a zkoušky všech součástí zboží a jejich příslušenství, kalibrace a nastavení zboží dle pokynů výrobce a v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb. a normy ČSN 364893,
 - b) preventivní servisní prohlídky dle doporučení výrobce,
 - c) opravy poruch a závad zboží, tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů,
 - d) provádění aktualizace a upgrade softwarového vybavení zboží,
 - e) pravidelnou předepsanou odbornou údržbu zboží dle § 45 zákona č. 375/2022 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků výrobce,
3. V rámci záručního servisu bude prodávající pravidelně provádět bezplatně prohlídku zboží a jejich údržbu (dále též „servisní kontrola“) dle doporučení výrobce nebo po určitém počtu provedených pracovních cyklů na daném zboží, tak aby byla po celou dobu záruky zajištěna plná funkčnost zboží. Servisní kontrola dle tohoto odstavce zahrnuje servisní úkony, zejména technickou podporu, práci a cestu technika, servisní prohlídky apod.

Odstraňování vad:

4. Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. e-mailem) obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady (dále též „reklamace“). Kupující bude vady zboží oznamovat na:
 - ▶ e-mail: servis@linet.cz
 - ▶ adresu: **L I N E T spol. s r.o., Želevčice 5, 274 01 Slaný**Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
5. Kupující povinen uplatnit vady také u uživatele. Každé takovéto nahlášení vady uživatelem se považuje za řádné uplatnění vady kupujícím ve smyslu této smlouvy.
6. Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny nesprávným užíváním uživatele nebo třetí osobou.
7. Prodávající je povinen nejpozději do 2 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
8. Prodávající vždy musí kupujícímu písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y) s tím, že tento termín nesmí být delší než 1 kalendářní den ode dne obdržení reklamace. Nestanoví-li prodávající termín nástupu k opravě, platí termín 1 kalendářní den ode dne obdržení reklamace. Nastoupit k odstranění vady v těchto termínech je prodávající povinen bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává.
9. Kupující (uživatel) je povinen umožnit pracovníkům prodávajícího přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.
10. Nenastoupí-li prodávající k odstranění vady do 3 kalendářních dnů od obdržení reklamace, považují to obě strany za podstatné porušení smlouvy a kupující (uživatel) může odstranění vady zajistit u jiné odborné osoby na náklady prodávajícího.
11. Odstranění vady, popř. výměna vadného zboží, bude provedena servisním technikem prodávajícího pokud možno ihned při první návštěvě, maximálně však do 3 kalendářních dnů od nahlášení vady, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
12. Jestliže kupující v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je prodávající povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po nahlášení vady. Lhůtu pro odstranění vad označených kupujícím jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie), platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin od nahlášení vady.
13. Pokud je uplatnění vady oprávněné, má kupující právo na opravu vadného zboží. Ve výjimečném případě, kdy si oprava vyžádá delší dobu než 3 kalendářní dny, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu bezodkladně, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od nahlášení vady, zdarma náhradní zboží nebo jeho část o stejných nebo vyšších technických parametrech, a to až do doby předání opraveného zboží nebo jeho části.
14. Pokud vadnou část zboží nebo celé zboží není možno opravit, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo jeho vadné části stejných či vyšších parametrů (včetně bezplatného zajištění konfigurace, je-li to u daného zboží třeba), případně právo od smlouvy v dané části odstoupit. Nebude-li vada odstraněna do 3 kalendářních dnů od jejího oznámení, považuje se za neodstranitelnou a v téže lhůtě

je prodávající povinen vadné zboží nebo jeho část vyměnit. Pokud dojde k výměně zboží nebo jeho části, počíná na toto zboží nebo jeho část běžet dnem výměny záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku.

15. Pokud dojde v průběhu záruční doby k výměně některého dílu zboží, zdravotnického prostředku nebo jeho součásti, je kupující povinen prodávajícímu vydat vadnou součást, která byla vyměněna za účelem uplatnění reklamačních nároků prodávajícího vůči výrobcí vadného dílu.
16. Pokud se na zboží, zdravotnickém prostředku vyskytne třikrát během záruční doby stejná vada, je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží nové, a to v konfiguraci minimálně stejné jako vadné zboží. Na toto nové zboží bude poskytnuta nová záruka v délce uvedené v odst. 1 tohoto článku.
17. V případě konfliktu mezi dodanou konfigurací zboží a výše požadavky definovanými v čl. III této smlouvy je prodávající povinen dodanou konfigurací zboží upravit do úplného splnění těchto požadavků.
18. O odstranění reklamované vady sepíše prodávající protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které kupující odmítá opravu převzít. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) označení zboží,
 - b) označení kupujícího resp. uživatele a prodávajícího,
 - c) číslo této smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) datum zahájení a dokončení prací,
 - e) prohlášení kupujícího, že došlo k odstranění vady nebo že vyměněné zboží či vyměněnou část zboží přijímá (resp. nepřijímá, v tomto případě budou uvedeny důvody nepřevzetí),
 - f) datum a místo sepsání protokolu,
 - g) jména a podpisy zástupců kupujícího resp. uživatele a prodávajícího,
 - h) uvedení důvodu reklamace a specifikaci vyměněné části zboží nebo jeho celku.
19. Neshodnou-li se smluvní strany v otázce uznatelnosti reklamace, nese náklady na odstranění reklamované vady v těchto sporných případech prodávající až do případného rozhodnutí soudu. Prokáže-li se, že kupující reklamoval neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
20. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
21. Kupující má právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Větším počtem vad se rozumí 3 závady stejného druhu na předmětu kupní smlouvy (zboží).

IX.

Zvláštní ujednání

1. Prodávající není oprávněn postoupit anebo převést jakákoliv svá práva anebo pohledávky vyplývající z této smlouvy anebo se smlouvou související na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího, a to ani částečně.
2. Prodávající je povinen dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

X.

Sankce

1. Pokud prodávající nedodá kupujícímu zboží ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny včetně DPH, stanovené v čl. V odst. 1 této smlouvy, za každý i jen započatý den prodlení.
2. Pokud prodávající neodstraní vadu zboží ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně

vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

XI.

Zánik smlouvy

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran;
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - nedodání předmětu plnění ve stanovené době plnění,
 - pokud má předmět plnění vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
 - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy;
 - c) odstoupením od smlouvy ze strany kupujícího v případě neposkytnutí dotace nebo části dotace, nebo v případě, kdy bude mít kupující k dispozici prokazatelné informace o tom, že mu dotace nebude poskytnuta v budoucnu;
2. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 30 dnů“.

XII.

Registr smluv - doložka

1. Prodávající tímto uděluje souhlas kupujícímu k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených v této smlouvě, k jejichž uveřejnění vyplývá pro kupujícího povinnost dle právních předpisů.
2. Prodávající je současně srozuměn s tím, že kupující je oprávněn zveřejnit obraz smlouvy a jejich případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejich přílohách nepovažují za obchodní tajemství a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení §3 odst.1 ZRS.
4. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí kupující.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tato smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž po podpisu kupující obdrží 1 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.
5. Součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1: Specifikace zboží včetně cen doplní dodavatel v souladu se svou nabídkou vč. specifikace typu a značky či dalších parametrů

V Čáslavi dne

**Ctibor
Provazník**

Digitally signed by
Ctibor Provazník
Date: 2025.04.30
08:05:28 +02'00'

za kupujícího

MUDr.Ctibor Provazník

ředitel

Městská nemocnice Čáslav

V Želevčicích dne

**Petr
Smetana**

Digitally signed
by Petr Smetana
Date: 2025.04.15
13:24:38 +02'00'

za prodávajícího

Petr Smetana

Customer Service manager – na základě plné
moci

L I N E T spol. s r.o.

Technická specifikace: Antidekubitní systém (matrace+kompresor) - 5 ks

Obchodní název nabízeného plnění:	Air2Care 6		
Zadání parametru	Zadavatel požaduje	Splňuje	Účastník nabízí
1. pro nejvyšší riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů	ANO	ANO	pro nejvyšší riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů
2. plně automatické nastavení tlaku dle váhy pacienta bez nutnosti nastavení obsluhou!	ANO	ANO	plně automatické nastavení tlaku dle váhy pacienta bez nutnosti nastavení obsluhou!
3. účinný dynamický systém zajišťující dostatečnou podporu pro pacienta	ANO	ANO	účinný dynamický systém zajišťující dostatečnou podporu pro pacienta
4. režimy minimálně: dynamický (terapeutický), statický (pro vyšetření, zavádění katetrů, apod.) s bezpečnostním automatickým návratem do dynamického režimu, režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci, apod.)	ANO	ANO	režimy minimálně: dynamický (terapeutický), statický (pro vyšetření, zavádění katetrů, apod.) s bezpečnostním automatickým návratem do dynamického režimu, režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci, apod.)
5. možnost samostatně ovládat/vypustit jednotlivé cely pro pronační polohu pacienta, v místě dekubitu, apod.	ANO	ANO	možnost samostatně ovládat/vypustit jednotlivé cely pro pronační polohu pacienta, v místě dekubitu, apod.
6. senzor pro automatické zvýšení tlaku v hýžd'ové části při posazení pacienta (automatický fowler boost system)	ANO	ANO	senzor pro automatické zvýšení tlaku v hýžd'ové části při posazení pacienta (automatický fowler boost system)
7. možnost transportu pacienta bez kompresoru	ANO	ANO	možnost transportu pacienta bez kompresoru
8. možnost připojení kompresoru na aktivní podložku pro sezení mimo lůžko (na křesle, židli, apod.) - 24hodinová péče	ANO	ANO	možnost připojení kompresoru na aktivní podložku pro sezení mimo lůžko (na křesle, židli, apod.) - 24hodinová péče
9. snadno vyměnitelné cely se samouzavíratelnými ventily pro	ANO	ANO	snadno vyměnitelné cely se samouzavíratelnými ventily pro možnost

možnost výměny jednotlivých cel i za provozu			výměny jednotlivých cel i za provozu
10. nejkratší perioda dynamického režimu maximálně 12 minut	ANO	ANO	nejkratší perioda dynamického režimu 10 minut
11. možnost rychlého vypuštění pro KPR	ANO	ANO	možnost rychlého vypuštění pro KPR
12. systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením	ANO	ANO	systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením
13. nosnost minimálně 160kg	ANO	ANO	nosnost 160 kg
14. alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti	ANO	ANO	alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti
15. snadno přenositelný a uskladnitelný systém - matrace bez integrované pěnové podložky	ANO	ANO	snadno přenositelný a uskladnitelný systém - matrace bez integrované pěnové podložky
16. potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra	ANO	ANO	potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra
17. tvarově a funkčně plně kompatibilní s lůžkem 200 x 90cm, výška max. 15cm	ANO	ANO	tvarově a funkčně plně kompatibilní s lůžkem 200 x 90cm, výška 15cm
18. Doprava na pracoviště zadavatele, instalace a uvedení do provozu, instruktáž zdravotnických pracovníků	ANO	ANO	Doprava na pracoviště zadavatele, instalace a uvedení do provozu, instruktáž zdravotnických pracovníků
19. Dodání příslušné dokumentace – prohlášení o shodě, návod k použití v ČJ v tištěné i elektronické podobě	ANO	ANO	Dodání příslušné dokumentace – prohlášení o shodě, návod k použití v ČJ v tištěné i elektronické podobě
20. Autorizovaný servis v ČR	ANO	ANO	Autorizovaný servis v ČR
21. V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených kontrol a údržby	ANO	ANO	V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených kontrol a údržby

Technická specifikace : Křeslo multifunkční (transportní) - 1 ks

Obchodní název nabízeného plnění:	Pura		
Zadání parametru	Zadavatel požaduje	Splňuje	Účastník nabízí
1. stabilní a velmi jednoduše čistitelná sloupová konstrukce křesla, antibakteriální bezešvé polstrování	ANO	ANO	stabilní a velmi jednoduše čistitelná sloupová konstrukce křesla, antibakteriální bezešvé polstrování
2. bezpečné provozní zatížení minimálně 200kg, vnější rozměry max. 230x90cm, šíře ložné plochy min. 55cm	ANO	ANO	bezpečné provozní zatížení 205kg, vnější rozměry 212,3x89,2cm, šíře ložné plochy 59cm
3. zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 60-90 cm pro bezpečný nástup a ergonomickou polohu pro personál	ANO	ANO	zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu 59-97cm pro bezpečný nástup a ergonomickou polohu pro personál
4. plně elektricky polohovatelná ložná plocha - TR/ATR náklon ložné plochy, zádový a podnožní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů	ANO	ANO	plně elektricky polohovatelná ložná plocha - TR/ATR náklon ložné plochy, zádový a podnožní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů
5. kompaktní (velmi snadno čistitelné, bez pórů a spár) plastové postranice s ergonomickým ovládním shora (tj.ovládání na nebo nad úrovní ložné plochy)	ANO	ANO	kompaktní (velmi snadno čistitelné, bez pórů a spár) plastové postranice s ergonomickým ovládním shora (tj.ovládání na nebo nad úrovní ložné plochy)
6. ruční ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování s přednaprogramovanými důležitými polohami - minimálně Trendelenburg, nástupní poloha a horizontální poloha	ANO	ANO	ruční ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování s přednaprogramovanými důležitými polohami - minimálně Trendelenburg, nástupní poloha a horizontální poloha
7. integrované manipulační madlo (čelo) pro snadnou manipulaci a převoz	ANO	ANO	integrované manipulační madlo (čelo) pro snadnou manipulaci a převoz
8. oboustranně integrovaný držák na infuzní stojan - výklopný	ANO	ANO	oboustranně integrovaný držák na infuzní stojan - výklopný

9. kolečka s centrálním ovládním brzd, průměr minimálně 150 mm, ovládací páka ze všech 4 stran dobře dostupná v jakékoli poloze lůžka, opěrek, atd.	ANO	ANO	kolečka s centrálním ovládním brzd, průměr 150 mm, ovládací páka ze všech 4 stran dobře dostupná v jakékoli poloze lůžka, opěrek, atd.
10. páté centrální kolečko ovládané centrálními pákami brzd pro snadný transport a manipulaci, odpružené - musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat dle norem nerovnost o výšce min. 40 mm	ANO	ANO	páté centrální kolečko ovládané centrálními pákami brzd pro snadný transport a manipulaci, odpružené - musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat dle norem nerovnost o výšce 45 mm
11. zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti	ANO	ANO	zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti
12. svod el. potenciálu, bezpečnostní kroucený přívodní kabel s háčkem pro uchycení na konstrukci	ANO	ANO	svod el. potenciálu, bezpečnostní kroucený přívodní kabel s háčkem pro uchycení na konstrukci
13. Příslušenství – infuzní stojan výškově nastavitelný	ANO	ANO	Příslušenství – infuzní stojan výškově nastavitelný
14. Doprava na pracoviště zadavatele, instalace a uvedení do provozu, instruktáž zdravotnických pracovníků	ANO	ANO	Doprava na pracoviště zadavatele, instalace a uvedení do provozu, instruktáž zdravotnických pracovníků
15. Dodání příslušné dokumentace – prohlášení o shodě, návod k použití v ČJ v tištěné i elektronické podobě	ANO	ANO	Dodání příslušné dokumentace – prohlášení o shodě, návod k použití v ČJ v tištěné i elektronické podobě
16. Autorizovaný servis v ČR	ANO	ANO	Autorizovaný servis v ČR
17. V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených kontrol a údržby	ANO	ANO	V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených kontrol a údržby
18. Příslušenství – infuzní stojan výškově nastavitelný	ANO	ANO	Příslušenství – infuzní stojan výškově nastavitelný

Technická specifikace Transportní lůžko – 2 ks

Obchodní název nabízeného plnění:	Sprint 100		
Zadání parametru	Zadavatel požaduje	Splňuje	Účastník nabízí
1. Stabilní a velmi jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka	ANO	ANO	Stabilní a velmi jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka
2. Hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 60-85 cm, ovládací pedály na obou stranách lůžka	ANO	ANO	Hydraulický zdvih lůžka v rozsahu 55,5-88 cm, ovládací pedály na obou stranách lůžka
3. Čtyřdílná ložná plocha minimálně 190x65 cm, minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný s posilováním pomocí plynových pružin	ANO	ANO	Čtyřdílná ložná plocha 193x66 cm, minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný s posilováním pomocí plynových pružin
4. Hydraulický náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 12°	ANO	ANO	Hydraulický náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy 18°
5. Integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka, bezpečné plynulé sklápění postranic s tlumičem či plynovou pružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř	ANO	ANO	Integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka, bezpečné plynulé sklápění postranic s tlumičem či plynovou pružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř
6. Kolečka s centrálním ovládním brzd, průměr minimálně 200 mm, ovládací páka ze všech 4 stran dobře dostupná v jakékoli poloze lůžka, postranic, atd.	ANO	ANO	Kolečka s centrálním ovládním brzd, průměr 200 mm, ovládací páka ze všech 4 stran dobře dostupná v jakékoli poloze lůžka, postranic, atd.
7. Páté centrální kolečko ovládané centrálními pákami brzd pro snadný transport a manipulaci, odpružené - musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat dle norem nerovnost o výšce min. 40mm	ANO	ANO	Páté centrální kolečko ovládané centrálními pákami brzd pro snadný transport a manipulaci, odpružené - zajišťuje dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení umožňuje bez problému překonat dle norem nerovnost o výšce 45mm

8. Oboustranně lišty na příslušenství	ANO	ANO	Oboustranně lišty na příslušenství
9. Ochranná nárazová kolečka v rozích	ANO	ANO	Ochranná nárazová kolečka v rozích
10. Bezpečná provozní zátěž minimálně 310kg	ANO	ANO	Bezpečná provozní zátěž 320kg
11. Infuzní stojan u hlavy pacienta	ANO	ANO	Infuzní stojan u hlavy pacienta
12. Držák role hygienického papíru	ANO	ANO	Držák role hygienického papíru
13. Integrovaná manipulační madla v čelech lůžka, minimálně u hlavy sklopná	ANO	ANO	Integrovaná manipulační madla v čelech lůžka, u hlavy i u nohou sklopná
14. Rozměrově a funkčně plně kompatibilní matrace ze studené PUR pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem, výška minimálně 8cm	ANO	ANO	Rozměrově a funkčně plně kompatibilní matrace ze studené PUR pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem, výška 8cm – Standard
15. Doprava na pracoviště zadavatele, instalace a uvedení do provozu, instruktáž zdravotnických pracovníků	ANO	ANO	Doprava na pracoviště zadavatele, instalace a uvedení do provozu, instruktáž zdravotnických pracovníků
16. Dodání příslušné dokumentace – prohlášení o shodě, návod k použití v ČJ v tištěné i elektronické podobě	ANO	ANO	Dodání příslušné dokumentace – prohlášení o shodě, návod k použití v ČJ v tištěné i elektronické podobě
17. Autorizovaný servis v ČR	ANO	ANO	Autorizovaný servis v ČR
18. V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených kontrol a údržby	ANO	ANO	V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených kontrol a údržby

Technická specifikace : Stolek patientský (noční) – 5 ks

Obchodní název nabízeného plnění:	Eleganza Mano		
Zadání parametru	Zadavatel požaduje	Splňuje	Účastník nabízí
1. pojízdný, oboustranný stolek k lůžku	ANO	ANO	pojízdný, oboustranný stolek k lůžku
2. stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD)	ANO	ANO	stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD)
3. odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů	ANO	ANO	odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů
4. integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska v rozsahu minimálně 75-105cm, s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry vhodné pro táč s jídlem min. 580x330mm, nosnost min. 8kg	ANO	ANO	integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska v rozsahu 72-109cm, s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry vhodné pro táč s jídlem 600x335mm, nosnost 9kg ve středu desky
5. kolečka o průměru minimálně 75mm, s centrálním ručním ovládáním brzd koleček pro snadnou obsluhu pacientem z lůžka	ANO	ANO	kolečka o průměru 75mm, s centrálním ručním ovládáním brzd koleček pro snadnou obsluhu pacientem z lůžka
6. provedení stolku – nahoře malá a dole velká zásuvka s kvalitními výsuvy na ložiskách, uprostřed nika	ANO	ANO	provedení stolku – nahoře malá a dole velká zásuvka s kvalitními výsuvy na ložiskách, uprostřed nika
7. stolek dobře čistitelný, vyjímatelné vložky zásuvek	ANO	ANO	stolek dobře čistitelný, vyjímatelné vložky zásuvek
8. držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku	ANO	ANO	držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku
9. design odpovídající lůžkům	ANO	ANO	design odpovídající lůžkům

10. Doprava na pracoviště zadavatele, instalace a uvedení do provozu, instruktáž zdravotnických pracovníků	ANO	ANO	Doprava na pracoviště zadavatele, instalace a uvedení do provozu, instruktáž zdravotnických pracovníků
11. Dodání příslušné dokumentace – prohlášení o shodě, návod k použití v ČJ v tištěné i elektronické podobě	ANO	ANO	Dodání příslušné dokumentace – prohlášení o shodě, návod k použití v ČJ v tištěné i elektronické podobě
12. Autorizovaný servis v ČR	ANO	ANO	Autorizovaný servis v ČR
13. V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených kontrol a údržby	ANO	ANO	V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených kontrol a údržby

Technická specifikace Lehátko vyšetřovací 7 ks

Obchodní název nabízeného plnění:	Jordan F2e – 3 ks, Jordan F2e Face – 3 ks a Jordan F3e – 1 ks		
Zadání parametru	Zadavatel požaduje	Splňuje	Účastník nabízí
1. Počet polstrovaných segmentů (u 6ks)	2	ANO	Počet polstrovaných segmentů 2 (u 6ks) – Jordan F2e a Jordan F2e Face
2. Počet polstrovaných segmentů (u 1ks)	3	ANO	Počet polstrovaných segmentů 3 (u 1ks) – Jordan F3e
3. Ústní otvor v podhlavníku s krytem (u 7ks)	ANO	ANO	Ústní otvor v podhlavníku s krytem (u 7ks)
4. Hlavový díl nastavitelný nahoru a dolů plynovou vzpěrou (u 7ks)	ANO	ANO	Hlavový díl nastavitelný nahoru a dolů plynovou vzpěrou (u 7ks)
5. Elektricky nastavitelná výška (cm)(u 7ks)	ANO	ANO	Elektricky nastavitelná výška (cm)(u 7ks)
6. Minimální nosnost lehátka 180 kg (u 7ks)	ANO	ANO	Minimální nosnost lehátka 180 kg (u 7ks)
7. Ruční ovladač elektromotoru (u 7ks)	ANO	ANO	Ruční ovladač elektromotoru (u 7ks)
8. Držák hygienického papíru (u 7 ks)	ANO	ANO	Držák hygienického papíru (u 7 ks)
9. Kryt motoru (u 3ks dvousegmentového lehátka)	ANO	ANO	Kryt motoru (u 3ks dvousegmentového lehátka) – Jordan F2e Face
10. Nožní ovladač elektromotoru (u 3 ks dvousegmentového lehátka)	ANO	ANO	Nožní ovladač elektromotoru (u 3 ks dvousegmentového lehátka) – Jordan F2e Face
11. Kolečka Ø 70 mm (u 3 ks dvousegmentového lehátka)	ANO	ANO	Kolečka Ø 70 mm (u 3 ks dvousegmentového lehátka) – Jordan F2e Face
12. Kolečka Ø 100 mm (u 4 ks, 1x třísegmentového a 3x dvousegmentového)	ANO	ANO	Kolečka Ø 100 mm (u 4 ks, 1x třísegmentového a 3x dvousegmentového) – 1x Jordan F3e, 3x Jordan F2e
13. Doprava na pracoviště zadavatele, instalace a uvedení do provozu, instruktáž zdravotnických pracovníků	Ano	ANO	Doprava na pracoviště zadavatele, instalace a uvedení do provozu, instruktáž zdravotnických pracovníků
14. Dodání příslušné dokumentace – prohlášení o shodě, návod k použití v ČJ	Ano	ANO	Dodání příslušné dokumentace – prohlášení o

v tištěné i elektronické podobě			shodě, návod k použití v ČR v tištěné i elektronické podobě
15. Autorizovaný servis v ČR	Ano	ANO	Autorizovaný servis v ČR
16. V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených kontrol a údržby	Ano	ANO	V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených kontrol a údržby

Zakázka: 10004896
 Objednávka zákazníka: -

Dodavatel:

L I N E T spol. s r.o.
 Želevčice 5
 274 01 SLANÝ | CZ
 IČ: 00507814 | DIČ: CZ00507814

Zákazník:

Městská nemocnice Čáslav
 Jeníkovská 348
 286 01 Čáslav | CZ
 IČ: 00873764 | DIČ: CZ00873764

Příjemce / cílová adresa:

Městská nemocnice Čáslav
 Jeníkovská 348
 286 01 Čáslav | CZ

Platební podmínky:

Datum vystavení: 27.2.2025
 Způsob platby: bankovním převodem
Platební podmínka: Do 30 dní
 Platnost nabídky do: 31.3.2025

Dodací podmínky:

Incoterms 2010: CPT
 Způsob odběru: Čáslav

Kontakt:

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín		Sleva	Před slevou	Celkem brutto

10 **1ES15409-294** **Sprint 100 bez vah**

Specifikace lůžka:

- MO:1 Základní model: Stretcher Sprint 100
- SC:0 Váhy: Bez vah
- BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry
- CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení
- UN:01 Typ podvozku: Standard
- PE:00 Potenciálové propojení: Bez potenciálního propojení
- UC:01 Kryt podvozku: Kryt podvozku
- CM:02 Barva lakovaných částí lůžka: RAL9006
- CA:09 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral, 200 mm, 1 antistatické kolečko + 5. kolečko FlexiDrive
- ARC:00 Aretovatelné kolečko: Bez aretovatelného kolečka v rozích lůžka
- BR:17 Brzdění koleček: Centrální ovládání koleček ovládané ze čtyř stran
- LJ:41 Zdvihové jednotky: Hydraulický zdvih
- FC:02 Ovladače nožní: Nožní ovladače; nastavení výšky
- BA:07 Kryty ložné plochy: Neodnímatelné HPL kryty
- XR:00 RTG provedení: Bez RTG provedení
- AHB:02 Lišty na příslušenství na stranách lůžka: Pár lakovaných postranních lišt na příslušenství
- AHU:00 Lišta u hlavy: Bez lišty
- AHD:00 Lišta u nohou: Bez lišty
- PA:09 Pohony ložné plochy: Polohování zádového a stehenního dílu plynovou pružinou+ polohování lýtkového dílu mechanickým rastrem (4
- DLH:01 Tlačná madla u hlavy: IV&Drive (infuzní stojan a transportní madla v jednom)
- DLF:04 Tlačná madla u nohou: Pár sklopných madel
- SR:54 Postranice: Jednodílné sklopné s tlumením (SoftDrop)
- SL:01 Zámek postranic: Zámek postranic u nohou
- AI:00 Sklonoměry: Bez indikátoru náklonu
- A1:00 Dopln. příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství
- LY:01 Layout návodu: Linet
- LA:02 Jazyk návodu: Čeština
- PG:01 Balení: Standard
- AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka
- VO:00 Jmenovité napětí: Lůžko bez elektrických komponent
- PL:00 Síť.kabel + zástrčka: Bez elektrických komponent

20 **11013700A0000** **Držák papírové role**

Držák role papíru
 - kompatibilní se Sprintem 100

Zakázka: 10004896

Objednávka zákazníka: -

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín		<i>Sleva</i>	<i>Před slevou</i>	Celkem brutto
		- práškově lakováno RAL 9002 - šířka papíru 60 cm - umístění na stranu nohou					
30	4GPTK18000S	Pasivní matrace Sprint 100 Standard, 193x66x8					
		matrace pasivní model: Sprint Standard provedení: - kompatibilita s 4dílnou ložnou plochu - PU pěna, monoblok - materiál a barva horního potahu - Sioen, šedá - horní potah s potiskem Sprint - spodní potah s antislipem - nehořlavá vložka: NE rozměry: - 193x66x8 cm					
40	1ODAA-293	PURA					
		RU:CZ Regionální provedení: Česko MO:BA Základní model: Multifunkční křeslo PURA SR:C1 Postranice/područky: Jednodílné postranice spustitelné s tlumením (SoftDrop) ARM:00 Tvar čalounění: Bez výbavy IM:S1 Integrovaná matrace: Koženková matrace neodnímatelná SK:M7 Odstíny matrace: Kukuřicové žlutá F2/6586 FIR:01 Požární odolnost: Standardní požární odolnost matrace PI[1]:00 Příprava pro polštáře a podhlavníky: Bez výbavy PI[2]:00 Polštáře a podhlavníky: Bez výbavy CA:B4 Kolečka - typy: 150mm kolečka, zadní a přední centrální brzda a páté kolečko CM:01 Barva lakovaných částí lůžka: RAL9002 EA6542 SU:00 Opěra nohou: Bez výbavy DLH:04 Tlačná madla u hlavy: Pár sklopných madel DLF:00 Tlačná madla u nohou: Bez tlačných madel AH:00 Držáky příslušenství: Bez lišt příslušenství BP:00 Horizontální nárazníky: Bez výbavy PA:01 Pohony ložné plochy: 2 lineární motory, rastr HO[1]:B1 Držáky infúzního stojanu: Pevné držáky infúzního stojanu na obou stranách křesla HO[2]:00 Držák role papírového ručníku:Bez výbavy HO[3]:00 Držák za zády pacienta: Bez výbavy HO[4]:00 Držák tabletu: Bez výbavy HO[5]:00 Držák na područce: Bez výbavy HO[6]:00 Držák sáčku na moč: Bez výbavy ACC[1]:00 Lampička: Bez výbavy ACC[2]:00 Stolek: Bez výbavy ACC[3]:00 Ochranná fólie: Bez výbavy ACC[5]:00 Fixační pomůcky: Bez výbavy ACC[6]:00 PVC na područky: Bez výbavy ACC[7]:00 Klínový polštář: Bez výbavy USB:00 USB nabíječka: Bez USB nabíječky AC:02 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu a kapacity ACC[4]:00 Schránka na osobní věci: Bez výbavy VO:01 Jmenovité napětí: 230 V 50/60 Hz LA:02 Jazyk návodu k použití: Čeština PL:01 Síť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F) PG:B1 Balení: Kartonová krabice na paletě AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka					
50	4BCMSBB00322	Teleskopický infúzní stojan					
		Teleskopický infúzní stojan - kompatibilní s multifunkčním křeslem Pura					
60	4VEM000340C00	Air2Care 6 matrace, 200x86x15					
		Air2Care 6 matrace, 2 celová alternující, Rozměry: 200 x 86 x 15cm					

Zakázka: 10004896

Objednávka zákazníka: -

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín		<i>Sleva</i>	<i>Před slevou</i>	Celkem brutto
	Nosnost: 160kg						
70	4VEKE20000060	Air2Care 6 kompresor, Easy Smart, EU, 220-240V, 50 Hz					
		Air2Care 6 SCU s Easy Smart Systémem – regulace tlaku dle hmotnosti pacienta 2 celový alternující systém, nastavitelný cyklus: 10/15/20/25 min 220-240V, 50Hz, EU koncovka neodnímatelný napájecí kabel					
80	4SEM001-7	Eleganza MANO					
		Stolek k lůžku Eleganza MANO: CU:0 Customized design: Model 2002 CRP:2 Korpus stolu: Bez zámku u horní zásuvky CM:01 RAL korpusu: RAL9002 EA6542 CD:A1 Deska barva: POLYREY 030 bílá A1:0 Dopl. příslušenství 1: Bez příslušenství LB1:00 Štítky: Standard LY:01 Layout návodu: Linet LA:02 Jazyk návodu: Čeština CL:01 Zákaznické logo: Linet PGc[PG]:01 Balení: Standard					
81	VZ012	Prodej zboží					
		JORDAN F3E Lehátko Jordan F3e Ústní otvor v podhlavníku s krytem Hlavový díl nastavitelný nahoru a dolů plynovou vzpěrou Minimální nosnost lehátka 180 kg Ruční ovladač elektromotoru Držák hygienického papíru Kolečka Ø 100 mm					
82	VZ012	Prodej zboží					
		JORDAN F2E Lehátko Jordan F2e Ústní otvor v podhlavníku s krytem Hlavový díl nastavitelný nahoru a dolů plynovou vzpěrou Minimální nosnost lehátka 180 kg Ruční ovladač elektromotoru Držák hygienického papíru Kolečka Ø 100 mm					
83	VZ012	Prodej zboží					
		JORDAN F2E FACE Lehátko Jordan F2e Face Ústní otvor v podhlavníku s krytem Hlavový díl nastavitelný nahoru a dolů plynovou vzpěrou Minimální nosnost lehátka 180 kg Ruční ovladač elektromotoru Nožní ovladač elektromotoru Držák hygienického papíru Kryt motoru Kolečka Ø 70 mm					
90	NS123	Dopravné prodej tuzemsko	1 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK 0,00 CZK

Zakázka: 10004896
Objednávka zákazníka: -

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba		DPH	Celkem netto
					Sleva	Před slevou		
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín					Celkem brutto
100	VS045	Služby servisu instalace	1 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK	0,00 CZK
110	VS037	Uživatelské / servisní školení	1 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK	0,00 CZK
	Uživatelské / servisní školení							
120	VP020	Provádění Bezpečnostně technických kontrol výrobků	2 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK	0,00 CZK

SOUHRN

Celkem netto		840 004,90
Výstupní DPH	21,000 %	152 164,61
Výstupní DPH	12,000 %	13 849,38
Celkem brutto		1 006 018,89

OSTATNÍ PODMÍNKY:

- 1 Termín "brutto cena" znamená cenu s DPH, termín "netto cena" cenu bez DPH.
- 2 Firma Linet je zapsána 3.9.1990 v OR u MS Praha oddíl C, vložka 163.
- 3 Záruční doba: 24 měsíců od data dodání (záruka se nevztahuje na akumulátory).

Vystavil(a):



Datum vystavení: 27.2.2025

4/4