

Revize elektrického zařízení zdravotní techniky

PŘÍLOHA č. 5

pravidelné revize elektrických zařízení zdravotní techniky, pevně i pohyblivě připojených (lůžka, mikroskopy, zdroje, křesla, germicidní lampy, vyšetřovací lampy).
včetně strojů údržby (míchačka, stojanové vrtačky, truhlářské pily, soustruhy atd.)

Pavilon, budova:	Počet pro rok 2025	Počet pro rok 2026	Počet pro rok 2027	Počet pro rok 2028
A2	5	1	5	1
A3	10	2	10	2
A4	5	1	5	1
B1	20	3	20	3
B2	50	5	50	5
B3	20	1	20	1
B4	12	1	12	1
B5	30	2	30	2
F1	15	1	15	1
F2	10	1	10	1
G1	15	1	15	1
G2	75	12	75	12
G3	5	1	5	1
G6	5	1	5	1
H	340	16	340	16

K	4	0	4	0
M	85	2	85	2
P	14	1	14	1
U	118	3	118	3
X	10	0	10	0
DC	2	0	2	0
Celkem kusů	850	55	850	55

U germicidních lam provádět i měření účinnosti UV-C záření specifickým zařízením.

Termíny provádění revizí na pavilonech budou oddělením zdravotní techniky upřesňovány během roku.

Patříčné originální doklady (Protokoly/Zprávy) budou zasílány max do 14 dnů od provedení na OZT vč. elektronické verze na email: ozt-provoz@ftn.cz a přístroje budou patřičně označeny dle zákona.

Text	počet v ks	suma v Kč bez DPH	suma v Kč jen DPH	suma v Kč včetně DPH
cena za revizi el.zařízení zdr.techniky	1	144,00 Kč	30,24 Kč	174,24 Kč
předpokládaná cena za revize el. zařízení zdr. techniky za období 4 let	1810	260 640,00 Kč	54 734,40 Kč	315 374,40 Kč

