

OBJEDNÁVKA

Odběratel : Nemocnice Kadaň s.r.o.

Golovinova 1559

432 01 Kadaň

IČ : 25479300

DIČ : CZ25479300

Nemocnice Kadaň s.r.o. zaps. v OR u KS v Ústí nad Labem v oddílu C, vl. č. 20011

Řada dokladu : 000**Číslo dokladu :** 000097**CODE :** fak.č.

Popis dodávky :

Způsob dopravy :

Sklad : 01010017

SPLATNOST FAKTUR 60 DNŮ OD DATA UZP.

Telefon : +420 474 944 111

Fax : +420 474 333 935

E-mail : faktury@nemkadan.cz**Místo určení :** Odd. bioinženýrství - tel. 776267866
Takáčová Marie; takacova@nemkadan.cz**Dodavatel :** Olympus Czech Group, s.r.o., člen
koncernu
Evropská 16/176
160 00 Praha

Datum pořízení : 17.04.2025

Požadované datum dodání :

Požadovaný termín dodání :

IČ : 27068641

DIČ : CZ27068641

řádek	Označení	Popis dodávky	JC s DPH	Množství MJ	Cena celkem
1	904 000003	OPRAVA, SERVIS ZDRAVOTNÍHO PŘÍSTROJE Oprava Videogastroskopu GIF-Q165 v.č. 2730260 dle CN č.8000567967. Popis závady technikem společnosti Olympus: Částečná demontáž a dekontaminace přístroje již byla provedena K provedení opravy dle vstupní kontroly přístroje a přiloženého reportu je nutná: - výměna světlovodného tubusu - výměna pracovního kanálu - výměna krycí gumy ohebné části včetně lepení čoček Popis závady - gastroenterologická ambulance Endoskop špatně fouká - GIF-Q 165 v.č. 2730260 Endoskop projde zkouškou těsnosti, myčkou - chybu nehlásí. Při zkoušce do vody zdá se fouká, ale při vyšetření velmi slabě.	131 497,00	1,00 sada	131 497,00
2	904 000004	ZAPŮJČENÍ ZDRAVOTNÍHO PŘÍSTROJE Zápůjčka videoendoskopu po dobu opravy. GIF-Q165 v.č.2730117 ze dne 28.03.2025	0,00	1,00 sada	0,00

2,00 131 497,00

Text položky	Množství MJ	JC s DPH	Cena Celkem
Objednáváme u Vás opravu videogastroskopu.	1,00	0,00	0,00
	1,00		0,00

Celkem Kč s DPH**131 497,00**