

DNS na laboratorní přístroje -04-2025															
Kód	Položka	CPV kódy	Minimální požadované specifikace	Počet ks	Výrobce a typ	Specifikace zboží	Cena za 1 jednotku bez DPH	Celková cena za položku bez DPH	Předpokládaná cena položky bez DPH	Žadatel o položku	Příkazce operace	Zakázka	Pracoviště	Umístění majetku - číslo místnosti	Místo doručení; kontaktní osoba
1	Filtrační zařízení na destilovanou vodu	42912000-2	Filtrační zařízení na produkci destilované / demineralizované vody prostřednictvím reverzní osmózy s následujícími parametry: Charakter výstupní vody: destilovaná / demineralizovaná voda vysoké kvality musí rozpustit práškovou formu kyseliny šťavelové čistá a bez organických kontaminantů bez reaktivních iontů, které by mohly způsobit nežádoucí chemické interakce nízká vodivost, ideálně pod 1 µS/cm, horní přípustná hranice je 5,4 µS/cm. neutrální nebo mírně kyselé pH v rozmezí pH 5,4–7,0. Denní produkce vody: Alespoň 100 l za den Tlak vstupní vody: Voda bude hnána do přístroje studená přímo z kohoutku s tlakem mezi 2–5 bary, stálost tlaku nezaručujeme Nádoba na produkovanou vodu: Součástí dodávky přístroje by měla být i nádoba, případně nádoby, které budou schopny pojmout potřebnou denní produkci (100 l). Součástí musí být i systém kontroly hladiny apod., který produkci po naplnění nádoby vypne. Součástí nabídky musí být i doprava (UHK, budova E, Věta Nejedlého 573, 50003 Hradec Králové; 50.2111561N, 15.8497844E) a instalace na místě včetně zaškolení obsluhy. Součástí nabídky musí být případné další nutné vybavení.	1	Aqual 29XL s příslušenstvím	Filtrační zařízení na produkci destilované / demineralizované vody prostřednictvím reverzní osmózy s následujícími parametry: Charakter výstupní vody: demineralizovaná voda vysoké kvality (dle ČSN ISO 3696 a dle ČL, jakost vody pro analytické účely pro 2 st. jakosti vody) musí rozpustit práškovou formu kyseliny šťavelové čistá a bez organických kontaminantů bez reaktivních iontů, které by mohly způsobit nežádoucí chemické interakce nízká vodivost, maximálně 1 µS/cm, horní přípustná hranice je 5,4 µS/cm. neutrální nebo mírně kyselé pH v rozmezí pH 5,4–7,0. Denní produkce vody: minimálně 168 l za den Tlak vstupní vody: Voda bude hnána do přístroje studená přímo z kohoutku s tlakem mezi 2–5 bary, stálost tlaku nezaručujeme (zařazeno čerpadlo viz níže) Nádoba na produkovanou vodu: Součástí dodávky přístroje 100l nádoba z PP ukotvená na stěně na konzolách. Součástí je i systém kontroly hladiny, který produkci po naplnění nádoby vypne. Součástí nabídky je i doprava (UHK, budova E, Věta Nejedlého 573, 50003 Hradec Králové; 50.2111561N, 15.8497844E) a instalace na místě včetně zaškolení obsluhy. Součástí nabídky je posilovací čerpadlo pro vyrovnání nestálého tlaku vstupní vody a digitální konduktometr pro kontrolu kvality výstupní kvality s citlivostí měření 0,01 µS/cm.	69 656,00 Kč	69 656,00 Kč	70 000,00 Kč		1000	03900	52090		
							Celková nabídková cena za veřejnou zakázku bez DPH	69 656,00 Kč							