

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování servisních služeb ze dne

09.08.2024

uzavřený mezi smluvními stranami

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

se sídlem Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629

zastoupený MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

IČ: 27520536 DIČ: CZ27520536

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 280123725/0300

dále jen objednatel na straně jedné

BMT Medical Technology s.r.o.

se sídlem Cejl 157/50, 602 00 Brno – Zábrdovice

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58436

zastoupená Ing. Tomášem Bartoněm, jednatelem

IČ: 46346996 DIČ: CZ46346996

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 10108-621/0100

Dále jen poskytovatel na straně druhé

(společně označování jako smluvní strany)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. 9 bod 9. smlouvy o poskytování servisních služeb ze dne 09.08.2024, na změně této smlouvy tak, že dosavadní Příloha č. 1 smlouvy o poskytování servisních služeb ze dne 09.08.2024 se v celém rozsahu ruší a současně nahrazuje novou Přílohou č. 1 ke smlouvě výše uvedené, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Ostatní ustanovení smlouvy o provádění pozáručního servisu ze dne 09.08.2024, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají nezměněna v platnosti.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 2 vyhotoveních majících povahu originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy jej odešle k řádnému uveřejnění v Registru smluv vedeném MV ČR. O jeho uveřejnění bude poskytovatel informován prostřednictvím datové schránky, kdy obdrží zprávu o zveřejnění přímo z Registru smluv. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv a smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li zveřejněn ani 90. den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně. Na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.

V Pardubicích dne: 28.2.2025

Za objednatele – Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva

Ing. Hynek Rais, MHA, místopředseda představenstva

V Brně dne: 13.2.2025

Za zhotovitele – BMT Medical Technology s.r.o.

Ing. Tomáš Bartoň, jednatel společnosti

sterilizátor horkovzdušný	Stericell 222	Q10022	C150995						R								0	0	0	2 000	0	0	3 200	0	5 200	433,33	1 500
																									433,33		
5 200,00 Kč																											
ORL sál - 134600																											
sterilizátor parní s vyvíječem	Sterivap HP 636-1 ED	Q10905	5200337	m	m	m	m	P	m	m	m	m	m	R	m	1 05 0	0	0	4 10 0	4 800	3 60 0	0	9 800	0	33 850	2 820,83	1 500
		Celkem za oddělení																							2 820,83		
33 850,00 Kč																											
Lékárna nemocnice - 170700																											
sterilizátor horkovzdušný	Stericell 111	Z12964	J231569					R								0	0	0	2 900	0	0	3 200	0	6 100	508,33	0	
		Celkem za oddělení																							508,33		
6 100,00 Kč																											
Lékárna veřejnost - 170700																											
sterilizátor horkovzdušný	Stericell 222	STR00072	080598					R								0	0	0	2 000	0	0	3 200	0	5 200	433,33	1 500	
		Celkem za oddělení																							433,33		
5 200,00 Kč																											

V rámci této servisní smlouvy sjednána sleva na spotřební materiál a ND ve výši 10% z ceny bez DPH.

Paušální sazba celkem bez oprav, cestovného a materiálů:

Přístroj v záruce do 12.2.2026

Vyznačené úkony po dobu záruky zdarma

Paušál do 28.02.2026: 351 29 850 Kč 320,83 Kč

Přístroj v záruce do 30.09.2026

Vyznačené úkony po dobu záruky zdarma

Chrudimská nemocnice

umístění přístroje	druh přístroje	model přístroje	výrobní číslo	Plán servisu	PBTk			T	K	V	Paušální sazba bez DPH		BO											
					Q	P	R																	
Seznam přístrojů:				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/rok	Kč/rok	Kč/rok	Kč/rok	Kč/měsíc	Kč/hod
Centrální sterilizace	parní sterilizátor, el.vyvíječ	Sterivap 6612-2 ED	5230440		P						R						4100	4800	3600	9800	15500	28000	2333,33	1500
Centrální sterilizace	parní sterilizátor, par.vyvíječ	Sterivap 6612-2 FDD	5230460		P						R						4100	4800	3600	9800	15500	28000	2333,33	1500
Centrální sterilizace	parní sterilizátor, par.vyvíječ	Sterivap 666-2 FDD	5230436		P						R						4100	4800	3600	9800	15500	28000	2333,33	1500
Centrální sterilizace	horkovzd.suš.	Venticell 111 ECO	190013		R													2000		3200		2000	166,67	1 500
Lékárna	horkovzd.sterilizátor	Stericell 111 ECO	J241157		R													2000		3200		5200	433,33	1 500
Mikrobiologie	horkovzd.sterilizátor	Stericell 222 R	022091		R													2000		3200		5200	433,33	1 500
Operační sál	parní sterilizátor, el.vyvíječ	Sterivap 636-1 ED	5201213		R						P						4100	4800	3600	9800		22300	1858,33	1 500

V rámci této servisní smlouvy sjednána sleva na spotřební materiál a ND ve výši 10% z ceny bez DPH.												Paušální sazba celkem bez oprav, cestovného a materiálu:			
Přístroje v záruce do 31. 8. 2025, vyznačené úkony po dobu záruky zdarma												Paušál do 31.08.2025:		34 700	2 891,67
Přístroj v záruce do 31.01.2027, vyznačené úkony po dobu záruky zdarma												Paušál od 01.09.2025:		118 700	9 891,67

Specifikace servisu:	sjednáno:	paušál:	záznamy elektronicky:
m = měsíční servis přístroje	ne	ne	ne
Q = čtvrtletní prohlídka a údržba (BTK)	ne	ne	-
P = půoroční prohlídka a údržba (BTK)	ano	ano	ano
R = roční prohlídka a údržba (BTK)	ano	ano	ano
E = revize elektro	ne	ne	ne
T = provozní revize TNS (tlak. nádob)	ano	ano	ano
K = kalibrace měřících systémů teploty a tlaku	ano	ano	ano
V = validace	ano	ano	ano
PO = pohotovost	ne	ne	ne
BO = běžné opravy	ano	ne	ne
IP = instruktáže personálu	ano	ne	ano

Soubory budou uloženy na webovém úložišti s řízeným přístupem

Barevná legenda:

názvy oddělení

vyplní dodavatel

přístroj v záruce, vyznačené úkony po dobu trvání záruky ZDARMA / vyplní dodavatel

nevypĺňovat

Cestovné:	J
-----------	---

Litomyšlská nemocnice

umístění přístroje	druh přístroje	model přístroje	výrobní číslo	Plán servisu	PBTk			T	K	V	Paušální sazba bez DPH		BO					
					Q	P	R											
Seznam přístrojů:				1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/rok	Kč/rok	Kč/rok	Kč/rok	Kč/měsíc	Kč/hod					
Centrální sterilizace	parní sterilizátor, el.vyjíječ	Sterivap HP E 669-2 ED	5201201	R			P	0	4 100	4 800	3 600	9 800	15 500	37800	3150,00	1 500		
Centrální sterilizace	parní sterilizátor, el.vyjíječ	Sterivap HP E 669-2 ED	5201203	R			P	0	4 100	4 800	3 600	9 800	15 500	37800	3150,00	1 500		
Centrální sterilizace	parní sterilizátor, el.vyjíječ	Sterivap HP E 636-2 ED	5181125			R		P	0	4 100	4 800	3 600	9 800	15 500	37800	3150,00	1 500	
Oční ambulance	horkovzd.sterilizátor	Stericell 55	B040519				R	0	0	2 000	0	3 200	0	5200	433,33	1 500		
Ústavní lékárna	horkovzd.sterilizátor	Stericell 111 Komfort	B072237				R	0	0	2 000	0	3 200	0	5200	433,33	1 500		
Operační sály	parní sterilizátor, el.vyjíječ	Unisteri HP 336-1ED	5201211	R			P	0	2 600	4 100	3 000	9 800	0	19500	1625,00	1 500		
V rámci této servisní smlouvy sjednána sleva na spotřební materiál a ND ve výši 10% z ceny bez DPH.												Paušální sazba celkem bez oprav, cestovného a materiálu:		143 300	11 941,67			
Specifikace servisu:		sjednáno:	paušál:	poznámka:		záznamy elektronicky:		Soubory budou uloženy na webovém úložišti s řízeným přístupem										
m = měsíční servis přístroje		ne	ne	zajišťuje provozovatel		ne												
Q = čtvrtletní prohlídka a údržba (BTK)		ne	ne															
P = půlroční prohlídka a údržba (BTK)		ano	ano	v termínu: dle plánu		ano												
R = roční prohlídka a údržba (BTK)		ano	ano	v termínu: dle plánu		ano												
E = revize elektro		ne	ne	zajišťuje provozovatel (vlastní zaměstnanec)		ne												
T = provozní revize TNS (tlak nádob)		ano	ano	v termínu roční prohlídky		ano												
K = kalibrace měřících systémů teploty a tlaku		ano	ano	v měsíci dubnu		ano												
V = validace		ano	ano															

