

Příloha č. 2 - Technická specifikace
VZ 7/2025 - ZP- P
Dodávky ZP- podložky pod nemocné

Účastník - obchodní firma (název):	SKY & FACILITY s.r.o.
Kontaktní osoba:	
Tel, email:	
Název nabízeného prostředku:	Podložka
Výrobce:	Fujian Putian Licheng Paper Industry Co., Ltd.

Zadavatelem stanovené minimální technické podmínky	Splnění požadavků	Ano / Ne	Odkaz na dokument (příp. na číslo stránky) nabídky, kde lze splnění požadavků dohledat (příbalové letáky apod.)
Požadované rozměry:			
60x60 cm - minimální savost 800 ml	1290 ml		<i>technický list</i>
60x90 cm - minimální savost 1200ml	1650 ml		<i>technický list</i>

Další požadavky zadavatele:		
jednorázová absorpční pomůcka k ochraně lůžka před únikem tekutin	ANO	<i>katalogový list</i>
savé jádro z buničiny se superabsorpční látkou	ANO	<i>technický list</i>
celý povrch absorpčního jádra potažen jemnou netkanou textilií, materiál jemný a nedráždivý	ANO	<i>technický list</i>
spodní strana podložky pokryta nepropustnou fólií zabraňující úniku tekutin, s protiskluzovou úpravou	ANO	<i>technický list</i>
podložka po celém obvodu vodotěsně uzavřena	ANO	<i>technický list</i>
savé jádro se po vsáknutí tekutiny nesmí drolit ani žmolkovat	ANO	<i>technický list</i>
absorbční materiál je rovnoměrně rozložen po celém jádru	ANO	<i>katalogový list</i>