



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Objednávka číslo: PSL0J250080

Ze dne: 13.05.2025	Dodavatel: ALTIUM INTERNATIONAL S.R.O.
Odběratel: SEVEROČESKÉ VODOVODY A KANALIZACE, A.S. Přítkovská 1689/14 415 01 Teplice	Na Jetelce 69/2 190 00 Praha 9, Vysočany
IČ: 49099451	IČ: 25791079
DIČ: CZ49099451	DIČ: CZ25791079
Vyřizuje: [REDACTED]	Termín dodání: [REDACTED] 2025
E-mail: [REDACTED]	Kontakt při dodání: viz kontakty
Telefon: [REDACTED]	
Dodací adresa:	

Na faktuře uvádějte Vaše číslo bankovního účtu evidovaného u správce daně

Objednáváme u Vás:

Na základě Smlouvy č. SML91600173/2022+Dodatek č.2 pravidelný certifikační servis v laboratoři Most.

Kontakt:
Středisko laboratoří Most:

[REDACTED]

Děkujeme

[REDACTED]
manažer útvaru kontroly jakosti

Na faktuře nebo dodacím listě uvádějte číslo objednávky, jinak platba nebude provedena.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689 • 415 50 Teplice

Tel.: [REDACTED] • Fax: [REDACTED] • E-mail: [REDACTED] • [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 465,
u Krajského soudu v Ústí nad Labem

IČ: 49099451 • DIČ: CZ49099451



Servisní zakázka

Dodavatel:

Altium International s.r.o.
Na Jetelce 69/2
190 00 Praha 9
Tel/Fax: [REDACTED]
(DIČ) IČ: (CZ)25791079
[REDACTED]

Zakázka č.: SZ25-40826
Typ zakázky: 5B
Technik: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Odběratel:

[REDACTED]

Kontakt: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Seznam instalovaných zařízení:

Číslo produktu	Popis	Sériové číslo	Datum instalace	Konec záruky
G6011B	Quiet Cover MS, for MS40 pump	US1944B108	20/04/2020	20/04/2022
G8415A	SPS 4 Autosampler (for ICP-MS)	AU17413849	06/06/2018	06/06/2020
G8403A	Agilent 7900 ICP-MS	SG18124018	06/06/2018	06/06/2020
G8411A	ISIS 3 for Agilent 7900 ICP-MS	JPI7260463	06/06/2018	06/06/2020
G1879B	Heat Exchanger	1801-02922	06/06/2018	06/06/2020

Zápis technika:

Návštěva ([REDACTED])

Provedení preventivní údržby instrumentu ICP-MS 7900 a autosamplerem SPS4.

Kontrola instrumentu, jeho zevních i vnitřních částí, očištění od prachu a nečistot instrumentu, pumpy i heat exchangeru, očištění elektroniky a průduchů. Kontrola torchboxu, torche, konů. Vyčištění iontové optiky, včetně čoček octopolu.

Kontrola hadiček a zmlžovací komory, nebulizéru - OK.

Výměna filtru v rotační pumpě. Olej měněn zákazníkem +-3týdny nazpět.

Kontrola autosampleru SPS4. Inicializace OK. Pojezd OK. Motory a elektronika v pořádku. Výměna odpadní hadičky autosampleru

Nebulizer Test - OK. Shortage test - OK. Matching OCP a QP - OK. Zapalovací sekvence - OK. Performance report - OK.

Ladění NoGas/He - OK. 10 minutová stabilita - OK. Systém v pořádku a funkční.

Číslo produktu	Typ	Popis	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Sleva [%]	Cena po slevě bez DPH
AJIMPMC_04	Zdroj	služba: PM ICP-MS	1 KS	[REDACTED]		[REDACTED]
X3760-64004	58	AVF Platinum	1 KS	[REDACTED]		[REDACTED]
G1960-80039	58	Oil Mist Filter, MS40+	1 KS	[REDACTED]		[REDACTED]
G8411-67111	AA	ISIS valve rotor seal replacement kit	1 KS	[REDACTED]		[REDACTED]
G8411-67115	AA	Piston pump seal replacement kit, ISIS	1 KS	[REDACTED]		[REDACTED]

Cena (bez DPH) [REDACTED]

DPH (21%) [REDACTED]

Cena s DPH [CZK] [REDACTED]

Na náhradní díly použité při opravě poskytujeme záruku 3 měsíce. Potvrzuji předání/převzetí uvedených dílů, čas práce. Souhlasím s provedením této servisní zakázky s údaji na tomto protokolu.

Servisní technik: [REDACTED]

Zákazník: [REDACTED]