

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky

Polymerační pec Interlux polymerační lampa

Kód: IN0715

Počet kusů: 3

Minimální požadavky:

- Přístroj k polymeraci světlem v minimálním rozsahu 350 až 400 nm
- Použití k vytvrzování světlem vytvzovaných materiálů na individuální lžíce, laků k uzavření povrchu a vykrývacích materiálů
- Minimálně tři doby vytvrzování, a to 5 min, 10 min a trvalý provoz
- Minimální polymerační prostor 150 x 150 x 50 mm
- Minimální životnost lampy 1 000 provozních hodin nebo minimálně 18 000 zapojení
- Součástí dodávky jsou 4 zářivky ke každé lampě

