

Příloha č. 1  
**KUPNÍ SMLOUVY č. VZ/2025/2/06-KS**

uzavřené mezi smluvními stranami:

**Prodávající:**  
**MEDIPRAX CB s.r.o.**

**Kupující:**  
**Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace**

**Specifikace zboží:**

| <b>Všeobecné vlastnosti</b>                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Požadovaný parametr:</b>                                                                                 |
| Dýchací přístroj pro řízenou a asistovanou plicní ventilaci (splňující podmínky ČSN EN 794-3; EN 60601-1-2) |
| Hmotnost vlastního přístroje s pac. okruhem: do 3 kg                                                        |
| Snadné intuitivní ovládání jedním otočným voličem                                                           |
| Barevný displej s rozlišením min. 480x260 pixel                                                             |
| Možnost zobrazení ventilačních křivek                                                                       |
| Snímání a měření průtoku                                                                                    |
| Možnost invazivní i neinvazivní ventilace                                                                   |
| Možnost provozu na baterie bez nutnosti připojení stlačeného plynu                                          |
| Možnost napájení přes 12V síť sanitních vozidel, nebo nabíječkou 230V                                       |
| Vhodný pro vnitřní i vnější použití při rozsahu teplot cca -20°C až + 50°C, při relativní vlhkosti 5-95%    |
| Plynulé nastavení koncentrace O <sub>2</sub> 21-100% při připojení stlačeného O <sub>2</sub>                |
| Manuální režim pro KPR nahrazující samorozpínací vak                                                        |
| Dechová frekvence plynule nastavitelná od 5 do 40 dechů/min.                                                |
| Minutový dechový objem od 1,5 do 20 litrů/min.                                                              |
| Stupeň ochrany proti vniknutí pevných látek, prachu a vody (min. IP54)                                      |
| <b>Příslušenství</b>                                                                                        |
| Nosná jednotka s brašnami pro uložení příslušenství                                                         |
| Držák nosné jednotky na stěnu sanitního vozidla s nabíjecím rozhraním (splňující podmínky EN 1789+A2)       |
| Možnost zavěšení nosné jednotky na nosítka                                                                  |

V Českých Budějovicích dne 27. 5. 2025

Ve Zlíně dne .....

.....  
Prodávající  
MEDIPRAX CB s.r.o.

**Ing. Jan Mach**  
jednatel

.....  
kupující  
Zdravotnická záchranná služba  
Zlínského kraje, přísp. organizace  
**JUDr. Josef Valenta**  
ředitel