

## Minimální požadované technické parametry

### Zobrazovač krevního průtoku k cévním operacím s příslušenstvím- 1 ks

Popis parametru	Zadavatelem požadovaná hodnota	Uchazečem nabízená hodnota	Závaznost
<b>Dodavatel</b>		Scanlab Praha s.r.o.	
<b>Výrobce</b>	Moor Instruments	Moor Instruments	
<b>Typ/model</b>	moorFLPI2	moorFLPI2	
Zobrazovač krevního průtoku využívající laserovou kontrastní techniku s vysokým rozlišením	Ano	Ano, rozlišení 1mil. pixelů ma 1cm <sup>2</sup> .	Podmínka
Systém získávající obrazy exponované tkáně	Ano	Ano, online zobrazení.	Podmínka
Měření minimálně reaktivní hypermie	Uvedte další typy měření	FLUX, DC (odraz světla), okamžitý průtok.	Podmínka
Skenovací plocha minimálně od 6x8mm do 15x20cm	Ano	Ano, minimální 5.6x7.5mm a maximální 15x20cm.	Podmínka
Systém musí obsahovat: skenovací hlavu, ochranný obal, napájení, instalační CD, stolní stojan	Ano	Ano, skenovací hlava na pohyblivém držáku, ochranný kryt, napájení do stojanu, stolní stojan.	Podmínka
Mobilní stojan pro klinické i výzkumné aplikace umožňující flexibilní použití skenovací hlavy. Obsahuje systém pro uchycení PC/notebooku. Obsahuje také vestavěnou záložní baterii.	Ano	Ano, typ MS3. Obsahuje baterii. PC a monitor bude umístěn přímo na mobilním stojanu.	Podmínka
Pracovní stanice (notebook nebo stolní PC) se softwarem	Uvedte typ pracovní stanice (notebook nebo stolní PC)	Stolní PC s monitorem.	Podmínka
Veškeré příslušenství a díly potřebné pro instalaci a provoz přístroje součástí dodávky	Ano	Ano, kompletní pracovní stanice.	Podmínka
Rozměry hlavního přístroje (V x Š x H)	Uvedte rozměry	23 x 12 x 25 cm	Informativní
Hmotnost hlavního přístroje	Uvedte hmotnost	2,3 kg	Informativní
Příkon	Uvedte max. příkon [W]	Cca. 80W	Informativní
Třída rizika zdravotnického prostředku (ZP)	Uvedte a doložte (např. prohlášením o shodě) třídu rizika ZP přístroje	Ila	Podmínka
<b>Další požadavky</b>			
Uvedte frekvenci odborné údržby danou výrobcem (např. počet PBTK/rok), pokud je výrobcem stanovena v návodu	Uvedte frekvenci PBTK/rok, popř. poznámku „není nutná“ Uvedte, zda je PBTK výrobcem doporučena nebo je nařízena	Výrobce doporučuje PBTK ročně.	Podmínka



	v návodu		
Provádění bezplatné dodatečné instruktáže nových pracovníků max. 2x ročně na vyžádání	Na vyžádání	Ano, případně provedeme.	Podmínka
Zadavatel požaduje dodání nových, nepoužitých či nerepasovaných přístrojů. V dodávce budou obsaženy přístroje a příslušenství ve verzi, která je pro daný typ výrobku aktuální (poslední)	Ano	Ano, součástí je i poslední verze softwaru V5.0.	Podmínka
Dodávka na místo určení, instalace přístroje a instruktáž personálu součástí nabídky	Ano	Ano	Podmínka
Předvedení přístroje a ověření parametrů u objednavatele na vyžádání	Na vyžádání	Ano, případně provedeme.	Podmínka
Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje	Ano	Ano, výrobce garantuje dodání náhradních dílů po dobu 10 let od prodeje přístroje.	Podmínka

**Datum: 17. 7. 2017**

**Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné za dodavatele jednat: XXXXXXXXXXXXX**

**Podpis osoby oprávněné za dodavatele jednat: .....**