

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ NEPŘETRŽITÉHO MONITORINGU MEDICINÁLNÍCH TEPLOT VČETNĚ SERVISU

(dále také jako „Smlouva“)

č.j. 1837/25/CN

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi:

OBJEDNATEL **Domažlická nemocnice, a.s.**
se sídlem: Kozinova 292, 344 01 Domažlice
IČO: 26361078
DIČ: CZ26361078

zastoupený:

bankovní spojení:

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

POSKYTOVATEL **Testo s.r.o.**
se sídlem: Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5
IČO: 25725394
DIČ: CZ25725394

zastoupený:

bankovní spojení:

na straně druhé (dále jen „Poskytovatel“)

1. PREAMBULE

- 1.1. Tato Smlouva o zajištění nepřetržitého monitoringu medicínálních teplot včetně servisu (dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 1.2. Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky „Systém monitorování medicínálních teplot“. Veřejná zakázka byla zadána formou podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve společném zadávání zadavatelů Stodská nemocnice, a.s. (jako hlavní zadavatel), Rokycanská nemocnice, a.s. a Domažlická nemocnice, a.s.
- 1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu plnění Poskytovatele a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1. Poskytovatel se na základě této Smlouvy zavazuje dodat Objednateli technologii na měření medicínálních teplot a vlhkostí, poskytovat monitoring medicínálních teplot (dále také jen „monitoring“), včetně kalibrací měřidel a servisu dodané měřicí techniky, dle Technické specifikace, jež tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje uhradit Poskytovateli sjednanou cenu za plnění uvedenou v odst. 4.1 této Smlouvy.
- 2.2. Plnění zajišťované Poskytovatelem na základě této Smlouvy sestává z následujících činností:
 - 2.2.1. dodávka a zajištění funkčnosti technologie pro on-line měření medicínálních teplot formou vzdáleného on-line odečtu teplot a vlhkostí;
 - 2.2.2. montáž, konfigurace a zprovoznění systému vzdáleného on-line měření teplot a vlhkostí;

- 2.2.3.** provedení kalibračního provozu;
- 2.2.4.** zajištění nepřetržitého monitorovacího dispečinku v režimu 24/7/365;
- 2.2.5.** zajištění přístupu pro zástupce Objednatele do monitorovacího systému v režimu 24/7/365;
- 2.2.6.** zajištění kalibrace měřidel, včetně záručního servisu měřicí techniky.
- 2.3. Předmětem této Smlouvy je taktéž doprava zboží na místo plnění a veškeré další činnosti podmiňující uvedení zboží do provozu a jeho řádnou funkčnost, proškolení v používání a údržbě (a to i dodatečně nově nastoupivším pracovníkům Objednatele v průběhu plnění této Smlouvy), dodání veškeré potřebné technické dokumentace (včetně manuálů, návodů, pokynů), seznámení Objednatele s riziky spojenými s používáním zboží dle požadavků právních předpisů a likvidace vzniklých odpadů.
- Poskytovatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží, že na zboží nevznáší žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zbožím podle této Smlouvy disponovat. Pokud je součástí předmětu Smlouvy dodávka licencí, pak Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn poskytovat licence k užití autorského díla a poskytuje Objednateli časově neomezené nevýhradní licence k jeho užití. Úplata za licence je zahrnuta v ceně plnění.
- Součástí předmětu plnění a ceny za plnění jsou i činnosti výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému plnění veřejné zakázky dle odst. 1.2. této Smlouvy nezbytné, a o kterých Poskytovatel, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět.
- 2.4. Poskytovatel je povinen k plnění této Smlouvy využít pouze těch poddodavatelů, které uvedl v nabídce na veřejnou zakázku dle odst. 1.2. této Smlouvy. Jakoukoli změnu je Poskytovatel povinen oznámit Objednateli. Změna poddodavatele prokazujícího kvalifikaci je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Poskytovatel musí spolu s oznámením doložit veškeré kvalifikační doklady nového poddodavatele.
- 2.5. Činnosti podle odst. 2.2.1. a 2.2.2. této Smlouvy se považují za řádně provedené a dokončené okamžikem řádného provedení prvotního náměru bez vad a nedodělků, o čemž bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán protokol.
- 2.6. Činnost podle odst. 2.2.3. této Smlouvy se považuje za řádně provedenou a dokončenou okamžikem předání zprávy o provedení činnosti bez vad a nedodělků písemně odsouhlasené a podepsané oběma smluvními stranami.
- 2.7. Činnosti podle odst. 2.2.4. a 2.2.5. této Smlouvy se považují za řádně provedené a dokončené okamžikem provedení online monitoringu za každý měsíc.
- 2.8. Činnosti podle odst. 2.2.6. této Smlouvy se považují za řádně provedené a dokončené okamžikem vyhotovení předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, kde bude uvedeno, že činnost byla provedena bez vad a nedodělků.
- 2.9. Činnosti dle odst. 2.2.4., 2.2.5. a 2.2.6. této Smlouvy budou Poskytovatelem prováděny nepřetržitě po dobu 48 měsíců ode dne řádného provedení a dokončení činností dle odst. 3.1. této Smlouvy.
- Každý ze 48 měsíců plnění bude započat v den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem řádného provedení a dokončení činností dle odst. 3.1. této Smlouvy. Není-li takový den v kalendářním měsíci, případně tento den na poslední den kalendářního měsíce.

3. DOBA; MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ

- 3.1. Činnosti dle odst. 2.2.1., 2.2.2. a 2.2.3. této Smlouvy včetně prvního měření se Poskytovatel zavazuje provést a dokončit nejpozději do 60 dnů ode dne účinnosti Smlouvy. Poskytovatel oznámí přesný termín dokončení těchto činností Objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem. Řádným provedením a dokončením těchto činností v souladu s odst. 2.5. a 2.6. této Smlouvy se stává zboží, včetně jeho součástí a příslušenství, vlastnictvím Objednatele, přičemž smluvní strany souhlasně prohlašují, že cena za plnění těchto činností je plně zohledněna v odst. 4.1. písm. a) této Smlouvy. Přechod nebezpečí škody na zboží z Poskytovatele na Objednatele nastává dnem řádného provedení a dokončení těchto činností v souladu s odst. 2.5. a 2.6. této Smlouvy.
- 3.2. Místem plnění je budova nemocnice v sídle Objednatele, konkrétně jsou prostory uvedené v konfigurační tabulce, jež tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy.
- 3.3. Objednatel je oprávněn prodloužit dobu provedení činností dle odst. 3.1. této Smlouvy, v případě závažných okolností, jakými jsou zejména nouzový stav v důsledku pandemie, havárie, živelné katastrofy nebo válečného konfliktu. Musí se jednat o zásadní, jednorázové a nikoli běžné okolnosti nebo události, které jsou nezávislé na vůli Objednatele a Poskytovatele. Prodloužení původní doby

nesmí být zapříčiněno vědomým jednáním Objednatele nebo Poskytovatele. Poskytovatel musí předem objektivně odůvodnit, že překážka brání plnění této Smlouvy, dále prokazatelně doložit okamžik vzniku překážky a její předpokládané trvání. Následně bude uzavřen dodatek k této Smlouvě. Doba provedení činností bude prodloužena o dobu trvání překážky, nejdéle o 30 kalendářních dnů. Trvá-li překážka déle, bude uzavřen nový dodatek se stejným postupem. Objednatel neschválí prodloužení doby v případě, že se jedná o překážku, které nemá zásadní vliv na poskytované plnění.

- 3.4. Poskytovatel je povinen zajistit online monitorovací dispečink, který bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 15 minut od okamžiku, kdy Poskytovatel zjistil nebo musel zjistit,
 - a) že hodnoty naměřených medicínálních teplot vykazují odchylky od nastavených teplotních rozsahů (stanovených konfigurační tabulkou) déle než 15 minut,
 - b) poruchu měřicího bodu (čidla),
 informuje kontaktní osobu Objednatele uvedenou v odst. 5.1. této Smlouvy a dále osoby stanovené eskalačním protokolem Objednatele.
- 3.5. V případě, že monitorovací dispečink zjistí jiné vady, resp. vady odlišné od vad uvedených v odst. 3.4 této Smlouvy, informuje bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 45 min. od zjištění takové vady kontaktní osobu Objednatele uvedenou v odst. 5.1. této Smlouvy.
- 3.6. Záruční servis dle odst. 2.2.6. této Smlouvy se zavazuje Poskytovatel provádět bez vad a nedodělků v závislosti na charakteru problému nebo vady ve lhůtách dle odst. 6.1. této Smlouvy.

4. CENA; PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Cena plnění vychází z nabídky Poskytovatele, kterou podal na veřejnou zakázku dle odst. 1.2. této Smlouvy. Cena plnění je stanovena jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná. Změna ceny plnění je přípustná pouze tehdy, je-li to sjednáno v této Smlouvě nebo umožňují-li to právní předpisy.
 - a) celkem za činnosti dle odst. 2.2.1., 2.2.2. a 2.2.3. této Smlouvy, tj. zejména dodávka a montáž technologie pro on-line odečet teplot a vlhkosti a přenos těchto hodnot do centrálního systému Poskytovatele včetně provedení kalibračního provozu:

cena v Kč bez DPH	1 394 408,00 Kč
výše DPH	21%
cena v Kč včetně DPH	1 687 233,68 Kč

- b) za činnosti dle odst. 2.2.4., 2.2.5. a 2.2.6. této Smlouvy, tj. zejména provádění monitoringu medicínálních teplot a kalibraci měřidel, vč. zajištění přístupu do monitorovacího SW a veškeré licenční poplatky spjaté s Poskytovatelem instalovanou a dále pro měření potřebnou infrastrukturu:

cena v Kč bez DPH/měsíc	2 968,44 Kč
výše DPH	21%
cena v Kč včetně DPH/měsíc	3 591,81 Kč
cena v Kč bez DPH/48 měsíců	142 485,12 Kč

- 4.2. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za poskytnuté plnění dle této Smlouvy následujícím způsobem:
 - a) jednorázová úhrada dle odst. 4.1. písm. a) této Smlouvy bude Objednatelům uhrazena oproti daňovému dokladu vystavenému ze strany Poskytovatele, přičemž Poskytovatel je oprávněn vystavit daňový doklad po řádném provedení a dokončení činností dle odst. 2.2.1., 2.2.2. a 2.2.3. této Smlouvy bez vad a nedodělků, což bude prokázáno písemnými předávacími protokoly a zprávou o provedení činnosti dle odst. 2.5. a 2.6. této Smlouvy. Poskytovatel prohlašuje, že do takto dohodnuté ceny zahrnul veškeré potřebné položky, jako jsou zejména práce s instalací monitorovacího zařízení,

- prvotní měření veškerých utilit a související úkony:
- b) pravidelná měsíční úhrada dle odst. 4.1. písm. b) této Smlouvy bude Objednatelům hrazena oproti daňovému dokladu vystavenému ze strany Poskytovatele, přičemž Poskytovatel je oprávněn vystavit daňový doklad vždy po uplynutí příslušného měsíce, k němuž se úhrada vztahuje, v souladu s odst. 2.9. této Smlouvy.
- 4.3. Splatnost Poskytovatelem vystavených faktur činí 30 kalendářních dnů od data jejich doručení na el. adresu fakturace@domazlice.nemocnicepk.cz.
- 4.4. Faktury vystavené Poskytovatelem musí splňovat zákonné náležitosti daňového dokladu.
- 4.5. Povinnost Objednatel zaplatit cenu dle Smlouvy bude splněna dnem připsání fakturované částky na bankovní účet Poskytovatele.
- 4.6. Změna ceny za plnění v průběhu celé doby trvání Smlouvy je možná v případě změny zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém případě bude změněna (zvýšena či snížena) cena s DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH.
- 4.7. Poskytovatel je oprávněn, v souladu s vyhrazenou změnou závazku veřejné zakázky dle odst. 1.2. této Smlouvy, na základě písemného oznámení, navýšit měsíční cenu za plnění dle odst. 4.1 písm. b) této Smlouvy o míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, zveřejněnou Českým statistickým úřadem. K prvnímu navýšení ceny dle tohoto odstavce může dojít až po uplynutí 24 měsíců plnění dle odst. 2.9. této Smlouvy. Takové navýšení ceny je účinné od následujícího měsíce plnění po měsíci plnění, ve kterém bylo písemné oznámení navýšení ceny Poskytovatelem, po zveřejnění příslušné míry inflace Českým statistickým úřadem, učiněno. V souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky dle odst. 1.2. této Smlouvy činí maximální limit možného celkového navýšení ceny o míru inflace dle tohoto odstavce 600 000,00 Kč bez DPH dohromady pro zadavatele Stodská nemocnice, a.s., Rokycanská nemocnice, a.s., a Domažlická nemocnice, a.s. Objednatel ověří oprávněnost navýšení ceny o míru inflace, co do hodnoty již čerpané výše maximálního limitu možného celkového navýšení, u kontaktní osoby hlavního zadavatele veřejné zakázky dle odst. 1.2. této Smlouvy: Tomáš Bryna, vedoucí technického oddělení, +420 777363477, tomas.bryna@stod.nemocnicepk.cz.
- 4.8. Ocitne-li se Objednatel v prodlení s úhradou faktury dle této Smlouvy anebo její části o více než 30 kalendářních dnů, je Poskytovatel oprávněn účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. Uhrazením uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody, a to v plné výši.
- 4.9. V případě prodlení Poskytovatele s provedením záručního servisu řádně a včas, ve lhůtách uvedených v odst. 6.1. této Smlouvy, se Poskytovatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou započatou hodinu takového prodlení. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.
- 4.10. V případě prodlení Poskytovatele s informační povinností dle odst. 3.4. a 3.5. této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každých započatých 15 minut takového prodlení. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.
- 4.11. V případě prodlení Poskytovatele se splněním povinností dle odst. 3.1. této Smlouvy (provedení činností dle odst. 2.2.1., 2.2.2 nebo 2.2.3. této Smlouvy) se Poskytovatel pro každý případ takového prodlení zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den takového prodlení. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. V případě prodlení delším než 15 dnů je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

5. KONTAKTNÍ OSOBY

- 5.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat ve věcech technických níže uvedené kontaktní osoby:

za Objednatele:


tel.:

e-mail:

za Poskytovatele:

tel.:

e-mail:



za Poskytovatele:

tel.:

e-mail:

5.2. Kontaktními osobami stran

za Objednatele:

tel.:

e-mail:

za Poskytovatele:

tel.:

e-mail:

- 5.3. Veškerá oznámení, žádosti, výzvy nebo jiná sdělení učiněná některou smluvní stranou na základě Smlouvy budou vyhotovena písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou poskytující potvrzení o doručení nebo doporučenou poštou na adresu příslušné smluvní strany uvedenou výše. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, totožné účinky písemného doručení dle předcházející věty má pro smluvní vztah založený touto Smlouvou i elektronické doručování na e-mail kontaktních osob dle tohoto článku (není-li pro konkrétní úkon stanoveno jinak) či do datové schránky, s výjimkou dokumentů zásadní povahy jako upozornění, protokol či odstoupení.

6. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Poskytovatel:

- a) se zavazuje provádět plnění dle této Smlouvy na svůj náklad a nebezpečí, s potřebnou péčí a za podmínek stanovených v této Smlouvě;
- b) je povinen provádět záruční opravy/servis do 48 hodin od zjištění závad/potreby servisu dle odst. 3.4. písm. b), 3.5. a 6.2. písm. a) této Smlouvy;
- c) je povinen před zahájením každé ze servisních činností dle této Smlouvy písemně předem informovat Objednatele o nástupu k provedení servisní činnosti v sídle Objednatele. Písemné vyrozumění bude zasíláno na emailovou adresu Objednatele technicke@domazlice.nemocnicepk.cz;
- d) je povinen nahradit Objednateli veškeré účelně vynaložené a prokázané náklady na odstranění závad a poruch, pokud tyto závady či poruchy neodstraní Poskytovatel v souladu s touto Smlouvou řádně, s odbornou péčí a včas.

6.2. Objednatel:

- a) se zavazuje neprodleně písemně informovat Poskytovatele o všech poruchách a škodách na předmětu plnění, jakožto i o jakýchkoliv provozních změnách a ostatních skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění této Smlouvy a sdělit pracovníkům Poskytovatele veškeré informace potřebné k plnění této Smlouvy a k provedení konkrétního servisního úkonu. Písemné vyrozumění bude zasíláno na emailovou adresu Poskytovatele: info@testo.cz;
- b) se zavazuje zajistit na vlastní náklady nepřetržité zapojení monitorovacího zařízení do sítě elektrické energie a rovněž připojení monitorovacího zařízení ke komunikační síti. Objednatel bere na vědomí, že plnění této povinnosti je předpokladem pro řádné plnění předmětu této Smlouvy Poskytovatelem;
- c) je oprávněn nechat odstranit závady a poruchy třetí osobou na náklad Poskytovatele, pokud neodstraní Poskytovatel vady a poruchy předmětu servisu vč. přístrojového vybavení, jeho součástí a příslušenství v souladu s touto Smlouvou řádně, s odbornou péčí a včas. Tímto není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, jakož ani nárok na zaplacení smluvní pokuty sjednané dále.

7. ZÁRUKA

- 7.1. Poskytovatel přejímá záruku za to, že jím poskytnutá plnění nejsou postižena vadami. Záruka za jakost poskytnutého plnění trvá po celou dobu trvání této Smlouvy.

- 7.2. Záruční servis bude Poskytovatel provádět bezplatně včetně dodávky potřebných náhradních dílů. Jsou vyloučeny jakékoli platby ze strany Objednatele spojené s komplexním záručním servisem (za náhradní díly, zajištění přepravy, apod.). Prodávající je při odstraňování záručních vad povinen použít výhradně nové a originální díly.
- 7.3. Záruka se nevztahuje na újmy vzniklé v důsledku ztráty či zcizení měřicí techniky či mechanického poškození druhými osobami. V takových případech se bude vycházet z nabídkové ceny za 1 ks čidla v souladu s nabídkou Poskytovatele na veřejnou zakázku dle odst. 1.2. této Smlouvy.

8. DŮVĚRNÉ INFORMACE

- 8.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích a skutečnostech, které se dozví v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy, které nejsou obecně známé. Všechny informace poskytnuté mezi smluvní stranami jsou v pochybnostech považovány za informace tvořící obchodní tajemství. Informacemi jsou jakékoliv materiály, které jsou takového charakteru, že mohou v případě zveřejnění přivodit druhé smluvní straně újmu bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací (dále také jako „Důvěrné informace“). Údaje, které mají povahu obchodních informací, jsou chráněny i po ukončení platnosti této Smlouvy.
- 8.2. Žádná ze smluvních stran nepoužije ani neumožní použití nebo zpřístupnění Důvěrných informací třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 8.3. Smluvní strany se zavazují zajistit zachování mlčenlivosti o Důvěrných informacích též všemi svými zaměstnanci a subdodavateli, jimž Poskytovatel po předchozím písemném souhlasu Objednatele zpřístupnil Důvěrné informace.
- 8.4. Každá ze smluvních stran se v případě porušení povinnosti mlčenlivosti o Důvěrných informacích a dalších povinností dle odst. 8.1., 8.2. a 8.3. zavazuje zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.
- 8.5. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na:
- a) informace, které jsou obecně známé v době uzavření této Smlouvy nebo k jejich zveřejnění dojde následně jiným způsobem než porušením této Smlouvy stranou přijímající;
 - b) informace v rozsahu, které strana přijímající musí zveřejnit v souladu se zákonem nebo rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím státního orgánu oprávněného regulovat podnikání nebo činnost strany přijímající;
 - c) informace, které má strana přijímající již k dispozici v době uzavření této Smlouvy;
 - d) informace, které jsou straně přijímající sděleny třetí stranou bez nároků na omezení jejich využití nebo důvěrnost.

9. DOBA TRVÁNÍ; UKONČENÍ SMLOUVY

- 9.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou po dobu plnění činností dle odst. 3.1. a 2.9. této Smlouvy.
- 9.2. Odstoupit lze od této Smlouvy pouze v případech, které stanoví tato Smlouva nebo obecně závazné právní předpisy.
- 9.3. Smluvní strany sjednávají, že porušení Smlouvy podstatným způsobem opravňuje dotčenou smluvní stranu od této Smlouvy odstoupit.
- 9.4. Smluvní strany sjednávají, že tuto Smlouvu lze vypovědět okamžitě a bez výpovědní doby z důvodu:
- a) Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu v případě vydání usnesení o úpadku Poskytovatele v insolvenčním řízení zahájeném na návrh třetí strany či zahájení insolvenčního řízení proti Poskytovateli na návrh Poskytovatele, zahájení likvidace Poskytovatele nebo ztratí-li Poskytovatel oprávnění k podnikatelské činnosti;
 - b) Poskytovatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu v případě vydání usnesení o úpadku Objednatele v insolvenčním řízení zahájeném na návrh třetí strany či zahájení insolvenčního řízení proti Objednateli na návrh Objednatele, zahájení likvidace Objednatele nebo ztratí-li Objednatel oprávnění k podnikatelské činnosti;
 - c) Poskytovatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu v případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle Smlouvy, které přesáhne 90 dní;
 - d) Poskytovatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu v případě opakovaného (3x za dobu 3 po sobě jdoucích měsíců) porušení povinností Objednatele dle této Smlouvy; pokud Objednatel nezjedná


- nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného upozornění Poskytovatele;
- e) Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu v případě opakovaného (3x za dobu 3 po sobě jdoucích měsíců) porušení povinností Poskytovatele dle této Smlouvy, zejména opakovaného nedodržení reakční doby v případě informační povinnosti dle odst. 3.4. a 3.5 této Smlouvy.
 - f) Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu v případě prodlení Poskytovatele s provedení záručního servisu v délce trvání 7 dnů oproti reakční době dle odst. 6.1. písm. b) této Smlouvy.
- 9.5. Odstoupení od Smlouvy a okamžitá výpověď musí mít písemnou formu a jsou účinné okamžikem jejich doručení druhé smluvní straně. Odstoupení a okamžitá výpověď musí obsahovat důvod odstoupení a okamžité výpovědi Smlouvy. Odstoupením a okamžitou výpovědí se tato Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti takového odstoupení nebo okamžité výpovědi. Odstoupením zanikají práva a povinnosti stran ohledně částí závazku založeného Smlouvou nesplněné ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku splněného do dne účinnosti odstoupení, zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.
- 9.6. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ani smluvních ustanovení týkajících se řešení sporů mezi smluvními stranami či nároku na zaplacení smluvní pokuty.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1. Tato Smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 10.2. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Uzavření každého dodatku této Smlouvy projedná Objednatel s kontaktní osobou hlavního zadavatele veřejné zakázky dle odst. 1.2. této Smlouvy: Tomáš Brýna, vedoucí technického oddělení, +420 777363477, tomas.bryna@stod.nemocnicepk.cz.
- 10.3. Tato Smlouva je uzavřena v elektronické podobě. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 10.4. Smluvní strany prohlašují, že nejsou omezeny na svéprávnosti a jsou plně způsobilé k právnímu jednání podle této Smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že toto právní jednání činí vážně, nikoli v rozporu s dobrými mravy a nikoli v rozporu s veřejným pořádkem anebo pod pohrůzkou násilí.
- 10.5. Poskytovatel souhlasí s tím, aby Objednatel uveřejnil tuto Smlouvu včetně všech příloh v registru smluv. Poskytovatel prohlašuje, že tato Smlouva ani žádná z jejích příloh neobsahuje žádnou skutečnost, kterou by chránil jako své obchodní tajemství, ani jiné informace, které vyžadují zvláštní způsob ochrany. Toto ujednání platí i pro případné změny (dodatky) této Smlouvy.
- 10.6. Poskytovatel prohlašuje, že má sjednáno, a po celou dobu plnění této Smlouvy bude udržovat v účinnosti, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti. Limit pojistného plnění je požadován minimálně ve výši 500 000,00 Kč (slovy: pětsettisíkorunčeských). Poskytovatel je povinen předložit na vyžádání účinnou pojistnou smlouvu nebo potvrzení o pojištění.
- 10.7. Poskytovatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Poskytovatel na vyzvání a ve spolupráci s Objednatелеm poskytne kontrolnímu orgánu jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci veřejné zakázky a předmětu Smlouvy, podá potřebné informace a umožní vstup do svého sídla nebo jakýchkoli dalších prostor a pozemků souvisejících s realizací veřejné zakázky. Poskytovatel poskytne na výzvu kontrolnímu orgánu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s veřejnou zakázkou či s plněním Smlouvy. Poskytovatel je dále povinen provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění, o čemž bezodkladně informuje kontrolní orgán a Objednatele. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly.
- 10.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1: Technická specifikace
 - Příloha č. 2: Konfigurační tabulka

V Domažlicích

V Praze



Příloha č. 1 - Technická specifikace					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
Systém monitorování medicínálních teplot					
HLAVNÍ ZADAVATEL					
Název zadavatele:	Stodská nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Hradecká 600, Stod, 333 01			IČO:	26361086
Statutární zástupce:					
Druh VZ:	Služby	Režim VZ:	Podlimitní	Druh řízení:	ZPŘ
DODAVATEL					
Název dodavatele:	Testo s.r.o.				
Sídlo:	Jinonická 80, 158 00 Praha 5			IČO:	25725394
Statutární zástupce:		Kontaktní osoba:	Martin Voříšek		
TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE			VLASTNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODAVATELE		
NÁZEV SYSTÉMU/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ			Nabízený systém/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:		ANO
Systém (technologie) monitorování medicínálních teplot včetně záručního servisu a navazujících služeb - monitoringu a kalibrací.			Název: Saveris 1		
			Sériové číslo: je uvedené na každém zařízení		
			Výrobce: Testo SE & CO.KGaA, Lenzkirch, DE		
Specifikace systému a služeb:					
Požadavky na měřící čidla teploty a vlhkosti					
– čidlo pro měření teploty i vlhkosti			ANO		
– digitální čidlo s teplotním převodníkem přímo na základní desce, kde nejsou žádné vodiče, které by mohli zkreslit měření díky změně útlumu nebo degradaci materiálu			ANO		
– čidlo musí být vybaveno přesným senzorem, který dokáže snímat jemné změny teploty a vlhkosti s odchylkou max. +/- 1% , senzor musí být certifikovaný podle ISO17025			ANO		
– umístění přímo do lednice			ANO		
– teplotní rozsah od -30°C do +60°C, s rozlišením 0,1°C			ANO		
– kalibrace bude probíhat ve dvouletém cyklu, je požadováno, aby tříbodová kalibrace čidla probíhala jako služba (fullservice kalibrace). Zadavatel akceptuje nedostupnost čidla během kalibrace 15 min.			ANO U digitálních sond systému Saveris 1 lze po dobu kalibrace sondy zákazníka dosadit provizorní sondu společnosti Testo přímo do záznamníku.		
– kalibrační protokol ke každému čidlu bude digitálně podepsán a uložen na úložišti s plným přístupem zadavatele, a to automaticky po každé kalibraci			ANO		
– stupeň krytí min. IP67			ANO Záznamníky mají krytí IP67 (neplatí pro vlhkostní sondy).		
– povrchový materiál čidla odpovídá standardu FDA (Food and Drug Administration), vyrobeno z materiálů schválených pro styk s potravinami nebo léky			ANO		
– čidlo musí uložit lokálně minimálně 2500 historických záznamů a musí podporovat opakovaný přenos			ANO Záznamníky mají interní paměť na min. 16 000 záznamů.		
– akumulátorové napájení čidel na provoz min. 1 rok plně ve správě dodavatele			ANO		
Požadavky na autonomní komunikační síť					
– požadovaný komunikační standard LAN, rádiová technologie			ANO Obě technologie podporovány.		
– vícekanalový sběr dat z čidel na jeden záznamník			ANO Max. 4 kanály.		
– zabezpečení pomocí implementace síťových a aplikačních klíčů, pro ověření a šifrování komunikace na všech stupních přenosu dat			ANO		
Architektura komunikační sítě					

– bude vybudována nezávislá autonomní komunikační síť bez propojení do interní datové sítě zadavatele	ANO Celý systém je koncipován jako nezávislý s vlastní datovou sítí.
– do jednotlivých objektů/budov budou instalována přenosová zařízení, tak aby bylo zajištěno plné pokrytí ve všech prostorách zadavatele	ANO
– přenosová zařízení budou v majetku zadavatele, který bude mít plnou kontrolu nad budoucím rozvojem této komunikační infrastruktury	ANO
–autonomní komunikační síť bude škálovatelná a zadavatel jí bude moci v budoucnu rozšířit o další lokality, čidla a zařízení dle rostoucích potřeb	ANO
– autonomní komunikační síť bude aktivně monitorována dodavatelem.	ANO
– dohled funkčnosti autonomní komunikační sítě bude prováděn v režimu 24/7/365. Dohled a monitoring bude prováděn v ČR a případná technická podpora bude poskytována v českém jazyce.	ANO Lokální podpora v ČR.
Technická interoperabilita	
– je požadována kompatibilita s technologií používanou systémem Testo Saveris 1 v lokalitách Nemocnic Plzeňského kraje včetně možnosti synchronizace a sběru dat, a to z důvodu ochrany předchozích a budoucích investic zadavatele. Kompatibilita je požadována z důvodu budoucího možného převedení již nyní zpracovávaných dat do nového systému navrženého dodavatelem v rámci této veřejné zakázky	ANO Jedná se o identický systém, který je již nainstalován v nemocnicích v Západočeském kraji.
Požadavky na platformu a zpracování, prezentaci dat	
Požadavky na platformu	
– řízený přístup uživatelů	ANO Možnosti nastavení přístupových rolí.
– webové portálové řešení a mobilní aplikace (IOS, Android)	ANO Webové rozhraní je podporované.
– zálohování zákaznických dat (v případě ukládání dat na cloudové úložiště dodavatele)	ANO Data jsou zálohována na serveru zákazníka.
– možnost vytváření reportingu, analýz, trendů (Business Intelligence funkce)	ANO
– možnost exportu dat pro archivaci nebo analýzy	ANO
Zpracování dat	
– snímání a zápis měřených teplot případně jiných dat	ANO
– porovnání, sledování trendů, grafy a reporty	ANO
– definování intervalů a mezních bodů pro spuštění alarmů	ANO
– vytvoření incidentu z alarmu a jeho automatická několikaetapová eskalace a notifikace (email, sms, možnost optické a akustické eskalace)	ANO Notifikace emailem, SMS, opticky, akusticky za příplatek Alarmy je možné eskalovat na další uživatele.
– podpora interních procesů vyplývajících z norem a standardů (SÚKL, ISO9001, HACCP atd.), definice eskalačních procedur a havarijních plánů	ANO
– dohled na kalibraci čidel, ukládání a správa kalibračních protokolů ke všem čidlům, kontrola platnosti kalibrace, včasné upozornění na expiraci kalibrace, ukládání kalibračních protokolů v digitální formě ověřené digitálním certifikátem	ANO Systém správy měřidel (hlídání expirace kalibrací).
– možnost uploadu dokumentů, plánů budov včetně záznamu umístění čidla v budově	ANO
– zadavatel požaduje správu řízení přístupů uživatelů do systému, členění dle organizační složky, objekty, patra, oddělení, místnosti, zony	ANO
– nastavení měřicích profilů pro jednotlivá čidla nebo skupiny čidel (horní/dolní meze, úrovně alarmů, notifikací)	ANO
– interaktivní označení lokace čidel v plánech budov zobrazující stavy čidel, kalibrací a baterií	ANO Je možné čidlo označit na plánu budovy. Stav barerie a čidla je vidět na podrobnostech čidla.
– možnosti rozšířeného zobrazení dat, přehledů a grafů, zobrazení přehledů na TV/monitory dohledového centra, pomocí mobilní aplikace a propojení na externí analytické nástroje	ANO

– reporting možnost uložení komentáře k naměřeným hodnotám uživatelem	ANO
	K alarmům.
– zavedení čidel do systému pomocí hromadného importu	ANO
– záznam událostí, definice vlastního číselníku událostí zadavatele, historie	ANO
– správa životního cyklu incidentu, alarmu včetně ukládání historie	ANO
– garance integrity uložených dat	ANO
Dodržování bezpečnostních standardů	
– požadujeme řešení, které bude v souladu s aktuálními i připravovanými zákony, které se vztahují ke kybernetické bezpečnosti a bude v souladu s požadavky NÚKIB pro kritickou infrastrukturu, jako je stávající ZoKB, směrnice EU NIS2 a připravovaná novela ZoKB	ANO
– řešení musí splnit požadavky na skladování léčiv a zdravotnického materiálu stanovené regulačními orgány, jako je SÚKL	ANO
DODAVATEL POSKYTL SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ TECHNICKÉ DOKUMENTY V NABÍDCE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY K DOPLNĚNÍ SPECIFIKACE DODAVATELEM NABÍZENÉHO PLNĚNÍ.	

Příloha č. 2 - Konfigurační tabulka Domažlická nemocnice

Umístění	Měření teploty	Rozsah měření	Kalibrační rozsah	Přesnost	Měření vlhkosti	Rozsah měření	Kalibrační rozsah	Přesnost
Celkem 120 ks čidel								
SO 03 - 59KS								
1.PP - 9KS								
ONDP A - 0.064_SESTERNA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
ONDP A - 0.064_ SESTERNA-LEDNICE	x	-20 ... 50	2 ... 8	0,2				
ONDP A - 0.070_SKLAD	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
ONDP A - 083_ PŘÍPRAVNA LÉKŮ_LEDNICE	x	-20 ... 50	2 ... 8	0,2				
ONDP A - 0.083_ PŘÍPRAVNA LÉKŮ	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
ONDP B - 0.102_SESTERNA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
ONDP B - 0.102_ SESTERNA_LEDNICE	x	-20 ... 50	2 ... 8	0,2				
ONDP B - 0.109_VYŠETŘOVNA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
ONDP B - 0.109_ VYŠETŘOVNA-LEDNICE	x	-20 ... 50	2 ... 8	0,2				
1.NP - 18KS								
GYN - 1.092_SKLAD	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
GYN - 1.093_SKLAD_ÚKLID	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
GYN - 1.100_SKLAD_HYGIENA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
GYN - 1.114_SESTERNA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
GYN - 1.114_ SESTERNA_LEDNICE	x	-20 ... 50	2 ... 8	0,2				
GYN - 1.127_SKLAD_ÚKLID	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
GYN - 1.128_CHODBA_1	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
GYN - 1.128_CHODBA_2	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
GYN - 1.144_VYŠETŘOVNA_1	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
GYN - 1.149_SESTERNA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
GYN - 1.149_ SESTERNA-LEDNICE	x	-20 ... 50	2 ... 8	0,2				
DĚT - 1.170_PŘÍJEM	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
DĚT - 1.185_SKLAD_ÚKLID	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
DĚT - 1.186_CHODBA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
DĚT - 1.206_VYŠETŘOVNA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
DĚT - 1.206_ VYŠETŘOVNA_LEDNICE	x	-20 ... 50	2 ... 8	0,2				
DĚT - 1.210_ VYŠETŘOVNA_NEUROLOGIE	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
DĚT - 1.210_ VYŠETŘOVNA_NEUROLOGIE	x	-20 ... 50	2 ... 8	0,2				
2.NP - 16KS								
CHIR A - 2.162_SKLAD_1	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
CHIR A - 2.163_SKLAD_ÚKLID_1	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
CHIR A - 2.181_REHABILITACE	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
CHIR A - 2.184_SESTERNA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
CHIR A - 2.184_ SESTERNA_LEDNICE	x	-20 ... 50	2 ... 8	0,2				

CHIR A - 2.186_SKLAD_2	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
CHIR A - 2.198_CHODBA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
CHIR A - 2.240_KANCELÁŘ	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
CHIR B_EXP - 2.246_SESTERNA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
CHIR B_EXP - 2.246_SESTERNA-LEDNICE	x	-20 ... 50	2 ... 8	0,2				
CHIR B_EXP - 2.257-SESTERNA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
CHIR B_EXP - 2.257-SESTERNA-LEDNICE	x	-20 ... 50	2 ... 8	0,2				
CHIR B_EXP - 2.259_ÚKLID	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
CHIR B_EXP - 2.260_CHODBA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
CHIR B_EXP - 2.260_CHODBA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
CHIR B_EXP - 2.260_CHODBA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
3.NP - 15KS								
INT A - 3.000_VOZÍKY	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
INT A - 3.202_SKLAD 1	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
INT A - 3.203_SKLAD 2	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
INT A - 3.224_SESTERNA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
INT A - 3.224_SESTERNA-LEDNICE	x	-20 ... 50	2 ... 8	0,2				
INT A - 3.226_SKLAD 3	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
INT A - 3.237_CHODBA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
INT A - 3.257_VYŠETŘOVNA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
INT A - 3.257_VYŠETŘOVNA-LEDNICE	x	-20 ... 50	2 ... 8	0,2				
INT B - 3.287_SESTERNA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
INT B - 3.287_SESTERNA-LEDNICE	x	-20 ... 50	2 ... 8	0,2				
INT B - 3.289_SKLAD	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
INT B - 3.031_CHODBA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
INT B - 3.0320_VYŠETŘOVNA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
INT B - 3.0320_VYŠETŘOVNA-LEDNICE	x	-20 ... 50	2 ... 8	0,2				
SO 04 - 29KS								
2.NP - 8KS								
LÉK - 2.020_SKLAD 1	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
LÉK - 2.022_PŘÍPRAVNA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
LÉK - 2.023_KANCELÁŘ	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
TEL. ÚSTŘEDNA - 2.025	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
SERVEROVNA - 2.026	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
LÉK - 2.047_SKLAD 2	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
LÉK - 2.052_SKLAD 3	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
LÉK - 2.025_SKLAD 4	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
3.NP - 17KS								
AMBULANCE - 3.013_SÁDROVNA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
AMBULANCE - 3.014_CHIR-VYŠETŘOVNA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
AMBULANCE - 3.014_CHIR-VYŠETŘOVNA_LEDNICE	x	-20 ... 50	2 ... 8	0,2				

AMBULANCE - 3.014.1_CHIR-SÁLEK	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
EXP - 3.016_ČISTÍCÍ MÍSTNOST	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
EXP - 3.017_LŮŽKA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
EXP - 3.018_SESTERNA_LEDNICE	x	-20 ... 50	2 ... 8	0,2				
EXP - 3.018_SESTERNA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
EXP - 3.024_GASTRO	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
EXP - 3.025_GASTRO	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
EXP - 3.026_ENDOSKOPIE	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
EXP - 3.029_VYŠETŘOVNA GASTRO	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
EXP - 3.029_VYŠETŘOVNA GASTRO-LEDNICE	x	-20 ... 50	2 ... 8	0,2				
AMBULANCE - 3.031_INTERNA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
AMBULANCE - 3.031_INTERNA-LEDNICE	x	-20 ... 50	2 ... 8	0,2				
AMBULANCE - 3.032_LSSP	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
AMBULANCE - 3.032_LSSP-LEDNICE	x	-20 ... 50	2 ... 8	0,2				
4.NP - 4KS								
PRAKTICKÝ L. - 4.005_VYŠETŘOVNA 1	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
PRAKTICKÝ L. - 4.005_VYŠETŘOVNA 1-LEDNICE	x	-20 ... 50	2 ... 8	0,2				
PRAKTICKÝ L. - 4.005_VYŠETŘOVNA 2	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
PRAKTICKÝ L. - 4.005_VYŠETŘOVNA -LEDNICE	x	-20 ... 50	2 ... 8	0,2				
SO 02 -30 KS								
1.NP - 5KS								
STERILIZACE - 1.56_SKLAD 1	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
STERILIZACE - 1.67_SKLAD 2	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
STERILIZACE - 1.63_VÝDEJ	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
SKLAD SZM - 1.002_SKLAD 1	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
SKLAD SZM - 1.003_SKLAD 2	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
2.NP - 18KS								
OS - 2.132_SKLAD 1	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
OS - 2.132_SKLAD 2	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
OS - 2.137_CHODBA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
OS - 2.139_ČISTÁ PRACOVNA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
OS - 2.140_UMÝVÁRNA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
OS - 2.151_PŘÍPRAVA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
ARO - 2.071_SKLAD 1	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
ARO - 2.073_SKLAD 2	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
ARO - 2.078_SESTERNA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
ARO - 2.079_NEČISTÁ PŘÍPRAVNA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
ARO - 2.079_NEČISTÁ PŘÍPRAVNA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
ARO - 2.079_NEČISTÁ PŘÍPRAVNA-LEDNICE	x	-20 ... 50	2 ... 8	0,2				
ARO - 2.081_PŘÍPRAVNA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%

ARO - 2.081_ PŘÍPRAVNA-LEDNICE	x	-20 ... 50	2 ... 8	0,2				
ARO - 2.085_SKLAD 3	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
ARO - 2.091_OS	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
ARO - 2.092_VYŠETŘOVNA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
ARO - 2.095_SKLAD 4	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
4.NP - 7KS								
POR - 4.052a_SESTERNA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
POR - 4.052a_ SESTERNA-LEDNICE	x	-20 ... 50	2 ... 8	0,2				
POR - 4.XXX_SKLAD	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
POR - 4.XXX_VYŠETŘOVNA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
POR - 4.086_SESTERNA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
POR - 4.086_SESTERNA- LEDNICE	x	-20 ... 50	2 ... 8	0,2				
POR - 4.087_BOX 2	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
SO 06 - PROSEKTURA -3 KS								
PROSEKTURA	x	-20 ... 50	15 ... 25	0,5	x	0 ... 100%	30 ... 80%	3%
PROSEKTURA - LEDNICE 1	x	-20 ... 50	2 ... 8	0,2				
PROSEKTURA - LEDNICE 2	x	-20 ... 50	2 ... 8	0,2				