

Nemocnice Břeclav
příspěvková organizace
U nemocnice 3066/1
690 02 Břeclav

IČO: 00390780
DIČ: CZ 00390780

OBJEDNÁVKA č.: 802/2025-6

Značka: 802/2025-6
Vyřizuje:
Tel.:
Fax:
E-mail:

S&T Plus, s.r.o.
Novodvorská 994
Praha 4
142 01

Datum: 21.05.2025

Objednáváme u Vás:


Opravu podle § 46 zákona č.375/2022 sb o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů.

Č. Objednávaný úkon Údaje o zařízení

1. Oprava	Název zařízení:	Ventilátor plicní
	Typ zařízení:	Monnal T60
	Výr.číslo:	
	Inv.číslo:	
	Nákl.středisko:	0219.0204
	Umístění:	ARO - urg. příjem

Závada: nefunkční, bezpečnostní alarm ventilace 007, doporučená výměna ventilátoru

Prosim o zaslání cenového návrhu před opravou.





Cenová nabídka 25SZ-01-1073

DODAVATEL

SNT Plus s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 00 Praha 4

IČ: 25701576
DIČ: CZ25701576

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C., vložce 62478

ODBĚRATEL

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
U Nemocnice 3066/1
690 02 Břeclav

IČ: 00390780 DIČ: CZ00390780

Břeclav / N / ARO + urgentní příjem
U Nemocnice 1, Břeclav, 690 74

Cenová nabídka na provedení opravy - stále se opakující alarm 07 (špatné napájení inspiračního průtokového senzoru). Občas šel problém vyřešit autotestem, ale

Nomenklatura	Název	Množství MJ	Cena/MJ	DPH %	Sleva [%]	Celkem bez DPH
KY726400	INSPI FLOW SENSOR SET MT60 3ED					
YR131300	INTERCONNECTION BOARD V2 MT60					
KY685000	SMALL COLUMN MT60					
YR133300	STRAND O2 CELL INSPI FLOW SENSOR					
KY684200	Lock assembly					
KY726100	FLOW SENSOR GOLD CNTCT					
YR134800	STRAND O2 FLOW SENS GOLD CNTCT					
DOPR-TAM-ZPET	Doprava tam a zpět v km					
PRACE-TECH	Práce technika					
CAS-TAM-ZPET	Čas cesty tam a zpět v hod					

Předběžná cena bez DPH: 69 862,00 Kč

Předběžná cena s DPH: 84 533,02 Kč

[REDACTED]

Sent: Tuesday, May 27, 2025 3:29 PM

[REDACTED]

Subject: [EXTERNÍ ZPRÁVA] RE: cenový návrh 802/2025-6
Importance: High

Vážená paní [REDACTED]

Potvrzuji přijetí objednávky na opravu ventilátoru.

S přátelským pozdravem,

[REDACTED]
Service department

SNT Plus s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 00 Praha 4, ČR

[REDACTED]

[REDACTED]

Sent: Tuesday, May 27, 2025 9:22 AM

[REDACTED]
Subject: cenový návrh 802/2025-6

Dobrý den,

V příloze Vám posílám schválený cenový návrh na opravu plicního ventilátoru.

Prosím o potvrzení přijetí.

28.5.2025

S pozdravem

[REDACTED]

Sekretářka

Oddělení zdravotnické techniky

NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

[REDACTED]

28.5.2025