

DODAVATEL medisap,s.r.o IČ: 48029360 DIČ: 48029360 Na Rovnosti 2244/5 130 00 Praha 3	Objednávka zákazníka Ze dne Servisní smlouva č. Kontaktní osoba Tel.:	OZT/25/01737/Bu 05.03.2025 Romana Pavlíková 777 604 700
	ZÁKAZNÍK	IČ: 00179906 DIČ: CZ00179906 Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581 500 03 Hradec Králové
Code ME-SE-25-003496 Typ výkazu BTK		

Vážený zákazníku, potvrzujeme tímto přijetí Vaší výše uvedené objednávky na opravu následujícího zařízení a žádáme o ODSOUHLASENÍ / ZAMÍTNUTÍ cenového návrhu k PŘÍSTROJI / NÁSTROJI převzatému k opravě:

ZAŘÍZENÍ

Modul E-NMT
Modul E-CAiOV
Modul E-CAiOV
Modul E-PSMP
Monitor S/5 CAM
Monitor S/5 CAM
Odpařovač SEVOTEC 7
Modul E-PSMP
Anesteziologický přístroj AESPIRE 7900
Anesteziologický přístroj AESPIRE 7900

VÝROBNÍ ČÍSLO

SJC18240051HA
6080341
6522736
6220275
6252011
6548216
BEJN06549
8030485
ANCN01109
ANCL00426

POPIS PRÁCE

Pravidelná roční servisní prohlídka v rozsahu dle výrobce. Kalibrace všech parametrů. Test el. bezpečnosti.
E-NMT (SJC18240051HA)-Pravidelná roční servisní prohlídka v rozsahu dle výrobce. Kalibrace všech parametrů. Test el. bezpečnosti.
E-CAiOV (6080341)-Pravidelná roční servisní prohlídka v rozsahu dle výrobce. Kalibrace všech parametrů. Test el. bezpečnosti. Výměna ročního kitu..
E-CAiOV (6522736)-Pravidelná roční servisní prohlídka v rozsahu dle výrobce. Kalibrace všech parametrů. Test el. bezpečnosti. Výměna ročního kitu..
E-PSMP (6220275)-Pravidelná roční servisní prohlídka v rozsahu dle výrobce. Kalibrace všech parametrů. Test el. bezpečnosti.
S/5 CAM (6252011)-Pravidelná roční servisní prohlídka v rozsahu dle výrobce. Kalibrace všech parametrů. Test el. bezpečnosti.
S/5 CAM (6548216)-Pravidelná roční servisní prohlídka v rozsahu dle výrobce. Kalibrace všech parametrů. Test el. bezpečnosti.
SEVOTEC 7 (BEJN06549)-Pravidelná roční servisní prohlídka v rozsahu dle výrobce. Kalibrace všech parametrů. Test el. bezpečnosti.
E-PSMP (8030485)-Pravidelná roční servisní prohlídka v rozsahu dle výrobce. Kalibrace všech parametrů. Test el. bezpečnosti.
AESPIRE 7900 (ANCN01109)- Výměna těsnění odpařovačů. Výměna systémového akumulátoru. Výměna O2 sensoru.
AESPIRE 7900 (ANCL00426)- Výměna O2 sensoru. Výměna těsnění odpařovačů.

PŘEDPOKLÁDANÉ PRÁCE A POUŽITÉ NÁHRADNÍ DÍLY

Kat.č.	Název	Množství	MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH
9998-CESTA	Dopravné	50	km	17.50	875.00
9998-PM-ANEST	Periodická kontrola narkot. přístroje	2	ks	5400.00	10800.00
9998-PM-Gas-module	Periodická kontrola plynového modulu	2	ks	1200.00	2400.00
9998-PM-Modular 12	Periodická kontrola modulárního monitoru	2	ks	4300.00	8600.00
9998-PM-VAPORISER	Periodická prohlídka - Odpařovač	1	ks	1790.00	1790.00
1102-3016-000	Těsnění k odpařovači	2	ks	714.00	1428.00
1503-3045-000-S	Batterie for AESTIVA 7900 12V	1	ks	4277.00	4277.00
2093592-001	PM-KIT, CC5 AND M/E-CXXX W ABSORBER	2	ks	11293.00	22586.00
876446-HEL	D-fend černá kondenzační nádoba anestezie	0.2	bal	3931.00	786.20
	moduly E-CAiO+E-CAiOV+E-CAiOVX 10ks/ba				
M-10	Galvanic oxygen sensor kit, ROHS Complain	2	ks	5830.00	11660.00
CELKEM					65202.20

VYSTAVIL

Vystavil: Rostislav Rieger
Email: rostislav.rieger@medisap.cz
Mobil:
Podpis:



S provedením opravy souhlasíme/~~nesouhlasíme~~.
Datum: 3.6.2025

Jméno a příjmení: PAVLÍKOVÁ Romana
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
Podpis: 500 05 HRADEC KRÁLOVÉ
KARIM - lůžkové odd.
IČ: 621 78 906
tel.: 495 832 421, 495 832 557